



Wrocław, dnia 26.02.2026r.

Nr pisma R/DYF/DZZ/SZP/243-060/2026/335/MO

INFORMACJA NR 1 DLA WYKONAWCÓW (strona internetowa prowadzonego postępowania)

DOTYCZY: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego nr **SZP/243-060/2026:**

Zintegrowany system spektroelektrochemiczny - 1 szt. dla Katedry Inżynierii Procesowej i Technologii Materiałów Polimerowych i Węglowych PWr.

- I. Zamawiający, działając na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (*tekst jednolity Dz. U. z 2024r., poz. 1320 ze zm.*), zwanej dalej uPzp, **udostępnia treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:**

Pytanie nr 1

W związku z ukazaniem się postępowania na zintegrowany system spektroelektrochemiczny proszę o wyjaśnienie dotyczące wyposażenia.

Opis przedmiotu zamówienia

„ Akcesoria pomiarowe i sterujące: urządzenie powinno być dostarczone z następującymi akcesoriami, które są kompatybilne z urządzeniem (zintegrowany system spektroelektrochemiczny):

.....

Elektroda dyskowa (szklisty węgiel) 3 mm

Elektroda pracująca, końcówka 3 mm

Pusta końcówka 5 mm

Elektroda dyskowa Au (złota) 3 mm

Elektroda pracująca Au, końcówka 3 mm do

Elektroda dyskowa Pt (platynowa) 3 mm

Elektroda pracująca Pt, końcówka 3 mm

..... „

Czy elektrody węgiel szklisty, złoto, platyna mają być po dwie sztuki czy jest to zdublowanie i każdy z typów elektrod powinien być dostarczony w ilości 1 sztuki?

Odpowiedź:

Zestaw nie zawiera zdublowanych elektrod. Zamówienie dotyczy jednej sztuki elektrody pracującej dyskowej każdego rodzaju.

II. Działając w oparciu o art. 286 ust. 1 dalej uPzp, Zamawiający zmienia treść SWZ:

1. W rozdziale XV:
 - 1) pkt 1 otrzymuje brzmienie:



Sekcja Zamówień Publicznych

- „1. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do dnia 04.03.2026r. do godz. 10:00.”
- 2) pkt 4 otrzymuje brzmienie:
 - „4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 04.03.2026r. o godzinie 10:30.”
2. W rozdziale XVI pkt 1 otrzymuje brzmienie:
 - „1. Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia 02.04.2026r.”

Zamawiający informuje, że wszystkie odpowiedzi na zapytania oraz wszelkie informacje przekazywane Wykonawcom stanowią integralną część specyfikacji warunków zamówienia i dotyczą wszystkich Wykonawców biorących udział w w/w postępowaniu.

Wykonawca zobowiązany jest złożyć Ofertę uwzględniającą wszelkie zmiany i wyjaśnienia zawarte w Informacjach dla Wykonawców.

Dyrektor
Działu Zakupów i Zamówień Publicznych



HR EXCELLENCE IN RESEARCH

Politechnika Wroclawska
Sekcja Zamówień Publicznych

ul. Smoluchowskiego 19
50-370 Wrocław
Budynek A-5, pokój 409

T: +48 71 320 31 45

bzp@pwr.edu.pl
www.przetargi.pwr.edu.pl

www.pwr.edu.pl

REGON: 000001614
NIP: 896-000-58-51

Nr konta:
37 1090 2402 0000 0006 1000 0434