

Specjalistyczny Szpital Miejski
im. Mikołaja Kopernika w Toruniu
ul. Batorego 17/19
87-100 Toruń,

SSM.DZP.200.63.2026

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Informuję, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym, którego przedmiotem jest **dostawa sprzętu ogólnomedycznego** wpłynęły pytania, których treść wraz z odpowiedziami zamieszczam poniżej:

Pytanie 1 – dotyczy załącznika nr 2 – wzoru umowy

Zwracamy się z prośbą o umieszczenie w umowie zapisu dotyczącego minimum logistycznego tj. Zamawiający będzie składał zamówienie według bieżących potrzeb, przy czym wartość zamówienia jednostkowego nie powinna być niższa niż 500 zł netto?

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany.

Pytanie 2 – Pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści pojemnik 3,3l o wysokości 21cm, o przekroju kwadratu z zaoblonymi krawędziami o wymiarach: krawędź dolna 13 cm, krawędź górna 15,8 cm, otwór wrzutowy 5,9cm?

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 3 – Pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści pojemnik 3,5l o wysokości 13cm, średnicy górnej i dolnej 23/20cm i otworem wrzutowym 9cm?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza pojemnik na zużyty sprzęt 3,5l lub pojemności użytkowej 3,5l i pojemności nominalnej 4l. Plastikowy otwór umożliwiający włożenie np. strzykawek, szczelnie zamykana pokrywa z otworem pozwalającym na umieszczenie ostrych przedmiotów, szeroka średnica dolna 20-25cm, średnica górna 23-25cm wysokość 13-16 cm. Kolor czerwony jednorazowego użycia, sztywne, odporne na działanie wilgoci, mechanicznie odporne na przekłucie lub przecięcie. Pojemniki koloru czerwonego: dodatkowo umieszczony piktogram „zagrożenie biologiczne”. Wymagana próbka.

Pytanie 4 – Pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści pojemnik 3,5l w kształcie walca, o wysokości ok. 28,5 cm, średnicy ok 12,5 cm i otworem wrzutowym 8 cm?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza pojemnik na zużyty sprzęt 3,5l w kształcie walca, średnica 8- 13cm, wysokość ok. 27-30 cm, bez uchwytu, wykonany z polipropylenu, nieprzemakalny, odporny na przekłucia, okrągła pokrywa pojemnika wyposażona w otwór wrzutowy o średnicy 6-9 cm, pokrywa posiada specjalne wycięcia umożliwiające bezpieczne oddzielenie igły od strzykawki, otwór wrzutowy z 2-stopniowym systemem zamykania - dziennego oraz ostatecznego uniemożliwiającego powtórne otwarcie, system zamknięcia trwałego wyposażony w uchwyt ulegający zerwaniu przy próbie otwarcia uniemożliwiający dostęp do zawartości pojemnika, kolor czerwony. Wymagana próbka.

Pytanie 5 – Pozycja 5

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu fabrycznego oznaczenia numeru katalogowego na pojemniku?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza brak numeru katalogowego na pojemniku dla tej pozycji.

Pytanie 6 – Pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści pojemniki o pojemności 2l i następujących parametrach:

Otwór wrzutowy: 70mm

Wysokość całkowita: 230 mm

Średnica górna 140 mm

Średnica dolna 105 mm?

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 6 – Pozycja 6

Czy Zamawiający dopuści pojemniki o pojemności 6,3l i następujących parametrach:

- **Wymiary klapy: 16,5cm x 11cm**
- **Wymiar średnica - prostokąt 17cm x 12cm- góra, 12,3cm x 7,5cm-dół**
- **Wymiar otworu wrzutowego- 15cm x 9cm**
- **Wysokość – 61,5 cm/62,5 cm z przykrywką?**

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza pojemnik na zużyte igły, plastikowy: otwór umożliwiający włożenie np. igieł, kaniul. Szczelnie zamykana pokrywa z otworem pozwalającym na umieszczenie ostrych przedmiotów. Jednorazowego użycia, sztywne, odporne na działanie wilgoci, mechanicznie odporne na przekłucie lub

przecięcie. Pojemniki koloru czerwonego: dodatkowo umieszczony piktogram „zagrożenie biologiczne”, wymiary klapy: 16,5cm x 11cm, wymiar średnica - prostokąt 17cm x 12cm- góra, 12,3cm x 7,5cm-dół, wymiar otworu wrzutowego - 15cm x 9cm, Wysokość – 61,5 cm/62,5 cm z przykrywką. Wymagana próbka.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że powyższe zmiany stanowią integralną część SWZ, a termin składania i otwarcia ofert oraz termin związania ofertą nie ulegają zmianie.

.....