

Białogard, dnia 20.02.2026 r.

**Regionalne Centrum Medyczne  
w Białogardzie Sp. z o.o.**  
ul. Chopina 29  
78-200 Białogard

### **ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO TREŚCI SWZ nr 3**

*Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym z możliwością negocjacji, na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.): Sukcesywne dostawy opatrunków dla Regionalnego Centrum Medycznego w Białogardzie Sp. z o.o*

#### **Pytanie 1**

PAKIET 6

Czy w celu dochowania wszelkich wymogów łańcucha dostaw w obrocie refundowanymi wyrobami medycznymi finansowanymi ze środków NFZ Wykonawca składający ofertę musi posiadać koncesję hurtowni farmaceutycznej?

**Odpowiedź: Tak, oczekujemy potwierdzonego łańcucha dostaw zgodnie z prawem farmaceutycznym**

#### **Pytanie 2**

Pakiet 6 poz.1:

1.Prosimy o sprecyzowanie czy stosowanie do wprowadzania cewników, zgłębników, endoskopów i intubacji dotchawiczej ma być potwierdzone w oryginalnej instrukcji użytkowania?

**Odpowiedź: Tak, stosowanie w w/w celach ma być potwierdzone we wskazaniach do użytkowania.**

#### **Pytanie 3**

2.Prosimy o sprecyzowanie czy żel ma być dostarczany w opakowaniu harmonijkowym z atraumatyczną końcówką, umożliwiającą aplikację jedną ręką

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.**

#### **Pytanie 4**

3.Prosimy o sprecyzowanie czy żel do cewnikowania ma być sterylizowany parą wodną o temp. 121 st.C?

**Odpowiedź: Tak**