

Białogard, dnia 19.02.2026 r.

**Regionalne Centrum Medyczne
w Białogardzie Sp. z o.o.**
ul. Chopina 29
78-200 Białogard

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO TREŚCI SWZ nr 2

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym z możliwością negocjacji, na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.): Sukcesywne dostawy opatrunków dla Regionalnego Centrum Medycznego w Białogardzie Sp. z o.o

Pytanie 1

Pakiet 3, poz. jałowe

Wnosimy do Zamawiającego o odstąpienie od zaoferowania wyrobów sterylizowanych wyłącznie w parze wodnej i dopuszczenie wyrobów sterylizowanych innymi metodami m.in. tlenkiem etylenu, które zgodnie z obowiązującym prawem spełniają normy tzw. opatrunków inwazyjnych oraz chirurgicznych. Dopuszczenie innych metod sterylizacji zapewni zachowanie uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców zgodnie z zapisami ustawy PZP dotyczącymi opisu przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ, Zamawiający nie odstąpi od wymogu sterylizacji wyrobów w parze wodnej.

Pytanie 2

Pakiet 3, poz.5,6

Czy zamawiający dopuści kompresy pakowane 'a10 szt. Z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 3

Pakiet 4, poz. 1-2

Czy zamawiający dopuści kompresy 17 nit.8warstw.?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 4

PAKIET NR 3

1. Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania kompresów i gazy bez wskaźnika wysterylizowania produktu na każdym opakowaniu? Na opakowaniu znajduje się m. in. metoda sterylizacji i termin ważności produktu.

2. **Poz. 6** – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania wymaganych kompresów, sterylizowanych tlenkiem etylenu?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 5

PAKIET NR 4

3. **Poz. 1, 2** – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania kompresów w klasie I reg.4? Pozostałe parametry kompresów bez zmian.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 6

PAKIET NR 7

Poz. 2 – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opatrunku z alginianu wapnia i alginianu sodu?

Odpowiedź: Tak

Dotyczy pakietu nr 7

W związku z wyspecyfikowaniem w pakiecie nr 7, opatrunków i akcesoriów przeznaczonych do podciśnieniowej terapii ran, do których wymagane jest użycie urządzenia medyczo elektromechanicznego czy Zamawiający dopuści możliwość dopisania do projektu umowy paragrafu określającego jednoznaczne warunki tego używania o następującym brzmieniu:

- 1) W celu umożliwienia prowadzenia czynności terapeutycznych, wykorzystujących podciśnieniową terapię ran, Wykonawca przekaże Zamawiającemu do bezpłatnego używania urządzenia medyczo elektromechaniczne do podciśnieniowej terapii ran (dalej jako Urządzenia) w terminie 14 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy. Ilość Urządzeń strony określają na sztuk. Wykonawca oświadcza, że jest właścicielem Urządzeń.
- 2) Zamawiający oświadcza, że jego personel medyczny, dedykowany do obsługi Urządzeń posiada należyte wykształcenie oraz wiedzę w zakresie obsługi Urządzeń, tym samym ponosi on pełną i wyłączną odpowiedzialność za wykorzystanie Urządzeń dla celów terapeutycznych. Zamawiający nie jest uprawniony do używania Urządzeń poza miejscem wykonywania swojej działalności.
- 3) Do każdego przekazanego Urządzenia Wykonawca dołączy: zasilacz wraz z kablem zasilającym i instrukcję obsługi w języku polskim.
- 4) Wykonawca oświadcza, że przekazane Urządzenia spełniać będą wszelkie wymagania techniczne i medyczne, a także posiadają stosowne certyfikaty i deklaracje zgodności UE, zezwalające na stosowanie terapeutyczne w medycynie, zgodnie z przepisami prawa polskiego.
- 5) Bez uprzedniej, pisemnej zgody Wykonawcy Zamawiający nie może oddać Urządzeń do korzystania osobie trzeciej (zarówno za wynagrodzeniem jak i pod tytułem darmym) oraz dokonywać w Urządzeniach jakichkolwiek napraw lub przeróbek.
- 6) Zamawiający zobowiązuje się używać przekazane Urządzenie zgodnie z medycznym przeznaczeniem, wymaganiami prawidłowej eksploatacji i instrukcją obsługi oraz utrzymywać je w należytym stanie technicznym, w tym stosować w czasie użytkowania wyłącznie jednorazowe akcesoria i opatrunki dedykowane dla eksploatacji Urządzenia.
- 7) W okresie obowiązywania umowy Wykonawca ma prawo do kontroli w każdym czasie, po uprzedniej notyfikacji zamiaru kontroli, stanu technicznego Urządzeń oraz kontroli, czy Zamawiający wywiązuje się z obowiązków wynikających z niniejszej umowy.
- 8) Wykonawca pokrywa koszty dostarczenia Urządzeń do Zamawiającego oraz ponosi związane z tym ryzyko oraz koszty ubezpieczenia na czas transportu. Z chwilą wydania Urządzenia Zamawiającemu to na Zamawiającego przechodzi odpowiedzialność za utratę

Urządzeń, uszkodzenie lub wszelkie wypadki zmniejszenia jego wartości, wyłączając zużycie będące następstwem normalnej eksploatacji.

9) Urządzenia zostają przekazane Zamawiającemu na czas obowiązywania niniejszej umowy. Jednocześnie strony mając na uwadze nadrzędny cel zawarcia niniejszej umowy jakim jest chęć zagwarantowania bezpieczeństwa pacjentom, zgodnie oświadczają, że termin, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym może ulec wydłużeniu w drodze dodatkowego porozumienia stron, w przypadku wystąpienia konieczności przeprowadzenia czynności terapeutycznych, podejmowanych przy użyciu Urządzeń.

10) O ile nie będzie istniała inna podstawa prawna do posiadania Urządzeń przez Zamawiającego, w terminie 2 dni roboczych od zakończenia okresu obowiązywania niniejszej umowy Zamawiający zwróci Wykonawcy Urządzenia ze wszystkimi dodatkowymi akcesoriami przekazanymi w dniu jego wydania w stanie niepogorszonym, z tym, że Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zużycie urządzenia będące następstwem jego prawidłowego używania.

11) Wykonawca w trakcie realizacji niniejszej umowy zastrzega sobie możliwość do wymiany Urządzeń przekazanych Zamawiającemu na inne urządzenia medyczno-elektromechaniczne do podciśnieniowej terapii ran, tj. o innych numerach seryjnych, na co Zamawiający wyraża zgodę.

12) Zamawiający zobowiązany jest do natychmiastowego zgłaszania Wykonawcy wszelkich awarii i uszkodzeń Urządzeń, z którymi łączy się konieczność naprawy Urządzeń przez Wykonawcę.

13) Wykonawca zobowiązany jest usunąć awarię lub uszkodzenie Urządzenia w terminie 7 dni roboczych od zgłoszenia. W przypadku gdy usunięcie awarii lub uszkodzenia w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym nie będzie możliwe Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu na swój koszt Urządzenie wolne od wad.

14) W przypadku stwierdzenia przez Wykonawcę, zarówno w trakcie obowiązywania umowy, jak i po jej zakończeniu, zniszczenia lub uszkodzenia Urządzenia wykraczającego poza zwykłe zużycie wynikłe z normalnej eksploatacji, Zamawiający zobowiązany jest zwrócić Wykonawcy pełne koszty naprawy Urządzenia lub w przypadku, gdyby naprawa Urządzenia byłaby niemożliwa lub niecelowa, zapłacić Wykonawcy kwotę równą wartości Urządzenia.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę, zapisy zostaną dodane do umowy dla pakietu nr 7.

Pytanie 7

Pytanie nr 1 dotyczy Pakietu nr 5 poz. 1:

Czy Zamawiający dopuści krem z cynkiem do skóry popękanej, podrażnionej i wrażliwej bez substancji zapachowych i środków konserwujących o pojemności 100 ml z przeliczeniem oferowanych ilości do 24 opakowań?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 8

Pytanie nr 2 dotyczy Pakietu nr 5 poz. 2:

Czy Zamawiający dopuści piankę myjącą o poniższej charakterystyce?

- Stosowana przede wszystkim do oczyszczania skóry w okolicy krocza, u osób cierpiących na nietrzymane moczu, zwłaszcza przy zmianie produktu chłonnego.
- Dokładnie oczyszcza i ogranicza nieprzyjemny zapach
- Pomaga utrzymać naturalne pH skóry.

- Skład: Woda, Butan, Propan, Izobutan, Stearyniany glicerolu, Palmitynian cetylu, Izononanian cetylu, Ceteareth-20, Alkohol cetearylowy, Perfumy, Cytrynian sodu, Fenoksyetanol, Kwas benzoesowy, Tetrasodium, Iminodisuccinate
- Pojemność: 400 ml (pozycja oferowana z przeliczeniem ilości do 300 opakowań.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 9

Pytanie nr 3 dotyczy Pakietu nr 9 poz. 2:

Czy Zamawiający dopuści żel z lidokainą o poniższym składzie?

100g OneGel zawiera:

- Czysta woda (Pure water)
- Glikol Propylenowy, Hydroksyetyloceluloza (lubrykant)
- 2g Chlorowoderek lidokainy (Środek znieczulający miejscowo)
- 0,25g Chlorhexidine Gluconate- 20% stężenie (Antiseptic)
- 0.02g Hydroksybenzoesan metylu (środek konserwujący)
- 0,02g Hydroksybenzoesan propylu (środek konserwujący)

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 10

Zwracamy się z prośbą o umieszczenie w umowie zapisu dotyczącego minimum logistycznego tj. Zamawiający będzie składał zamówienie według bieżących potrzeb, przy czym wartość zamówienia jednostkowego nie powinna być niższa niż 500 zł netto?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 11

Pakiet 1 pozycja 1-2 – Czy Zamawiający dopuści przylepiec z białej włókniny nawinięty na rolkę?

Odpowiedź: Tak

Pytanie 12

Pakiet 1, pozycja 1, 4 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie ceny za kartonik a'12szt z przeliczeniem podanych ilości?

Odpowiedź: Tak

Pytanie 13

Pakiet 1, pozycja 2 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie ceny za kartonik a'24szt z przeliczeniem podanych ilości?

Odpowiedź: Tak

Pytanie 14

Pakiet 1, pozycja 3 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie ceny za kartonik a'6szt z przeliczeniem podanych ilości?

Odpowiedź: Tak

Pytanie 15

Pakiet 1, pozycja 3-4 – Czy Zamawiający dopuści przylepiec wykonany z tkaniny bawełnianej?

Odpowiedź: Tak

Pytanie 16

Pakiet 1, pozycja 3-4 – Czy Zamawiający dopuści przylepce zastępujące nici o wymiarze 6x102mm?

Odpowiedź: Tak

Pytanie 17

Pakiet 1, pozycja 14 – Czy Zamawiający oczekuje wyceny opatrunku w rozmiarze 10x10cm, w opakowaniu po 10szt.?

Odpowiedź: Tak

Pytanie 18

Pakiet 1, pozycja 18-26 – Czy Zamawiający oczekuje wyceny za opatrunki z nacięciem wzdłuż krótszego boku?

Odpowiedź: Tak

Pytanie 19

Pakiet 1, pozycja 19, 21, 27 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za opakowanie handlowe a'50szt z przeliczeniem podanych ilości?

Odpowiedź: Tak

Pytanie 20

Pakiet 1, pozycja 20, 22, 23 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie ceny za opakowanie a'30szt z przeliczeniem podanych ilości?

Odpowiedź: Tak

Pytanie 21

Pakiet 1, pozycja 24-26 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie ceny za opakowanie a'25szt z przeliczeniem podanych ilości?

Odpowiedź: Tak

Pytanie 22

Pakiet 1, pozycja 18, 28 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie ceny za opakowanie a'100szt z przeliczeniem podanych ilości?

Odpowiedź: Tak

Pytanie 23

Pakiet 3, pozycja 1-2 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie gazy bez wskaźnika sterylizacji i dopuści gazę posiadającą piktogram informujący o sposobie sterylizacji?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 24

Pakiet 3, pozycja 8 – Czy Zamawiający dopuści kompresy 12 warstwowe?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 25

Pakiet 12, pozycja 1-3 – Czy Zamawiający dopuści opaskę gipsową o czasie wiązania ok 3min?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści, jednak czas wiązania nie może przekroczyć 4 min.

Pytanie 26

Pakiet 12, pozycja 1-3 – Czy Zamawiający dopuści opaskę gipsową nawiniętą na plastikowy trzpień typu krzyżak?

Odpowiedź: Tak

Pytanie 27

Pakiet 12, pozycja 1-3 – Czy Zamawiający dopuści opaskę gipsową pakowaną pojedynczo w mleczną folię a następnie zbiorczo w karton?

Odpowiedź: Tak

Pytanie 28

Pakiet 12, pozycja 4 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za opakowanie handlowe a'12szt z przeliczeniem podanych ilości?

Odpowiedź: Tak

Pytanie 29

Pakiet 12, pozycja 5 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za opakowanie handlowe a'6szt z przeliczeniem podanych ilości?

Odpowiedź: Tak