

Międzyrzec Podlaski, dnia 16.02.2026 r.

**Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
w Międzyrzecu Podlaskim**
ul. Warszawska 2-4, 21-560 Międzyrzec Podlaski

Dotyczy:

Postępowania o sygn., **6/2026/TP**

pn. „**Sukcesywna dostawa materiałów opatrunkowych dla SP ZOZ w Międzyrzecu Podlaskim**”

Zamawiający - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Międzyrzecu Podlaskim w związku ze złożonymi pytaniami, na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320), doprecyzowuje zapisy SWZ i udziela poniższych wyjaśnień.

1. **Do umowy:** Zwracamy się z prośbą o umieszczenie w umowie zapisu dotyczącego minimum logistycznego tj. Zamawiający będzie składał zamówienie według bieżących potrzeb, przy czym wartość zamówienia jednostkowego nie powinna być niższa niż 500 zł netto?

Odp. Zamawiający określa minimalną wartość zamówienia jednostkowego na 300 zł brutto.

2. **Pakiet 1, pozycja 7,8** Czy Zamawiający dopuści opaski gipsowe z czasem aktywacji ok 5s.?

Odp. Zamawiający dopuszcza jak w SWZ, z czasem aktywacji max 5 s.

3. **Pakiet 1, pozycja 7,8** Czy Zamawiający dopuści opaski gipsowe o czasie wiązania około 3 minuty?

Odp. Zamawiający aktualnym zapisem SWZ dopuszcza parametr jak w pytaniu, w zakresie 2-5 minut.

4. **Pakiet 1, pozycja 7,8** Czy Zamawiający dopuści opaski gipsowe o czasie wiązania 5-6 minut?

Odp. Zamawiający wymaga według SWZ, maksymalny czas wiązania 5 min.

5. **Pakiet 1, pozycja 10** Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie przylepców pakowanych a'24 sztuki z odpowiednim przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnego opakowania?

Odp. Zamawiający dopuszcza pakowane max 12 sztuk w opakowaniu zbiorczym.

6. **Pakiet 1, pozycja 11** Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie przylepców pakowanych a'12 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnego opakowania?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

7. **Pakiet 1, pozycja 15** Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie przylepców o długości 3x75mm?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

8. **Pakiet 1, pozycja 16** Czy Zamawiający dopuści siatki wykonane z 70 % - 80 % z przędzy poliamidowej teksturowanej oraz 20 % - 30 % poliuretanowej przędzy elastomerowej?

Odp. Zamawiający wymaga zgodnie z opisem z formularza asortymentowo-cenowego.

9. **Pakiet 1, pozycja 17-18** Czy Zamawiający będzie wymagał, aby kompresy były zaklasyfikowane w klasie IIa, reg. 7 jako wyroby chirurgiczne inwazyjne przeznaczone do krótkotrwałego użytku? Tylko tak zaklasyfikowane kompresy po wyjąłowieniu mogą być użytkowane na Sali operacyjnej w polu operacyjnym (wyroby inwazyjne).

Odp. Zamawiający wymaga według zapisów SWZ, nie wprowadza nowych wymogów

10. Pakiet 1, pozycja 22

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'50szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

11. Pakiet 1, pozycja 23

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'30szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

12. Pakiet 1, pozycja 25 Czy Zamawiający dopuści opatrunek w rozmiarze 1,6x5,7cm?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

13. Pakiet 1, pozycja 25

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'500szt. z odpowiednim przeliczaniem ilości?

Odp. Zamawiający dopuszcza, z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości z zaokrągleniem w górę do pełnego opakowania.

14. Pakiet 1, pozycja 28 Czy Zamawiający dopuści tampony 9,5x9,5cm jałowe z gazy 17 nitkowej?

Odp. Zamawiający wymaga tamponów z gazy 24 nitkowej, nie dopuszcza o proponowanych rozmiarach.

15. Pakiet 1, pozycja 28 Czy Zamawiający dopuści tampony pakowane 5x50szt. oraz wycenę z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odp. Zamawiający dopuszcza tampony pakowane według propozycji z pytania.

16. Pakiet 1, pozycja 28-30 Czy Zamawiający dopuści tampony z gazy 17 nitkowej?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza, wymaga tamponów z gazy 24 nitkowej.

17. Pakiet 1, pozycja 29 Czy Zamawiający dopuści tampony pakowane 5x50szt. oraz wycenę z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odp. Zamawiający dopuszcza, z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości z zaokrągleniem w górę do pełnego opakowania.

18. Pakiet 1, pozycja 29 Czy Zamawiający dopuści tampony pakowane 10x25szt. oraz wycenę z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

19. Pakiet 1, pozycja 30 Czy Zamawiający dopuści tampony pakowane 10x20szt. oraz wycenę z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

20. Pakiet 1, pozycja 31

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'100szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

21. Pakiet 1, pozycja 32

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'12 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odp. Zamawiający dopuszcza z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań z zaokrągleniem w górę.

22. Pakiet 1, pozycja 33-34 Czy Zamawiający dopuści tampony z gazy 17 nitkowej?

Odp. Zamawiający wymaga jak w SWZ, tamponów z gazy 20 nitkowej.

23. Pakiet 1, pozycja 33 Czy Zamawiający dopuści tampony z jednego kawałka gazy o wymiarach 20x20cm?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

24. Pakiet 1, pozycja 33 Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie 10x20szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

25. **Pakiet 1, pozycja 34** Czy Zamawiający dopuści tampony z jednego kawałka gazy o wymiarach 30x30cm?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

26. **Pakiet 1, pozycja 34**

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie 10x10szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

27. **Pakiet 2, pozycja 1** Czy Zamawiający dopuści gazę w klasie IIa reg.7?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

28. **Pakiet nr 1, pozycja 9** Czy Zamawiający dopuści plaster do wenflonów z wycięciem w kształcie litery „U”? W przypadku braku dopuszczenia, prosimy o merytoryczne uzasadnienie postawionego wymogu nacięcia w plastrze.

Odp. Zamawiający dopuszcza wycięcie w wenflonie w kształcie litery „U”.

29. **Pakiet nr 1, pozycja 15** Czy Zamawiający dopuści przylepiec do łączenia brzegów ran w rozmiarze 3mmx75mm?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

30. **Pakiet nr 1, pozycja 16** Czy Zamawiający dopuści siatkę opatrunkową wykonaną z ok. 50% przędzy poliamidowej oraz z ok. 50% przędzy poliuretanowej?

Odp. Zamawiający wymaga jak w SWZ, o zawartości bawełny min. 50%.

31. **Pakiet nr 1, pozycja 22** Czy Zamawiający dopuści opatrunek pakowany po 50 sztuk z przeliczeniem ilości? W przypadku braku dopuszczenia, prosimy o merytoryczne uzasadnienie postawionego wymogu op. a'25szt.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

32. **Pakiet nr 1, pozycja 28-30** Czy Zamawiający dopuści tampony sterylizowane tlenkiem etylenu?

W przypadku braku dopuszczenia, prosimy o merytoryczne uzasadnienie postawionego wymogu sterylizacji parą wodną.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

33. pakiet 1, poz. 10-11 czy zamawiający dopuści wycenę za 1 sz. = 9,14 m nawoju przylepca, bez dodatkowego przeliczania ilości?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

34. Pakiet 1. poz.16 czy zamawiający dopuści siatkowy rękaw opatrunkowy nr 4 – głowa (w stanie swobodnym), wykonane 70 % - 80 % z przędzy poliamidowej teksturowanej (nazwa zamienna nylon, elastil, poliamid) oraz 20 % - 30 % poliuretanowej przędzy elastomerowej (nazwa zamienna lycra, spandex, elastan, dorlastan), karta techniczna do wglądu?

Odp. Zamawiający wymaga jak w SWZ, o zawartości bawełny min. 50%.

35. Czy zamawiający oczekuje wyceny za 40 op 25mb w stanie rozciągniętym (o dł. 10 mb w stanie swobodnym)?

Odp. Zamawiający wymaga 40 op. przy długości 25mb w stanie swobodnym, dodatkowo dopuszcza o długości mniejszej, min. 10mb przy dokonaniu przeliczenia opakowań do ew. zaoferowanej mniejszej długości rękawa dla osiągnięcia wymaganej ilości.

36. Pakiet 1. poz.17-21 czy zamawiający dopuści kompresy 17 nit. 8 warstwowe?

Odp. Zamawiający wymaga ilości warstw i nitek jak w określono w SWZ.