

Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Chrzanowie Sp. z o.o.

32-500 Chrzanów ul. Sokółka19

tel./fax. (32) 624 03 10 Dyrektor (32) 623 45 34 Księgowość (32) 623 27 15

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy KRS nr 0000444059

NIP: 6282259231, Kapitał zakładowy 12 282 000,00 PLN

Chrzanów 2026-03-06

Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Chrzanowie Sp. z.o.o udziela odpowiedzi na zadane pytania dot. SWZ.

Dotyczy: przetargu nieograniczonego: **Dostawa aparatów do rehabilitacji.**

Znak sprawy: ZLA-ZP-752w/07/26

Pytania do SIWZ

Zadanie 1

Pytanie 1 (Dotyczy ekranu – pkt 4)

„Czy zamawiający dopuści urządzenie wyposażone w kolorowy, dotykowy wyświetlacz o przekątnej 7 cali, zamiast wymaganych 10,4 cala? Wyświetlacz o przekątnej 7 cali zapewnia pełną czytelność parametrów, nowoczesny interfejs graficzny oraz pozwala na zachowanie mniejszych gabarytów urządzenia, co zwiększa ergonomię pracy w gabinecie przy zachowaniu identycznej funkcjonalności terapeutycznej.”

Odpowiedz:

Zamawiający planuje zakup zgodnie z treścią SWZ.

Pytanie 2 (Dotyczy potencjometrów – pkt 6)

„Czy zamawiający dopuści aparat wyposażony w jeden centralny enkoder (pokrętło sterujące) oraz w pełni dotykowy interfejs użytkownika, zamiast dwóch oddzielnych potencjometrów? Nowoczesne rozwiązania technologiczne w fizykoterapii dążą do minimalizacji elementów mechanicznych na rzecz sterowania cyfrowego, co zmniejsza awaryjność sprzętu i ułatwia dezynfekcję panelu sterowania.”

Odpowiedz:

Zamawiający dopuści aparat wyposażony w jeden centralny enkoder (pokrętło sterujące) oraz w pełni dotykowy interfejs użytkownika.

Pytanie 3 (Dotyczy parametrów lasera – pkt 17)

„Czy w punkcie 17 dotyczącym opcjonalnej sondy laserowej, zamawiający dopuści sondę o mocy dopasowanej do standardów terapii laserem biostymulacyjnym (np. sonda o mocy ciągłej lub impulsowej w zakresie 100-500mW), zamiast mocy w impulsie 13,5W? Wymóg mocy 13,5W w

impulsie przy długości fali 905nm jest parametrem unikalnym dla jednego producenta i de facto ogranicza konkurencyjność postępowania, uniemożliwiając złożenie ofert równoważnych o zbliżonej skuteczności klinicznej.”

Odpowiedz:

Zamawiający dopuści sondę o mocy dopasowanej do standardów terapii laserem biostymulacyjnym (np. sonda o mocy ciągłej lub impulsowej w zakresie 100-500mW)

Pytanie 4 (Dotyczy bazy danych – pkt 3 i 5)

„Czy zamawiający dopuści urządzenie z wbudowaną bazą programów terapeutycznych i encyklopedią anatomiczną o liczbie pozycji mniejszej niż wskazana, pod warunkiem, że aparat umożliwia przeprowadzenie wszystkich wymienionych w punkcie 8 rodzajów terapii oraz pozwala na zapisanie min. 300 własnych programów użytkownika?”

Odpowiedz:

Zamawiający planuje zakup zgodnie z treścią SWZ.

Pytanie 5 (Dotyczy wózka – pkt 19)

„Czy zamawiający dopuści wózek pod aparat wykonany z metalu i materiałów odpornych na środki dezynfekcyjne, o konstrukcji modułowej bez drzwiczek magnetycznych, jeśli zapewnia on stabilność urządzenia i posiada uchwyty na akcesoria? Opis zawarty w pkt 19 wskazuje na konkretne rozwiązanie konstrukcyjne jednego producenta, co może naruszać zasady uczciwej konkurencji.”

Odpowiedz:

Zamawiający planuje zakup zgodnie z treścią SWZ.

Sporządził:

Zatwierdził:

REPERENT
d/s Zamówień Publicznych
Kellner
Konrad Kellner

PROKURKA
DYREKTOR
ds. administracyjnych i organizacyjnych
Grażyna Skopińska
mgr Grażyna Skopińska