



WOJEWÓDZKI SPECJALISTYCZNY SZPITAL DZIECIĘCY

IM. PROF. DR STANISŁAWA POPOWSKIEGO

ul. Żołnierska 18a, 10-561 Olsztyn, www.wssd.olsztyn.pl
kancelaria@wssd.olsztyn.pl, tel.: 89 539 34 59
sekretariat@wssd.olsztyn.pl, tel.: 89 539 34 55, tel./fax.: 89 533 77 01,
nr rachunku bankowego: PKO BP SA 02 1440 1228 0000 0000 0223 3304
NIP: 739 29 54 843, REGON: 000295580

Nr postępowania DZPZ-332-15PN-2025

Olsztyn, dnia 18-03-2026r.

Nazwa zamówieniu publicznego: **Procesor tkankowy próżniowy**

Na podstawie art. 284 Ustawy Prawo zamówień publicznych (T.j. Dz. U. z 2024r. poz. nr 1320) Zamawiający, Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Olsztynie wyjaśnia treść Specyfikacji warunków zamówienia /SWZ/

Pytania część pierwsza.

Pozycja 2. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie urządzenia z możliwością przeprowadzenia 300 kasetek oraz załadunku 1/3 wsadu, 2/3 wsadu i 3/3 wsadu (300 kasetek) z odpowiednią ilością odczynnika dopasowaną do ilości wsadu

Pozycja 3. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie urządzenia z możliwością przeprowadzenia 300 kasetek oraz załadunku 1/3 wsadu, 2/3 wsadu i 3/3 wsadu (300 kasetek) z odpowiednią ilością odczynnika dopasowaną do ilości wsadu

Pozycja 4. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie urządzenia wyposażonego w koszyki o pojemności 50 x 6szt, 37 x 6szt i 300 kasetek.

Pozycja 5. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie urządzenia które posiada w zestawie: koszyk do układania zorganizowanego na 222 kasetki, koszyk do układania luźnego na 300 kasetek, koszyk do układania zorganizowanego na 300 kasetek

Pozycja 6. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie urządzenia wyposażonego w 3 pojemniki z parafiną biorącą udział w procesie oraz dodatkowego pojemnika na zużytą parafinę

Pozycja 7. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie urządzenia z systemem uzupełniania parafiny w zbiorniku roboczym z pozostałych zbiorników parafinowych

Pozycja 9. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie urządzenia w którym użytkownik ma dostęp do butli z odczynnikami utrwalającym oraz płuczącymi i butlami z użytym odczynnikiem w celu jego utylizacji. Pozostałe butle nie są dostępne do wyjęcia przez użytkownika

Pozycja 10. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie urządzenia wyposażonego w 3 optyczne czujniki poziomu odczynnika w komorze reakcyjnej oraz dodatkowego czujnika optycznego przepełnienia komory

Pozycja 13. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie urządzenia nie wymagającego ogrzewania pokrywy komory reakcyjnej

Pozycja 14. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie urządzenia z pokrywą wykonaną z tworzywa oraz szkła dla łatwego utrzymania czystości

Pozycja 15. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie urządzenia, które posiada wbudowane na stałe 9 butli na odczynniki w tym 6 na alkohol i 3 na ksylen

Pozycja 17. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie urządzenia nie wymagającego systemu kondensacji i korzystania z butli na kondensat



Pozycja 18. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie butli odczynnikowych o pojemności 5L i stacji parafinowych o pojemności 5,6L.

Pozycja 19. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie urządzenia w którym użytkownik ma dostęp do butli z odczynnikami utrwalającym oraz płuczącymi i butlami z zużytym odczynnikiem w celu jego utylizacji. Pozostałe butle nie są dostępne do wyjęcia przez użytkownika

Pozycja 20. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie urządzenia z temp topnienia parafiny od 45 do 65°C

Pozycja 21. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie urządzenia z temp topnienia parafiny od 45 do 65°C

Pozycja 22. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie urządzenia z zakresem regulacji temperatury dla odczynników odwadniających w zakresie od temp. pokojowej do 55°C

Pozycja 23. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie urządzenia z możliwością edycji programu czyszczącego

Pozycja 24. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie możliwości zaprogramowania czasu infiltracji w zakresie od 1 min. do 99 godzin 59 min

Pozycja 25. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie urządzenia z możliwością ustawienia 8 programów

Pozycja 26. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie urządzenia z możliwością ustawienia 2 programów startowych w cyklu dziennym rozpoznawalnych po załadowaniu komory. Automatycznie podpowiada użytkownikowi wybór program do materiałów drobnych dzienny lub nocny dla materiałów większych

Pozycja 29. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie urządzenia z wyświetlaniem na ekranie:

- graficzne odwzorowanie pobieranych odczynników jest wyświetlane na ekranie wszystkich odczynników
- wyświetlany jest na każdej komorze z parafiną jej aktualna obecność oraz jej temperatura
- temperatura wewnątrz komory reakcyjnej
- ciśnienie wewnątrz komory reakcyjnej
- data, godzina
- wyświetlane programy
- nazwę aktualnie zalogowanego użytkownika
- wyświetlane jest odwzorowanie czynności procesu trwającego oraz czas kroku i zakończenia procesu przetwarzania

Pozycja 30. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie urządzenia nie wymagającego szybko złączy ze względu na przewidzianą konstrukcję przez producenta urządzenia

Pozycja 31. Zwracamy się z prośbą o uznanie za równoważne urządzenie, które monitoruje w systemie ciągłym wszystkie kluczowe parametry wyświetlając ich status w przypadku odbiegającym od zakładanych ustawień.

Pozycja 33. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie urządzenia które weryfikuje w czasie rzeczywistym parametry wyświetlając na bieżąco ich status w przypadku odbiegającym od zakładanych ustawień

Pozycja 35. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie urządzenia wyposażonego w trwały zawór rotacyjny ze stali

Pozycja 39. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie urządzenia z 1 gniazdem USB i 1 interfejsem sieciowym

Pozycja 41. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie urządzenia z automatyczną informacją o topnieniu parafiny z możliwością uruchomienia programu

Pozycja 44. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie urządzenia nie wymagającego systemu manualnej autorotacji. Manualna wymiana odczynników naraża użytkownika na szkodliwe opary odczynników.

Pozycja 46. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie urządzenia nie wymagającego sitka filtracyjnego

Pozycja 47. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie urządzenia nie wymagającego wysuwanej tacki z wkładkami z woskowanego papieru

Pozycja 48. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie urządzenia nie wymagającego systemu kondensacji oparów z komory reakcyjnej

Pozycja 49. Zwracam się z prośbą o dopuszczenie urządzenia nie wymagającego systemu detekcji prawidłowej instalacji butli z odczynnikami

Pozycja 50. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie urządzenia które weryfikuje w czasie rzeczywistym poprawność pracy urządzenia wyświetlając na bieżąco ich status w przypadku odbiegającym od zakładanych ustawień

Pozycja 51. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie urządzenia nie wymagającego systemu detekcji prawidłowej instalacji butli z odczynnikami

Pozycja 53. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie urządzenia rejestrującego liczbę przepracowanych cykli

Pozycja 54. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie urządzenia którego status butli odczynnikowych wyświetlany jest na bieżąco na ekranie

Pozycja 55. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie urządzenia z zaprogramowanymi 2 programami do przeprowadzania materiału tkankowego

Pozycja 56. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie urządzenia którego wszystkie informacje o statusie pracy wyświetlane są na kolorowym ekranie dotykowym w czasie rzeczywistym

Pozycja 58. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie urządzenia gdzie można zmienić dźwięk alarmu, liczbę powtórzeń oraz włączyć lub wyłączyć alarmy urządzenia dla poszczególnych zdarzeń.

WYPOSAŻENIE I INNE

Pozycja 60. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie urządzenia gdzie można zmienić dźwięk alarmu, liczbę powtórzeń oraz włączyć lub wyłączyć alarmy urządzenia dla poszczególnych zdarzeń.

Pozycja 63. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie urządzenia z pakietem startowym:

- Parafina histopatologiczn w formie granulatu. Temperatura topnienia 56-58°C°. 2 x 25kg

- Parafina histopatologiczn w formie granulatu. Temperatura topnienia 52-54°C°. 5 x 10 kg

- Ksylen 20 l

- Alkohol absolutny skarżony 35 l

- Filtr węglowy x1

- Filtr formaldehydowy x2

- Metalowa foremka wielokrotnego użytku do zatapiania materiału tkankowego w parafinie.

Wymiary foremki 37x24x7 mm – 40 szt.

- Metalowa foremka wielokrotnego użytku do zatapiania materiału tkankowego w parafinie.

Wymiary foremki 24x24x7 mm – 40 szt.

Odpowiedzi Zamawiającego.

Ad. pozycja 2, 3, 10, 14, 18, 20, 21, 23, 24, 29, 31, 33, 41, 47, 50, 53, 54, 56, 58, 60, 63 – ulega modyfikacji treść SWZ, która polega na dopuszczeniu opisanego w pytaniu parametru, funkcji w urządzeniu oferowanym.

Ad. poz. 4, 5, 6, 7, 9, 13, 15, 17, 19, 22, 25, 26, 30, 35, 39, 44, 46, 48, 49, 51, 55 – podtrzymuje się zapisy w SWZ.

Pytania część druga.

Załącznik nr 2 OPZ

Część III Pozostałe

Punkt 3. Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisu na " Ponadto wykonawca zapewnia dostępność oryginalnych lub równoważnych części zamiennych przez czas przewidywanego cyklu życia wyrobu, co najmniej przez 4 lata od daty wygaśnięcia gwarancji.". Wykonawca posiada znaczny magazyn części zamiennych, ale obecna sytuacja rynkowa spowodowana szybkim rozwojem technologii oraz

brak przepisów prawnych nakładających na producentów obowiązku dostępności części przez tak długi okres powoduje, że w standardowych warunkach rynkowych jest to bardzo trudne do realizacji, a spełnienie takiego wymogu wymaga od wykonawców tworzenia i utrzymywania specjalnych magazynów części serwisowych, ich wcześniejszego zakupu oraz długotrwałego składowania. Działania te generują znaczące koszty logistyczne i finansowe, które muszą zostać uwzględnione w cenie oferty, co w praktyce prowadzi do istotnego podwyższenia ceny końcowej dostawy bez proporcjonalnych korzyści dla Zamawiającego

Punkt 8. Prosimy zamawiającego o wydłużenie czasu reakcji serwisu do 48 h oraz potwierdzenie, iż pomoc zdalna, telefoniczna jest dopuszczalna. Zwracamy uwagę, iż do tej pory wiele awarii udało się rozwiązać przy wsparciu zdalnym.

Punkt. 10. Ze względu na odległość siedziby wykonawcy oraz gabaryty urządzenia Prosimy zamawiającego o wydłużenie czasu na dostawę urządzenia zastępczego do 14 dni.

Odpowiedź ad. pkt 3, 8, 10 – podtrzymuje się zapisy w SWZ.

Pytania część trzecia.

PYTANIE NR 1 DO PKT 60.

Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o odstąpienie od wymogu posiadania przez oferowane urządzenie dedykowanej aplikacji producenta przeznaczonej dla urządzeń mobilnych (tablet, smartfon) pracujących w systemach Android i iOS, umożliwiającej m.in.:

- możliwość podłączenia kilku procesorów pod jedno konto i jednoczesne zdalne monitorowanie pracy kilku urządzeń.
- podgląd bieżącego statusu pracy urządzenia
- czas rozpoczęcia i zakończenia programu
- aktualny krok programu
- liczba procesowanych kaset
- podgląd harmonogramu wymiany odczynników
- podgląd tygodniowego raportu diagnostycznego urządzenia
- podgląd błędów i ostrzeżeń z urządzenia
- podgląd historii pracy urządzenia

Odpowiedź: Ulega modyfikacji treść SWZ, która polega na dopuszczeniu urządzenia, które nie będzie posiadało dedykowanej aplikacji opisanej w pkt. 60

PYTANIE NR 2

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na wydłużenie terminu wykonania zamówienia do 6 tygodni od daty zawarcia umowy (42 dni kalendarzowych).

Odpowiedź: Ulega modyfikacji treść SWZ, która polega na dopuszczeniu proponowanego terminu realizacji dostawy tj. do 42 dni kalendarzowych.

PYTANIE NR 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację §6 w następujący sposób:

1. Strony ustanawiają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy, w formie kar umownych.
 - a) za rozwiązanie, odstąpienie lub wypowiedzenie przez Wykonawcę umowy w wysokości 10% ceny określonej w § 3 ust. 3;
 - a) za rozwiązanie lub odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy w wysokości 10% ceny określonej w § 3 ust. 3;

- b) za niedotrzymanie przez Wykonawcę terminu dostawy przedmiotu umowy określonego w § 2 ust. 1 w wysokości **0,2%** ceny określonej w § 3 ust. 3 za każdy dzień zwłoki liczony od ostatniego dnia wyznaczonego (wcześniej uzgodnionego pisemnie) na dostarczenie przedmiotu umowy, liczonej od wartości przedmiotu, którego zwłoka dotyczy.
 - c) za zwłokę w usunięciu usterki w okresie gwarancji i rękojmi w wysokości **0,2%** ceny określonej w § 3 ust. 3 za każdy dzień zwłoki, liczony od następnego dnia po terminie wyznaczonym na reakcję serwisu – przybycie do siedziby Zamawiającego, przy czym max. czas reakcji nie może przekroczyć terminu określonego w opisie przedmiotu zamówienia (zał. nr 2 do SWZ) od przesłania zgłoszenia do placówki serwisu wskazanego w ofercie.
2. Naliczanie kary umownej odbędzie się poprzez wystawienie noty wraz z uzasadnieniem i terminem zapłaty. Zamawiający zastrzega, iż kary umowne mogą zostać potrącone z ceny określonej w § 3 ust. 3.
 3. Strony mogą dochodzić na ogólnych zasadach odszkodowania przewyższającego kary umowne.
 4. Łączna wysokość kar nie może przekroczyć 5% wartości przedmiotu umowy, którego dotyczy będzie naliczenie kar.

Odpowiedź – podtrzymuje się zapisy w SWZ.

Upoważnia się wykonawców do wprowadzenia zmian w treści SWZ wyłącznie w zakresie dotyczącym wprowadzonych przez Zamawiającego ww sprostowaniu.

Terminy składania i otwarcia ofert nie ulegają zmianie.

(na oryginale podpis nieczytelny osoby, której Kierownik zamawiającego powierzył wykonywanie zastrzeżonych dla niego czynności)

Piotr Wichowski
Kierownik Działu Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia WSSD