

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Na realizację przedmiotowego zamówienia Zamawiający otrzymał grant w ramach Projektu grantowego nr FENX.06.01-IP.03-0001/23 pod nazwą „Wsparcie podstawowej opieki zdrowotnej (POZ)”, realizowanego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, realizowanego na podstawie umowy nr FENX.06.01-IP.03-0001/23-00/1374/2024/17 zawartej w dniu 27.03.2024 r. pomiędzy Skarbem Państwa – Ministrem Zdrowia a Narodowym Funduszem Zdrowia

Zamówienie nie może zostać udzielone podmiotom powiązanim z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa urządzenia diagnostycznego Pulsoksymetru służącego do nieinwazyjnego pomiaru poziomu tlenu we krwi (saturacji SpO₂) oraz tętna (PRbpm) – zgodnie z opisem i specyfikacją techniczną przedmiotu zamówienia w tabeli poniżej (zwanego dalej „Pulsoksymetr”), oraz przeszkolenie personelu. Pulsoksymetr ma służyć do szybkiego monitorowania poziomu tlenu oraz tętna krwi przez lekarza lub pielęgniarkę w ramach diagnostyki w POZ.

Główny przedmiot zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 33121000-4.

Opis przedmiotu zamówienia, warunki realizacji zamówienia oraz zawarte projektowane postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści umowy (PPU)

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Zamawiający nie dokona podziału zamówienia na części w celu zachowania ujednolicenia marki i modelu ofertowanego sprzętu do wykonywania badań medycznych.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

OŚWIADCZAMY, ŻE OFERUJEMY:

Niespełnienie co najmniej jednego z postawionych poniżej wymagań co do ich wartości minimalnych spowoduje odrzucenie oferty.

Kolumnę 3 i 4 wypełnia Wykonawca.

Lp.	OPIS PARAMETRÓW WYMAGANYCH	Wymogi graniczne/ Sposób oceny	Odpowiedź Wykonawcy TAK/NIE parametry oferowane należy podać zakresy lub opisać
Pulsoksymetr – 7 szt.			
Typ/model oferowanego sprzętu:			
Producent:			
Kraj produkcji:			
Rok produkcji:			
1	2	3	4
I.	WARUNKI PODSTAWOWE		
1.	Urządzenie nie starsze niż 2025 rok, fabrycznie nowe, nieużywane, nie rekondukcjonowane, nie powystawowe	Tak, podać	
II.	Parametry ogólne		
1.	Pulsoksymetr napalcowy	Tak, podać	

2.	wyświetlacz OLED 128x64 pikseli	Tak, podać	
3.	zakres pomiaru pulsu (PR): 30-240 sk./min	Tak, podać	
4.	rozdzielczość (PR): +/- 1 sk./min	Tak, podać	
5.	dokładność (PR): +/- 2 sk/min	Tak, podać	
6.	zakres pomiaru nasycenia tlenem (SpO2): 35-99%	Tak, podać	
7.	rozdzielczość (SpO2): 1%	Tak, podać	
8.	dokładność (SpO2): 80% - 99%: +/-2%	Tak, podać	
9.	dokładny pomiar nasycenia krwi tlenem (saturacji) oraz częstotliwości tętna	Tak, podać	
10.	wyniki pomiarów saturacji oraz tętna podawane są w formie cyfrowej oraz jako wykres (prezentacja wartości SpO2, częstotliwość pulsu, pletyzmogram, wykres słupkowy)	Tak, podać	
11.	6 trybów wyświetlania w 4 kierunkach	Tak, podać	
12.	wyświetlacz OLED i czujnik w jednym urządzeniu	Tak, podać	
13.	regulacja natężenia podświetlenia wyświetlacza pozwala na dopasowanie do otoczenia	Tak, podać	
14.	niewielkie wymiary	Tak, podać	
15.	prosta obsługa jednym przyciskiem	Tak, podać	
16.	niskie zużycie energii - czas pracy do 25 godzin	Tak, podać	
17.	automatyczne wyłączanie		
18.	zasilanie: 2 baterie alkaliczne AAA		
19.	wskaźnik wyczerpania baterii	Tak, podać	
20.	Okres gwarancji min. 24 mce	Tak/Nie, podać okres	
21.	Zapewnienie dostępności części zamiennych i serwisu przez okres min. 8 lat od daty zainstalowania i przekazania przedmiotu zamówienia. Powyższe nie dotyczy oprogramowania i sprzętu komputerowego, dla którego Wykonawca zapewnia 5 letnią dostępność części zamiennych	Tak/Nie, podać okres	
22.	Wsparcie techniczne dotyczące napraw, remontów i przeglądów po okresie gwarancji przez co najmniej	Tak, podać okres	
23.	Dostawa, montaż i uruchomienie, przeszkolenie personelu medycznego, technicznego w zakresie eksploatacji i obsługi.	Tak, podać	
24.	W trakcie trwania gwarancji wykonanie przeglądów technicznych zgodnie z zaleceniami producenta. Jeśli urządzenie wymaga przeglądów. Jeśli nie wymaga przedstawienie dokumentu lub wpis w paszporcie technicznym poświadczające, że urządzenie nie wymaga przeglądu technicznego.	Tak, podać	

*** Uzupełnia Wykonawca**

UWAGA: Wykonawca dokonuje szczegółowego opisu wymaganego parametru, a w przypadku parametru określonego przez Zamawiającego przez podanie wartości "maksymalnie", "minimalnie", wykonawca podaje dokładne wartości oferowanych parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszym opisie.

Parametry określone jako "TAK" są parametrami granicznymi stanowią wymagania odcinające, oferta nie spełniająca wymogów granicznych podlega odrzuceniu bez dalszego rozpatrywania. Brak opisu lub potwierdzenia wymaganego warunku będzie traktowany, jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia.

Zaoferowane powyżej parametry wymagane powinny być nie sprzeczne z dołączonym do oferty materiałem informacyjnym.

Wykonawca gwarantuje niniejszym, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest zgodne z wymogami SWZ, sprzęt jest fabrycznie nowy, nieużywany, kompletny, i po zainstalowaniu i uruchomieniu będzie gotowy do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych, z wyłączeniem materiałów eksploatacyjnych.

Miejscowość data

.....
podpis Wykonawcy
lub osoby upoważnionej