

Świebodzin, 23.03.2026 r.

Znak sprawy ZP.TP.2.2026

**WYJAŚNIENIE ZAPISÓW
SPECYFIKACJI WARUNKÓW
ZAMÓWIENIA**

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.) pod nazwą: **Dostawa aparatu ultrasonograficznego, sterylizatora parowego, myjki ultradźwiękowej i myjki dezynfektora dla Lubuskiego Centrum Ortopedii Sp. z o. o. w Świebodzinie.**

Zamawiający zgodnie z art. 284 ust.6 ustawy Pzp przekazuje wykonawcom treść pytań wraz z odpowiedziami:

Pytanie nr 1

Dotyczy: Załącznika nr 6b do SWZ – Zadanie 2 STERYLIZATOR PAROWY, tabela, Wyposażenie sterylizatora pkt. 1

Czy Zamawiający nie popełnił oczywistej omyłki pisarskiej wymagając wózka wsadowego o pojemności 4 STE do sterylizatora o pojemności komory 6 STE?

Odpowiedź nr 1

Zamawiający popełnił oczywistą omyłkę pisarską, wózek wsadowy ma być o pojemności 6 STE.

Pytanie nr 2

Dotyczy: Projektowanych postanowień umowy – załącznik nr 3 do SWZ § 5 ust. 9

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zmianę zapisu § 5 ust. 9 umowy w zakresie warunku wymiany sprzętu medycznego na nowy.

Wnosimy, aby obowiązek wymiany urządzenia następował w przypadku dokonania 5 napraw tego samego elementu (podzespołu), zamiast – jak obecnie – 5 dowolnych wad (awarii/usterek) całego urządzenia.

Uzasadnienie:

Współczesne urządzenia składają się z wielu niezależnych modułów i podzespołów, których awarie mogą mieć charakter jednostkowy i niepowtarzalny. Z technicznego punktu widzenia pojedyncze incydentalne usterki różnych elementów urządzenia nie świadczą o jego trwałej wadliwości, mogą wynikać z naturalnej eksploatacji złożonego systemu, jakim jest sprzęt medyczny.

Natomiast wielokrotna awaria tego samego elementu wskazuje na jego trwałą wadę konstrukcyjną, materiałową lub produkcyjną, tylko w takich przypadkach wymiana całego urządzenia jest uzasadniona zarówno z punktu widzenia niezawodności, jak i bezpieczeństwa użytkownika.

Dodatkowo podkreślić należy, iż przedmiotowa umowa przewiduje realizację napraw oraz obsługi serwisowej przez autoryzowany serwis, co gwarantuje wysoki poziom jakości wykonywanych czynności, zgodność z procedurami producenta oraz zastosowanie oryginalnych części zamiennych.



LUBUSKIE CENTRUM ORTOPEDII

im. dr. Lecha Wierusza w Świebodzinie Spółka z o.o.

ul. Zamkowa 1

REGON 000290630

tel.: 68 475 06 01

http://www.loro.pl

66-200 Świebodzin

NIP 9271938119

fax: 68 475 06 02,

mail: lco@loro.pl

Proponowana zmiana pozwala na bardziej precyzyjne powiązanie obowiązku wymiany sprzętu z rzeczywistą, powtarzalną wadliwością konkretnego podzespołu, eliminując jednocześnie ryzyko nieproporcjonalnej wymiany całego urządzenia w sytuacji wystąpienia kilku niezależnych, drobnych usterek.

Odpowiedź nr 2

Zamawiający wyraża zgodę. W związku z tym § 5 ust. 9 projektowanych postanowień umowy – załącznik nr 3 do SWZ otrzymuje brzmienie:

„9. W przypadku zgłoszenia w okresie trwania gwarancji **5 wad (awarii/usterek) tego samego elementu (podzespołu) Sprzętu medycznego**, które nie powstały z winy Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do wymiany Sprzętu medycznego na nowy, wolny od jakichkolwiek wad (awarii/usterek) i jego dostarczenia na swój koszt do siedziby Zamawiającego. Dostarczenie winno nastąpić nie później niż w ciągu 7 dni od dnia zawiadomienia Wykonawcy wystąpieniu piątej wady (awarii/usterki). W przypadku wymiany Sprzętu medycznego na nowy, okres gwarancji biegnie na nowo od dnia podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru nowego urządzenia bez zastrzeżeń.”

Pytanie nr 3

Dotyczy: Projektowanych postanowień umowy – załącznik nr 3 do SWZ § 3 ust. 1, oraz pkt. IX SWZ

Wnosimy o zmianę terminu zrealizowania zamówienia na 90 dni od daty podpisania umowy. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę sprzętu medycznego konfigurowanego zgodnie ze szczegółowymi wymaganiami określonymi przez Zamawiającego. Proces produkcji takich urządzeń ma charakter indywidualny i wymaga odpowiedniego czasu na kompletację komponentów, konfigurację, testy jakościowe oraz przygotowanie do transportu.

Dodatkowo, realizacja zamówienia obejmuje wykonanie prac adaptacyjnych i dostosowanie infrastruktury technicznej w miejscu instalacji sprzętu. Czynności te są niezbędne dla zapewnienia bezpiecznego transportu na terenie szpitala i prawidłowego funkcjonowania urządzeń.

Uwzględniając powyższe okoliczności, wskazany termin 90 dni jest realny i niezbędny do zapewnienia należytej jakości dostarczonego sprzętu oraz jego bezpiecznego uruchomienia, przy jednoczesnym zachowaniu pełnej zgodności z wymaganiami Zamawiającego.

Odpowiedź nr 3

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę terminu zrealizowania zamówienia. W związku z tym § 3 ust. 1 projektowanych postanowień umowy – załącznik nr 3 do SWZ otrzymuje brzmienie:

„1. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Sprzętu medycznego własnym transportem i na własny koszt i ryzyko w terminie **90 dni** od dnia podpisania Umowy.

Z up. Prezesa LCO Sp. z o. o

Joanna Piotrowska

Specjalista ds. zam. pub.