



**SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
W SŁUPCY**

ul. Traugutta 7, 62-400 Słupca
www.szpital.slupca.pl

NIP: 667-15-34-335

REGON: 000306621

KRS: 0000033422

Słupca, dnia 17.02.2026 r.

Dot. SPZOZ/ZP/382/3/2026

**Wykonawcy ubiegający się
o udzielenie zamówienia publicznego**

Wyjaśnienia treści SWZ

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający udziela wyjaśnień dotyczących treści specyfikacji warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego „**Dostawa odczynników, podłoży, pasków, testów lateksowych wraz z dzierżawą analizatorów**”

Pakiet 4 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opakowań zawierających 25 sztuk testów z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań?

Odp. Tak.

Pakiet 5 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie testu wykrywającego wirusa SARS-CoV-2, Grypy A/B, RSV w próbkach z wymazu z jamy nosowo-gardłowej lub jamy ustnej i gardła?

Odp. Tak.

Czy Zamawiający w pakiecie 5 dopuści test pakowany po 25 kasetek?

Odp. Tak.

Czy Zamawiający w pakiecie 4 dopuści test pakowany po 25 kasetek?

Odp. Tak.

Czy Zamawiający w pakiecie 2 pozycja 1 dopuści testy pakowane po 30?

Odp. Tak.

Czy Zamawiający w pakiecie 2 pozycja 3 dopuści testy pakowane po 100?

Odp. Tak.

Czy Zamawiający w pakiecie 2 pozycja 4 dopuści testy pakowane po 60?



Sekcja ds. Zamówień Publicznych
tel. 63 275 23 00 wew. 486
eurbaniak@szpital.slupca.pl





**SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
W SŁUPCY**

ul. Traugutta 7, 62-400 Słupca
www.szpital.slupca.pl

NIP: 667-15-34-335

REGON: 000306621

KRS: 0000033422

Odp. Tak.

Czy Zamawiający w pakiecie 2 pozycja 5 miał na myśli test kasetkowy?

Odp. Tak.

Czy Zamawiający w pakiecie 2 pozycja 5 dopuści testy pakowane po 10?

Odp. Tak.

Czy Zamawiający w pakiecie 2 pozycja 6 dopuści testy pakowane po 100?

Odp. Tak.

Czy Zamawiający w pakiecie 2 pozycja 7 dopuści testy pakowane po 10?

Odp. Tak.

Pytania do umowy:

Załącznik 4

1. § 3 pkt 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na skrócenie terminów płatności z 60 na 30 dni kalendarzowych od dnia wystawienia faktury?

Uzasadnienie:

Prośbę swą motywujemy tym, iż zgodnie z kodeksem cywilnym umowa powinna cechować się równością stron stosunku cywilnego. Korekta, o którą prosimy, w znacznym stopniu przybliży wymagany prawem charakter. W treści Kodeksu cywilnego nie ma postanowień, które wskazywałyby na preferowanie Zamawiającego, zawierającego umowę o zamówienie publiczne. Także żaden zapis z Prawa zamówień publicznych nie uprawnia Zamawiającego do czynienia odstępstw od zasady równości stron.

Odp. Zamawiający pozostawia zapisy bez zmian.

2. § 5 pkt 1

Zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisów w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości **netto**, a nie **brutto**.

Uzasadnienie:

VAT jest należnością publicznoprawną, którą wykonawca jest zobowiązany odprowadzić do urzędu skarbowego. Ponadto sama kwota podatku VAT wliczona do ceny oferty nie ma wpływu na korzyści ekonomiczne osiągnięte przez wykonawcę z tytułu wykonania zamówienia.

Odp. Zamawiający pozostawia zapisy bez zmian.



Sekcja ds. Zamówień Publicznych
tel. 63 275 23 00 wew. 486
eurbania@szpital.slupca.pl





**SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
W SŁUPCY**

ul. Traugutta 7, 62-400 Słupca
www.szpital.slupca.pl

NIP: 667-15-34-335

REGON: 000306621

KRS: 0000033422

3. § 5 pkt 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie procenta naliczanej kary do maksymalnie **5% wartości netto** niezrealizowanej umowy w przypadku odstąpienia od umowy?

Uzasadnienie:

Jeśli dostawa towaru będzie w znaczącej mierze realizowana w sposób prawidłowy, a dla przykładu odstąpienie od umowy będzie dotyczyć niewielkiej partii towaru, to zastrzeżenie kary umownej naliczanej od ogólnej wartości całej umowy na dostawę będzie miało charakter rażąco zawyżony. W takiej sytuacji nie budzi wątpliwości dysproporcja między poniesioną szkodą a wysokością kary umownej.

Odp. Zamawiający pozostawia zapisy bez zmian.

Załącznik 5

1. § 7 pkt 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na skrócenie terminów płatności z 60 na 30 dni kalendarzowych od dnia wystawienia faktury?

Uzasadnienie:

Prośbę swą motywujemy tym, iż zgodnie z kodeksem cywilnym umowa powinna cechować się równością stron stosunku cywilnego. Korekta, o którą prosimy, w znacznym stopniu przybliży wymagany prawem charakter. W treści Kodeksu cywilnego nie ma postanowień, które wskazywałyby na preferowanie Zamawiającego, zawierającego umowę o zamówienie publiczne. Także żaden zapis z Prawa zamówień publicznych nie uprawnia Zamawiającego do czynienia odstępstw od zasady równości stron.

Odp. Zamawiający pozostawia zapisy bez zmian.

2. § 12 pkt 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie procenta naliczanej kary do maksymalnie **5% wartości netto** niezrealizowanej umowy w przypadku odstąpienia od umowy?

Uzasadnienie:

Jeśli dostawa towaru będzie w znaczącej mierze realizowana w sposób prawidłowy, a dla przykładu odstąpienie od umowy będzie dotyczyć niewielkiej partii towaru, to zastrzeżenie kary umownej naliczanej od ogólnej wartości całej umowy na dostawę będzie miało charakter rażąco zawyżony. W takiej sytuacji nie budzi wątpliwości dysproporcja między poniesioną szkodą a wysokością kary umownej.

Odp. Zamawiający pozostawia zapisy bez zmian.



Sekcja ds. Zamówień Publicznych
tel. 63 275 23 00 wew. 486
eurbaniak@szpital.slupca.pl





**SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
W SŁUPCY**

ul. Traugutta 7, 62-400 Słupca
www.szpital.slupca.pl

NIP: 667-15-34-335

REGON: 000306621

KRS: 0000033422

Pakiet 1 - odczynniki do identyfikacji i oznaczania lekowrażliwości, odczynniki do posiewów krwi i płynów ustrojowych, podłoża oraz paski do określania lekowrażliwości z gradientem stężeń

Wnosimy o odpowiedź na następujące pytania:

1. Pakiet nr 1. SWZ. Rozdział III. Opis przedmiotu zamówienia, Pkt 2. Dotyczy okresu ważności oraz wzór umowy dostawy § 1. Ust. 3 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikacje zapisu i wyrazi zgodę na zaoferowanie produktów z minimalnym terminem ważności dla podłoży na płytach z krwią – min. 4 – 5 tygodnie, dla podłoży na płytach bez krwi oraz podłoży chromogennych – min. 3 - 8 tygodni oraz dla pozostałych produktów min 4-6 miesięcy od daty pojedynczej dostawy?

Uzasadnienie: Ze względu na skład, komponenty i system produkcji odczynników - nie można określić terminu ważności oferowanego asortymentu na podany w SWZ. Oferowane terminy ważności zostały podane zgodnie z zaleceniami producenta. Tylko pozytywna odpowiedź pozwoli Wykonawcy na złożenie oferty z wiedzą iż z zawartej później umowy będzie należycie się wywiązać.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

2. Pakiet nr 1. SWZ. Rozdział XIV. Informacja o przedmiotowych środkach dowodowych - Czy Zamawiający odstąpi od wymogu dołączenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych w postaci: folderów, katalogów, ulotek oraz materiałów informacyjnych i wyrazi zgodę na udostępnienie strony Wykonawcy, na której będą dostępne w/w materiały do samodzielnego pobrania według podanych numerów katalogowych?

Uzasadnienie: Z uwagi na obszerność postępowania oraz na fakt, że nasze produkty są Państwu dobrze znane i wykorzystywane w bieżącej działalności zwracamy się z uprzejmą prośbą o uznanie, że Zamawiający posiada wystarczającą wiedzę na temat oferowanych przez nas produktów, co pozwala na odstępnie od składania dokumentów. Dodatkowo Wykonawca dołączy do oferty oświadczenie wykonawcy, iż posiada wszystkie wymagane dokumenty i przedstawi je na każde żądanie Zamawiającego.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

3. Pakiet nr 1. Załącznik nr 6 do SWZ – OPZ, poz. 54 i poz. 66 - Czy Zamawiający odstąpi od zaoferowania etestu Colistyna z pozycji 54 , oraz test do wykrywania B-laktamaz z poz. 66, ze względu na to iż w/w produkty nie znajdują się w ofercie wykonawcy ?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

4. Pakiet nr 1. Załącznik nr 6 do SWZ – OPZ, poz. 36 i poz. 78 - Czy nie nastąpiła omyłka pisarska w pozycjach 36 i 78? Czy Zamawiający wymaga zaoferowania tego samego podłoża Granada Agar ?

Odp. Tak, nastąpiła omyłka pisarska.



**SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
W SŁUPCY**

ul. Traugutta 7, 62-400 Słupca
www.szpital.slupca.pl

NIP: 667-15-34-335

REGON: 000306621

KRS: 0000033422

5. Pakiet nr 1. Załącznik nr 6 do SWZ – OPZ, poz. 81 - Czy Zamawiający w poz. 81 dopuści krążki z optochiną konfekcjonowane w opakowaniach po 2x30 sztuk i zaoferowanie 11 opakowań zbiorczych zamiast 22 ?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

6. Pakiet nr 1. Załącznik nr 6 do SWZ – OPZ, UWAGI pod tabelą asortymentowo – cenową - Czy Zamawiający może doprecyzować czy „Certyfikat kompatybilności do aparatu oznaczającego identyfikację i lekooporność szczepów bakteryjnych i grzybów” ma dotyczyć podłoży chromogennych ?

Odp. Tak.

7. Pakiet nr 1. Załącznik nr 7 do SWZ – Szczegółowy opis analizatorów - Czy w przypadku butelek do posiewu krwi Zamawiający wymaga aby producent posiadał zwalidowaną przez EUCAST metodę do wykonywania antybiogramu bezpośrednio z dodatniej butelki z posiewu krwi- procedura potwierdzona stosownym wpisem na stronie EUCAST (RAST- rapid antimicrobial susceptibility testing) ?

Odp. Tak.

8. Pakiet nr 1. Załącznik nr 7 do SWZ – Szczegółowy opis analizatorów - Czy Zamawiający uzna za spełnienie parametru ocenianego jeżeli testy do lekowrażliwości zawierają zestawy antybiotyków dla poszczególnych drobnoustrojów oraz stężenia zgodnie z zaleceniami EUCAST lub/i CLSI ?

Odp. Tak.

9. Pakiet nr 1. Załącznik nr 7 do SWZ – Szczegółowy opis analizatorów - Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania aparat do lekowrażliwości z roku 2018 oraz aparat do posiewu krwi z roku 2023 ?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza aparatu do lekowrażliwości z roku 2018, natomiast dopuszcza aparat do posiewu krwi z roku 2023.

10. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na składanie zamówień oraz na zgłaszanie reklamacji odczynników i awarii aparatu przez aplikację Wykonawcy (strona internetowa)?

Uzasadnienie: Składanie zamówień, zgłaszanie reklamacji odczynników i awarii aparatu przez aplikację Wykonawcy umożliwi Zamawiającemu przeglądanie historii wpisów, śledzenie statusu zgłoszeń i wysyłki zamówień.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

11. Czy istnieje możliwość podpisania umowy w wersji elektronicznej za pomocą certyfikowanego podpisu kwalifikowanego?



Sekcja ds. Zamówień Publicznych
tel. 63 275 23 00 wew. 486
eurbania@szpital.slupca.pl





**SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
W SŁUPCY**

ul. Traugutta 7, 62-400 Słupca
www.szpital.slupca.pl

NIP: 667-15-34-335

REGON: 000306621

KRS: 0000033422

Uzasadnienie: Ze względu na wewnętrzne procedury oraz usprawnienie procesu, prosimy o wyrażenie zgody na podpisanie dokumentów w formie elektronicznej. Proszę o informację, czy taka forma jest akceptowalna w ramach niniejszego postępowania.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

Pytania do Projektowanych postanowień umowy dostawy (Załącznika nr 4 do SWZ):

12. §4 ust. 2 - Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na: „W przypadku wad towaru, Wykonawca, zobowiązany jest do wymiany zakwestionowanej partii towaru na własny koszt w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze od dnia uwzględnienia reklamacji zgłoszonej przez Zamawiającego – pisemnie lub mailem”?

Odp. Zamawiający pozostawia zapisy bez zmian.

Pytania do Projektowanych postanowień umowy na dzierżawę analizatora (Załącznika nr 5 do SWZ):

13. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwisu zdalnego, niezbędnego dla zapewnienia kompleksowego wsparcia technicznego zainstalowanej aparatury, co umożliwi szybkie rozwiązywanie problemów w oprogramowaniu, zdalną diagnostykę usterek, przeprowadzanie obowiązkowych aktualizacji oraz udzielanie szybkiej zdalnej pomocy technicznej i merytorycznej pracownikom laboratorium? Jeżeli tak, to zwracamy się z prośbą o wprowadzenie następującego zapisu do umowy w zakresie umożliwienia Wykonawcy możliwości zdalnego serwisowania oferowanego analizatora : „Serwis aparatu w czasie obowiązywania umowy będzie realizowany również zdalnie poprzez bezpieczne połączenie VPN w zakresie rozwiązywania problemów w oprogramowaniu, zdalnej diagnostyki usterek, przeprowadzania obowiązkowych aktualizacji oprogramowania, udzielania szybkiej pomocy technicznej i merytorycznej pracownikom laboratorium. W tym celu Zamawiający umożliwi Wykonawcy dostęp do łącza internetowego w miejscu instalacji aparatu. Wszelkie działania serwisowe będą realizowane z uwzględnieniem wymagań prawnych w zakresie powierzenia i przetwarzania danych osobowych” lub przedstawienie własnych wymagań Zamawiającego w zakresie dostępu do danych i ich przetwarzania w formie odrębnej umowy lub oświadczenia.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

14. § 6 ust. 2 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację postanowienia umownego na: „Naprawy, o których mowa w ust. 1 będą dokonywane niezwłocznie w ciągu 48 godzin w dni robocze”?

Odp. Zamawiający pozostawia zapisy bez zmian.

Czy Zamawiający w pakiecie 3 dopuści testy pakowane po 20 kasetek?

Odp. Tak.



Sekcja ds. Zamówień Publicznych
tel. 63 275 23 00 wew. 486
eurbaniak@szpital.slupca.pl





**SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
W SŁUPCY**

ul. Traugutta 7, 62-400 Słupca
www.szpital.slupca.pl

NIP: 667-15-34-335

REGON: 000306621

KRS: 0000033422

Czy Zamawiający w pakiecie 3 dopuści test, który nie zawiera kontroli zewnętrznej w zestawie?

Odp. Tak.

Czy Zamawiający w pakiecie 3 dopuści dodatkowy wiersz na kontrole zewnętrzną?

Odp. Tak.

Czy Zamawiający w pakiecie 3 dopuści test o poziomie wykrywalności wynosi 0,39 ng/ml antygenu Clostridium difficile GDH, 2 ng/ml toksyny A, 3,12 ng/ml toksyny B?

Odp. Tak.

ZAPYTANIA

Dotyczy -Pakiet 4

Czy Zamawiający dopuści testy wykonywane tylko z materiału pobranego z nosogardzieli?

Odp. Tak.

Dotyczy- Pakiet 5 - Szybki test kasetkowy do wykrywania rdzeniowych nukleoprotein grypy A i B, RSV oraz COVID w wymazie z nosa.

Czy Zamawiający dopuści testy wykonywane tylko z materiału pobranego z nosogardzieli?

Odp. Tak.

Dotyczy: postępowania przetargowego numer sprawy SPZOZ/ZP/382/3/2026 (dalej „przedmiotowe postępowanie”)

1. Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie 5 zaoferowanie testu w opakowaniu zbiorczym po 25 testów wraz z odpowiednim przeliczeniem do pełnych opakowań w górę?

Odp. Tak.

2. Czy Zamawiający wymaga, aby test zaoferowany w Pakiecie 5 posiadał czułości i swoistości wyznaczone względem metody RT-PCR?

Odp. Zamawiający nie wymaga.

3. Czy Zamawiający wymaga, aby test zaoferowany w Pakiecie 5 zawierał 3 membrany i 3 studzienki testowe, co ułatwia interpretację wyniku?

Odp. Zamawiający nie wymaga.



Sekcja ds. Zamówień Publicznych
tel. 63 275 23 00 wew. 486
eurbania@szpital.slupca.pl





**SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
W SŁUPCY**

ul. Traugutta 7, 62-400 Słupca
www.szpital.slupca.pl

NIP: 667-15-34-335

REGON: 000306621

KRS: 0000033422

4. Czy Zamawiający wymaga zaoferowania w Pakiecie 5 testu przeznaczonego do wykrywania SARS-CoV-2, grypy A/B i RSV w wymazie z nosa i nosogardzieli?

Odp. Nie, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie testów wykonywanych również z wymazów jamy ustnej i gardła.



Sekcja ds. Zamówień Publicznych
tel. 63 275 23 00 wew. 486
eurbaniak@szpital.slupca.pl

