



## Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Obornikach

64-600 Oborniki ul. Szpitalna 2

tel.: (61) 29-73-600, fax: (61) 29-60 – 079 e-mail: [szpital@szpital.oborniki.info](mailto:szpital@szpital.oborniki.info)

adres e-Doręczeń: AE:PL-65598-16106-ABGTJ-20

CERTYFIKAT PN-EN ISO 9001:2015-10

BDO 000082299

L. Dz. ZPDK/01/26/18

Oborniki, dnia 10.03.2026r

Wg rozdzielnika

Znak sprawy: ZPD/01/26

Dot. Postępowania na „doposażenie w aparaturę i sprzęt medyczny dla oddziału wewnętrznego SP ZOZ Oborniki, ogłoszonego w dniu 20.02.2026r na stronie internetowej [www.bip.szpital.oborniki.info](http://www.bip.szpital.oborniki.info) oraz Platformie [ezamowienia.gov.pl](http://ezamowienia.gov.pl)

### ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA

I. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Obornikach, ul .Szpitalna 2 na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy Pzp (Dz. U. 2024r, poz. 1320 ze zm.) udziela odpowiedzi na złożone zapytania:

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kary umownej, która wynosi w projekcie umowy 1%?.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

2. Dot. Pakiet nr 8 Łóżko bariatryczne

Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w cztery podwójne koła o średnicy 150 mm z centralną blokadę umożliwiającą ustawienie hamulca w 2 położeniach

- pełna blokada
- jazda swobodna,

natomiast funkcja jazdy na wprost realizowana jest przez zasilany napęd ?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

3. Pakiet nr 7 Materac przeciwodrażny zmiennociśnieniowy

Czy Zamawiający dopuści materac przeciwodrażny zmiennociśnieniowy, pracujący w systemie 2:1 ?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza

4. Pakiet nr 7 Materac przeciwodrażny zmiennociśnieniowy

Czy Zamawiający dopuści materac przeciwodrażny zmiennociśnieniowy o wymiarach: dł.: 1911 mm, szer.: 857 mm, wys.: 200mm ?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza

5. Pakiet nr 7 Materac przeciwodrażny zmiennociśnieniowy

Czy Zamawiający dopuści materac przeciwodrażny zmiennociśnieniowy z możliwością wyboru następujących trybów pracy: zmiennociśnieniowy, stałego niskiego ciśnienia, transportowy, maksymalnego wypełnienia komór ?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza

6. Pakiet nr 7 Materac przeciwodrażny zmiennociśnieniowy

Czy Zamawiający dopuści materac przeciwodrażny zmiennociśnieniowy wyposażony w pompę nie wymagającą wyświetlacza gdzie tryby pracy wybierane są poprzez przyciski membranowe a ustawienia sygnalizowane są odpowiednimi diodami ?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza

7. Pakiet nr 2 Łatwoślizgi

Prosimy o dopuszczenie płachty o wymiarach 200x70 cm.

Prosimy o dopuszczenie krótkiego rękawa o wymiarach 60x41 cm.

Prosimy o dopuszczenie długiego rękawa o wymiarach 200x140cm.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza w/w pozycje.

8. Pakiet nr 3 Ssak elektryczny

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania ssak elektryczny o poborze mocy 110 VA?

Jest to rozwiązanie równoważne podawane w innej jednostce.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza

9. Pakiet nr 3 Ssak elektryczny

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania ssak elektryczny o sile ssania 40 l/min na krońcu wyjściowym ssaka?

Jest to rozwiązanie równoważne różniące się tylko metodą pomiaru.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza

10. Pakiet nr 3 Ssak elektryczny

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania ssak elektryczny o poziomie głośności wynoszącym 45 dB?

Jest to wartość zbliżona do wymaganej.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza

11. Pakiet nr 3 Ssak elektryczny

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania ssak elektryczny wyposażony w poliwęglanowy zbiornik przeciwprzelewowy zabezpieczający pompę próżniową, wciskany do źródła ssania za pomocą węża silikonowego?

Jest to rozwiązanie równoważne

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza

12. Pakiet nr 3 Ssak elektryczny

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania ssak elektryczny z podstawą jezdnią kolumnową wyposażoną w 4 pojedyncze koła, w tym dwa z blokadą?

Jest to rozwiązanie równoważne

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza

13. Pakiet nr 8. Ssak elektryczny.

Pakiet nr 8. Ssak elektryczny.

Pytanie. 1. Pkt 2.

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy ssak elektryczny na kolumnowym wózku jezdnym, wykonanym ze stopów niekorodujących na 4-rech kółkach jezdnych wszystkie z blokadą oraz z szyną na akcesoria zainstalowaną na kolumnie ?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza

14. Pakiet nr 8. Ssak elektryczny.

Pytanie. 2. Pkt 6.

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy ssak elektryczny z bezobsługową (nie wymagającą konserwacji), bezolejową, niskoobrotową pompą tłokową ?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza

15. Pakiet nr 8. Ssak elektryczny.

Pytanie. 3. Pkt 7.

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy ssak elektryczny z siłą ssania minimum 30 L/min ?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza

16. Pakiet nr 8. Ssak elektryczny.

Pytanie. 4. Pkt 9.

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy ssak elektryczny bez możliwości zamocowania kosza na cewniki ?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza

17. Pakiet nr 8. Ssak elektryczny.

Pytanie. 5. Pkt 13.

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy ssak elektryczny z butlą miareczkową o pojemności 2 lub 2,5 L podlegające sterylizacji wykonana z nietłukącego materiału ?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza

18. Pakiet nr 8. Ssak elektryczny.

Pytanie. 6. Pkt 16.

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy ssak elektryczny na kolumnowym wózku jezdnym, wykonanym ze stopów niekorodujących na 4-rech kółkach jezdnych wszystkie z blokadą ?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza

19. Pakiet nr 8. Ssak elektryczny.

Pytanie. 7. Pkt 18.

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy ssak elektryczny nie przystosowany do późniejszej instalacji systemu drenażu, w zakresie od 0 do 40 cm H<sub>2</sub>O do użycia w przypadkach stosowania drenażu ciągłego, intensywnej terapii bezpośrednio do ssaka ?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza

20. Pakiet nr 8. Ssak elektryczny.

Pytanie. 8. Pkt 19.

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy ssak elektryczny o wadze z podstawą jezdną max 16 kg ?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza

21. „Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie urządzeń o poborze mocy na poziomie 150W?

Podniesienie tego limitu pozwoli na dostarczenie jednostek o znacznie wyższej mocy obliczeniowej/wydajności, co przełoży się na szybszą realizację procesów i wyższy komfort pracy użytkowników końcowych.”

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza. Zapisy ja w SWZ.

22. Pakiet nr. 3 -Ssak elektryczny

Pkt. 3-Czy Zamawiający dopuści ssak elektryczny o mocy ssania do 90 l/min. o poborze energii max. 500 W?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza. Zapisy zgodnie jak w SWZ.

23. Pakiet nr. 3 -Ssak elektryczny

Pkt. 6- Czy Zamawiający dopuści ssak elektryczny pracujący w oparciu o wysokoobrotową ( $\geq 1380$  obrotów/min.), bezolejową pompę tłokową? Ssak dzięki takiemu zastosowaniu nie wymaga konserwacji.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza

24. Pakiet nr. 3 -Ssak elektryczny

Pkt. 8-Czy Zamawiający dopuści ssak elektryczny o poziomie hałasu  $\leq 42$  dB?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza

25. Pakiet nr. 3 -Ssak elektryczny

Pkt.11-Czy Zamawiający dopuści ssak elektryczny o podciśnieniu max. -700 mmHg +/- 5% co w przeliczeniu daje -93 kPa +/- 5%?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza

26. Pakiet nr. 3 -Ssak elektryczny

Pkt. 13- Czy Zamawiający dopuści ssak elektryczny wyposażony w 2 zbiorniki 2-litrowe bez pokrywy, przeznaczony do wkładów jednorazowych (wkłady wyposażone w pokrywę z zabezpieczeniem przelewowym)?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza

27. Pakiet nr. 3 -Ssak elektryczny

Pkt. 13- Czy Zamawiający dopuści ssak elektryczny wyposażony w 2 zbiorniki 3 litrowe lub 5 litrowe do wyboru przez Zamawiającego przystosowane do dezynfekcji i sterylizacji w temperaturze 121°C wykonane z poliwęglanu?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający niedopuszcza.

28. Pakiet nr. 3 -Ssak elektryczny

Pkt. 14- Czy Zamawiający dopuści ssak elektryczny wyposażony w zbiornik bezpieczeństwa o poj. 0,3 l z poliwęglanu?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza

29. Pakiet nr. 3 -Ssak elektryczny

Pkt. 19-Czy Zamawiający dopuści ssak elektryczny o wadze 11 kg (z wózkiem max. 23 kg)?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza

30. Pakiet nr. 3 -Ssak elektryczny

Pkt.22- Czy Zamawiający odstąpi od wymogu wykonywania przeglądów okresowych, na podstawie oświadczenia producenta urządzenia o braku takiej konieczności?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający odstąpi od wymogu.

31. Pakiet nr. 7 – Materac przeciwodrażny zmiennociśnieniowy.

Pkt. 2. Czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego na zasadzie równoważności materac przeciwodrażny zmiennociśnieniowy, którego wymiary są dostosowane do standardowego łóżka szpitalnego tj. 200cm x 90cm i wynoszą około 196cm x 86cm ± 3cm ?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza

32. Pakiet nr. 7 – Materac przeciwodrażny zmiennociśnieniowy.

Pkt. 3. Czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego na zasadzie równoważności materac przeciwodrażny zmiennociśnieniowy, który jest dedykowany do skutecznej terapii przeciwodrażynowej minimum I i II stopnia ?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza

33. Pakiet nr. 7 – Materac przeciwodrażny zmiennociśnieniowy.

Pkt. 4, 5. Czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego na zasadzie równoważności materac przeciwodrażny zmiennociśnieniowy, który posiada system pracy zmiennociśnieniowy co druga komora, z możliwością przełączenia na tryb statyczny ?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający niedopuszcza

34. Pakiet nr. 7 – Materac przeciwodrażny zmiennociśnieniowy.

Pkt. 8. Czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego na zasadzie równoważności materac przeciwodrażny zmiennociśnieniowy, który posiada pokrętko oraz 2 przyciski funkcyjne ?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza

35. Pakiet nr. 7 – Materac przeciwodrażny zmiennociśnieniowy.

Czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego na zasadzie równoważności materac przeciwodrażny zmiennociśnieniowy nakładany na cienki materac szpitalny np. piankowy ?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający niedopuszcza.

36. Pakiet nr. 7 – Materac przeciwodrażny zmiennociśnieniowy.


Jaką wartość wysokości materaca zmiennociśnieniowego wymaga Zamawiający ? Czy wystarczający będzie przedział pomiędzy 12,0 - 20,5 cm wysokości ?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza

37. Pakiet nr. 7 – Materac przeciwoleżynowy zmiennościśnieniowy.

Czy Zamawiający będzie wymagał w postępowaniu przetargowym potwierdzonej przez producenta skuteczności w leczeniu odleżyn I-IV stopnia ?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie będzie wymagał. Zapisy zgodnie z SWZ.



DYREKTOR  
Samodzielnego Publicznego  
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Obornikach  
*mgr Małgorzata Ludzkowska*