



**SAMODZIELNY PUBLICZNY  
ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ**



27-300 Lipsko ul. J. Śniadeckiego 2  
tel. (48) 378-36-00 fax. (48) 378-36-63

NIP: 811-15-21-798 REGON: 670997773  
www.szpitallipsko.pl e-mail: sekretariat@szpitallipsko.pl



Znak sprawy: 26.ZP.11.2026

Lipsko, dnia 01.04.2026 r.

**Dotyczy wyjaśnienia treści SWZ**

- I. W związku z pytaniami wykonawców, działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2024 r., poz. 1320 z późn. zm. ), przekazujemy wyjaśnienia treści specyfikacji warunków zamówienia, zwanej dalej SWZ, w postępowaniu pt.: NA SUKCESYWNE DOSTAWY MATERIAŁÓW MEDYCZNYCH JEDNORAZOWEGO UŻYTKU, opublikowanym w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 2026/BZP 00167396 z dnia 2026-03-23.

**Zestaw pytań nr 14**

1. Dotyczy Pakiet 14, pozycja 34, 35 - Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie handlowe a'10szt z przeliczeniem podanych ilości?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

2. Dotyczy Pakiet 15 pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści ręczniki o gramaturze 56g/m2?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.**

3. Dotyczy Pakiet 15 pozycja 3 – Czy Zamawiający dopuści serwetę główną z torbą na zbiórki płynów o wymiarach 80x90cm?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.**

4. Dotyczy Pakiet 15 pozycja 8 – Czy Zamawiający dopuści folię operacyjną o wymiarach w części lepnej 14x22cm?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

5. Dotyczy Pakiet 15 pozycja 9 – Czy Zamawiający dopuści folię operacyjną o wymiarach w części lepnej 40x36cm?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

6. Dotyczy Pakiet 15 pozycja 9 – Czy Zamawiający dopuści folię operacyjną o wymiarach w części lepnej 30x36cm?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

7. Dotyczy Pakiet 15 pozycja 10 – Czy Zamawiający dopuści folię operacyjną o wymiarach w części lepnej 55x51cm?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

8. Dotyczy Pakiet 15 pozycja 10 – Czy Zamawiający dopuści folię operacyjną o wymiarach w części lepnej 50x84cm?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

9. Dotyczy Pakiet 15 pozycja 11 – Czy Zamawiający dopuści serwetę na stół instrumentariuszki wykonaną z warstwy nieprzemakalnej folii PE o gramaturze 40 g/m<sup>2</sup>, wzmocnioną hydrofilową włókniną polipropylenową o wymiarach 65 cm x 190 cm i gramaturze 37 g/m<sup>2</sup>. Łączna gramatura w strefie chłonnej - 77g/m<sup>2</sup>?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

10. Dotyczy Pakiet 15 pozycja 11 – Czy Zamawiający dopuści serwetę na stół Mayo wykonaną z folii PE o gramaturze 50 g/m<sup>2</sup> wzmocnioną chłonną włókniną polipropylenową o wymiarach 60 cm x 145 cm i gramaturze 37 g/m<sup>2</sup>. Łączna gramatura w strefie wzmocnionej 87 g/m<sup>2</sup>. Osłona w postaci worka w kolorze czerwonym, składana teleskopowo z zaznaczonym kierunkiem rozwijania?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

11. Dotyczy Pakiet 16 pozycja 2 – Czy Zamawiający dopuści fartuch posiadający wzmocnienie o gramaturze 42g/m<sup>2</sup>, łączna gramatura w strefie wzmocnionej 110g/m<sup>2</sup>?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.**

12. Dotyczy Pakiet 16, pozycja 3 - W związku pojawiającymi się zapytaniami Wykonawców dotyczącymi błędnego wymogu uznania fartucha jako ŚOI prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający wymaga fartucha zarejestrowanego jako wyrób medyczny.

Fartuch niesterylny stosowany w środowisku medycznym ze względu na swoją konstrukcję i właściwości nie spełnia wymagań w odniesieniu do środka ochrony osobistej kategorii I. Wynika to z wymagań zawartych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425.

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga fartucha zarejestrowanego jako wyrób medyczny.**

13. Dotyczy Pakiet 16, pozycja 3, 11, 26, 30 - Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie handlowe a'10szt z przeliczeniem podanych ilości?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

14. Dotyczy Pakiet 16, pozycja 4-6 - Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie handlowe a'100szt z przeliczeniem podanych ilości?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

15. Dotyczy Pakiet 16, pozycja 7, 31 - Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie handlowe a'25szt z przeliczeniem podanych ilości?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

16. Dotyczy Pakiet 16, pozycja 8 - Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie handlowe a'50szt z przeliczeniem podanych ilości?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

17. Dotyczy Pakiet 16 pozycja 14 – Czy Zamawiający dopuści serwetę o wymiarach 50x75cm?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

18. Dotyczy Pakiet 16 pozycja 14 – Czy Zamawiający dopuści serwetę z otworem o średnicy 7cm?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

19. Dotyczy Pakiet 16 pozycja 14 – Czy Zamawiający dopuści serwetę o gramaturze 60g/m<sup>2</sup>?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

20. Dotyczy Pakiet 16 pozycja 19 – Czy Zamawiający dopuści serwetę na stolik Mayo o gramaturze 87g/m<sup>2</sup>?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga**

21. Dotyczy Pakiet 16 pozycja 19 – Czy Zamawiający dopuści serwetę na stolik Mayo o wymiarach 80x145cm, wzmocnienie o wymiarach 60 cm x 145 cm?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga**

22. Dotyczy Pakiet 16 pozycja 24 – Czy Zamawiający dopuści zestaw osłon na ramię C RTG, składający się z czterech części: dwóch osłon z gumką do stabilizacji osłony na aparaturze i dwóch taśm.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga**

23. Dotyczy Pakiet 16, pozycja 25 - Czy Zamawiający dopuści podkład ochronny 33cm x 50cm x 40szt w opakowaniu z przeliczeniem podanych ilości?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga**

24. Dotyczy Pakiet 16, pozycja 30 - Czy Zamawiający dopuści koszulę z wycięciem V pod szyją?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.**

25. Dotyczy Pakiet 16, pozycja 30 - Czy Zamawiający dopuści koszulę operacyjną o długości odpowiednio: S - 111cm, M-112cm, L-113cm, XL-114cm; tolerancja +/-1,5cm?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.**

26. Dotyczy Pakiet 16, pozycja 30 - Czy Zamawiający dopuści koszulę pacjenta włókninową, z wycięciem Y, niejałową, wykonaną z włókniny polipropylenowej o gramaturze 40g/m<sup>2</sup> w kolorze granatowym lub ciemno zielonym, zakładaną przez głowę. Rozmiar uniwersalny: długość koszuli 120cm +/-2cm, szerokość 70cm (obwód 140 cm) +/-2cm?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

27. Dotyczy Pakiet 16, pozycja 30 - Czy Zamawiający dopuści koszulę pacjenta włókninową, z wycięciem Y wiązany na troki oraz dodatkowo wiązaną w pasie?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

28. Dotyczy Pakiet 16, pozycja 30 - Czy Zamawiający dopuści koszulę operacyjną o długości odpowiednio: S -111cm, M-114cm, L i XL-117cm, XXL-120cm; tolerancja +/-2cm?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

29. Dotyczy Pakiet 1, pozycja 1.10 - Czy Zamawiający dopuści igły do Pena standardowe bez elementu bezpieczeństwa pasywnego?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ**

30. Dotyczy Pakiet 1, pozycja 2 - Czy Zamawiający dopuści igły w rozmiarze 18Gx40mm?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ**

31. Dotyczy Pakiet 1, pozycja 2 - Czy Zamawiający dopuści igły zarejestrowane w klasie IIa?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.**

32. Dotyczy Pakiet 1, pozycja 3 - Czy Zamawiający dopuści igłę aspiracyjną z centralnym ścięciem pod kątem 40 stopni?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ**

33. Dotyczy Pakiet 1, pozycja 5 (5.1-5.6) - Czy Zamawiający dopuści kaniule dożylnie z zastawką zabezpieczającą przed wypływem krwi po wprowadzeniu kaniuli do naczynia?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ**

34. Dotyczy Pakiet 1, pozycja 5 (5.1-5.6) - Czy Zamawiający dopuści kaniule dożylnie z porcem górnym?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ**

35. Dotyczy Pakiet 1, pozycja 5.4 - Czy Zamawiający dopuści kaniulę wyłącznie w rozmiarze G20x32mm?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ**

36. Dotyczy Pakiet 1, pozycja 5.5 - Czy Zamawiający dopuści kaniulę wyłącznie w rozmiarze G18x45mm?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ**

37. Dotyczy Pakiet 1, pozycja 5 - Czy Zamawiający dopuści kaniule o następujących rozmiarach:

ROZMIAR [G]	ROZMIAR [mm]	KOLOR	PRZEPŁYW [ml/min]
26 x ¾"	0,6 x 19	fioletowy	17
24 x ¾"	0,7 x 19	żółty	23
22 x 1"	0,9 x 25	niebieski	36
20 x 1¼"	1,1 x 32	różowy	61
18 x 1¾"	1,3 x 45	zielony	90
17 x 1¾"	1,5 x 45	biały	142
16 x 1¾"	1,7 x 45	szary	200
14 x 1¾"	2,0 x 45	pomarańczowy	305

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ**

38. Dotyczy Pakiet 1, pozycja 6 - Czy Zamawiający dopuści kaniule o parametrach:

Posiada pasywne zabezpieczenie przed zakłuciem - ostra część igły (mandrynu) po wyciągnięciu zostanie samoistnie osłonięta elementem zabezpieczającym chroniąc użytkownika przed przypadkowym zakłuciem lub zranieniem

- Igła (mandryn) wykonana ze stali nierdzewnej z ostrzem typu back-cut
- Cewnik kaniuli wykonany z poliuretanu (PUR), wyposażony w 6 pasków kontrastujących w RTG
- Kaniula wyposażona w kolorystycznie barwione skrzydełka z możliwością przysycia do skóry oraz w samodomykający się koreczek portu górnego barwiony kolorystycznie zależnie od rozmiaru
- Uchwyt umożliwiający wykonanie wkłucia jedną ręką
- Filtr hydrofobowy zabezpieczający przed wypływem krwi po wprowadzeniu kaniuli do naczynia
- Dostępna w różnych rozmiarach od 14 g do 24 g
- Jednorazowego użytku
- Nie zawiera lateksu
- Nie zawiera ftalanów
- Sterylizowana tlenkiem etylenu
- Pakowanie: 1 sztuka – twardy blister (PVC + TYVEC) z kolorowym zadrukiem zgodnym z identyfikacją kolorystyczną rozmiaru?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ**

39. Dotyczy Pakiet 1, pozycja 6 - Czy Zamawiający dopuści kaniule o następujących rozmiarach:

ROZMIAR [G]	ROZMIAR [mm]	KOLOR	PRZEPŁYW [ml/min]
24 x ¾"	0,7 x 19	żółty	23
22 x 1"	0,9 x 25	niebieski	36
20 x 1¼"	1,1 x 32	różowy	61
18 x 1¾"	1,3 x 45	zielony	100
17 x 1¾"	1,5 x 45	biały	142
16 x 1¾"	1,7 x 45	szary	200
14 x 1¾"	2,0 x 45	pomarańczowy	305

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ**

40. Dotyczy Pakiet 1, pozycja 6.3 - Czy Zamawiający dopuści kaniulę wyłącznie w rozmiarze G20x32mm?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ**

41. Dotyczy Pakiet 1, pozycja 6.4 - Czy Zamawiający dopuści kaniulę wyłącznie w rozmiarze G18x45mm?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ**

42. Dotyczy Pakiet 1, pozycja 7, 8, 9 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu 1 pozycje 7, 8, 9 i utworzenie z niej odrębnego pakietu? Podział zadania zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców, a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert.

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

43. Dotyczy Pakiet 1, pozycja 11 - Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'250 z odpowiednim przeliczeniem ilości?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

44. Dotyczy Pakiet 2, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści strzykawki j.u. 3-częściowe z końcówką Luer-Lock?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ**

45. Dotyczy Pakiet 2, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści strzykawki j.u. 2-częściowe z końcówką Luer?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.**

46. Dotyczy Pakiet 2, pozycja 1.1-1.4 - Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'100 z odpowiednim przeliczeniem ilości?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

47. Dotyczy Pakiet 2, pozycja 1.4 - Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'50 z odpowiednim przeliczeniem ilości?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

48. Dotyczy Pakiet 2, pozycja 2 - Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'25 z odpowiednim przeliczeniem ilości?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

49. Dotyczy Pakiet 2, pozycja 8 - Czy Zamawiający dopuści strzykawki 50ml?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

50. Dotyczy Pakiet 2, pozycja 9 - Czy Zamawiający dopuści strzykawki sterylizowane tlenkiem etylenu?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

51. Dotyczy Pakiet 3, pozycja 2 - Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania płynów z komorą kroplową wykonaną z wysokiej jakości medycznego PCV o długości 55mm w części przezroczystej z igłą biorczą ściętą czteropłaszczyznowo?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

52. Dotyczy Pakiet 3, pozycja 2 - Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania płynów o parametrach:

wykonany z wysokiej jakości materiałów, przy wykorzystaniu najnowocześniejszych technologii, co gwarantuje bardzo wysoką jakość i bezawaryjne, zgodne z przeznaczeniem użytkowanie

dwukanałowy, czteropłaszczyznowy ostry kolec komory kroplowej ze zmatowioną powierzchnią, gwarantujący szczelne i pewne połączenie z pojemnikami z płynami

odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym oraz zamykaną niebieską klapką

elastyczna komora kroplowa o wielkości 6 cm zaopatrzona w dodatkowe skrzydełka dociskowe ułatwiające wkłucie w pojemniki z płynami

kroplomierz komory 20 kropli = 1 ml } 0,1 ml;

filtr płynu zabezpieczający przed większymi cząsteczkami o wielkości oczek 15 µm

precyzyjny, w pełni bezpieczny zacisk rolkowy wyposażony w pochewkę na igłę biorczą i zaczepek na dren do podwieszenia

na zacisku rolkowym umieszczona nazwa producenta

miękki elastyczny dren o długości min. 150 cm

uniwersalne zakończenie luer-lock zabezpieczone koreczkiem Air Pass z filtrem hydrofobowym, który umożliwia wypełnienie drenu bez przypadkowego zanieczyszczenia oraz

zabezpiecza przed wyciekaniem płynu

jednorazowego użytku

niepirogenny, nietoksyczny

nie zawiera lateksu

nie zawiera ftalanów

sterylizowany tlenkiem etylenu

termin ważności: 5 lat

opakowanie jednostkowe typu folia-papier z kolorowym kodem (niebieskim) identyfikującym rodzaj przyrządu?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

53. Dotyczy Pakiet 3, pozycja 3 - Czy Zamawiający dopuści zestaw do ośrodkowego pomiaru ciśnienia żylnego składający się z osobno pakowanego przyrządu do infuzji oraz zestawu do ośrodkowego monitorowania ciśnienia żylnego zawierającego skalę w formie rurki manometru zakończonej filtrem hydrofobowym, z podziałką w zakresie -3 do +36 cmH<sub>2</sub>O oraz umieszczoną wewnątrz czerwoną kulką. Skala połączona ze standardowym kranikiem trójdrożnym z drenem o długości 105cm zabezpieczonym koreczkiem i wyposażonym w dodatkowy port do podawania leków. W zestawie uchwyt do zamocowania skali na stojaku wyposażony w czerwony ramię do ustalenia poziomu "0" oraz dodatkowa gumka mocująca?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

54. Dotyczy Pakiet 3, pozycja 7 - Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania płynów o parametrach:

wykonany z wysokiej jakości materiałów, przy wykorzystaniu najnowszych technologii

bursztynowe zabarwienie drenu i komory kroplowej

dwukanałowy, czteropłaszczyznowy ostry kolec komory kroplowej ze zmatowioną powierzchnią, gwarantujący szczelne i pewne połączenie z pojemnikami z płynami

odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym zamykany niebieską klapką

elastyczna komora kroplowa o wielkości 6 cm zaopatrzona w dodatkowe skrzydełka dociskowe ułatwiające wklucie w pojemniki z płynami  
kroplomierz komory 20 kropli = 1 ml +/- 0,1 ml  
filtr zabezpieczający przed większymi cząsteczkami o wielkości oczek 15 µm  
miękki i elastyczny dren o długości min. 150 cm z dodatkowym portem do podawania leków  
precyzyjny, bezpieczny zacisk rolkowy wyposażony w pochewkę na igłę biorczą oraz zaczepek na dren do podwieszenia  
uniwersalne zakończenie Luer-Lock  
oba końce przyrządu zabezpieczone dodatkowo ochronnymi kapturkami  
niepirogenny, nietoksyczny  
nie zawiera lateksu  
nie zawiera ftalanów  
sterylizowany tlenkiem etylenu  
termin ważności: 5 lat  
opakowanie jednostkowe typu folia-papier z kolorowym kodem (niebieskim) identyfikującym rodzaj przyrządu?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

55. Dotyczy Pakiet 3, pozycja 10 - Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania płynów o parametrach:  
wykonany z wysokiej jakości materiałów, przy wykorzystaniu najnowocześniejszych technologii, co gwarantuje bardzo wysoką jakość i bezawaryjne, zgodne z przeznaczeniem użytkowanie

- dwukanałowy, dwupłaszczyznowy ostry kolec komory kroplowej ze zmatowioną końcówką, gwarantujący szczelne i pewne połączenie z pojemnikami z płynami
- odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym oraz zamykaną kolorową (zieloną) kłapką
- komora kroplowa dzielona na elastyczną część dolną i twardą część górną z dodatkowym pierścieniem dociskowym ułatwiającym wklucie w pojemniki z płynami
- na komorze kroplowej wytłoczone oznaczenie producenta
- przyrząd w całości łącznie z kolcem i końcówką przezroczysty, umożliwiający kontrolę wzrokową przepływu na całej długości
- kroplomierz komory 20 kropli = 1 ml ± 0,1 ml;
- filtr zabezpieczający przed większymi cząsteczkami o wielkości oczek 15 µm
- miękki elastyczny dren o długości 180 cm z zakończeniem luer-lock
- precyzyjny, w pełni bezpieczny zacisk rolkowy wyposażony w pochewkę na igłę biorczą i zaczepek na dren do podwieszenia
- oba końce przyrządu zabezpieczone dodatkowo ochronnymi kapturkami
- jednorazowego użytku
- niepirogenny, nietoksyczny
- nie zawiera lateksu
- nie zawiera ftalanów
- sterylizowany tlenkiem etylenu
- termin ważności: 3 lata
- opakowanie jednostkowe typu folia-papier z kolorowym kodem (niebieskim) identyfikującym rodzaj przyrządu?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

56. Dotyczy Pakiet 3, pozycja 10 - Czy Zamawiający dopuści przyrząd bez opaski stabilizującej, ciasno zwinięty co uniemożliwia jego przemieszczanie się?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

57. Dotyczy Pakiet 3, pozycja 11 - Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania płynów o parametrach:

wykonany z wysokiej jakości materiałów, przy wykorzystaniu najnowszych technologii

- dwukanałowy, czteropłaszczyznowy ostry kolec komory kroplowej ze zmatowioną powierzchnią, gwarantujący szczelne i pewne połączenie z pojemnikami z płynami
- odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym zamykany niebieską klapką
- elastyczna komora kroplowa o wielkości 6 cm zaopatrzona w dodatkowe skrzydełka dociskowe ułatwiające wkłucie w pojemniki z płynami
- kroplomierz komory 20 kropli = 1 ml +/- 0,1 ml
- hydrofilowy filtr cząsteczkowy Liquid Lock o wielkości oczek 8 µm, automatycznie zatrzymujący przepływ po opróżnieniu komory. Zabezpiecza przed przedostawaniem się powietrza do drenu zapobiegając zatorowi powietrznemu
- miękki i elastyczny dren o długości min. 180 cm z dodatkowym portem do podawania leków
- precyzyjny, bezpieczny zacisk rolkowy wyposażony w pochewkę na igłę biorczą oraz zaczep na dren do podwieszenia
- uniwersalne zakończenie Luer-Lock
- koreczek Air Pass z filtrem hydrofobowym, który umożliwi wypełnienie drenu bez przypadkowego zanieczyszczenia oraz zabezpiecza przed wyciekaniem płynu
- niepirogenny, nietoksyczny
- nie zawiera lateksu
- nie zawiera ftalanów
- sterylizowany tlenkiem etylenu
- termin ważności: 5 lat
- opakowanie jednostkowe typu folia-papier z kolorowym kodem (niebieskim) identyfikującym rodzaj przyrządu?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

58. Dotyczy Pakiet 4, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści cewniki Foley'a CH 6 z balonem o pojemności 3ml?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

59. Dotyczy Pakiet 4, pozycja 2 - Czy Zamawiający dopuści cewnik z balonem 5-10ml dla rozmiarów 12-22?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

60. Dotyczy Pakiet 4, pozycja 7 - Czy Zamawiający dopuści cewnik o długości 45cm?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

61. Dotyczy Pakiet 4, pozycja 8 - Czy Zamawiający dopuści dren o długości ramion 18x45cm?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

62. Dotyczy Pakiet 4, pozycja 8 - Czy Zamawiający dopuści dren wykonany z silikonu?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

63. Dotyczy Pakiet 4, pozycja 9 - Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'10szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

64. Dotyczy Pakiet 4, pozycja 10 - Czy Zamawiający dopuści worek do zbiórki moczu bez klemy zaciskowej oraz dodatkowej zapinki?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

65. Dotyczy Pakiet 4, pozycja 11 - Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'100 szt. wraz z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

66. Dotyczy Pakiet 4, pozycja 12 - Czy Zamawiający dopuści zamknięty system do pomiaru diurezy i zbiórki moczu z workiem do zbiórki moczu o pojemności 2000 ml, komorą zbiorczą 500 ml umożliwiającą bardzo dokładne pomiary diurezy (liniowo co 1ml od 3ml do 40ml (pojemność 1ml i 2ml wyznaczona przez krzywizny komory), co 5 ml od 40 do 100 ml, co 10 ml od 100 do 500 ml). Wyposażony w 2 filtry hydrofobowe oraz 2 bezzwrotne zastawki – w worku oraz w łączniku do cewnika Foley'a. Dwuświatłowy dren o długości 120 cm z klamrą zaciskową, zakończony bezigłowym portem do pobierania próbek i bezpiecznym łącznikiem do cewnika. Umocowanie na łóżku pacjenta za pomocą składanych wieszaków lub pasków mocujących?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

67. Dotyczy Pakiet 4, pozycja 12 - Czy zamawiający dopuści zamknięty system do pomiaru diurezy i zbiórki moczu z workiem do zbiórki moczu o pojemności 2000 ml, komorą zbiorczą 500 ml umożliwiającą bardzo dokładny pomiary diurezy (liniowo co 1ml do 40ml, co 5 ml do 90 ml, co 10 ml do 500 ml). Wyposażony w 2 filtry hydrofobowe oraz 2 bezzwrotne zastawki – w worku oraz w łączniku do cewnika Foley'a. Jednoświatłowy dren o długości 150 cm z klamrą zaciskową oraz zapinką do stabilizacji pościeli, zakończony bezigłowym portem do pobierania próbek i bezpiecznym łącznikiem do cewnika. Podwójny system podwieszania worka. Umocowanie na łóżku pacjenta za pomocą wieszaka do samodzielnego montażu lub pasków mocujących?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

68. Dotyczy Pakiet 4, pozycja 16 - Czy Zamawiający dopuści cewniki do kontrolowanego odsysania z łącznikiem typu Vakon z kontrolą siły ssania w części proksymalnej cewnika?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

69. Dotyczy Pakiet 4, pozycja 16 - Czy Zamawiający dopuści cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych z kontrolą siły ssania o długości 600 mm w rozmiarach od CH6 do 18?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

70. Dotyczy Pakiet 4, pozycja 18- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu 4 pozycje 18 i utworzenie z niej odrębnego pakietu? Podział zadania zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców, a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert.

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

71. Dotyczy Pakiet 7, pozycje 4 - 5 Czy Zamawiający oczekuje papierów oryginalnych (prod. Mitsubishi, Japonia), gwarantujących jakość i trwałość wydruku?

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający oczekuje papierów oryginalnych.**

72. Dotyczy Pakiet 7, pozycja 7 - Czy Zamawiający dopuści papier do KTG Sonicaid Oxford Team w bloku o wymiarach 143x150x300?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

73. Dotyczy Pakiet 7, pozycja 9 - Czy Zamawiający dopuści elektrodę w rozmiarze 55mm x 41mm?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

74. Dotyczy Pakiet 7, pozycja 9 Czy Zamawiający dopuści elektrodę w rozmiarze 56mm x 42mm?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

75. Dotyczy Pakiet 7, pozycja 9-10.1, 10.2 - Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'50 z odpowiednim przeliczeniem ilości?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

76. Dotyczy Pakiet 7, pozycja 10 - Czy Zamawiający dopuści elektrody wykonane na podłożu z pianki?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

77. Dotyczy Pakiet 7, pozycja 10.1 - Czy Zamawiający dopuści elektrodę o średnicy 54mm lub 48mm?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

78. Dotyczy Pakiet 11, pozycja 1.1-1.8 - Czy Zamawiający dopuści dren z silikonu z sześcioma otworami bocznymi o rozmiarach: CH20, CH21, CH24, CH26, CH27, CH30, CH33, CH36, CH39?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

79. Dotyczy Pakiet 11, pozycja 3 - Czy Zamawiający dopuści końcówkę do odsysania o średnicy zewnętrznej 7,0mm?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

80. Dotyczy Pakiet 11, pozycja 5 - Czy Zamawiający dopuści dren Redona pakowany pojedynczo w opakowanie typu folia-papier?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

81. Dotyczy Pakiet 14, pozycje 2 - Czy Zamawiający dopuści wycenę za op.a'50szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

82. Dotyczy Pakiet 14, pozycje 3 - Czy Zamawiający dopuści zestaw z drenem zakończonym atraumatycznym otworem i jednym otworem bocznym?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

83. Dotyczy Pakiet 14, pozycje 6-9 - Czy Zamawiający dopuści wycenę za op.a'100szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

84. Dotyczy Pakiet 14, pozycje 10-12 - Czy Zamawiający dopuści pojemniki tylko w kolorach żółty i czerwony?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

85. Dotyczy Pakiet 14, pozycje 16 - Czy Zamawiający oczekuje 450 opakowań a'50szt czy 90sztuk?

**Odpowiedź: Zamawiający oczekuje 450 opakowań a 90 sztuk.**

86. Dotyczy Pakiet 14, pozycje 16 - Czy Zamawiający dopuści wycenę za op.a'90szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

87. Dotyczy Pakiet 14, pozycje 17 - Czy Zamawiający oczekuje 25 opakowań a'100szt czy 25sztuk?

**Odpowiedź: Zamawiający oczekuje 25 opakowań a 100 sztuk.**

88. Dotyczy Pakiet 14, pozycje 17 - Czy Zamawiający dopuści szpatułki sterylne?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

89. Dotyczy Pakiet 14, pozycje 18-19 - Czy Zamawiający dopuści wycenę za op.a'100szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

90. Dotyczy Pakiet 14, pozycje 20 - Czy Zamawiający dopuści wycenę za op.a'50szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

91. Dotyczy Pakiet 14, pozycje 21 - Czy Zamawiający oczekuje 1500 opakowań a'50szt czy 1500sztuk?

**Odpowiedź: Zamawiający oczekuje 1500 sztuk.**

92. Dotyczy Pakiet 14, pozycje 22 - Czy Zamawiający dopuści wycenę za op.a'100szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

93. Dotyczy Pakiet 14, pozycje 23 - Czy Zamawiający oczekuje 5500 opakowań a'25szt.czy 5500 sztuk?

**Odpowiedź: Zamawiający oczekuje 5500 sztuk.**

94. Dotyczy Pakiet 14, pozycje 23 - Czy Zamawiający dopuści wycenę za op.a'25szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

95. Dotyczy Pakiet 14, pozycje 24-26 - Czy Zamawiający dopuści wycenę za op.a'10szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

96. Dotyczy Pakiet 14, pozycje 32 - Czy Zamawiający dopuści wycenę za op.a'50szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

97. Dotyczy Pakiet 14, pozycje 33 - Czy Zamawiający dopuści golarki medyczne jednostrzowe o powierzchni golącej ok. 4cm z grzebieniem zapobiegającym zapychaniu owłosieniem zbudowanym z 11 ząbków?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ**

98. Dotyczy Pakiet 14, pozycje 33 - Czy Zamawiający dopuści golarki medyczne jednostrzowe o powierzchni golącej ok. 4cm?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ**

99. Dotyczy Pakiet 14, pozycje 33 - Czy Zamawiający dopuści wycenę za op.a'50szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

100. Dotyczy Pakiet 14, pozycje 35 - Czy Zamawiający dopuści spódnice medyczne niesterylne?

**Odpowiedź: Zamawiający oczekuje produktu czystego mikrobiologicznie.**

101. Dotyczy Pakiet 14, pozycje 36 - Czy Zamawiający dopuści dokładna skala pomiarowa (od 10 ml do 100 ml co 10 ml (liczbowo co 20 ml) i od 100 do 2000 ml co 100 ml) umieszczona na worku?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

102. Dotyczy Pakiet 14, pozycje 36 - Czy Zamawiający dopuści wycenę za op.a'20szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

103. Dotyczy Pakiet 14, pozycje 37 - Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'144 szt. wraz z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości i zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

104. Dotyczy Pakiet 14, pozycje 43 - Czy Zamawiający dopuści wycenę za op.a'100szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

105. Dotyczy Pakiet 14, pozycje 43 - Czy Zamawiający dopuści miski jednorazowe do mycia z celulozy o pojemności 4 litry, materiał masa papierowa, przesiąkliwość (min) 4 godziny (dot. Wody ze środkiem myjącym), temperatura odporności 35°C?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

106. Dotyczy Pakiet 14, pozycje 43 - Czy Zamawiający dopuści miski jednorazowe do mycia z celulozy o pojemności 4 litry, przystosowane do mycia z użyciem mydła oraz gorącej wody o temperaturze do 45°C?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.**

107. Dotyczy Pakiet 25, pozycje 1 - Czy Zamawiający ma na myśli zestaw z igłą Veressa?

**Odpowiedź: Zamawiający ma na myśli zestaw z igłą Veressa.**

**Zestaw pytań nr 15**

1. Dotyczy Pakietu nr 31 - Czy Zamawiający dopuści wysokiej jakości zestaw do tracheotomii przezskórnej metodą Ciaglii marki RUSCH wyposażony w:
- jednostopniowy rozszerzacz w kształcie „rogu nosorożca”, pokryty powłoką hydrofilną aktywowaną po zanurzeniu w wodzie jeden róg dla trzech rozmiarów 7.0; 8.0; 9.0 o długości 224mm gdzie długość chwytna to 126mm, o kącie wygięcia 117st, posiadający znacznik dla rozmiaru 7.0mm średnica zewnętrzna 10.7mm, dla rozmiaru 8.0mm średnica zewnętrzna 11.7mm, dla rozmiaru 9.0mm średnica zewnętrzna 12.7mm
  - nitinolową (odporną na zaginania) prowadnicę Seldingera typu J o średnicy 1.3 mm o długości 50cm, umożliwiającą wprowadzenie prowadnicy przy użyciu jednej ręki,
  - bezpieczny skalpel nr 11
  - strzykawka 10ml
  - igła punkcyjna o długości 72 mm o średnicy zew 1.5mm wraz z kaniulą zewnętrzną o długości 55 mm
  - krótkie rozszerzadło o długości 82mm i wygięcia 15 st.
  - pakowany sterylnie
- oraz rurkę tracheostomijną z mankietem niskociśnieniowym, z wbudowanym przewodem do odsysania znad mankieta, posiadającą przewodnik w rozmiarach oczekiwanych przez Zamawiającego. Pakowane sterylnie?.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

**Zestaw pytań nr 16**

1. Dotyczy Pakiet 8, poz. 4: Czy Zamawiający dopuści Opakowanie wykonane w 100% ze stopionych antystatycznych włókien polipropylenowych o gramaturze 57g/m<sup>2</sup> zgodne z poniższymi parametrami: Dopuszcza się sterylizację parą wodną w temperaturze 134 (-0/+5) O C, tlenkiem etylenu, promieniowaniem gamma (25 kGy) oraz formaldehydemkolor niebieski lub zielony
- wytrzymałość na przedarcie min.1100Mn  
wytrzymałość na rozciąganie wzdłuż 2,5 kN/m, w poprzek 1,00 kN/m  
wytrzymałość na wypychanie na sucho 190 kPa, mokro 150 kPa  
odporność na penetrację 30 mbar  
porowatość 14,0 l/min/dm<sup>2</sup>

grubość 250 µm

zgodność z normami ISO 11607-1:2020 oraz EN 868-2

Mocne i wytrzymałe o niskim poziomie strzępienia i wysokiej barierze

Włóknina SMS to w 100% polipropylen odporny na gromadzenie się ładunków elektrostatycznych. Nie zawiera włókien naturalnych (celulozy) ani syntetycznej substancji wiążącej.

100x100 cm

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.**

2. Dotyczy Pakiet 8 poz.5 - Czy Zamawiający dopuści taśmę w kolorze kremowym? Reszta zgodna z SWZ.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

3. Dotyczy Pakiet 8 poz.5 - Czy Zamawiający dopuści taśmę w kolorze białym? Reszta zgodna z SWZ.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Zestaw pytań nr 17**

1. Dotyczy Pakiet 6 poz 25 - Czy Zamawiający dopuści zamknięty system do nawilżania o poj 550 ml , pozostałe parametry zgodne z SWZ ?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ**

2. Dotyczy Pakiet 6 poz 17 - Czy Zamawiający dopuści filtr oddechowy o wadze 49 g, pozostałe parametry zgodne z SWZ ?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ**

1. Dotyczy Pakiet 26, pozycja 1 (maska intubacyjna i krtaniowa) - Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie maski krtaniowej innego producenta niż Intersurgical, spełniającej wymagania równoważności pod względem funkcjonalnym, użytkowym oraz klinicznym. Proponowany wyrób: Maska krtaniowa wykonana z termoplastycznego tworzywa - PCV, posiadająca powietrzny mankiet uszczelniający (będący standardem w większości przyrządów SAD), umożliwiający dopasowanie do anatomii pacjenta oraz kontrolę ciśnienia w mankiecie i zapewniający wysokie ciśnienie uszczelnienia (do 40 cm H<sub>2</sub>O), pojedynczy kanał gastryczny umożliwiający odsysanie treści pokarmowej w przedziałach wagowych:  
maska rozm. 5 - 70-100 kg: kanał gastryczny dla sondy do odsysania 16 FCh,  
maska rozm. 4 - 50-70 kg: kanał gastryczny dla sondy 16 FCh,  
maska rozm. 3 - 30-50 kg: kanał gastryczny dla sondy 16 FCh,  
przystosowana do intubacji dotchawiczej przez maskę dzięki odpowiednim znacznikom ułatwiającym prowadzenie endoskopu, stabilna w jamie ustnej dzięki anatomicznemu wyprofilowaniu, zintegrowane zabezpieczenie przed zagryzieniem.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

**Zestaw pytań nr 18**

1. Dotyczy Zadanie nr 19: Czy Zamawiający uwzględni wielkość opakowania zbiorczego proponowanego przez Wykonawcę podczas składania zamówień częściowych? Wyjaśniamy, że obecnie opakowania zawierają 100 szt. (poz. 1 i 2) i 50 szt. (poz. 3) zestawów.

**Odpowiedź: Zamawiający weźmie pod uwagę wielkość opakowań zbiorczych. Prosimy o podanie w formularzu asortymentowo – cenowym informacji o wielkości opakowania zbiorczego.**

2. Dotyczy Zadanie nr 21 – Czy Zamawiający dopuszcza dedykowany do pomp Medima zestaw dodatkowy z filtrem 1,2 µm o parametrach:

Całkowita długość zestawu: 25 cm

Objętość całkowita: 4ml

Objętość wypełnienia: 15ml/m

Objętość magazynowa: 16ml/m

Główny materiał: PCW bez ftalanów

Samodzielny filtr płynu: 1,2 µm

Nie zawiera DEHP i lateksu.?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

3. Dotyczy Zadanie nr 21: Dot. załącznika nr 2 do SWZ - Czy Zamawiający uwzględni wielkość opakowania zbiorczego proponowanego przez Wykonawcę podczas składania zamówień częściowych? Wyjaśniamy, że obecnie zestawy pakowane są w opakowania zbiorcze zawierające 50 szt. zestawów.

**Odpowiedź: Zamawiający weźmie pod uwagę wielkość opakowań zbiorczych. Prosimy o podanie w formularzu asortymentowo – cenowym informacji o wielkości opakowania zbiorczego.**

### **Zestaw pytań nr 19**

1. Dotyczy Pakiet 2, poz. 1 - Czy zamawiający dopuści strzykawki bez kodowania kolorystycznego na opakowaniu?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

2. Dotyczy Pakiet 3, poz. 1 - Czy zamawiający dopuści przyrządy do przetaczania krwi typ TS z dużą komorą kroplową, dł. komory kroplowej 7,5 cm w części przezroczystej, całkowita długość komory 8,5 cm , 20 kropli = 1 ml +/- 0,1 ml, wykon z tworzywa nie zawierającego ftalanów (informacja na opakowaniu), zaopatrzone w zamykany, antybakteryjny filtr powietrza, wtopiony w komorę kroplową filtr krwi , o wielkości oczek 200 um, dren o długości 150 cm, posiada precyzyjny regulator przepływu z zaczepem do umocowania drenu na tylnej powierzchni oraz dopuszcza ale nie wymaga dodatkowego otworu do umieszczenia kolca igły biorczej po użyciu, igła biorcza z osłoną, sterylizowany EO, opakowanie przyrządu blister-pack (folia-papier). Brak ftalanów potwierdzony informacją na opakowaniu jednostkowym?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

3. Czy zamawiający dopuści oświadczenie producenta o braku zawartości ftalanów a tym samym odstąpi od dołączenia do oferty karty charakterystyki produktu chemicznego ?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

4. Proszę o dopuszczenie przyrządów do przetaczania z komorą kroplową wykonaną z bezpiecznego, medycznego PVC.

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

5. Dotyczy Pakiet 3, poz. 2 - Czy zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania płynów typ IS z długą, komora kroplowa posiadająca całkowitą długość 62 mm, długość części wykonanej z przezroczystego PVC 55 mm (w tym część całkowicie przezroczysta 42 mm), nie zawierający ftalanów, igła biorcza ścięta trójplaszczynowo dwukanałowa- pole przekroju kanału min. 4,01mm<sup>2</sup>, wyposażona w szczelny, zamykany zapowietrznik-hydrofobowy filtr powietrza min. 19,6 mm<sup>2</sup>, filtr płynu o średnicy oczek 15 um, dren o długości 150cm, posiada precyzyjny regulator przepływu płynu min.167g/min z zaczepem do umocowania końcówki drenu na tylnej powierzchni podczas przerwy w infuzji oraz dodatkowym miejscem do umieszczenia igły biorczej po użyciu lub dopuszcza się bez zaczepu z osłonką na igłę biorczą do zabezpieczenia po użyciu, sterylizowany EO, opaska stabilizująca przyrząd zgrzana, opakowanie przyrządu blister - pack. Brak ftalanów potwierdzony informacją na opakowaniu jednostkowym ?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

6. Dotyczy Pakiet 3, poz. 2 - Czy zamawiający dopuści oświadczenie producenta o braku zawartości ftalanów a tym samym odstąpi od dołączenia do oferty karty charakterystyki produktu chemicznego ?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

7. Dotyczy Pakiet 3, poz. 2 - Proszę o dopuszczenie przyrządów do przetaczania z komorą kroplową wykonaną z bezpiecznego, medycznego PVC.

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

8. Dotyczy Pakiet 3, poz. 2 - Wymaga się opakowania papier-folia?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

9. Dotyczy Pakiet 3, poz.7 - Czy zamawiający dopuści komora kroplowa posiadająca całkowitą długość 62 mm, długość części wykonanej z przezroczystego PVC 55 mm (w tym część całkowicie przezroczysta 42 mm)?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

10. Dotyczy Pakiet 3, poz.7 - Czy dopuszcza się IS bursztynowy bez zaczepu z osłonką na igłę biorczą do zabezpieczenia po użyciu?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

11. Dotyczy Pakiet 3, poz. 1,2,7,8,9 - Czy zamawiający wydzieli poz.1,2,7-9 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie umożliwi stworzenie spójnego pakietu i pozwoli tym samym na złożenie konkurencyjnej oferty. Zabieg ten zwiększy wachlarz ofert i pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wydziela.**

## **Zestaw pytań nr 20**

1. Dotyczy Pakiet 5, poz. 1-5 - Czy zamawiający dopuści produkty zawierające szkodliwe ftalany?

### **Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza**

2. Dotyczy Pakiet 11, poz. 1 - Czy zamawiający dopuści dren brzuszny z otworem centralnym i 5 bocznymi otworami w rozmiarach CH18 – CH32 (co 2)?

### **Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

3. Dotyczy Pakiet 13, poz. 1 Czy zamawiający dopuści zestaw do paracentezy i torakocentezy z: workiem drenażowym o pojemności 2000 ml  
igłami 80 mm - 14G - 16G - 18G  
strzykawką 50 ml  
kranikiem trójdrożnym?

### **Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

4. Dotyczy Pakiet 13, poz. 2 - Czy zamawiający dopuści zestaw w 2 rozmiarach: CH12 i CH14?

### **Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

5. Dotyczy Pakiet 13, poz. 3 - Czy zamawiający dopuści zestaw z trokarem w rozmiarze CH10?

### **Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

6. Dotyczy Pakiet 13, poz. 3 - Czy Zamawiający dopuści wkład workowy jednorazowego użytku o pojemności 1000 ml lub 2000 ml, okrągły kształt pokrywy, biologicznie czysty, wyposażony w filtr antybakteryjny i hydrofobowy zabezpieczający źródło ssania przed zalaniem (automatyczne odcięcie ssania po napełnieniu wkładu, skuteczność bakteryjna filtra 99.99924%). Pokrywa zintegrowana z workiem, wyposażona w szeroki otwór do tandemu oraz port pacjenta (źródło ssania w kanistrze wielorazowym). Każdy wkład wyposażony w zatyczki na porty oraz uchwyt do wyjmowania worka. Pakowany indywidualnie w folię, płaski przed użyciem?

### **Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

7. Dotyczy Pakiet 13, poz. 11 - Czy Zamawiający dopuści proszek żelujący w saszetkach 3g, z przeliczeniem ilości?

### **Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

8. Dotyczy Pakiet nr 22, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści jednorazowy, sterylny laryngoskop LED, składający się z łyżki wykonanej z ABS oraz plastikowego uchwyty, pakowany łącznie w jednym opakowaniu, gotowy do natychmiastowego użycia po połączeniu łyżki z rękojeścią, koniec dystalny łyżki zaokrąglony, atraumatyczny, nie wymagający użycia

dotychczasowych baterii, dostępne rozmiary MAC 1-4, MILLER 0-2; zapakowany w opakowanie papierowo-foliowe zapewniające łatwe i szybkie otwarcie?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

9. Dotyczy Pakiet nr 22, pozycja 2 - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie łyżki ze stopu metalu z plastikowym mocowaniem?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

10. Dotyczy Pakiet nr 22, pozycja 2 - Czy Zamawiający odstąpi od wymogu graficznej instrukcji oraz opakowania kodowanego kolorystycznie, w zamian za cyfrowe oznaczenie rozmiaru?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.**

11. Dotyczy Pakiet nr 23, pozycja 4 - Czy Zamawiający dopuści zamknięty system do odsysania z rurki intubacyjnej (długość 60cm) na 72h, posiada zintegrowany podwójnie obrotowy łącznik 15 mm kącie 45°, obrotowy port do przepłukiwania cewnika (port do irygacji) o długości ok 8 cm zamykany kapturkiem, port do podawania leków z końcówką luer (MDI), zabezpieczenie łącznika podciśnienia w postaci kapturka zamocowanego do zestawu w sposób zapobiegający zagubieniu, regulacja podciśnienia następuje poprzez zawór kontroli siły ssania znakowany rozmiarem cewnika oraz informacją „UP”, blokada zaworu regulacji siły ssania poprzez jego obrót o 90° lub 180°, suwak umożliwiający pełne zamknięcie/otwarcie przepływu bez konieczności rozmontowania całości systemu, wyposażony w klin pozwalający na bezpieczne rozmontowanie systemu z rurką intubacyjną bez uszkodzenia elementów, rozmiary CH 14, 16?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

12. Dotyczy Pakiet nr 26, pozycja 1 - Czy zamawiający dopuści jako produkt równoważny maskę krtaniową o parametrach:

Wykonana z medycznego PVC

Przezroczysta

Delikatny mankiet

Anatomiczne wygięcie ułatwiające wprowadzanie

Rozmiar, zakres wagi i objętość mankieta oznaczone na tubusie

Barwny kod rozmiarów

Uniwersalny łącznik 15 mm

Bez lateksu

Jałowa, jednorazowego użytku

Pakowana folia/papier

Rozmiary: 4; 5?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

13. Dotyczy Pakiet nr 28, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści prowadnice w rozmiarach:

ROZMIAR	DOTYCZY ETT
06 Fr	2.5-4.5 mm
10 Fr	4.0-6.0 mm
12 Fr	5.5-6.5 mm
14 Fr	5.5-10.0 mm

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.**

14. Dotyczy Pakiet nr 28, pozycja 2 - Czy zamawiający dopuści prowadnice z plastikowym elementem zabezpieczającym zagiętą końcówkę prowadnicy (zamiast futerału)?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.**

15. Dotyczy Pakiet nr 28, pozycja 3 - Czy Zamawiający dopuści obwód oddechowy z współdzieloną membraną, o długości 1,83m, średnica rury 22mm, z rurą wydechową rozciągliwą do 40cm, pakowany w opakowanie papierowo-foliowe, sterylne, bez ftalanów?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

16. Dotyczy Pakiet nr 28, pozycja 4 - Czy zamawiający dopuści rurkę wykonaną z medycznego PCV, silikonowaną, ze stałym szyldem?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

17. Dotyczy Pakiet nr 28, pozycja 4 - Czy zamawiający dopuści rurkę w rozmiarach 7.0 – 9.0?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

### **Zestaw pytań nr 21**

1. Dotyczy Pakiet 29 - Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy oferowany zestaw ma umożliwiać manometryczny pomiar IAP bez konieczności stosowania dodatkowych urządzeń?

**Odpowiedź: Zestaw ma umożliwiać manometryczny pomiar IAP bez konieczności stosowania dodatkowych urządzeń**

2. Dotyczy Pakiet 29 - Czy ze względu na wyższą, potwierdzoną badaniami, skuteczność w zapobieganiu infekcjom wstępującym układu moczowego Zamawiający oczekuje systemu do godzinowej zbiórki moczu z komorą pomiarową montowaną nad workiem zbiorczym (top-mounted)?

**Odpowiedź: Zamawiający oczekuje systemu do godzinowej zbiórki moczu z komorą pomiarową montowaną nad workiem zbiorczym (top-mounted).**

3. Dotyczy Pakiet 29 - Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający oczekuje, aby komora pomiarowa oferowanego systemu do godzinowej zbiórki moczu umożliwiała maksymalną precyzję pomiaru dzięki skalowaniu komory od 1 ml co 1 ml do 40 ml.

**Odpowiedź: Zamawiający oczekuje, aby komora pomiarowa oferowanego systemu do godzinowej zbiórki moczu umożliwiała maksymalną precyzję pomiaru dzięki skalowaniu komory od 1 ml co 1 ml do 40 ml.**

4. Dotyczy Pakiet 29 - Prosimy o doprecyzowanie, czy Zamawiający oczekuje jako elementu zestawu systemu do godzinowej zbiórki moczu z drenem o długości 150 cm, tak jak w obecnie dostarczanym systemie?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga.**

5. Dotyczy Pakiet 29 - Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje systemu wyposażonego w bezigłowy port do pobierania próbek z okienkiem podglądu, przebadanego pod kątem braku ryzyka kontaminacji systemu przy minimum 10-krotnym próbkowaniu moczu (badania dołączone do oferty)?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga.**

6. Dotyczy Pakiet 29 - Z uwagi na zmiany wprowadzone przez producenta, zwracamy się prośbą o dopuszczenie zaoferowanego zamkniętego systemu do nieinwazyjnego pomiaru ciśnienia śródbrzusznego metodą manometryczną j. u. steryny (zestaw do godzinowej zbiórki moczu z linią pomiarową w komplecie z kompatybilnym workiem do pomiaru diurezy godzinowej, 20 ml dren manometryczny wyposażony w filtr biologiczny, umieszczony, pomiędzy cewnikiem foley, a zestawem do godzinowej zbiórki moczu, zapewniający właściwe odpowietrzenie. Zintegrowany zacisk drenu pozwalający na wyrównanie ciśnień i precyzyjny odczyt wartości ciśnienia śródbrzusznego, bezigłowy port do pobierania próbek, linia pomiarowa wyskalowana w mm Hg, czas użycia do 7 dni.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

7. Dotyczy Pakiet 17 poz. 1 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczeni zaworu bezigłowego kompatybilnego z końcówką luer i luer lock. Możliwość podłączenia u pacjenta do 700 aktywacji. Ergonomiczny, długość min. 3 cm. Przezroczysta obudowa. zawór w postaci bezbarwnej, jednoelementowej, silikonowej membrany z gładką powierzchnią do dezynfekcji (jednorodna materiałowo powierzchnia styku końcówki Luer), prosty tor przepływu, przestrzeń martwa max. 0,04 ml, zapewniany przez wewnętrzną stożkową kaniulę. Wnętrze pozbawione części metalowych. Wytrzymałość na ciśnienie zwrotne i ciśnienie płynu iniekcyjnego min. 60 psi. Neutralne ciśnienie bez względu na sekwencję klemowania. Wejście donaczyniowe zabezpieczone protektorem. Do oferty należy dołączyć badania in vitro potwierdzające mniejszy transfer bakterii do światła cewnika.

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

8. Dotyczy Pakiet 17 poz. 1-5,11 - Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy droga płynu ma być widoczna na całej długości zaworu?

**Odpowiedź: Tak, droga płynu ma być widoczna na całej długości zaworu.**

9. Dotyczy Pakiet 17 poz. 1-5,11 - Prosimy Zmawiającego o wyjaśnienie czy zawór ma być przezroczysty, co umożliwi wzrokową kontrolę procesu przepłukania?

**Odpowiedź: Tak.**

10. Dotyczy Pakiet 17 poz. 1-5,11 - Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy zawór ma nie wywoływać refluksu krwi do światła cewnika, czyli ma posiadać neutralne ciśnienie przy odłączaniu od zaworu końcówki luer?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

11. Dotyczy Pakiet 17 poz. 1-5,11 - Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy zawór bezigłowy ma posiadać badania laboratoryjne lub kliniczne (dołączone do oferty) potwierdzające najmniejszy transfer bakterii do światła cewnika w porównaniu z innymi dostępnymi na rynku zaworami wykonanymi w technologii pojedynczej zastawki? Pragniemy nadmienić, iż mniej drobnoustrojów transferowanych do wnętrza zaworu i dalej do światła cewnika, a w konsekwencji do organizmu pacjenta z obniżoną odpornością, tym mniejsze ryzyko zakażenia odcewnikowego i możliwość dłuższego utrzymania drożnego wklucia oraz zmniejszenie kosztów leczenia.

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. Zamawiający wymaga wyrobu sterylnego.**

12. Dotyczy Pakiet 17 poz. 2,3 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie portu bezigłowego z drenem – 2 pory o długości zestawu około 10 cm, z dwoma zaciskami ślizgowymi, o objętości wypełnienia 0,35 ml, średnica drenu 1,2 mm. Dreny zakończone zaworami bezigłowymi kompatybilnymi z końcówką luer i luer lock, o przepływie min. 165 ml/min. możliwość podłączenia u pacjenta przez 700 aktywacji (użyć). Długość robocza zaworu 2-2,5 cm, długość całkowita 3,3 cm.

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

13. Dotyczy Pakiet 17 poz. 4,5 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie portu bezigłowego z drenem – 3 pory o długości zestawu około 10 cm, z trzema zaciskami ślizgowymi, o objętości wypełnienia 0,40 ml, średnica drenu 1,19 mm. Dreny zakończone zaworami bezigłowymi kompatybilnymi z końcówką luer i luer lock, o przepływie min. 165 ml/min. możliwość podłączenia u pacjenta przez 700 aktywacji (użyć). Długość robocza zaworu 2-2,5 cm, długość całkowita 3,3 cm.

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

14. Dotyczy Pakiet 17 poz. 6 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przyrządu do bezigłowego pobierania i rozpuszczania leków o poniższych parametrach:  
Uniwersalny bezigłowy przyrząd do przygotowywania i pobierania roztworów z fiolek o różnej średnicy szyjki umożliwiający wielokrotne, aseptyczne pobieranie z pojemnika zbiorczego z kolcem standardowym. Posiada mechanizm odpowietrzający z filtrem hydrofobowym bakteryjnym 0,2 mikrona zapewniający wyrównywanie ciśnienia w fiolce w trakcie dodawania do niej rozpuszczalnika oraz w trakcie pobierania z niej roztworu leku, a także eliminujący powstawanie aerozolu roztworu leku oraz filtr cząsteczkowy 5 mikrona, nisko wiążący białka zapewniający efektywne filtrowanie płynów. Konstrukcja pozwalającą na łatwą i skuteczną dezynfekcję płaskiej powierzchni styku złącza ze strzykawką, oraz łatwe i skuteczne usunięcie pozostałości pobieranego roztworu z powierzchni styku złącza ze strzykawką po odkręceniu strzykawki oraz uniemożliwiająca cofanie się zawartości fiołki po odkręceniu strzykawki od złącza, nawet w przypadku powstania nadciśnienia w fiolce. Filtr na całej długości części chwytnej przyrządu, nie wystający poza przekrój poprzeczny i podłużny korpusu przyrządu, co umożliwi ergonomiczną pracę z przyrządem. Objętość wypełnienia całego systemu: 0,29 ml. Czas stosowania do 7 dni lub 140 aktywacji w zależności co nastąpi pierwsze, przy zachowaniu zasad prawidłowej dezynfekcji. Powierzchnia filtra cząsteczkowego 1cm<sup>2</sup>. Konstrukcja wykluczająca kontakt leku z PCV i aluminium, wolne od lateksu

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

14. Dotyczy Pakiet 17 poz. 6 - Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy przyrząd ma posiadać filtr wbudowany na całej długości części chwytnej przyrządu, nie wystający poza przekrój poprzeczny i podłużny korpusu przyrządu, co umożliwia ergonomiczną pracę z przyrządem

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

15. Dotyczy Pakiet 17 poz. 7 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przyrządu do pobierania leków z worków i butelek o następujących parametrach: długość całkowita 9,5 cm w tym dł. Kolca 3,5 cm, objętość wypełnienia 0,29 ml

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

16. Dotyczy Pakiet 17 poz. 7 - Czy oferowany przyrząd do przygotowywania i pobierania leków z worka/butelki powinien posiadać wbudowaną zastawkę antyzwrotną zapobiegającą przypadkowemu zwilżeniu filtra hydrofobowego, co chroni filtr przed zanieczyszczenia mikrobiologicznego i zapewnia prawidłową wentylację opakowania leku przez cały okres używania produktu?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

17. Dotyczy Pakiet 17 poz. 9 - Prosimy o dopuszczenie zaoferowania myjki - rękawicy przeznaczonej do higieny osobistej do mycia, wykonanej z miękkiego i miłego w dotyku materiału (90%poliester i 10%polipropylen), grubość 77 g/m2, w rozmiarze 23cm x 16cm, w opakowaniu 50szt.

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

18. Dotyczy Pakiet 17 poz. 10 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie koreczków pakowanych indywidualnie w opakowaniu zbiorczym po 200szt. Jednocześnie prosimy o wyrażenie zgody na wycenę 1 szt.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

19. Dotyczy Pakiet 17 poz. 10 - Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje zaoferowania koreczków, które zapewniają redukcję liczby bakterii >4log w czasie krótszym niż 1minuta, tj. już w ciągu 30 sekund.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.**

20. Dotyczy Pakiet 17 poz. 10 - Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy wymaga, aby koreczki umożliwiały bezdotykową aplikację (wyposażone były w dodatkową osłonę)?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.**

21. Dotyczy Pakiet 17 poz. 11 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie portu bezigłowego z drenem – 1 port o długości zestawu około 9 cm, z jednym zaciskiem ślizgowym, o objętości wypełnienia 0,15 ml. Mała średnica drenu tj. maksymalna średnica zewnętrzna 2,11 mm. Zawór bezigłowy kompatybilny z końcówką luer i luer lock, o przepływie min. 165 ml/min. możliwość podłączenia u pacjenta przez 700 aktywacji (użyć) .

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

22. Dotyczy Pakiet 17 poz. 13 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie ampułko-strzykawkę z 0,9% NaCl o pojemności 10 ml do przepłukiwania urządzeń podłączonych do dostępów naczyniowych zarejestrowanych jako wyrób medyczny klasy IIb. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

23. Dotyczy Pakiet 17 poz. 14 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do toalety jamy ustnej zawierającego w jednym fabrycznym opakowaniu: 2 gąbki z poprzecznym pofałdowaniem pokryte dwuwęglanem sodu z odsysaniem, z 2 otworami ssącymi, z zagiętą końcówką oraz z poziomą manualną zastawką do regulacji siły odsysania. Płyn do płukania jamy ustnej o właściwościach myjących, dezynfekujących i nawilżających zawierający chlorek cetylopirydyny w wyciskanej saszetce, 7ml.
- Każde pojedyncze opakowanie pełni jednocześnie funkcję pojemnika na płyn i pozwala na przygotowanie roztworu roboczego przed otwarciem opakowania.

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Dotyczy wzoru umowy:**

1. Zwracamy się z prośbą o umieszczenie w umowie zapisu dotyczącego minimum logistycznego tj. Zamawiający będzie składał zamówienie według bieżących potrzeb, przy czym wartość zamówienia jednostkowego nie powinna być niższa niż 500 zł netto.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

2. Dotyczy Zadanie nr 19 i 21: Dot. par. 1 ust. 2 wzoru umowy - Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby minimalne wykorzystanie umowy było na poziomie 80%?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

3. Zadanie nr 19 i 21: Dot. par. 3 ust. 8 wzoru umowy - Czy Zamawiający wyraża zgodę na 30 dniowy termin płatności?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Dotyczy Formularza Ofertowego:**

1. Dotyczy Zadanie nr 19 i 21, dot. Formularz ofertowego- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na pozostawienie w formularzu ofertowym tylko części, na którą Wykonawca zamierza złożyć ofertę, a pozostałe części pozwole usunąć?

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.**



/sporządził/



/zatwierdził/