

Zielona Góra, 23/02/2026 r.

Wszyscy zainteresowani/ Platforma e-Zamówienia

WYJAŚNIENIA SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej: SWZ)

Dotyczy: „Dostawa sprzętu medycznego” - nr postępowania: ZP/2/2026.

Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści SWZ. W związku z tym, Zamawiający, na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (dalej: PZP) udostępnia treść zapytań wraz z wyjaśnieniami.

Treść wniosków złożonych przez Wykonawców i udzielone wyjaśnienia:

Pytanie nr 1:

Prosimy Zamawiającego o wydłużenie terminu realizacji dla sprzętu z części 2 postępowania do 42 dni od dnia podpisania umowy.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 2:

dot. cz. 11: Czy Zamawiający dopuści chłodziarkę wyposażoną w półki o obciążeniu 26 kg?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że zapis „maksymalne obciążenie na półkę min. 40 kg” należy rozumieć jako minimalną wymaganą nośność półki na poziomie co najmniej 40 kg.

W związku z tym Zamawiający nie dopuszcza półki o nośności 26 kg.

Zamawiający informuje, że powyższe wyjaśnienia stanowią integralną część SWZ i są wiążące dla wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Dyrektor SP ZOZ MSWiA w Zielonej Górze