

Zielona Góra, 24/02/2026 r.

Wszyscy zainteresowani/ Platforma e-Zamówienia

WYJAŚNIENIA I ZMIANA SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej: SWZ)

Dotyczy: „Dostawa sprzętu medycznego” - nr postępowania: ZP/2/2026.

Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści SWZ. W związku z tym, Zamawiający, na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (dalej: PZP) udostępnia treść zapytania wraz z wyjaśnieniami. Treść wniosku złożonego przez Wykonawcę i udzielone wyjaśnienia:

Pytanie nr 1:

Pozycja 5 Lampa zabiegowa

Czy zamawiający dopuści lampę zabiegowa na statywie jezdnym?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza lampę na statywie jezdnym.

Pytanie nr 2:

Poz. 11 Chłodziarka farmaceutyczna duża

Czy zamawiający dopuści chłodziarkę, której akumulator podtrzymuje pracę sterownika przez 12 godzin.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 3:

Poz. 14 Spirometr

Czy zamawiający dopuści spirometr o poniższym opisie

Wyświetlacz / ekran: LCD, przekątna 7", dotykowy

Klawiatura: membranowa alfanumeryczna z przyciskami funkcyjnymi

Drukarka: wbudowana aparatu lub zewnętrzna port PCL5/PCL6

Szerokość papieru: 110 - 112 mm

Pomiar przepływu: w głowicy pneumatometrycznej

Wymiary: 200x258x53 mm

Mierzone pomiary: VC, IC, ERV, TV, MV, FR, FVC, FEV1, FEV6, FEV1%VC, PEF, MEF25, MEF50, MEF75, MMEF, PIF, FET, tPEF,

Mierzone pomiary: VExt, FIVC, FIVC1, MIF50, MVV, BF

Akumulator: wbudowany LI-ION

Pamięć: 1000 badań

Przeglądanie na wyświetlaczu: badań z bazy (tabela i wykresy)

Parametry pojemności życiowej: VC, IC, ERV, TV, MV, FR

Parametry natężonej pojemności życiowej: FVC, FEV1, FEV6, FEV1%VC, PEF, MEF25, MEF50, MEF75, MMEF, PIF, FET, tPEF, VExt, FIVC, FIVC1, MIF50

Parametry maks. wentylacji dowolnej: MVV, BF

Badania porównawcze: PRE/POST po podaniu leków

Badania połączone: VC + FVC

Prezentacja krzywych: na ekranie online (w czasie rzeczywistym)

Wbudowany czujnik: temperatury, ciśnienia, wilgotności do korekcji BTPS

korekcja BTPS: automatyczna

Wybór najlepszej krzywej: automatyczny, z możliwością zmian ręcznych
Ocena powtarzalności badania: automatyczna, wg skali A - E dla FVC i FEV1
Sygnalizacja czasu natężonego wydechu: graficzna
Uzyskanie wypłaszczenia krzywej:
sygnalizacja akustyczna i graficzna
Wartości należne (normatywne): wg ECCS/ERS, ATS, Zapletal, Knudson
Obliczanie wartości: liczby odchyłeń standardowych SR, percentyli
Gotowość do pracy po wymianie głowicy: natychmiastowa
Eksport badań: do pamięci zewnętrznej USB, na skrzynkę e-mail
Bezprzewodowa komunikacja: sieć LAN lub Wi-fi
Przewodowa komunikacja: sieć LAN lub Internet
Standardowe wyposażenie: głowica pneumatometryczna GPK17 - 10 sztuk
Odpowiedź: Zgodnie ze SWZ.

Pytanie nr 4:

Poz. 19. Aparat do kriochirurgii

Proszę o określenie ilości i rodzaju sond do kriochirurgii aby precyzyjnie określić cenę aparatu.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. Zaostrzona sonda przeznaczona do dermatologii do precyzyjnego mrożenia małych zmian.

Zamawiający informuje, że w związku z udzieleniem wyjaśnień do treści SWZ po terminie, o którym mowa w art. 284 ust. 2 ustawy PZP, na podstawie art. 284 ust. 3 ustawy PZP przedłuża termin składania ofert. Ponadto, działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy PZP, Zamawiający dokonuje zmiany treści SWZ. Zgodnie z art. 286 ust. 7 ustawy PZP, zmieniona treść SWZ zostaje udostępniona na stronie prowadzonego postępowania. Zamawiający zamieścił również w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWZ) nastąpiła w następującym zakresie i miejscu:

- 13.1.** Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Platformy, **do dnia 26.02.2026 r., godz. 09:00.**
- 13.2.** Otwarcie ofert nastąpi w **dniu 26.02.2026 r. o godz. 09:30.**
- 13.3.** Wykonawca związany jest ofertą przez **30 dni** od dnia upływu terminu składania ofert tj. **do dnia 27.03.2026 r.** Pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.

W załączniku nr 4 do SWZ – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) 1 część zamówienia – sprzęt, w pkt. 5 Lampa zabiegowa dodaje się zapis: „(...) **lub na statywie jezdnym (...)**”

Zamawiający informuje, że powyższe wyjaśnienia i zmiana stanowią integralną część SWZ i są wiążące dla wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Dyrektor SP ZOZ MSWiA w Zielonej Górze