

RA-ZP.2610.6.2026.1.KJ

INFORMACJA NR 1

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym, określonym w art. 275 pkt. 1 Ustawy Pzp na dostawę szkieł i akcesoriów laboratoryjnych (znak sprawy: RA-ZP.2610.6.2026)

I. W związku z prośbą Wykonawcy o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia obowiązującej w przedmiotowym postępowaniu, działając w trybie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 poz. 1320 ze zm.), wyjaśniam co następuje:

Pytanie 1 (dot. Część 3 poz. 2):

Czy Zamawiający dopuści płytki o pojemności dołka 350ul, spełniające pozostałe wymagania Zamawiającego?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza płytki o pojemności dołka 350ul.

Pytanie 2 (dot. Część 3 poz. 3):

Czy Zamawiający dopuści próbówki z PP, spełniające pozostałe wymagania Zamawiającego?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza próbówki z PP, spełniające pozostałe wymagania Zamawiającego.

Pytanie 3

Prosimy o modyfikację zapisów § 6 ust. 1 w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości netto a nie brutto. VAT jest należnością publicznoprawną, którą wykonawca jest zobowiązany odprowadzić do urzędu skarbowego. Ponadto sama kwota podatku VAT wliczona do ceny oferty nie ma wpływu na korzyści ekonomiczne osiągnięte przez wykonawcę z tytułu wykonania zamówienia.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

- II. Treść udzielonych wyżej odpowiedzi jest wiążąca dla Wykonawców biorących udział w postępowaniu.
- III. Pozostałe warunki udzielenia zamówienia pozostają bez zmian.

PRZEWODNICZĄCY
KOMISJI PRZETARGOWEJ


mgr Maria Iwona Krawczyk