

RA-ZP.2610.6.2026.2.MW

## INFORMACJA NR 2

**Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym, określonym w art. 275 pkt. 1 Ustawy Pzp na dostawę szkieł i akcesoriów laboratoryjnych (znak sprawy: RA-ZP.2610.6.2026)**

I. W związku z prośbą Wykonawcy o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia obowiązującej w przedmiotowym postępowaniu, działając w trybie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 poz. 1320 ze zm.), wyjaśniam co następuje:

**Pytanie 1 (dot. Część 6 poz. 2):**

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie pojemnika do transportu materiału histopatologicznego o pojemności 250 ml, pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

**Odpowiedź:**

*Zamawiający nie dopuszcza, w Pozycji 2, pojemnika do transportu materiału histopatologicznego o pojemności 250 ml.*

**Pytanie 2 (dot. Część 6 poz. 4):**

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie pudełka archiwizacyjnego bez wkładu indeksującego, pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

**Odpowiedź:**

*Zamawiający dopuszcza pudełka archiwizacyjne bez wkładu indeksującego.*

II. Treść udzielonych wyżej odpowiedzi jest wiążąca dla Wykonawców biorących udział w postępowaniu.

III. Pozostałe warunki udzielenia zamówienia pozostają bez zmian.

PRZEWODNICZĄCY  
KOMISJI PRZETARGOWEJ

  
mgr Maria Iwona Krawczyk