

RA-ZP.2610.6.2026.3.MW

INFORMACJA NR 3

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym, określonym w art. 275 pkt. 1 Ustawy Pzp na dostawę szkieł i akcesoriów laboratoryjnych (znak sprawy: RA-ZP.2610.6.2026)

I. W związku z prośbą Wykonawcy o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia obowiązującej w przedmiotowym postępowaniu, działając w trybie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 poz. 1320 ze zm.), wyjaśniam co następuje:

Pytanie 1 (dot. Część 8 poz. 4,5,6):

Część 8 Poz. 4, 5, 6 - Świadectwo wzorcowania PCA kolb miarowych 1000ml, 500ml i 250ml wykonuje wyłącznie Urząd Miar. Termin realizacji wskazany przez Urząd to 120 dni (+/- 14 dni); Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu realizacji na wskazane pozycje?

Odpowiedź:

W odpowiedzi na pytanie, Zamawiający modyfikuje treść:

- 1) pkt. II SWZ „Termin wykonania zamówienia”,
- 2) pkt. 3. Formularza OFERTA „Termin wykonania zamówienia”,
- 3) ustępu 1 w §2 „Projektowanych Postanowień Umowy”

w następujący sposób:

- *dotychczasową treść:* w ciągu 30 dni od daty zawarcia umowy.

- *zastępuje się następującą treścią:*

CZĘŚĆ	TERMIN WYKONANIA
1	2
Część 1-7	w ciągu 30 dni od daty zawarcia umowy
Część 8	1) Poz. 1 -3: w ciągu 30 dni od daty zawarcia umowy, 2) Poz. 4-14: w ciągu 140 dni od daty zawarcia umowy
Część 9-15	w ciągu 30 dni od daty zawarcia umowy

Pytanie 2 (dot. Część 8 poz. 9):

Poz. 9 - proszę o potwierdzenie czy wzorcowanie cylindra ma być w 1 punkcie 100 ml?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że wzorcowanie cylindra ma być w jednym punkcie: 100 ml.

Pytanie 3 (dot. Część 8 poz. 10):

Poz. 10 - proszę o potwierdzenie czy wzorcowanie cylindra ma być w 1 punkcie 50 ml?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że wzorcowanie cylindra ma być w jednym punkcie: 50 ml.

Pytanie 4 (dot. Część 8 poz. 11-14):

Poz. 11-14 - czy Zamawiający wyrazi zgodę na pipety z " zerem na górze"? Czy jakim punkcie pipety mają być wyzorcowane?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zero na górze pipety. Każda z pipet ma być wyzorcowana w maksymalnej jej objętości.

- II. Treść udzielonych wyżej odpowiedzi jest wiążąca dla Wykonawców biorących udział w postępowaniu.
- III. W związku z treścią udzielonych odpowiedzi i wprowadzonych zmian, termin składania ofert ulega przedłużeniu do dnia **10.03.2026 r. do godz. 9:30**, otwarcie nastąpi w tym samym dniu o **godz. 10:00**.
- IV. W związku ze zmianą terminu składania ofert, zmianie ulega termin związania ofertą w przedmiotowym postępowaniu. Treść pkt. XV.1 SWZ otrzymuje brzmienie:
Termin związania ofertą: do 08.04.2026 r.
- V. Pozostałe warunki udzielenia zamówienia pozostają bez zmian.
- VI. W załączeniu Zamawiający przekazuje:
- 1) zmieniony Załącznik nr 2 do SWZ: formularz *OFERTA – zmodyfikowany 1*,
 - 2) zmieniony Załącznik nr 3 do SWZ: *Projektowane Postanowienia Umowy – zmodyfikowany 1*

PRZEWODNICZĄCY
KOMISJI PRZETARGOWEJ


mgr Maria Iwona Krawczyk