

Formularz Cenowo-Techniczny – Część 2
Tablica okulistyczna podświetlana Snellena z pilotem
TABELA 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA MINIMALNE TECHNICZNE, FUNKCJONALNE I UŻYTKOWE WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO <i>Oferowane przez Wykonawców produkty muszą posiadać parametry nie gorsze niż wskazane poniżej przez Zamawiającego.</i>	POTWIERDZAM SPEŁNIANIE PARAMETRÓW MINIMALNYCH WYMAGANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO
<i>1</i>	<i>2</i>
<p>I. Tablica okulistyczna podświetlana Snellena z pilotem - w wersji LCD, przeznaczonej do badania ostrości wzroku.</p> <p>1. Wymagania techniczne i funkcjonalne:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Rodzaj urządzenia: elektroniczna tablica okulistyczna LCD do badania ostrości widzenia, 2) Typ optotypów: litery (optotyp literowy w standardzie Snellena), 3) Sterowanie: zdalne, za pomocą pilota (pilot w zestawie), 4) Źródło światła: energooszczędne diody LED o wysokiej jasności i równomiernym podświetleniu, 5) Wymiary urządzenia: 53-56 cm (wysokość) x 39-46 cm (szerokość) x 6 cm (głębokość), 6) Konstrukcja: 7) Obudowa do montażu na ścianie lub ustawienia na statywie, 8) Czytelny ekran o wysokim kontraście i dobrej widoczności w różnych warunkach oświetleniowych. 9) Instrukcja obsługi w języku polskim. <p>2. Pozostałe wymagania dotyczące realizacji zamówienia, znajdują się w Projektowanych Postanowieniach Umowy.</p>	<p style="text-align: center;">TAK</p>

Zamówienie realizowane jest w ramach projektu pn.:

„Modernizacja i doposażenie bazy dydaktycznej pod potrzeby centrum nauk przedklinicznych Uniwersytetu Zielonogórskiego”, Umowa nr **KPOD.07.05-IP.10-0005/25/KPO/2157/2025/222**, współfinansowanego ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO), komponentu D „Efektywność, dostępność i jakość systemu ochrony zdrowia” w ramach inwestycji **D2.1.1 – Inwestycje związane z modernizacją i doposażeniem obiektów dydaktycznych w związku ze zwiększeniem limitów przyjęć na studia medyczne**.

Celem zamówienia jest realizacja działań przyczyniających się do osiągnięcia wskaźnika **D31G**.

TABELA 2

Oferta cenowa i przedmiotowa – Część 2				
Nazwa	Producent/dystrybutor¹ oraz (jeśli istnieją) model/typ/symbol/nazwa/nr katalogowy oferowanego sprzętu/produktu	Liczba	Cena jednostkowa brutto [w PLN]	Kwota ogółem brutto (cena jednostkowa brutto x liczba) [w PLN] do przeniesienia do Formularza OFERTA
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
Tablica okulistyczna podświetlana Snellena z pilotem		1 szt.		

¹ Wykonawca zobowiązany jest wskazać producenta danego produktu lub jego dystrybutora bądź markę, pod którą produkt został wprowadzony na rynek.

Uwaga: Brak któregośkolwiek elementu przedmiotu zamówienia w „Formularzu Cenowo-Technicznym” Wykonawcy w stosunku do wymagań Zamawiającego oraz brak informacji wymaganych w Tabeli 1 i 2 nie będzie poprawiony i skutkować będzie odrzuceniem oferty na mocy art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy.

Zamówienie realizowane jest w ramach projektu pn.:

„Modernizacja i doposażenie bazy dydaktycznej pod potrzeby centrum nauk przedklinicznych Uniwersytetu Zielonogórskiego”, Umowa nr **KPOD.07.05-IP.10-0005/25/KPO/2157/2025/222**, współfinansowanego ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO), komponentu D „Efektywność, dostępność i jakość systemu ochrony zdrowia” w ramach inwestycji **D2.1.1 – Inwestycje związane z modernizacją i doposażeniem obiektów dydaktycznych w związku ze zwiększeniem limitów przyjęć na studia medyczne**.

Celem zamówienia jest realizacja działań przyczyniających się do osiągnięcia wskaźnika **D31G**.