

Formularz Cenowo-Techniczny – Część 5
TABELA 1
Videootoskop

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA MINIMALNE TECHNICZNE, FUNKCJONALNE I UŻYTKOWE WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO <i>Oferowane przez Wykonawców produkty muszą posiadać parametry nie gorsze niż wskazane poniżej przez Zamawiającego.</i>	POTWIERDZAM SPEŁNIANIE PARAMETRÓW MINIMALNYCH WYMAGANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO
1	2
<p>Videootoskop – do obrazowania przewodu słuchowego zewnętrznego i błony bębenkowej – z możliwością transmisji obrazu w czasie rzeczywistym na ekran komputera lub monitora.</p> <p>I. Wymagania techniczne i funkcjonalne:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rodzaj urządzenia: videootoskop bezprzewodowy, ładowalny, 2. Transmisja obrazu: <ol style="list-style-type: none"> a) Bezprzewodowa łączność z komputerem lub monitorem, b) W czasie rzeczywistym, c) Wysoka rozdzielczość obrazu (min. HD), 3. Kompatybilność: możliwość stosowania z uniwersalnymi jednorazowymi wziernikami otoskopowymi (standardowa średnica), 4. Zasilanie: wbudowany akumulator wielokrotnego ładowania, ładowarka w zestawie, <p>II. Oprogramowanie:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dołączone lub dostępne do bezpłatnego pobrania, 2. Kompatybilne z systemem Windows, 3. Umożliwiające rejestrację, zapis i analizę obrazu, <p>III. Wyświetlanie obrazu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Możliwość podglądu na ekranie zewnętrznym: komputer, tablet, monitor. <p>IV. Instrukcja obsługi w języku polskim.</p> <p>V. Pozostałe wymagania dotyczące realizacji zamówienia, znajdują się w Projektowanych Postanowieniach Umowy.</p>	<p style="text-align: center;">TAK</p>

Zamówienie realizowane jest w ramach projektu pn.:

„Modernizacja i wyposażenie bazy dydaktycznej pod potrzeby centrum nauk przedklinicznych Uniwersytetu Zielonogórskiego”, Umowa nr **KPOD.07.05-IP.10-0005/25/KPO/2157/2025/222**, współfinansowanego ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO), komponentu D „Efektywność, dostępność i jakość systemu ochrony zdrowia” w ramach inwestycji **D2.1.1 – Inwestycje związane z modernizacją i wyposażeniem obiektów dydaktycznych w związku ze zwiększeniem limitów przyjęć na studia medyczne**.

 Celem zamówienia jest realizacja działań przyczyniających się do osiągnięcia wskaźnika **D31G**.

TABELA 2

Oferta cenowa i przedmiotowa – Część 5				
Nazwa	Producent/dystrybutor ¹ oraz (jeśli istnieją) model/typ/symbol/nazwa/nr katalogowy oferowanego sprzętu/produktu	Liczba	Cena jednostkowa brutto [w PLN]	Kwota ogółem brutto (cena jednostkowa brutto x liczba) [w PLN] do przeniesienia do Formularza OFERTA
1	2	3	4	5
Videootoskop		2 sztuki		

¹ Wykonawca zobowiązany jest wskazać producenta danego produktu lub jego dystrybutora bądź markę, pod którą produkt został wprowadzony na rynek.

Uwaga: Brak któregośkolwiek elementu przedmiotu zamówienia w „Formularzu Cenowo-Technicznym” Wykonawcy w stosunku do wymagań Zamawiającego oraz brak informacji wymaganych w Tabeli 1 i 2 nie będzie poprawiony i skutkować będzie odrzuceniem oferty na mocy art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy.

Zamówienie realizowane jest w ramach projektu pn.:

„Modernizacja i wyposażenie bazy dydaktycznej pod potrzeby centrum nauk przedklinicznych Uniwersytetu Zielonogórskiego”, Umowa nr KPOD.07.05-IP.10-0005/25/KPO/2157/2025/222, współfinansowanego ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO), komponentu D „Efektywność, dostępność i jakość systemu ochrony zdrowia” w ramach inwestycji D2.1.1 – Inwestycje związane z modernizacją i wyposażeniem obiektów dydaktycznych w związku ze zwiększeniem limitów przyjęć na studia medyczne.

Celem zamówienia jest realizacja działań przyczyniających się do osiągnięcia wskaźnika D31G.