

Sierakowice, dn. 13 marca 2026 r.

**Wszyscy wykonawcy****WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ**

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: KCM.ZP.1.2026. Nazwa zadania: „**Dostawa aparatu RTG na potrzeby Kaszubskiego Centrum Medycznego w Sierakowicach wraz z kompleksową usługą instalacyjną**”.

Zgodnie z art. 284 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.), w związku ze skierowaniem do Zamawiającego zapytań dotyczących treści SWZ, przedstawiamy następujące odpowiedzi:

**Pytania:**

1. Szanowni Państwo, w związku z prowadzonym postępowaniem zwracamy się z uprzejmą prośbą o udostępnienie kompletu dokumentów technicznych Zamawiającego, obejmujących: aktualny projekt osłon stałych (+ informacja o planowanej ilości wykonywanych ekspozycji w ujęciu miesięcznym) rzut pionowy pracowni RTG, przekrój poprzeczny pracowni RTG, Informację dotyczące MATERIAŁU Z JAKIEGO WYKONANY JEST STROP oraz jaka jest wysokość pomieszczenia RTG Plan ułożenia kanałów podłogowych, plan instalacji elektrycznych (jeśli dostępny), informacje na temat dostępnego przyłącza (w rozdzielni głównej do której ma zostać pociągnięty WLZ dla aparatu oraz drugiego WLZ dla zasilania pracowni i pomieszczeń przyległych), w tym rodzaju i wartości zastosowanych bezpieczników oraz przekroju kabla zasilającego. Informacji o dostawcy PACS, dostępności licencji oraz przewidywanych kosztów jakie musi ponieść Wykonawca Udostępnienie powyższych materiałów jest dla nas niezbędne do prawidłowego przygotowania oferty

2. Dotyczy: SWZ – ROZDZIAŁ V: OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA punkt 2 Zamawiający określając zapis: „**UWAGA: Zakres zamówienia obejmuje transport, wniesienie i montaż, testy adaptacyjne, integracja z infrastrukturą IT Zamawiającego, wykonanie testów specjalistycznych oraz uzyskanie dopuszczenia do użytkowania.**” oraz wskazując jako graniczny termin realizacji zadania 28 dni, NIE miał na myśli pozyskania w tym terminie pozwolenia na działalność pracowni RTG uzyskanej od lokalnego (adekwatnego dla Zamawiającego) Oddziału Higieny Radiacyjnej WSSE? Pragniemy zwrócić uwagę, że w przeciwnym razie termin realizacji zadania, z przyczyn administracyjnych, staje się nie realny.

**Odpowiedzi:**

1. W związku z zadanymi pytaniami informuje, że projekt osłon stałych gabinetu RTG (w którym zawarte są informacje przyjęte do obliczeń osłon oraz podane warunki lokalowe), projekt instalacji elektrycznych, rzut pionowy oraz poprzeczny stanowią załącznik do niniejszego wyjaśnienia treści SWZ. Planowana roczna liczba ekspozycji wynosi ok. 1100-1200. Strop gabinetu RTG monolityczny typu „Filigran” z dolną płytą prefabrykowaną. Strop o grubości 20 cm. Wysokość ok. 3,0 m. Dostawca PACS w KCM – Pergamon Med Solutions. Zamawiający dysponuje aparatem o mocy 65kW z infrastrukturą przystosowaną do takiej mocy. Informuję ponadto, że przyłącza i pozostała niezbędna infrastruktura gabinetu RTG wykonana jest ściśle ze standardami określonymi dla placówek medycznych. **Adaptacja zaoferowanego urządzenia z infrastrukturą Zamawiającego leży po stronie wykonawcy usługi.**

2. Informuję, że Zamawiający wskazując graniczny termin realizacji zadania 28 dni NIE miał na myśli pozyskania w tym terminie pozwolenia na działalność pracowni RTG uzyskanej od lokalnego (adekwatnego dla Zamawiającego) Oddziału Higieny Radiacyjnej WSSE". Przedmiotowy termin obejmuje dostawę, montaż, instalację i uruchomienie urządzenia.

*/-/ Stanisław Czerwonka /-/,  
Kierownik Zamawiającego*