

Sierakowice, dn. 12 marca 2026 r.

Wszyscy wykonawcy**WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ**

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: KCM.ZP.1.2026. Nazwa zadania: „**Dostawa aparatu RTG na potrzeby Kaszubskiego Centrum Medycznego w Sierakowicach wraz z kompleksową usługą instalacyjną**”.

Zgodnie z art. 284 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.), w związku ze skierowaniem do Zamawiającego zapytań dotyczących treści SWZ, przedstawiamy następujące odpowiedź:

Pytania:

1. Czy wraz z aparatem rtg należy zaoferować zestaw wyposażenia wraz z oprogramowaniem do wykonywania podstawowych testów kontroli jakości aparatu rtg oraz monitorów medycznych, zgodne z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 12.12.2022 ?

2. Czy opisane w Załączniku 7 pkt. 7.17 Programy anatomiczne powinny zawierać sekcję "testy podstawowe kontroli jakości"?

3. Szanowni Państwo, w odniesieniu do warunku udziału w postępowaniu, zgodnie z którym Zamawiający uzna posiadanie wymaganych zdolności technicznych lub zawodowych zapewniających należyte wykonanie zamówienia, jeżeli Wykonawca wykaże realizację w okresie ostatnich trzech lat co najmniej trzech dostaw aparatu RTG wraz z usługą instalacyjną o wartości nie mniejszej niż 850 000 zł brutto każda, zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wykonawcy posiadającego następujące doświadczenie. W ciągu ostatnich 12 miesięcy zrealizowaliśmy dostawy aparatów RTG wraz z instalacją o wartościach: – 1 650 000 zł brutto, – 880 000 zł brutto, – 670 000 zł brutto, – 600 000 zł brutto. Pragniemy podkreślić, że realizacja projektu o wartości 1 650 000 zł brutto jednoznacznie potwierdza nasze zdolności do prowadzenia dużych i złożonych inwestycji w zakresie dostawy, instalacji oraz uruchomienia systemów diagnostyki obrazowej. Jest to wartość znacząco przekraczająca próg wskazany w warunku udziału w postępowaniu i stanowi wyraźne potwierdzenie naszych kompetencji technicznych oraz organizacyjnych. Jednocześnie wskazujemy, że pozostałe realizacje – o wartościach 880 000 zł, 670 000 zł oraz 600 000 zł brutto – pod względem zakresu rzeczowego, poziomu zaawansowania technologicznego oraz odpowiedzialności wykonawczej nie odbiegają w sposób istotny od projektów przekraczających wskazany próg 850 000 zł brutto. W przypadku systemów RTG kluczowe znaczenie ma doświadczenie w zakresie instalacji, integracji systemu, dostosowania pracowni oraz jego uruchomienia klinicznego, a nie jedynie nominalna wartość kontraktu. Co istotne, wskazane realizacje zostały wykonane w okresie jednego roku, podczas gdy Zamawiający dopuszcza wykazanie doświadczenia w okresie trzech lat. Tak skoncentrowana liczba projektów w krótkim czasie potwierdza naszą bieżącą aktywność rynkową, zdolność organizacyjną oraz gotowość do równoległej realizacji wymagających inwestycji w obszarze diagnostyki obrazowej. W naszej ocenie powyższe doświadczenie w pełni potwierdza posiadanie przez nas niezbędnej wiedzy, zaplecza technicznego oraz kompetencji do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia. W związku z powyższym uprzejmie prosimy o dopuszczenie naszej spółki do udziału w postępowaniu z uwzględnieniem przedstawionego doświadczenia.

4. Szanowni Państwo, w nawiązaniu do zapisów Opisu Przedmiotu Zamówienia dotyczących stołu RTG (pkt 4.1–4.15) zwracamy się z uprzejmą prośbą o doprecyzowanie wymagań konstrukcyjnych dotyczących wskazanego urządzenia. Zgodnie z OPZ Zamawiający wymaga stołu mobilnego z regulacją wysokości, przesuwu wzdłużnego i poprzecznego oraz pływającym blatem, który jednocześnie posiada jednostronne i jednokolumnowe podparcie blatu stołu (pkt 4.14) oraz zapewnia dopuszczalną masę pacjenta na poziomie min. 250 kg. W naszej ocenie powyższe wymagania mogą być trudne do spełnienia jednocześnie w przypadku konstrukcji stołu mobilnego, ponieważ rozwiązanie o jednostronnym i jednokolumnowym podparciu blatu jest charakterystyczne przede wszystkim dla stołów stacjonarnych, montowanych na stałe do podłoża lub będących elementem systemu RTG. W przypadku stołów mobilnych stosuje się zazwyczaj konstrukcje symetryczne lub wielopunktowe, które zapewniają odpowiednią stabilność konstrukcji przy dużych obciążeniach oraz podczas przemieszczania stołu. W szczególności zwracamy uwagę, że połączenie następujących wymagań: konstrukcja mobilna, jednostronne i jednokolumnowe podparcie blatu, dopuszczalna masa pacjenta min. 250 kg, może rodzić wątpliwości co do stabilności takiej konstrukcji oraz bezpieczeństwa użytkowania w warunkach klinicznych. W związku z powyższym uprzejmie prosimy o potwierdzenie, czy stół przedstawiony na załączonym obrazie spełnia wymagania konstrukcyjne określone przez Zamawiającego, oczywiście pod warunkiem spełnienia wszystkich pozostałych parametrów technicznych (rozmiar, zakres ruchu, materiały, waga itp.) wskazanych w OPZ. Alternatywnie zwracamy się z prośbą o dopuszczenie możliwości zaoferowania stołu RTG w wersji stacjonarnej, posiadającego: zakres regulacji wysokości 44–90 cm, dopuszczalną masę roboczą pacjenta do 350 kg, pływający blat z pełnym zakresem ruchów wzdłużnych i poprzecznych, co stanowi rozwiązanie powszechnie stosowane w pracowniach radiologicznych, zapewniające bardzo wysoką stabilność konstrukcji, większe bezpieczeństwo pacjenta oraz komfort pracy personelu. Będziemy wdzięczni za doprecyzowanie powyższych zapisów, co pozwoli wykonawcom na przygotowanie ofert w sposób jednoznaczny i w pełni zgodny z rzeczywistymi oczekiwaniami Zamawiającego.

Odpowiedź:

1. Nie. Zamawiający nie formuje takiego oczekiwania.
2. Nie. Zamawiający nie formuje takiego oczekiwania.
3. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzanie zmian dotyczących warunków udziału w niniejszym postępowaniu.
4. Zamawiający nie przewidują zmian w zakresie opisu przedmiotu zamówienia.

Informuję, że celem dostosowania projektu umowy do zapisów SWZ Zamawiający dokonał korekty w treści § 1 ust. 1 załącznika nr 1 o SWZ (Projektowane postanowienia umowne). Poprawiony załącznik nr 1 do SWZ stanowi załącznik do niniejszej odpowiedzi na wnioski o wyjaśnienie treści SWZ.

*/-/ Stanisław Czerwonka /-/,
Kierownik Zamawiającego*