

Płock, dnia 26-02-2026r.

Nr sprawy: SIR.2910.03.1.2026.JS

WYJAŚNIENIA I ZMIANY TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „„Rozwój i modernizacja infrastruktury onkologicznej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku – dostosowanie pomieszczeń pod dostawę tomografu” ogłoszenie nr 2026//BZP 00108771/01 z dnia 2026-02-12.

Numer postępowania: SIR.2910.03.(03/SIR/8/ZP/26).2026.JS

Zamawiający - Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (*tekst jednolity: Dz.U. 2024 poz. 1320 ze zm.*) zwanej dalej „ustawą Pzp” lub „uPzp”, zamieszcza treść zapytania wykonawcy i udzielonego wyjaśnienia swz.

I. Pytania dotyczące zakresu robót budowlanych i adaptacyjnych

1. Czy wykonanie kanałów kablowych podłogowych, ściennych oraz sufitowych (wraz z ich zabudową i wykończeniem) leży po stronie Wykonawcy prac budowlanych/adaptacyjnych?

Odpowiedź zamawiającego: Tak

2. Czy wykonanie ewentualnego wzmocnienia podłoża pod tomograf komputerowy – jeżeli okaże się wymagane zgodnie z wytycznymi instalacyjnymi producenta aparatu – leży po stronie Wykonawcy prac adaptacyjnych?

Odpowiedź zamawiającego: Tak

3. Czy wykonanie awaryjnych wyłączników (zbijaków) zasilania dla tomografu komputerowego należy do zakresu prac Wykonawcy robót adaptacyjnych?

Odpowiedź zamawiającego: Zgodnie z PFU

4. Czy wykładzina w pomieszczeniu tomografu komputerowego powinna być:

- o prądoprzewodząca,
- o czy antyelektrostatyczna (ESD)?

Prosimy o jednoznaczne określenie wymaganych parametrów.

Odpowiedź zamawiającego: Wykładzina antyelektrostatyczna prądoprzewodząca wg norm: PN-EN 1081 oraz PN-EN 1815

5. Czy wykonanie fundamentu pod agregat wody lodowej dla tomografu komputerowego leży po stronie Wykonawcy prac budowlanych?

Odpowiedź zamawiającego: Zgodnie z opisem przedmiot zamówienia

6. Prosimy o wskazanie planowanej lokalizacji agregatu wody lodowej (na zewnątrz budynku / dach / pomieszczenie techniczne).

Odpowiedź zamawiającego: Nie jest przedmiotem zamówienia.

7. Prosimy o potwierdzenie, że instalacja orurowania pomiędzy agregatem wody lodowej a tomografem komputerowym leży po stronie Wykonawcy prac budowlanych/adaptacyjnych.

Odpowiedź zamawiającego: Zgodnie z zapisami PFU

8. Prosimy o potwierdzenie, że zabezpieczenie drogi transportowej oraz przygotowanie miejsca rozładunku tomografu komputerowego leży po stronie Wykonawcy prac budowlanych.

Odpowiedź zamawiającego: Nie jest przedmiotem zamówienia

II. Pytania dotyczące dokumentacji PFU

1. Ad. rozdział 2.2.3 pkt 18 wymagań PFU – prosimy o poprawienie oczywistej omyłki pisarskiej: zamiast „rezonansu magnetycznego” powinno być „tomografu komputerowego”.

Odpowiedź zamawiającego: Zamawiający poprawia oczywistą omyłkę pisarską

2. Ad. rozdział 2.2.3 wymagań PFU:

W odpowiedziach udzielonych w postępowaniu na dostawę tomografu komputerowego (znak sprawy: SZP.2910.27.(68/ZP/25).2025.AŁ), Zamawiający wskazał, że niektóre elementy nie leżą po stronie dostawcy tomografu komputerowego. Jednocześnie elementy te nie zostały ujęte w zakresie prac adaptacyjnych w PFU.

W związku z powyższym prosimy o potwierdzenie, że zakres prac adaptacyjnych obejmuje również:

- a) Dostawę i montaż umeblowania, w tym wyposażenia stacji opisowych (biurka, krzesła itp.)
- c) Demontaż i utylizację istniejącego tomografu komputerowego
- d) Demontaż i utylizację istniejącego agregatu wody lodowej
- e) Doprowadzenie linii zasilającej do rozdzielni głównej budynku – jeżeli będzie to wymagane
- f) Doprowadzenie wewnętrznej linii zasilającej do pomieszczenia tomografu
- g) Wykonanie instalacji sieci komputerowej oraz infrastruktury IT

Odpowiedź zamawiającego: Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia

III. Pytania dodatkowe techniczne i organizacyjne

1. Czy Zamawiający wymaga wymiany panelu gazów medycznych w pracowni?

Odpowiedź zamawiającego: Nie

2. Czy Zamawiający wymaga dostawy i montażu dedykowanego punktu świetlnego sufitowego nad stołem pacjenta, zapewniającego odpowiednie oświetlenie pola zabiegowego w trybie pracy interwencyjnej tomografu komputerowego?

Odpowiedź zamawiającego: Nie

3. Czy Zamawiający wymaga ścisłej współpracy z wybranym dostawcą tomografu komputerowego już na etapie opracowania dokumentacji projektowej, aż do momentu odbiorów pracowni?

Odpowiedź zamawiającego: Nie

4. Czy Zamawiający wymaga uwzględnienia w dokumentacji projektowej wszystkich wytycznych instalacyjnych przekazanych przez dostawcę tomografu komputerowego?

Odpowiedź zamawiającego: W zakresie jaki odpowiada opis przedmiotu zamówienia.

W związku z udzielonymi wyjaśnieniami Zamawiający na podstawie na podstawie art. 286 ust. 3 uPzp przedłuża termin:

- a) **Składania ofert – do dnia 04-03-2026r., godzina 8:00**
- b) **Otwarcia ofert – w dniu 04-03-2026r., godzina 9:00**
- c) **Związania oferta – do dnia 03-04-2026r. (włącznie)**