



Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego

ul. Pstrowskiego 28B, 10-602 Olsztyn
tel. 89-537-38-11, fax 89-537-38-10
www.wspr.olsztyn.pl, sekretariat@wspr.olsztyn.pl
Regon 511332933, NIP 739-29-72-605



SZP.221-4.6.2026

Olsztyn, 20.02.2026 r.

WYJAŚNIENIA ORAZ ZMIANA TREŚCI SWZ

Dot. postępowanie przetargowego w trybie podstawowym, wariant 1. pn.:

SZP.221-4.2026 „Zakup wraz z dostawą urządzeń medycznych”

I. Zamawiający Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego informuje, iż na mocy art. 284 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320) dalej ustawa Pzp, wpłynęło w przedmiotowym postępowaniu pytanie dotyczące treści SWZ, które Zamawiający zamieszcza poniżej wraz z wyjaśnieniami:

PYTANIE Z DNIA 19.02.2026 r.

PYTANIE 1

Część 1 – ciśnieniomierze elektroniczne pkt.19 - Mankiet dla pacjentów dorosłych od 20-25 do 32-45 cm
Czy Zamawiający dopuści mankiety dla dorosłych w rozmiarach M dla obwodów 22-32 cm o dla dorosłych duży - rozmiar L/XL dla obwodów 32-52 cm? Pozostałe parametry zgodne.

ODPOWIEDŹ: W związku z powyższym pytaniem Zamawiający zmienia w zakresie Części 1 w pkt. 19

Na: Mankiet dla pacjentów dorosłych w minimalnym zakresie od 20-25 do 32-52 cm ~~20-25 do 32-45 cm~~

II. Odpowiedzi stanowią integralną część SWZ i będą wiążące podczas terminu składania ofert.

III. Zamawiający dodaje w zakresie Części 2 pkt. 11 w brzmieniu: *Pulsoksymetr w całości nakładany na palec*

IV. SWZ po modyfikacji oraz załącznik nr 5 stanowią załączniki do niniejszego pisma.

Zatwierdzam

KIEROWNIK SEKCJI
ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
I. Rubis
Izabela Rubis