

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego: **Zakup oprogramowania do komputerowej analizy ruchu plemników wraz z mikroskopem (CASA)**
nr sprawy: **DPiZP 261.2.2026**

Działając na podstawie art. 284 ust 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1320 ze zm.), w związku z pytaniem które wpłynęło do Zamawiającego, dotyczącym Specyfikacji Warunków Zamówienia, poniżej zamieszczam treść pytania wraz z odpowiedzią:

Pytanie 1:

Zwracam się z pytaniem do OPZ: Pytanie do pkt IV Mikroskop (Statyw / baza mikroskopu): Czy Zamawiający dopuści mikroskop wyposażony w filtr nakładany (zewnętrzny) zamiast filtra wbudowanego w statyw, przy zachowaniu wszystkich pozostałych wymaganych parametrów technicznych? Zastosowanie filtra nakładanego nie wpływa na jakość obrazu ani funkcjonalność systemu.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że dopuszcza mikroskop wyposażony w filtr nakładany (zewnętrzny) zamiast filtra wbudowanego w statyw, pod warunkiem zachowania wszystkich pozostałych wymaganych parametrów technicznych określonych w OPZ, z zastrzeżeniem że zastosowanie filtra nakładanego nie wpływa na jakość obrazu ani funkcjonalność systemu

Jarosław Król
Dyrektor
Instytut Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza
– Państwowy Instytut Badawczy
(Kierownik Zamawiającego)

Sporządziła: A. Czapla

Przedmiot zamówienia będzie finansowany ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO)