



**Samodzielne Publiczne Pogotowie Ratunkowe  
w Krośnie**

**38-400 Krosno ul. Grodzka 45**

NIP: 684-21-27-313 Regon: 370441499

Tel. 13- 43-202-22 Dyrektor 13 43 661 13 fax: 13- 43-230-82

www.999krosno.pl e – mail: pogotowie.ratunkowe@999krosno.pl

Krosno, dnia 27 lutego 2026 r.

**Zamawiający:**

Samodzielne Publiczne Pogotowie Ratunkowe w Krośnie  
ul. Grodzka 45  
38-400 Krosno

Znak postępowania: SPPR-ZP/2/2026

Nazwa postępowania:

„Dostawa tlenu medycznego w butlach wraz z dzierżawą butli dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego w Krośnie”

**Do Wszystkich Wykonawców**

**WYJAŚNIENIA**

**TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Zamawiający, działając na podstawie art. 135 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320, z 2025 r. poz. 620, 769, 794, 1165, 1173, 1235), w związku ze złożeniem przez Wykonawców wniosków o wyjaśnienie treści SWZ z zachowaniem ustawowego terminu, udziela wyjaśnień treści SWZ w poniższym zakresie:

**Pytanie nr 1 – Podpisanie umowy**

Czy Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego, podpisaną przez osobę/osoby upoważnione kwalifikowany podpisem elektronicznym, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze sądowym lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy, albo przez osobę/osoby umocowane (na podstawie pełnomocnictwa) przez osoby uprawnione?

**Uzasadnienie (Interpretacja UZP):**

<https://www.uzp.gov.pl/nowe-pzp/interpretacje/pytania-instytucji-kontrolujacych/czy-zgodnie-z-przepisami-nowej-ustawy-pzp-mozna-zawrzec-umowe-w-formie-elektronicznej.-czyli-w-postaci-elektronicznej-opatrzonej-kwalifikowanym-podpisem-elektronicznym-2020-12-04>

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego podpisaną przez osobę/osoby upoważnione kwalifikowany podpisem elektronicznym, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze sądowym lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy, albo przez osobę/osoby umocowane (na podstawie pełnomocnictwa) przez osoby uprawnione, pod warunkiem prawidłowego umocowania i zachowania zasad reprezentacji.

**Pytanie nr 2 – Kwota przeznaczona**

W nawiązaniu do art. 222 ust. 4 ustawy Pzp oraz faktem, że ustawodawca nie określił żadnego limitu czasowego (jedynie określenie: najpóźniej przed otwarciem ofert) wnosimy do Zamawiającego o udostępnienie na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacji o kwocie, jaką

zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Państwa zgoda umożliwi przygotowanie rzetelnej, wiarygodnej a jednocześnie jak najbardziej konkurencyjnej oferty pozwalającej osiągnąć Zamawiającemu najlepszą jakość dostaw, uzasadnioną charakterem zamówienia, w ramach środków, które zamawiający może przeznaczyć na jego realizację.

**W przypadku odpowiedzi odmownej prosimy o przekazanie informacji zawartych w pkt. 3 protokołu przedmiotowego postępowania: Wartość dla poszczególnych części**

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający wskazuje, że informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, zostanie opublikowana przez Zamawiającego w terminie określonym w art. 222 ust. 4 Pzp tj. bezpośrednio przed terminem otwarcia ofert.

Odnosnie drugiej części zapytania (warunkowej), Zamawiający wyjaśnia, że aktualnie, w pkt 3 protokołu postępowania pn. „Dostawa tlenu medycznego w butlach wraz z dzierżawą butli dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego w Krośnie” nie została wskazana żadna wartość, gdyż w tym zakresie Zamawiający korzysta z opisanej w treści protokołu możliwości uzupełnienia informacji zawartej w pkt 3 Protokołu po otwarciu ofert.

**Pytanie nr 3 – Przedmiotowe środki dowodowe (?)**

Wnosimy do Zamawiającego o doprecyzowanie SWZ poprzez potwierdzenie braku konieczności dołączenia do oferty **przedmiotowych środków dowodowych?**

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający, w związku z udzieleniem wyjaśnień (odpowiedzi) na pytanie nr 5 precyzuje, że istnieje konieczność dołączenia do oferty przedmiotowego środka dowodowego w postaci „dokumentacji niezależnej akredytowanej jednostki badawczej lub technicznej, potwierdzającej, wagę pełnej butli z tlenem poj. 2l ze zintegrowanym zaworem, która to waga nie powinna przekraczać 4kg.”

Szczegółowe warunki dotyczące przedmiotowych środków dowodowych zostały opisane w odpowiedzi na pytanie nr 5 oraz w zmodyfikowanej treści SWZ.

**Pytanie nr 4 – Przedmiot zamówienia**

Czy Zamawiający opisując „**Tlen medyczny, gaz sprężony w butlach aluminiowych z zaworem ze zintegrowanym na stałe w jednym module reduktorem ciśnienia, manometrem i przepływomierzem**”, miał na myśli lekkie butle aluminiowe z tlenem 200 bar, z na stałe zintegrowanym z butlą modulem wyposażonym w reduktor ciśnienia, manometr wskazujący ciśnienie tlenu w butli, przepływomierz o zakresie pracy 0,5 – 15 l/min, przepływomierz z 12 różnymi zakresami przepływu (w tym zakres startowy – 0l/min), wyjście do podłączenia maski tlenowej lub kaniuli donosowej oraz system szybkiego łączenia (Quick Connector) typu AGA do podłączenia urządzeń przenośnych wymagających dostarczenia tlenu medycznego np. respirator transportowy?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający opisując „**Tlen medyczny, gaz sprężony w butlach aluminiowych z zaworem ze zintegrowanym na stałe w jednym module reduktorem ciśnienia, manometrem i przepływomierzem**”, miał na myśli lekkie butle aluminiowe z tlenem 200 bar, z na stałe zintegrowanym z butlą modulem wyposażonym w reduktor ciśnienia, manometr wskazujący ciśnienie tlenu w butli, przepływomierz o zakresie pracy 0,5 – 15 l/min, przepływomierz z 12 różnymi zakresami przepływu (w tym zakres startowy – 0l/min), wyjście do podłączenia maski tlenowej lub kaniuli donosowej oraz system szybkiego łączenia (Quick Connector) typu AGA do podłączenia urządzeń przenośnych wymagających dostarczenia tlenu medycznego np. respirator transportowy.

**Pytanie nr 5 – Przedmiot zamówienia**

Czy w celu zapewnienia lepszej mobilności oraz zwiększenia komfortu użytkownika Zamawiający wymaga aby waga pełnej butli z tlenem poj. 2l ze zintegrowanym zaworem nie przekraczała 4kg?, co zostało potwierdzone dokumentacją niezależnej akredytowanej jednostki badawczej lub technicznej, którą należy dołączyć do oferty jako przedmiotowy środek dowodowy w celu potwierdzenia

zgodności przedmiotu oferty z zapisami SWZ oraz, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający wymaga, aby waga pełnej butli z tlenem poj. 2l ze zintegrowanym zaworem nie przekraczała 4 kg.

**Zamawiający dokonuje modyfikacji treści SWZ poprzez dodanie po Rozdziale 21, dodatkowego Rozdziału 21a, o tytule: „Informacja o przedmiotowych środkach dowodowych” o następującej treści:**

***„Rozdział 21a. Informacja o przedmiotowych środkach dowodowych***

1. Zamawiający żąda, by Wykonawca złożył wraz z ofertą następujące, przedmiotowe środki dowodowe na potwierdzenie, iż oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia, które powinny być złączone do oferty tj.:

1) dokumentację niezależnej akredytowanej jednostki badawczej lub technicznej, potwierdzającej, wagę pełnej butli z tlenem poj. 2l ze zintegrowanym zaworem, która to waga nie powinna przekraczać 4kg.

2) pozwolenie na dopuszczenie do obrotu wydawane przez Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (URPL).

2. Zgodnie z treścią art. 107 ust 2 Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania Wykonawcy do złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie WSZYSTKICH w/w przedmiotowych środków dowodowych w przypadku, jeżeli Wykonawca nie złożył przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne.

3. Zamawiający akceptuje równoważne przedmiotowe środki dowodowe, jeśli potwierdzają, że oferowane świadczenia spełniają określone przez Zamawiającego wymagania, cechy lub kryteria.

4. Jeżeli Wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe będą niekompletne, Zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie.”

**Pytanie nr 6 – Przedmiot zamówienia**

Czy w celu zapewnienia pełnej funkcjonalności oraz zwiększenia komfortu użytkownika Zamawiający wymaga aby tlen medyczny w butlach aluminiowych, z zaworem zintegrowanym był zaprojektowany i wykonany do pracy z rezonansem magnetycznym – **możliwość wykonanie rezonansu w obecności butli aluminiowej** (według normy ASTM 2503-05) i będzie zgodne z systemami obrazowania rezonansem magnetycznym (MRI) o indukcji magnetycznej do 3,0 tesli, a zostanie potwierdzone w dokumentacji dopuszczającej do obrotu produkt leczniczy.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający **nie wymaga**, aby tlen medyczny w butlach aluminiowych, z zaworem zintegrowanym był zaprojektowany i wykonany do pracy z rezonansem magnetycznym.

**Pytanie nr 7 – Projekt umowy § 2 ust. 1**

Wnosimy do Zamawiającego o dopuszczenie możliwości przekazywania zamówień także/również za pomocą bezpłatnej platformy internetowej i zarejestrowane Konto użytkownika, z zastrzeżeniem, że każde otrzymanie zamówienia winno być każdorazowo potwierdzone przez Wykonawcę w formie e-mail.

Pozwala ona uzyskać również dostęp do aktualnego salda, historii zamówień i dostaw wraz z kopiami faktur i dowodów dostaw oraz przeglądania stanów butlowych.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający dopuszcza możliwość przekazywania zamówień także/również za pomocą bezpłatnej platformy internetowej i zarejestrowane Konto użytkownika, z zastrzeżeniem, że każde otrzymanie zamówienia winno być każdorazowo potwierdzone przez Wykonawcę w formie e-mail.

**Zamawiający dokonuje modyfikacji §2 ust. 2 Załącznika nr 4 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy, który otrzymuje brzmienie:**

Dostawy realizowane będą sukcesywnie w dni robocze (tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 14:00) na podstawie składanych przez Zamawiającego pisemnych zamówień (dopuszcza się formę przekazywania faksem, e-mailem bez konieczności sporządzania harmonogramu dostaw) **albo za pomocą bezpłatnej platformy internetowej i zarejestrowane konto użytkownika, z zastrzeżeniem, że każde otrzymanie zamówienia winno być każdorazowo potwierdzone przez Wykonawcę w formie e-mail, w ilości i asortymencie nie mniejszej niż określono w zamówieniu przez Zamawiającego.**

Dyrektor Samodzielnego Publicznego  
Pogotowia Ratunkowego  
w Łosicach  
*Joanna Bukowczyk*