

Specjalistyczny Szpital Miejski
im. Mikołaja Kopernika w Toruniu
ul. Batorego 17/19
87-100 Toruń,

SSM.DZP.200.59.2026

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/MODYFIKACJA SWZ

Informuję, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym, którego przedmiotem jest ***Dostawa asortymentu do toalety jamy ustnej*** wpłynęły pytania, których treść wraz z odpowiedziami zamieszczam poniżej:

Pytanie 1

Załącznik nr 1, pozycja nr 1

Czy Zamawiający wymaga, aby aplikator gąbkowy był pokryty dwuwęglanem sodu, który ma działanie przeciwzapalne, antyseptyczne oraz przeciwobrzękowe?

Odpowiedź

Zamawiający nie wymaga, aby aplikator gąbkowy był pokryty dwuwęglanem sodu, ponadto informuje, że dokonuje modyfikacji formularza asortymentowo-cenowego.

Pytanie 2

Załącznik nr 1, pozycja nr 2

Prosimy o doprecyzowanie czy szczoteczka do zębów z odsysaniem będzie podłączana do ssaka elektrycznego, a tym samym zgodnie z Regułą 5 klasyfikacji wyrobów medycznych, jeżeli produkt jest przeznaczony do przyłączenia do aktywnego wyrobu medycznego klasy IIa lub wyższej (tj. do ssaka) - zalicza się go do klasy IIa? Informujemy, iż na rynku występują wyroby sklasyfikowane w klasie I co uniemożliwia ich podłączenie do ssaka elektrycznego.

Odpowiedź

Zamawiający informuje, iż dokonuje modyfikacji formularza asortymentowo-cenowego.

Pytanie 3

Pytanie dotyczące treści zapisów umowy

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany zapisu dotyczącego terminu dokonania zapłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy na zapis: „Za dzień zapłaty uznaje się dzień uznania rachunku bankowego Wykonawcy”? Doktryna oraz judykatura przyjmują stanowisko, zgodnie z którym za dzień spełnienia świadczenia pieniężnego uznaje się dzień uznania rachunku bankowego wierzyciela (Wykonawcy). Powyższe wynika również z brzmienia art. 454 § 2 k.c. zgodnie z którym miejscem spełnienia świadczenia, jest miejsce siedziby przedsiębiorstwa wierzyciela. W związku z tym dopiero uzyskanie środków na rachunku wierzyciela może być uznane za spełnienie świadczenia, jako realne rozliczenie zobowiązania. Przyjęcie dnia obciążenia rachunku Zamawiającego jako dnia zapłaty prowadzi do sytuacji, w której Wykonawca nie otrzymawszy środków w terminie, znajduje się jednocześnie w sytuacji, w której świadczenie uznane jest za spełnione.

Jak stwierdził Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 4 stycznia 1995 r., sygn. akt III CZP 164/94, przepis art. 454 k.c. wprowadzie wprost reguluje problematykę miejsca wykonania zobowiązania, jednakże - co nie budzi wątpliwości - dotyczy także chwili spełnienia świadczenia. Skutkiem rozliczenia przeprowadzonego w formie bezgotówkowej jest obciążenie rachunku dłużnika oznaczoną w jego dyspozycji kwotą, a następnie uznanie - tą samą kwotą - rachunku wierzyciela. Ze względu na fakt, że uznanie polega na uczynieniu na rachunku wierzyciela stosownego wpisu po stronie credit ("ma"), wierzyciel z tą samą chwilą uzyskuje uprawnienie do swobodnego rozporządzania objętymi wpisem środkami pieniężnymi. W efekcie uznanie rachunku wierzyciela realizuje klasyczną konstrukcję zapłaty. Z tą chwilą następuje umorzenie (wygaśnięcie) zobowiązania - stwierdził Sąd Najwyższy w uzasadnieniu uchwały.

Tym samym wnosimy o dokonanie zmiany w treści wzoru umowy, zgodnie z powyższym pytaniem oraz zasadami regulowania zobowiązań wynikającymi z przepisów kodeksu cywilnego.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje zapisy SWZ w Załączniku nr 2 Projektowane postanowienia umowy.

Pytanie 4

Pakiet 1. Poz. 2 i 3.

Prosimy o doprecyzowanie klasy wyrobu medycznego, czy Zamawiający oczekuje zestawu zarejestrowanego w klasie IIa?

Odpowiedź

Zamawiający informuje, iż dokonuje modyfikacji formularza asortymentowo-cenowego.

Pytanie 5

Dotyczy pakiet 1 pozycja 3 Zwracamy się o możliwość złożenia oferty: Zestaw do pielęgnacji jamy ustnej zapakowany na plastikowej tacy z pojemnikiem na płyn, składający się z : 1x szczoteczka do zębów lekko skośna z ssącą nakładką z możliwością regulacji siły ssania (2 otwory) i gąbeczką po drugiej stronie, Uchwyt: Polipropylen – biały, Gąbka: Poliuretan – zielony, Włosie: Nylon – białe 1x gąbka-aplikator z poprzecznym pofałdowaniem 1x saszetka płynu do płukania jamy ustnej 7 ml (do wiania do pojemnika) z zawartością gliceryny i sorbiamu potasu (hamujący rozwój pleśni, drożdży i grzybów) 1x nawilżacz do ust w saszetce 3g w formie żelu (do nanoszenia gąbeczką) z gliceryną. Wyrób medyczny.

Opakowanie 100 szt.

Odpowiedź

Zamawiający informuje, iż dokonuje modyfikacji formularza asortymentowo-cenowego.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że zmodyfikowany załącznik nr 1 Formularz asortymentowo-cenowy stanowi integralną część SWZ i został zamieszczony na stronie przedmiotowego postępowania.

Było:

<p>- 1 gąbka-aplikator z poprzecznym pofałdowaniem, - 1 saszetkę z 2g preparatu nawilżającego do ust na bazie wodnej z cetylopirydyną i witaminą e. każde pojedyncze opakowanie zestawu pełni jednocześnie funkcję pojemnika na płyn i pozwala na przygotowanie roztworu roboczego przed otwarciem opakowania. oferowany zestaw jako element komponentów do całodobowej toalety jamy ustnej wykazujący skuteczność w redukcji vap, zarejestrowany jako wyrób medyczny próbka** lub</p> <p>2. zestaw do toalety jamy ustnej zawierający w jednym fabrycznym opakowaniu: 1 szczoteczkę do zębów z odsysaniem z poziomą zastawką do regulacji siły odsysania, z 3 otworami ssącymi oraz z pofałdowaną gąbką na górnej powierzchni, 7 ml płynu do płukania jamy ustnej z 0,12% roztworem diglukonianu chlorheksydyny w</p>										
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

<p>wyciskanej saszetce, 1 gąbkę-aplikator z poprzecznym pofałdowaniem. Każde pojedyncze opakowanie zestawu pełni jednocześnie funkcję pojemnika na płyn i pozwala na przygotowanie roztworu roboczego przed otwarceniem opakowania. oferowany zestaw jako element komponentów do całodobowej toalety jamy ustnej wykazujący skuteczność w redukcji vap, zarejestrowany jako wyrób medyczny próbka** lub 3. zestaw do toalety jamy ustnej zawierający w jednym fabrycznym opakowaniu: - 1 szczoteczkę do zębów z odsysaniem z manualną zastawką ściętą pod kątem 45 stopni do regulacji siły odsysania, z 2 otworami ssącymi oraz z chropowatą gąbką na górnej powierzchni, - 10 ml płynu do płukania jamy ustnej z 0,12% roztworem chlorheksydyny w rozrywanej saszetce z perforacją, - 1 gąbka-aplikator z</p>										
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

<p>poprzecznym pofałdowaniem, - 1 saszetkę z 3ml preparatu nawilżającego do ust na bazie wodnej z wyciągiem z aloesu oraz rumianku; - każde pojedyncze opakowanie zestawu pełni jednocześnie funkcję pojemnika na płyn i pozwala na przygotowanie roztworu roboczego po otwarciu opakowania. oferowany zestaw jako element komponentów do całodobowej toalety jamy ustnej wykazujący skuteczność w redukcji vap. poszczególne elementy zestawu służące do podłączenia do źródła ssania są zarejestrowane jako wyroby medyczne klasy IIa, zgodnie z ich przeznaczeniem – próbka**</p>										
Razem										

UWAGA:

* Klasa oferowanego wyrobu zgodnie z regułami klasyfikacji wyrobów zawartymi w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017-745 i/lub 2017/746 – jeśli dotyczy

** Próbka musi potwierdzać również naprodukowany fabrycznie na opakowaniu numer katalogowy zaoferowany w formularzu cenowym oraz wymogi SWZ

<p>odsysaniem z zastawką do regulacji siły odsysania (umożliwiający podłączenie do próżniowego systemu ssącego np. systemu ssącego Serres) oraz gąbką na górnej powierzchni</p> <ul style="list-style-type: none"> - saszetkę bezalkoholowego płynu do płukania jamy ustnej ze środkiem antyseptycznym (np. z roztworem chlorku cetylopirydyny lub roztworem chlorheksydyny), - 1 gąbka -aplikator z poładowaniem - 1 saszetkę preparatu nawilżającego do ust na bazie wodnej lub w formie żelu <p>Każde pojedyncze opakowanie zestawu pełniące jednocześnie funkcję pojemnika na płyn oraz pozwalające na przygotowanie roztworu roboczego. Próbka**</p>										
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

UWAGA:

* Klasa oferowanego wyrobu zgodnie z regułami klasyfikacji wyrobów zawartymi w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017-745 i/lub 2017/746 – jeśli dotyczy

** Próbka musi potwierdzać również naprodukowany fabrycznie na opakowaniu numer katalogowy zaoferowany w formularzu cenowym oraz wymogi SWZ

Obowiązek wpisywania wszystkich kodów (nie dopuszcza się wpisywania zakresu kodów.)

Wymagamy, aby sprzęt sterylny/ biologicznie czysty (jeśli dotyczy) - opakowanie jednostkowe z listkami ułatwiającymi aseptyczne otwieranie dostarczany był zgodnie z wymogami - tzn. w opakowaniu transportowym typu karton znajduje się oryginalne opakowanie zbiorcze producenta. W przeciwnym wypadku towar nie zostanie przyjęty do magazynu. Nie dopuszcza się dostawy towaru bez w/w opakowań tzw. luzem i innym rodzajem opakowania transportowego. Na fakturze lub dokumencie WZ muszą być dane: nazwa, nr katalogowy, nr serii i data ważności. Bez w/w danych towar nie zostanie przyjęty.

Odbiorca wymaga, aby dostawca dostarczał/transportował przedmiot umowy do odbiorcy zgodnie z zaleceniami producenta.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że powyższe zmiany stanowią integralną część SWZ, a termin składania i otwarcia ofert oraz termin związania ofertą nie ulegają zmianie.

.....

.....