



**POWIATOWE CENTRUM ZDROWIA Sp. z o.o.**

ul. Batorego 44, 05-400 Otwock

tel. centrala 22 778 26 00, fax 22 779 09 90

tel. sekretariat 22 778 26 10, fax 22 779 09 99

e-mail: sekretariat@pcz-otwock.pl

KRS: 0000439686, NIP: 5322044744, REGON: 146378640

Otwock, dnia 24 lutego 2026 roku

**ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW**

Dotyczy: postępowania pn. „Dostawę jednorazowych wyrobów medycznych i materiałów zużywalnych na potrzeby Powiatowego Centrum Zdrowia w Otwocku” znak sprawy 04/TP/2026/MM”.

Zamawiający, Powiatowe Centrum Zdrowia w Otwocku, informuje, iż wpłynęły pytania od Wykonawców, na które Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

**Do umowy:**

Zwracamy się z prośbą o umieszczenie w umowie zapisu dotyczącego minimum logistycznego tj. Zamawiający będzie składał zamówienie według bieżących potrzeb, przy czym wartość zamówienia jednostkowego nie powinna być niższa niż 500 zł netto?

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje zapisy projektu umowy zawarte w SWZ.

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji istotnych warunków umowy w zakresie zapisów § 11 ust. 1:

1. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić następujące kary umowne:

1) za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w doręczeniu wyrobów medycznych w stosunku do terminu, o którym mowa w § 3 ust. 3 w wysokości 0,1 % liczonego od zrealizowanej części wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 7 ust. 1 Umowy (dla części której zwłoka dotyczy),

2) za każdą rozpoczęty **dzień** opóźnienia w prawidłowym doręczeniu lub uzupełnieniu wyrobów medycznych w stosunku do terminu, o którym mowa w § 3 ust. 6, w wysokości 0.1% liczone od **niezrealizowanej części** wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 7 ust 1 (dla części której zwłoka dotyczy),

3) za dostarczenie wyrobów medycznych niezgodnych z umową – w wysokości **50.00** PLN za każdy stwierdzony przypadek

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje zapisy projektu umowy w zakresie kar umownych i nie przewiduje ich miarkowania ani modyfikacji § 11 ust. 1.

2. Czy w związku z wejściem w życie z dniem 01.02.2026 r. nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług (VAT) wprowadzającej dla dużych przedsiębiorców obowiązek wystawiania i wysyłania faktur online wyłącznie w systemie KSeF, Zamawiający zastąpi zapisy umowy odnoszące się do procesu wystawiania i doręczania faktur, zapisami zgodnymi z powyższą ustawą, których wzorcową treść zamieszczamy poniżej:

[W związku z wejściem w życie obowiązku korzystania z KSeF, wszystkie faktury ustrukturyzowane, dokumentujące transakcje objęte tym systemem, będą wystawiane i przesyłane Wykonawcę/Dostawcę/Sprzedawcę\* oraz odbierane przez Zamawiającego/Odbiorcę/Kupującego\* wyłącznie za pośrednictwem KSeF. W przypadku wystąpienia awarii Krajowego Systemu e-Faktur po stronie systemu, potwierdzonej komunikatem udostępnionym przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych, uniemożliwiającej wystawienie faktury ustrukturyzowanej w KSeF, na czas trwania przeszkody faktury będą wystawiane w formie elektronicznej jako pliki PDF i przesyłane z adresu e-mail \_\_\_\_\_ na adres e-mail: \_\_\_\_\_.]



**POWIATOWE CENTRUM ZDROWIA Sp. z o.o.**

ul. Batorego 44, 05-400 Otwock

tel. centrala 22 778 26 00, fax 22 779 09 90

tel. sekretariat 22 778 26 10, fax 22 779 09 99

e-mail: sekretariat@pcz-otwock.pl

KRS: 0000439686, NIP: 5322044744, REGON: 146378640

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, że projekt umowy już zawiera zapisy dotyczące fakturowania w KSeF, w tym tryb postępowania na wypadek czasowej niedostępności systemu. Obowiązują zapisy § 8 ust. 9-13 projektu umowy. Zamawiający nie wprowadza proponowanej zmiany

**Pakiet 3 poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści precyzyjny regulator z regulacją prędkości przepływu w zakresie 5-250 ml/h o długości całkowitej 50 cm?

**Odpowiedź: Dopuszczamy.**

**Pakiet 8 poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

Strzykawka niskooporowa o pojemności 10 ml o wygładzonym wnętrzu, kontrastującym tłoku ze standardową końcówką typu Luer,

Cewnik epiduralny 20G x 100 cm z 4 znacznikami głębokości oraz 3 otworami bocznymi, wykonany z miękkiego materiału, z nitką radiacyjną na całej długości kontrastującą w promieniach RTG. Skalowany co 1cm (od 6 cm do 17 cm od strony dystalnej). Specjalna miękka, atraumatyczna końcówka pokryta w całości znacznikiem radiocieniującym,

Dodatkowy łącznik ułatwiający wprowadzenie cewnika do igły Tuohy,

Igła Tuohy z mandrynem w rozmiarze 18G x 90 mm (różowa) lub 16G x 90 mm (biała), skalowana co 1 cm, wykonana ze stali nierdzewnej ze strzałkami na skrzydełkach wskazującymi prawidłowe ułożenie igły przy wkłuciu

Płaski filtr epiduralny 0,2 µm odporny na ciśnienie 8 bar, z oznaczonym kierunkiem przepływu, obrotowym żeńskim łącznikiem Luer-Lock od strony cewnika epiduralnego oraz męskim łącznikiem Luer-Lock od strony strzykawki zabezpieczony fabrycznie koreczkiem,

Łącznik do cewnika epiduralnego,

Piankowy stabilizator cewnika pokryty hipoalergicznym klejem z systemem zatraskowym zapobiegającym przypadkowemu wysunięciu cewnika z ciała pacjenta chroniąc jednocześnie cewnik przed zamknięciem światła w miejscu jego wprowadzenia do ciała,

Piankowy stabilizator filtra umożliwiający umocowanie filtra w dowolnym miejscu na ciele pacjenta,

Samoprzylepna naklejka na cewnik epiduralny

Nie zawiera lateksu

Sterylny, sterylizowany tlenkiem etylenu

Termin ważności: 5 lat

Pakowanie: 1 komplet / twardy blister?

**Odpowiedź: Dopuszczamy.**

**Pakiet nr 3, pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści precyzyjny regulator przepływu z regulacją w zakresie 2-250ml/h o podwójnej skali dla roztworów o lepkości 10% oraz 40% - dwie skale dotyczą dwóch różnych gęstości leku, przy lekach o dużej gęstości zalecamy użycie drugiej skali (40%), w większości przypadków stosuje się skalę 10% z drenem o długości 50cm z końcówką typu luer-lock?

**Odpowiedź: Dopuszczamy.**

**Pakiet nr 7, pozycja 1-17**

Czy Zamawiający dopuści rurki niesilikonowane, a tym samym o większej powierzchni tarcia i gorszej biokompatybilności?

**Odpowiedź: Nie dopuszczamy.**



**POWIATOWE CENTRUM ZDROWIA Sp. z o.o.**  
ul. Batorego 44, 05-400 Otwock  
tel. centrala 22 778 26 00, fax 22 779 09 90  
tel. sekretariat 22 778 26 10, fax 22 779 09 99  
e-mail: sekretariat@pcz-otwock.pl  
KRS: 0000439686, NIP: 5322044744, REGON: 146378640

**Pakiet nr 7, pozycja 22-25**

Czy Zamawiający dopuści rurki ustno-gardłowe zawierające szkodliwe ftalany?

**Odpowiedź: Nie dopuszczamy.**

**Pytanie nr 1.** Prosimy o doprecyzowanie, co Zamawiający miał na myśli w **Zadaniu nr 4 w pozycji 2** opisując przedmiot zamówienia „Przyrząd do amniopunkcji”?

**Odpowiedź: Zamawiający ma na myśli perforator do błon owodniowych prosty.**

**Pytanie nr 2.** Czy Zamawiający w **Zadaniu nr 6 w pozycji 2** dopuści sondę ginekologiczną o następujących parametrach:

Średnica CH 10 – 3,3mm

Średnica CH 12 – 4mm

Średnica CH 14 – 4,6mm

Skala pomiarowa od 1 do 12cm.

Rozmiar do wyboru przez Zamawiającego. Pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź: Dopuszczamy.**

**Zadanie nr 2**

**pozycja 4** Czy Zamawiający dopuści podkłady chłonne o następujących parametrach:

Podkład chłonny 60x90cm, pikowana, delikatna włóknina wierzchnia, warstwa chłonna z pulpy celulozowej z dodatkiem superabsorbentu SAP, składający się z pięciu warstw (włóknina, 2 warstwy tkaniny, pulpa celulozowa z SAP, folia PE), podfoliowany, część spodnia nieprzemakalna, chłonność 1600ml, jednorazowego użytku?

**Odpowiedź: Dopuszczamy.**

**Zadanie 2**

**pozycja 4** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie podkładów chłonnych w opakowaniach po 10 szt. z przeliczeniem ilości na 3600 opakowań?

**Odpowiedź: Dopuszczamy.**

Zadanie 2 Lp. 1 – 3. Czy ze względu na fakt, że wzór umowy przewiduje zmianę konfekcjonowania wyrobów, Zamawiający dopuści pieluchomajtki pakowane w opakowania inne niż po 30 sztuk, na przykład po 15 lub 20?

**Odpowiedź: Dopuszczamy.**

2. Zadanie 2 Lp. 1 – 3. Opis przedmiotu zamówienia bezpośrednio, poprzez skopiowanie większości treści z kart technicznych pieluchomajtek Tena Slip ProSkin Plus, wskazuje na te właśnie pieluchomajtki, co oznacza, że postępowanie jest niekonkurencyjne. Czy w związku z powyższym Zamawiający dopuści pieluchomajtki o obwodzie pas/biodra odpowiednio rozm. M 75-110 cm, L 100-150 cm, XL 130-170 cm, wyposażone w barierki wewnętrzne skierowane dowolnie, wyposażone we wskaźnik wilgotności wykonany w dowolnej technologii, przy zachowaniu pozostałych wymagań?

**Odpowiedź: Nie dopuszczamy.**

**Uzasadnienie:**

**Rozm. M – w przypadku obwodu 120 cm Zamawiający będzie zmuszony do użycia rozm. L co będzie niekorzystne finansowo.**

**Zamawiający wymaga trwałego wskaźnika – według wiedzy Zamawiającego jest to powszechne rozwiązanie posiadane przez wiele firm, np. TENA, TZMO - Wykonawca nie**



**POWIATOWE CENTRUM ZDROWIA Sp. z o.o.**

ul. Batorego 44, 05-400 Otwock

tel. centrala 22 778 26 00, fax 22 779 09 90

tel. sekretariat 22 778 26 10, fax 22 779 09 99

e-mail: sekretariat@pcz-otwock.pl

KRS: 0000439686, NIP: 5322044744, REGON: 146378640

**określił jakie konkretne rozwiązanie proponuje „wskaźnik wilgotności wykonany w dowolnej technologii”.**

3. Zadanie 2 Lp. 4 – 5. Opis przedmiotu zamówienia bezpośrednio, poprzez skopiowanie większości treści z kart technicznych podkładow Tena Bed Normal (Lp. 4) i Tena Bed Plus (Lp. 5), wskazuje na te właśnie podkłady, co oznacza, że postępowanie jest niekonkurencyjne. Czy w związku z powyższym Zamawiający dopuści w Lp. 4 podkłady o rozmiarze wkładu chłonnego 55x84 cm i wadze 55 g, a w Lp. 5 52x83 cm i chłonności nie mniej niż 2000 g, ponadto obydwie wersje bez nadruku na powłoce zewnętrznej, ale które można od siebie odróżnić m.in. po innym jej kolorze (Lp. 4 jasnoniebieski, Lp. 5 biały), przy zachowaniu pozostałych wymogów?

**Odpowiedź: Dopuszczamy.**

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w zadaniu 8 - Zestaw do znieczulenia zewnątrzoponowego zawierający: igła Tuohy 18G/90 mm; cewnik zewnątrzoponowy, wykonany z poliuretanu typu SOFT z miękką końcówką, długość 100 cm, koniec cewnika zamknięty, trzy otwory boczne, posiadający czytelne znaczniki, strzykawka niskooporowa L.O.R o pojemności 10 ml, przewodnik, konektor, filtr zewnątrzoponowy płaski 0,2 µm, oznakowanie na powierzchni igły ułatwiające ocenę głębokości jej wkłucia. Dodatkowo mocowanie do stabilizacji cewników epiduralnych z możliwością wglądu w miejsce wkłucia, bez twardych i plastikowych elementów i zapięć.

**Odpowiedź: Dopuszczamy.**

Zamawiający informuje, że udzielone odpowiedzi są integralną częścią SWZ dla przedmiotowego postępowania i są wiążące dla wszystkich Wykonawców od dnia przekazania.