



Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej we Włodawie

Al. Józefa Piłsudskiego 64, 22-200 Włodawa

tel. 82 572 58 01, Fax: 82 572 41 70

NIP: 565-13-37-789 REGON: 110197664

sekretariat@spzoz.wlodawa.pl / www.spzoz.wlodawa.pl



Włodawa, dn. 11.02.2026

ASZ.382.7.2026

Dotyczy: postępowania na dostawę **produktów leczniczych, testów diagnostycznych i siatek do przepukliny**

Zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych z późniejszymi zmianami udzielam odpowiedzi na zadane pytania:

1. Biorąc pod uwagę, iż Zamawiający udzielając odpowiedzi wskazał, że nie wymaga użyczenia parowników (zestaw nr 66) zwracamy się z wnioskiem o wskazanie rodzajów parowników jakie są w posiadaniu szpitala oraz rodzaju wlewów?

Odpowiedź: Zamawiający posiada parowniki Penlon Sigma Delta, rodzaj przyłącza SELECTATEC, zakres przepływu roboczego od 0,2 l/min. do 15 l/min., regulacja stężenia od 2% do 8%

2. Czy Zamawiający w zestawie 66 dopuści Sevoflurane 250 ml otwartym systemem napełniania i adapterem zapewniającym kompatybilność pomiędzy zaoferowanym produktem a posiadanymi przez Zamawiającego parownikami?

Odpowiedź: Tak

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włodawie
Artur Szczupakowski