



**RADOMSKA
STACJA
POGOTOWIA
RATUNKOWEGO**

Radomska Stacja Pogotowia Ratunkowego w Radomiu

26-600 Radom, ul. Tochtermana 1

www.pogotowie.radom.pl

tel./ fax (48) 362-48-47 e-mail: pogotowie@pogotowie.radom.pl

NIP: 948-16-68-643 REGON: 670206286

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

na wykonanie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej progu unijnego określonego w art. 3 ust. 1 pkt 1, prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2024 poz. 1320 ze zm.)

pn. Zakup i dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla potrzeb Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Radomiu.

KARTA UZGODNIENÍ

do postępowania **pn. Zakup i dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla potrzeb Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Radomiu.**

Sporządzający SWZ:

Anita Rzęchowska

.....
(Sekretarz postępowania)

Uzgadniam pod względem wymaganego zakresu zamówienia i warunków jego realizacji

Marcin Czubak

.....
(Z-ca Dyrektora ds. Medycznych)

Uzgadniam i potwierdzam zabezpieczenie środków finansowych

Mariola Nowocień

.....
(Główny Księgowy)

Potwierdzam, że treść SWZ jest zgodna pod względem formalnoprawnym

Magdalena Wesołowska

.....
(Radca Prawny)

Potwierdzam, że warunki postępowania zostały uzgodnione i zaakceptowane przez Komisję Przetargową i są zgodne z ustawą Prawo zamówień publicznych

Iwona Wierzbicka

.....
(Przewodnicząca Komisji Przetargowej)

Zatwierdzam przedłożone dokumenty i wyrażam zgodę na rozpoczęcie postępowania

Elżbieta Cieślak

.....
Dyrektor Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Radomiu

DZIAŁ A

Rozdział I. Zamawiający

1. Zamawiający:
Radomska Stacja Pogotowia Ratunkowego w Radomiu
ul. Tochtermana 1
26-600 Radom
2. Numer telefonu: +48 483624847 / 483626389
3. Adres poczty elektronicznej: pogotowie@pogotowie.radom.pl

Rozdział II. Strona internetowa

1. Zamawiający będzie prowadził korespondencję w zakresie obejmującym zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia na stronie internetowej prowadzonego postępowania.
2. Udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między zamawiającym, a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem <https://ezamowienia.gov.pl>

Rozdział III. Tryb postępowania

1. Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w oparciu o przepisy ustawy dla wartości zamówienia poniżej „progu unijnego”.
2. Postępowanie o udzielanie zamówienia publicznego prowadzone jest w **trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt. 1** ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2024 poz. 1320 ze zm.) zwanej dalej ustawą Pzp oraz aktów wykonawczych do tej ustawy.
3. Zamawiający udzieli zamówienia w trybie podstawowym, w którym w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu oferty mogą składać wszyscy zainteresowani wykonawcy, a następnie Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę bez przeprowadzenia negocjacji.

Rozdział IV. Negocjacje

Zamawiający nie będzie prowadził negocjacji w niniejszym postępowaniu.

Rozdział V. Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) i warunki udziału w postępowaniu

1. Nazwa przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest: Zakup i dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla potrzeb Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Radomiu.
2. Nr referencyjny: **RSPR/TP/4-D/2026**
 - 1) Wszelka korespondencja kierowana do Zamawiającego powinna zawierać w tytule nazwę postępowania wskazaną w ust. 1
 - 2) Wszelka korespondencja kierowana do Zamawiającego powinna być sygnowana wskazanym nr referencyjnym sprawy.
3. Zamówienie zostanie podzielone na części. Ilość części zamówienia: **10**
Część nr 1 – Sprzęt jednorazowy różny
Część nr 2 – Przyrządy do udrażniania dróg oddechowych
Część nr 3 – Elektrody EKG

Część nr 4 – Zestaw do punkcji

Część nr 5 – Elektrody kompatybilne z Zoll

Część nr 6 - Elektrody kompatybilne z Lifepack

Część nr 7 – Zestaw do wentylacji oddechowej

Część nr 8 – Środki do dezynfekcji

Część nr 9 –Wyroby do zaopatrzenia amputowanych części ciała

Część nr 10 – Różne produkty medyczne

4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

Część nr 1 – Sprzęt jednorazowy różny, (kod CPV) – 33141000-0

Część nr 2 – Przyrządy do udrażniania dróg oddechowych, (kod CPV) – 33171200-1

Część nr 3 – Elektrody EKG, (kod CPV) – 31711140-6

Część nr 4 – Zestaw do punkcji, (kod CPV) – 33141600-6

Część nr 5 – Elektrody kompatybilne z Zoll, (kod CPV) – 31711140-6

Część nr 6 - Elektrody kompatybilne z Lifepack, (kod CPV) – 31711140-6

Część nr 7 – Zestaw do wentylacji oddechowej, (kod CPV) – 33157700-2

Część nr 8 – Środki do dezynfekcji, (kod CPV) – 33631600-8

Część nr 9 –Wyroby do zaopatrzenia amputowanych części ciała, (kod CPV) – 33141623-3

Część nr 10 – Różne produkty medyczne, (kod CPV) - 33141640-8, 33141642-2

5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 2 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy.

Rozdział VI. Termin wykonania zamówienia

1. Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot zamówienia z uwzględnieniem wymagań opisanych w Rozdziale V, **w terminie: 12 miesięcy od daty zawarcia umowy.**

Rozdział VII. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

1. Inne zmiany umowy zostały uwzględnione w projektowanych postanowieniach umowy – w Załączniku nr 4 do SWZ.

Rozdział VIII. Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami, oraz informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej

I. Środki komunikacji elektronicznej, przy użyciu których Zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami oraz wymagania techniczne dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej.

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym, a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem <https://ezamowienia.gov.pl>.

2. Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne.
3. Adres strony internetowej prowadzonego postępowania (*link prowadzący bezpośrednio do widoku postępowania na Platformie e-Zamówienia*):

<https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-f9548e8d-b6d2-4588-8b9c-2ec822fd4e45>

Postępowanie można wyszukać również ze strony głównej Platformy e-Zamówienia (przycisk „Przeglądaj postępowania/konkursy” wpisując poniższy identyfikator postępowania (ID).

4. Identyfikator postępowania (ID) na Platformie e-Zamówienia:
[ocds-148610-f9548e8d-b6d2-4588-8b9c-2ec822fd4e45](https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-f9548e8d-b6d2-4588-8b9c-2ec822fd4e45)
5. Wykonawca **zamierzający wziąć udział** w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa *Regulamin Platformy e-Zamówienia*, dostępny na stronie internetowej <https://ezamowienia.gov.pl> oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.
6. Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie e-Zamówienia ani logowania.
7. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych lub dokumentów elektronicznych będących kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej (cyfrowe odwzorowania) musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych.
8. Dokumenty elektroniczne, o których mowa w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności. Forma, sposób sporządzania i przekazywania zostały określone i wymienione przez Zamawiającego w rozdz. XII, podrozdz. I - II SWZ, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych i przekazuje się jako załączniki.
9. Informacje, oświadczenia lub dokumenty wskazane w ust. 7, a inne niż wymienione w § 2 ust.1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych, przekazywane w postępowaniu sporządza się w postaci elektronicznej:
 - 9.1. w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności (i przekazuje się jako załącznik), lub
 - 9.2. jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (np. w treści wiadomości e-mail lub w treści „Formularza do komunikacji”).
10. Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące **tajemnicę przedsiębiorstwa** w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 85) wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem w nazwie pliku „Dokument stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”. Szczegółowe instrukcje, co do sposobu złożenia tych informacji zawarte są w rozdz. XII ust. 15-20 SWZ.
11. W przypadku, gdy wykonawca nie wyodrębni i nie zabezpieczy w ten sposób poufności informacji, Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za ewentualne ujawnienie ich treści razem z informacjami jawnymi.

12. Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert, odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”). Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”).
13. W przypadku załączników, które są zgodnie z ustawą Pzp lub rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, (*uszczegółowienie formy podpisu określono w rozdziale XII, podrozdz. I, ust. 1 SWZ*), mogą być opatrzone, zgodnie z wyborem wykonawcy/wykonawców wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia/podmiotu udostępniającego zasoby, podpisem zewnętrznym lub wewnętrznym. W zależności od rodzaju podpisu i jego typu (zewnętrzny, wewnętrzny) dodaje się do przesyłanej wiadomości uprzednio podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub dokument z wszytym podpisem (typ wewnętrzny).
14. Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy” na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie e-Zamówienia. Do korzystania z „Formularzy do komunikacji” służących do zadawania pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia wystarczające jest posiadanie tzw. konta uproszczonego na Platformie e-Zamówienia.
15. Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez wykonawcę wiadomości widoczne są po zalogowaniu w podglądzie postępowania w zakładce „Komunikacja”.
16. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).
17. Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia. Zaleca się stosowanie **aktualnie wspieranych** wersji oprogramowania.
18. W przypadku problemów technicznych i awarii związanych z funkcjonowaniem Platformy e-Zamówienia użytkownicy mogą skorzystać ze wsparcia technicznego dostępnego pod numerem telefonu **22 458 77 99** lub drogą elektroniczną dostępnego poprzez formularz udostępniony na stronie internetowej <https://ezamowienia.gov.pl> w zakładce „Zgłoś problem”.
19. W szczególnie uzasadnionych przypadkach uniemożliwiających komunikację wykonawcy i Zamawiającego za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia, Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: pogotowie@pogotowie.radom.pl (*nie dotyczy składania ofert*).
20. Wykonawca ma obowiązek śledzić informacje na Platformie. Podstawowym źródłem informacji jest platforma e-Zamówienia, wszelkie fakultatywne powiadomienia za pomocą poczty e-mail obciążone są ryzykiem błędów związanych z działaniem serwerów pocztowych, na których działanie zamawiający nie ma wpływu.

II. Opis sposobu przygotowania i składania oferty.

1. Wykonawca przygotowuje ofertę w oparciu o edytowalny wzór „**Formularz OFERTA**”- Załącznik nr **1 do SWZ** oraz wymaganych załączników określonych w rozdział XII pkt. II, udostępnionych przez Zamawiającego na Platformie e- Zamówienia, i zamieszczonego w podglądzie postępowania w zakładce „Informacje podstawowe”. Szczegółowy opis, zawartość i składanie ofert opisano w rozdz. XII, podrozdz. II. Zamawiający **nie udostępnia** tzw. **formularza systemowego generowanego przez platformę**.

2. Wykonawca powinien pobrać „Formularz OFERTA”, zapisać go na dysku komputera użytkownika, wypełnić elektronicznie danymi wymaganymi przez Zamawiającego i ponownie zapisać na dysku komputera użytkownika w formacie PDF oraz podpisać odpowiednim rodzajem podpisu elektronicznego, zgodnie z ust 9. Zamawiający zaleca pobranie na dysk swojego komputera SWZ i wszystkich załączników celem właściwego przygotowania się do złożenia oferty.
 3. Zapisany „Formularz ofertowy” należy zawsze otwierać w programie Adobe Acrobat Reader DC.
 4. Wypełnionego i podpisanego formularza ofertowego nie należy przetwarzać dalej innymi programami.
 5. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem zakładki „Oferty/wnioski”, widocznej w podglądzie postępowania po zalogowaniu się na konto Wykonawcy. Po wybraniu przycisku „Złóż ofertę” system prezentuje okno składania oferty umożliwiające przekazanie dokumentów elektronicznych, w którym znajdują się dwa pola drag&drop („przeciągnij” i „upuść”) służące do dodawania plików.
 6. Wykonawca dodaje wybrany z dysku i uprzednio podpisany „Formularz OFERTY” w pierwszym polu („Wypełniony formularz oferty”). W kolejnym polu („Załączniki i inne dokumenty przedstawione w ofercie przez Wykonawcę”) wykonawca dodaje pozostałe pliki stanowiące ofertę oraz wymagane załączniki wskazane w rozdz. XIII, podrozdział I-II SWZ.
 7. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem zakładki „Oferty/wnioski”, widocznej w podglądzie postępowania po zalogowaniu się na konto Wykonawcy. Po wybraniu przycisku „Złóż ofertę” system prezentuje okno składania oferty umożliwiające przekazanie dokumentów elektronicznych, w którym znajdują się dwa pola „drag&drop” (tzn. „przeciągnij” i „upuść”) służące do dodawania plików.
 8. Jeżeli wraz z ofertą składane są dokumenty zawierające tajemnicę przedsiębiorstwa wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem w nazwie pliku „Dokument stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”. Zarówno załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa jak i uzasadnienie zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa należy dodać w polu „Załączniki i inne dokumenty przedstawione w ofercie przez Wykonawcę”.
 9. **Formularz ofertowy (w PDF)** podpisuje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (*uszczegółowienie formy podpisu określono w rozdziale XII, podrozdz. 1, ust. 1 SWZ*). Rekomendowanym wariantem podpisu jest typ wewnętrzny. Podpis formularza ofertowego wariantem podpisu w typie zewnętrznym również jest możliwy, tylko w tym przypadku, powstały oddzielny plik podpisu dla tego formularza należy załączyć w polu „Załączniki i inne dokumenty przedstawione w ofercie przez Wykonawcę”.
 10. Pozostałe dokumenty wchodzące w skład oferty lub składane wraz z ofertą, które zgodnie z ustawą Pzp lub rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych są opatrzone przez wykonawcę kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, mogą być opatrzone podpisem typu zewnętrznego lub wewnętrznego (otaczającego).
 11. W przypadku przekazywania dokumentu elektronicznego w formacie poddającym dane kompresji (np. archiwum zip, 7z), opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, jest równoznaczne z opatrzeniem wszystkich dokumentów zawartych w tym pliku odpowiednio kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
- UWAGA** – wśród niepodpisanych plików stanowiących zawartość archiwum nie może być plików tajemnicy przedsiębiorstwa. W „archiwum” można umieścić także uprzednio podpisane pliki.
12. System sprawdza, czy złożone pliki są podpisane i automatycznie je szyfruje, jednocześnie informując o tym wykonawcę. Potwierdzenie czasu przekazania i odbioru oferty znajduje się w

Elektronicznym Potwierdzeniu Przesłania (EPP) i Elektronicznym Potwierdzeniu Odebrania (EPO). EPP i EPO dostępne są dla zalogowanego Wykonawcy w zakładce „Oferty/Wnioski”.

13. Oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert.
14. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert wycofać ofertę. Wykonawca wycofuje ofertę w zakładce „Oferty/wnioski” używając przycisku „Wycofaj ofertę”.
15. Maksymalny łączny rozmiar plików stanowiących ofertę lub składanych wraz z ofertą to 250 MB.

Rozdział IX. Informacje o sposobie komunikowania się zamawiającego z wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, w tym w przypadku zaistnienia jednej z sytuacji określonych w art. 65 ust. 1, art. 66 i art. 69 ustawy Pzp;

Zamawiający nie przewiduje komunikowania się z wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Rozdział X. Wskazanie osób do komunikowania się z wykonawcami

1. Osoby uprawnione do komunikowania się z wykonawcami w zakresie:
 - 1) merytorycznym: Elżbieta Bulińska – Magazyn Apteczny (w zakresie części nr 1-4), Dorota Kowalska – Przełożona Pielęgniarek (w zakresie części nr 5-10)
 - 2) właściwości proceduralnych postępowania: Iwona Wierzbicka – Kierownik Działu Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych, Spraw Administracyjno-Eksploatacyjnych, P.Poż.
2. Komunikacja ustna dopuszczalna jest tylko w odniesieniu do informacji, które nie są istotne, w szczególności nie dotyczą ogłoszenia o zamówieniu lub dokumentów zamówienia oraz ofert, o ile jej treść jest udokumentowana.
3. Warunkowa komunikacja: poczta elektroniczna: pogotowie@pogotowie.radom.pl

Rozdział XI. Termin związania ofertą.

1. Wykonawca jest **związany terminem złożonej oferty do dnia 18.04.2026 r.**, nie dłużej niż 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.
2. Pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.
3. Zamawiający przed upływem terminu związania ofertą, zwraca się jednokrotnie do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni.
4. Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w ust. 3, wymaga złożenia przez wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.
5. Zamawiający mocą art. 226 ust. 1 pkt 12 odrzuci ofertę, jeżeli wykonawca nie wyrazi pisemnej zgody na przedłużenie terminu związania ofertą;
6. Zamawiający może dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty po upływie terminu związania ofertą, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie wyrazi pisemną zgodę na wybór jego oferty po upływie terminu związania ofertą.

7. Zamawiający mocą art. 226 ust. 1 pkt 13 odrzuci ofertę, jeżeli wykonawca nie wyrazi pisemnej zgody na wybór jego oferty po upływie terminu związania ofertą.

Rozdział XII. Opis sposobu przygotowania oferty.

I. Oferta winna być przygotowana i przedstawiona w sposób zgodny z podanymi niżej wymaganiami:

1. Oferta oraz wszystkie wymagane załączniki do złożenia wraz z ofertą, pod rygorem nieważności winna być sporządzona w języku polskim w postaci elektronicznej, podpisana:

1.1 **kwalifikowanym podpisem elektronicznym** (w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r., w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylające dyrektywę 1999/93/WE)

lub

1.2 **podpisem zaufanym**, o którym mowa w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1703 ze zm.)

lub

1.3 **podpisem osobistym**, o którym mowa w ustawie z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1753) – przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym oraz wymogami ustawowymi lub przez ustawowego pełnomocnika.

2. Jeśli oferta będzie podpisana kwalifikowalnym podpisem elektronicznym przez pełnomocnika, należy do oferty załączyć pełnomocnictwo udzielone również z zachowaniem formy elektronicznej.
3. W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania, zamawiający może żądać od wykonawcy odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru.
4. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa w ust. 3, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów.
5. Jeżeli w imieniu wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w ust. 3, zamawiający może żądać od wykonawcy pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania wykonawcy.
6. Przepis ust. 5 stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego.
7. W przypadku, gdy dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania odpowiednio wykonawcy, wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, lub podwykonawcy, zwane dalej „dokumentami potwierdzającymi umocowanie do reprezentowania”, zostały wystawione przez upoważnione podmioty inne niż wykonawca, wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podwykonawca, zwane dalej „upoważnionymi podmiotami”, jako dokument elektroniczny, przekazuje się ten dokument.

8. W przypadku, gdy inne dokumenty, lub dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania, zostały wystawione przez upoważnione podmioty, jako dokument w postaci papierowej, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone podpisem, o którym mowa w ust. 1 niniejszego rozdziału, poświadczające zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej.
9. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o którym mowa w ust. 8, dokonuje w przypadku innych dokumentów – odpowiednio wykonawca lub wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.
10. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o którym mowa w ust. 8, może dokonać również notariusz.
11. Przez cyfrowe odwzorowanie, o którym mowa w ust. 8–10, należy rozumieć dokument elektroniczny będący kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej, umożliwiający zapoznanie się z tą treścią i jej zrozumienie, bez konieczności bezpośredniego dostępu do oryginału.
12. Wykonawca składa ofertę zgodnie z wymaganiami i treścią SWZ. Dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie formularzy załączonych do niniejszej SWZ, winny być wypełnione zgodnie z tymi wzorami, co do treści oraz opisu kolumn i wierszy. Wzory te stanowią minimalny katalog wymaganych informacji – wykonawca winien podać wszystkie niezbędne informacje pozwalające na ocenę jego oferty.
13. W przypadku, gdy informacje wskazane w formularzu nie dotyczą Wykonawcy należy wpisać „nie dotyczy” w odpowiednią rubrykę formularza, pominąć lub wykreślić.
14. Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający nie ujawni informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, wraz z przekazaniem takich informacji, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 222 ust. 5 ustawy Pzp.
15. Wykonawca zobowiązany jest nie później niż w terminie przekazania informacji zastrzec, że przekazywane informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, zgodnie z jej definicją w art. 11 ust. 2 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz, że nie mogą być udostępniane, a w złożonym zastrzeżeniu wykazać w szczególności, iż:
 - 15.1. zastrzeżone informacje posiadają dla niego wartość gospodarczą (techniczną, technologiczną, organizacyjną, inną),
 - 15.2. podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności.
16. W celu realizacji obowiązku, o którym mowa w ust. 15 SWZ Zamawiający wymaga, aby każdy dokument elektroniczny (plik) zawierający informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa został przygotowany i załączony do oferty w 2 wersjach:
 - 16.1. **Wersja I** – plik zawierający pełne informacje (bez anonimizacji), które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa przeznaczony dla Zamawiającego – plik ten nie będzie udostępniany innym wykonawcom. Zamawiający zaleca, aby w nazwie pliku zastosować oznaczenie TP-DP (Tajemnica Przedsiębiorstwa – Dane Pełne) [nazwa pliku-TP-DP] np. JEDZ-XYZ-TP-DP.pdf
 - 16.2. **Wersja II** – plik zawierający zanonimizowane informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa - umożliwiający udostępnianie na zasadach art. 74 ustawy Pzp, bez ingerencji Zamawiającego w treść dokumentu elektronicznego.

17. Zamawiający przypomina, że zgodnie z ugruntowanym orzecnictwem Krajowej Izby Odwoławczej, na gruncie ustawy Pzp nie jest możliwe zastrzeganie całych dokumentów, a jedynie zawartych w nich informacji. W Wyroku z dnia 2017-03-13, KIO 381/17 Izba podkreśliła, że: „Zastrzeganie informacji jest wyjątkiem od reguły jawności, zatem powinno ono mieć możliwie jak najmniejszy rozmiar, tj. nawet jedynie poszczególne, pojedyncze nazwy, liczby czy inne dane.” [\[https://szukio.pl/fragmety/1891\]](https://szukio.pl/fragmety/1891). Przykład danych zanonimizowanych:
„W celu wykazania spełniania warunku, o którym mowa w pkt..... SWZ wskazuję dostawę realizowaną na rzecz podmiotu prywatnego tj. [REDAKTOWANE] o wartości [REDAKTOWANE], której przedmiotem było [REDAKTOWANE].”
18. **Uwaga!** Jeżeli dla dokumentu (pliku) składanego w Wersji I (pełnej) wymagane jest opatrzenie go podpisem wskazanym w ust. 1 niniejszego rozdziału, to również dokument (plik) w Wersji II (zanonimizowanej) winien być opatrzony takim podpisem.
19. Brak wypełnienia powyższych obowiązków może uniemożliwić Zamawiającemu uznanie za skuteczne zastrzeżenia informacji stanowiących tajemnice przedsiębiorstwa.
20. Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 w postaci elektronicznej w formacie word lub pdf, opatrzony podpisem wskazanym w ust. 1 niniejszego rozdziału.
21. Oświadczenie z art. 125 ust. 1 stanowi **Załącznik 3 do SWZ**.
22. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy składać wraz z tłumaczeniem na język polski.
23. Podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia, sporządzone w języku obcym przekazuje się wraz z tłumaczeniem na język polski.

II. Zawartość oferty:

1. **Formularz oferty** – sporządzony zgodnie ze wzorem stanowiącym **Załącznik nr 1 do SWZ**
2. **Formularz cenowy** - sporządzony zgodnie ze wzorem stanowiącym **Załącznik nr 1a do SWZ (należy wypełnić zgodnie z oferowaną częścią)**
3. **Formularz asortymentowy** stanowiący również OPZ, potwierdzający spełnienie przez oferowany produkt wymagań określonych przez Zamawiającego – **załącznik nr 2 (należy wypełnić zgodnie z oferowaną częścią)**
4. **Oświadczenie z art. 125 ust. 1 (JOW)** - stanowiące **Załącznik 3 do SWZ**.
5. Jeżeli wykonawca nie złoży dokumentów określonych w pkt. 3 tj. przedmiotowych środków dowodowych lub przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie.
6. Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści przedmiotowych środków dowodowych.
7. W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania, zamawiający żąda od wykonawcy pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania wykonawcy.
8. Przepis pkt. 7 stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego.
9. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie o którym mowa w pkt. 4 składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają brak podstaw wykluczenia.

Rozdział XIII. Sposób oraz termin składania ofert

1. Sposób składania ofert

- 1.1. Wykonawca składa ofertę na Platformie e-zamówienia za pośrednictwem formularza OFERTA, zgodnie ze wskazaniem opisanym w rozdziale VIII podrozdział I i II SWZ;
- 1.2. Funkcjonalność szyfrowania oferty przez Wykonawcę jest opisana dla wykonawców w rozdziale VIII, podrozdział II SWZ;
- 1.3. Sposób złożenia oferty, w tym szyfrowanie opisane zostało w rozdziale VIII podrozdział II SWZ oraz Regulaminie Platformy e-Zamówienia dostępnym na stronie internetowej <https://ezamowienia.gov.pl>;
- 1.4. Ofertę należy sporządzić w języku polskim;
- 1.5. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opisanej w rozdziale XII pkt. I ppkt. 1, co oznacza także, że oferta musi być podpisana przez osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy w obrocie gospodarczym;
- 1.6. Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 85), wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”;
- 1.7. Oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert;
- 1.8. Sposób wycofania oferty został opisany w „Instrukcji użytkownika” dostępnej na Platformie e-Zamówienia;
- 1.9. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać złożonej oferty.

2. Termin składania ofert:

Ofertę o treści zgodnej z dokumentami zamówienia oraz informacjami o środkach komunikacji elektronicznej, wymaganiami technicznymi i organizacyjnymi sporządzenia, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej, także zgodnie z wymaganiami co do sposobu złożenia oferty, należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia **20.03.2026 r. do godziny 10:00**

Rozdział XIV. Termin otwarcia ofert

Otwarcie ofert nastąpi w dniu **20.03.2026 r. godzina 10:30**

1. Zamawiający przed otwarciem ofert, udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania **informację o kwocie**, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, stosownie dla każdej z części zamówienia wskazanej w opisie przedmiotu zamówienia.
2. Otwarcie ofert następuje poprzez automatyczny mechanizm odszyfrowania ofert dostępnego po zalogowaniu się Zamawiającego na stronie prowadzonego postępowania.
3. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje o:
 - 3.1. nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte;
 - 3.2. cenach lub kosztach zawartych w ofertach.
4. W przypadku awarii systemu, która spowoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie

Określonym w ust. 1 otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii

5. Zamawiający poinformuje o awarii systemu na swojej stronie internetowej:

<https://pogotowie.radom.pl/>

6. W przypadku awarii sieci internetowej informacje będzie można uzyskać pod nr. telefonu +48(48) 362-48-47

Rozdział XV. Podstawy wykluczenia o których mowa w art. 108

1. Zamawiający wykluczy wykonawcę:

- 1) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
 - a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego,
 - b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,
 - c) o którym mowa w art. 228–230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 95) lub w art. 54 ust 1-4 ustawy z dnia 12 maja 2011 o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 253)
 - d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego,
 - e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa,
 - f) powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. u. z 2021r. poz. 1745 ze zm.),
 - g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296–307 Kodeksu karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270–277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe,
 - h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

– lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego;
- 2) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 1;
- 3) wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub

zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;

- 4) wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;
 - 5) jeżeli zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1714), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie;
 - 6) jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1, doszło do zakłócenia konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub podmiotu, który należy z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1714), chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
2. Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.
 3. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5, jeżeli udowodni zamawiającemu, że spełnił łącznie następujące przesłanki:
 - 1) naprawił lub zobowiązał się do naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem, wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem, w tym poprzez zadośćuczynienie pieniężne;
 - 2) wyczerpująco wyjaśnił fakty i okoliczności związane z przestępstwem, wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem oraz spowodowanymi przez nie szkodami, aktywnie współpracując odpowiednio z właściwymi organami, w tym organami ścigania, lub zamawiającym;
 - 3) podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom, wykroczeniom lub nieprawidłowemu postępowaniu, w szczególności:
 - a) zerwał wszelkie powiązania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi za nieprawidłowe postępowanie wykonawcy,
 - b) zreorganizował personel,
 - c) wdrożył system sprawozdawczości i kontroli,
 - d) utworzył struktury audytu wewnętrznego do monitorowania przestrzegania przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów,
 - e) wprowadził wewnętrzne regulacje dotyczące odpowiedzialności i odszkodowań za nieprzestrzeganie przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów.

2. Z postępowania wyklucza się na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 – o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 514):

- 2.1. wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
- 2.2. wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

(t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 644, 1669) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

2.3. wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2023 r. poz. 120, 295 i 1598 oraz z 2024 r. poz. 619, 1685 i 1863), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.

2.4. Lista osób i podmiotów (lista), wobec których są stosowane środki, o których mowa w pkt 1, jest prowadzona przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych i publikowana w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej ministra właściwego do spraw wewnętrznych <https://www.gov.pl/web/mswia/lista-osob-i-podmiotow-objetych-sankcjami>. Lista osób i podmiotów (lista), wobec których są stosowane środki, o których mowa powyżej, jest prowadzona przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych i publikowana w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej ministra właściwego do spraw wewnętrznych <https://www.gov.pl/web/mswia/lista-osob-i-podmiotow-objetych-sankcjami>.

2.5. Oświadczenie w niniejszym zakresie zostało uwzględnione w oświadczeniu z art. 125 ust. 1 (JOW) i stanowi **Załącznik nr 3 do SWZ**.

Rozdział XVI. Sposób obliczenia ceny

1. Przedstawiona w ofercie cena musi zawierać całkowite wynagrodzenie Wykonawcy, za całość przedmiotu zamówienia. Cena oferty musi zawierać wszelkie podatki, w tym podatek od towarów i usług (VAT). Podana cena jest ceną ostateczną, niepodlegającą negocjacji i wyczerpującą wszelkie należności Wykonawcy wobec Zamawiającego związane z realizacją przedmiotu zamówienia.

2. Wykonawca zobowiązany jest podać cenę oferty w sposób określony w SWZ i wpisać ją w Formularzu ofertowym załącznik nr 1 do SWZ.

3. Stawka podatku VAT jest określana zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 775 ze zm.).

4. Wszystkie wartości powinny być podane w złotych polskich (PLN). Cena oferty musi być: wyliczona i podana w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku.

5. Ceny podane w ofercie powinny zawierać wszystkie koszty związane z dostawą oraz wykonaniem przez Wykonawcę wszystkich zobowiązań wynikających z umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego, ubezpieczeniem, opakowaniem oraz uwzględnić inne opłaty i podatki, a także ewentualne upusty i rabaty.

6. Zamawiający przewiduje możliwość zmian ceny ofertowej brutto w sytuacjach wymienionych w wzorze umowy.

7. Wykonawca dokonuje obliczenia łącznej ceny brutto, poprzez wypełnienie tabeli wg wzoru zawartego w formularzu cenowym i wpisaniem jej w formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ.

8. Celem rzetelnego porównania cen ofertowych, Wykonawcy są zobowiązani podać cenę z zastosowaniem stawki podatku VAT w wysokości obowiązującej w Polsce dla przedmiotu niniejszego zamówienia. Jeśli Wykonawcy są podmiotowo zwolnieni z płacenia podatku VAT, mają obowiązek dołączyć do oferty zaświadczenie wydane przez właściwy organ podatkowy potwierdzające fakt zwolnienia na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 775 ze zm.).

9. Określenie ceny ofertowej z zastosowaniem nieprawidłowej stawki podatku od towarów i usług (VAT) potraktowane będzie jako błąd w obliczeniu ceny i spowoduje odrzucenie oferty, jeżeli nie ziszczą

się ustawowe przesłanki omyłki (na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 10 Pzp w związku z art. 223 ust. 2 pkt 3 Pzp).

10. Do obowiązków wykonawcy jest ustalenie i podanie przez niego prawidłowej stawki podatku VAT w zakresie w jakim dokonuje rozliczenia z właściwym urzędem skarbowym.

11. Jeżeli Zamawiającemu zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazuje nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, wskazuje ich wartość bez kwoty podatku oraz wskazuje stawkę podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą wykonawcy będzie miała zastosowanie (wskazać w formularzu oferty).

12. Zamawiający nie przewiduje możliwości prowadzenia rozliczeń w walutach obcych. Rozliczenia między wykonawcą, a Zamawiającym będą dokonywane w złotych polskich.

13. Cena oferty powinna być wyrażona w złotych polskich z dokładnością do 1 grosza, to znaczy z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

14. Zamawiający informuje, że nie przewiduje możliwości udzielenia wykonawcy zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

15. Rozliczenie z tytułu zrealizowanych dostaw nastąpi na podstawie faktur VAT przekazanych przez Wykonawcę po ich zrealizowaniu (dostarczeniu).

Rozdział XVII. Opis kryteriów oceny ofert wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert

1. Oferty oceniane będą pod względem:

- 1) Formalnym, tj. spełniania warunków, postanowień podanych w SWZ (wymagana dokumentacja);
- 2) Merytorycznym.
- 3) Wskazanych kryteriów oceny ofert.

1.1. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie następujące kryteria:

1.1.1. Kryterium cena o wadze 100 %

$$K_c = \frac{C_n}{C_b} * 100$$

gdzie:

K_c – ilość punktów przyznanych ofercie badanej,

C_n – najniższa cena brutto (cena/wartość oferty) spośród wszystkich ofert podlegających ocenie,

C_b – cena brutto (cena/wartość oferty) oferty badanej.

UWAGA: Do oceny ofert w kryterium „cena” będzie brana pod uwagę cena oferty brutto (w zł) podana w formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ, zgodnie z oferowaną częścią.

W zakresie kryterium „cena” oferta może uzyskać max 100 punktów.

1.1.2. Za najkorzystniejszą, Zamawiający uzna ofertę, która otrzymała najwyższą liczbę punktów za wszystkie wskazane wyżej kryteria oceny ofert, a obliczone wg wzoru:

$$W = C$$

GDZIE:

W - waga całkowita oferty

C - waga ceny

2. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę.
3. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie Pzp oraz w SWZ i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria oceny.
4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty, w tym zaoferowanej ceny.

Rozdział XVIII. Informacje o formalnościach, jakie muszą zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

1. Zamawiający zawiadomi o wyniku przetargu, zgodnie z przepisami ustawy.
2. Z wybranym wykonawcą Zamawiający podpisze Umowę o wykonanie zamówienia, w terminie określonym w art. 308 ust. 2 ustawy, tj. nie wcześniej niż po upływie 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze oferty przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Z zastrzeżeniem przewidzianych ustawowych okoliczności do możliwości skrócenia tego terminu lub obowiązku jego przedłużenia.
3. Zamawiający powiadomi wybranego wykonawcę o miejscu i terminie podpisania Umowy w sposób podany w ust. 1 niniejszego rozdziału SWZ.
4. Jeżeli zostanie wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, to Zamawiający może zażądać przed podpisaniem Umowy przedłożenia umowy regulującej ich współpracę w zakresie obejmującym wykonanie zamówienia. Z treści powyższej umowy powinno w szczególności wynikać: zasady współdziałania, zakres współuczestnictwa, termin na rozliczenia i podział obowiązków wykonawców w wykonaniu przedmiotu zamówienia.
5. Przed podpisaniem Umowy, wybrany wykonawca przekaze Zamawiającemu informacje niezbędne do wpisania do treści Umowy, np. imiona i nazwiska uprawnionych osób, które będą reprezentować wykonawcę przy podpisaniu umowy, koordynacji itp.

Rozdział XIX. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy.

1. Zasady, terminy oraz sposób korzystania ze środków ochrony prawnej szczegółowo regulują przepisy Działu IX ustawy - Środki ochrony prawnej (art. 505 i nast. ustawy Pzp).
2. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.
3. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia, przysługują również organizacjom wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej, prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.
4. Terminy wnoszenia odwołania:

- 4.1. odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej lub 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w inny sposób;
- 4.2. odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej;
- 4.3. odwołanie wobec czynności innych niż określone powyżej wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
- 4.4. Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się w terminie:
 - 15 dni od dnia publikacji w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o wyniku postępowania,
 - miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o wyniku postępowania,
5. Terminy oblicza się według przepisów prawa cywilnego. Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.
6. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.
7. Odwołujący przekazuje Zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
8. Pisma w postępowaniu odwoławczym wnosi się w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej, z tym, że odwołanie i przystąpienie do postępowania odwoławczego, wniesione w postaci elektronicznej, wymagają opatrzenia podpisem zaufanym.
9. Pisma w formie pisemnej wnosi się za pośrednictwem operatora pocztowego, w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe, osobiście, za pośrednictwem posłańca, a pisma w postaci elektronicznej wnosi się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

DZIAŁ B – DODATKOWE POSTANOWIENIA W SWZ (art. 281 ust. 2)

Rozdział I. Opis zamówienia:

1. Przedmiot zamówienia został podzielony na części.
2. Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
3. Każdy z Wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę.
4. Części zamówienia:
 - Część nr 1 – Sprzęt jednorazowy różny
 - Część nr 2 – Przyrządy do udrażniania dróg oddechowych
 - Część nr 3 – Elektrody EKG

- Część nr 4 – Zestaw do punkcji
- Część nr 5 – Elektrody kompatybilne z Zoll
- Część nr 6 - Elektrody kompatybilne z Lifepack
- Część nr 7 – Zestaw do wentylacji oddechowej
- Część nr 8 – Środki do dezynfekcji
- Część nr 9 – Wyroby do zaopatrzenia amputowanych części ciała
- Część nr 10 – Różne produkty medyczne

Rozdział II. Podwykonawcy:

1. Wykonawca zgodnie z art. 462 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.
2. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę nazw podwykonawców, jeżeli są już znani (należy wskazać w **Załącznik nr 3 do SWZ** - Oświadczenie z art. 125 ust. 1 (JOW)).

Rozdział III. Dokumenty na wezwanie:

1. Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych aktualnych na dzień złożenia:

1.1. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu wykonawca składa:

1) oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1714), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej, zgodnie z załącznikiem nr 3 do SWZ.

2) oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w:

- a) art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy,
- b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,
- c) art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, dotyczących zawarcia z innymi Wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,
- d) art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy, zgodnie z załącznikiem nr 3 do SWZ.

2. Pozostałe dokumenty zamówienia do których Zamawiający się odwołuje: - Powołane w treści niniejszej SWZ i Ogłoszenia o zamówieniu, inne niż akty prawne dokumenty – w szczególności Instrukcje, Regulaminy itp. – z którymi można zapoznać się pod wskazanymi bezpośrednio w miejscu ich wymienienia adresami internetowymi.

Rozdział IV. Informacje o charakterze dodatkowym

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH (RODO)

1. Inspektorem ochrony danych (IOD) w Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Radomiu jest Pani Anita Rzęchowska: adres e-mail: iod@pogotowie.radom.pl, telefon: 48/36 248 47
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego numer **RSPR/TP/4-D/2026** prowadzonym w **trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt. 1** ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2024 poz. 1320 ze zm.) zgodnie z zasadami niniejszej klauzuli:

KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązki wynikające z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej RODO, informuje, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Radomska Stacja Pogotowia Ratunkowego w Radomiu, 26-600 Radom, ul. Tochtermana 1,
2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych w Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Radomiu, 26-600 Radom, ul. Tochtermana 1 z którym można się skontaktować pod nr tel. (48) 36-248-47, e-mail: iod@pogotowie.radom.pl,
3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust.1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym na podstawie Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. 2024 poz. 1320 ze zm.) zwaną dalej Ustawą PZP;
4. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 ust. 1 oraz art. 74 Ustawy PZP;
5. Państwa dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ustawy pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres obowiązywania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy na podstawie art. 78 ust. 4 Ustawy Pzp;
6. Obowiązek podania przez Państwa danych osobowych bezpośrednio Państwa dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy PZP związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
7. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji w tym profilowaniu, stosownie do treści art. 22 RODO;
8. Państwa dane nie będą przekazywane do państw trzecich.
9. Posiadają Państwo:
 - a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Państwa dotyczących (zgodnie z art. 75 Pzp Zamawiający może żądać od osoby występującej z żądaniem wskazania dodatkowych informacji, mających na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia.
 - b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Państwa danych osobowych (zgodnie z art. 76 Pzp skorzystanie z uprawnienia do sprostowania nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
 - c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych (zgodnie z art. 74 ust. 3 Pzp w przypadku gdy wniesienie żądania dotyczącego tego prawa spowoduje ograniczenie przetwarzania danych osobowych zawartych w protokole postępowania lub załącznikach do tego protokołu, od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający nie udostępnia tych danych, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO.
 - d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO.

10. Nie przysługuje Państwu:
 - a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 - b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 - c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
11. Podanie danych jest dobrowolne, lecz odmowa ich podania może uniemożliwić realizację zadań przez Administratora.
12. Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciąży na Państwu obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznym, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośrednio pozyska od Wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.

Rozdział V. Dokumenty zamówienia w myśl art. 7 pkt 3 ustawy Pzp

1. SWZ.
2. Załączniki do SWZ:
 - 2.1. Załącznik nr 1 - Formularz oferty
 - 2.2. Załącznik nr 1a – Formularz cenowy
 - 2.3. Załącznik nr 2 – Formularz asortymentowy stanowiący również Opis przedmiotu zamówienia
 - 2.4. Załącznik nr 3 - Oświadczenie wykonawcy z art. 125 ust.
 - 2.5. Załącznik nr 4 - Projektowane postanowienia umowy
 - 2.6. Załącznik nr 5 - Oświadczenie o aktualności
3. Pozostałe dokumenty zamówienia do których Zamawiający się odwołuje: - Powołane w treści niniejszej SWZ i Ogłoszeniu o zamówieniu, inne niż akty prawne, dokumenty – w szczególności Instrukcje, Regulaminy itp. – z którymi można zapoznać się pod wskazanymi bezpośrednio w miejscu ich wymienienia adresami internetowymi.

dnia

FORMULARZ OFERTOWY

Wykonawca :

Adres :

adres e-mail : NIP

składam ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia w przedmiocie: Zakup i dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla potrzeb Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Radomiu.

I. Przedmiotu oferty:

Oferta złożona na wykonanie zamówienia publicznego ogłoszonego przez Radomską Stację Pogotowia Ratunkowego w Radomiu o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu unijnego określonego w art. 3 ust. 1 pkt 1, prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r.-Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 poz. 1320 ze zm.) **pn. Zakup i dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla potrzeb Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Radomiu.**

II. Cena oferty:

1. Przedstawiona w ofercie cena zawiera całkowite wynagrodzenie Wykonawcy, za całość przedmiotu zamówienia. Cena oferty zawiera wszelkie podatki, w tym podatek od towarów i usług (VAT). Podana cena jest ceną ostateczną, niepodlegającą negocjacji i wyczerpującą wszelkie należności Wykonawcy wobec Zamawiającego związane z realizacją przedmiotu zamówienia.

1) Część nr 1 – Sprzęt jednorazowy różny**Cena/ wartość zamówienia wynosi:**

- wartość nettoPLN (słownie:.....)
- stawka podatku VAT%
- wartość brutto.....PLN (słownie:.....)

2) Część nr 2 – Przyrządy do udrażniania dróg oddechowych**Cena/ wartość zamówienia wynosi:**

- wartość nettoPLN (słownie:.....)
- stawka podatku VAT%
- wartość brutto.....PLN (słownie:.....)

3) Część nr 3 – Elektrody EKG**Cena/ wartość zamówienia wynosi:**

- wartość nettoPLN (słownie:.....)

- stawka podatku VAT%
- wartość brutto.....PLN (słownie:.....)

4) Część nr 4 – Zestaw do punkcji

Cena/ wartość zamówienia wynosi:

- wartość nettoPLN (słownie:.....)
- stawka podatku VAT%
- wartość brutto.....PLN (słownie:.....)

5) Część nr 5 – Elektrody kompatybilne z Zoll

Cena/ wartość zamówienia wynosi:

- wartość nettoPLN (słownie:.....)
- stawka podatku VAT%
- wartość brutto.....PLN (słownie:.....)

6) Część nr 6 - Elektrody kompatybilne z Lifepack

Cena/ wartość zamówienia wynosi:

- wartość nettoPLN (słownie:.....)
- stawka podatku VAT%
- wartość brutto.....PLN (słownie:.....)

7) Część nr 7 – Zestaw do wentylacji oddechowej

Cena/ wartość zamówienia wynosi:

- wartość nettoPLN (słownie:.....)
- stawka podatku VAT%
- wartość brutto.....PLN (słownie:.....)

8) Część nr 8 – Środki do dezynfekcji

Cena/ wartość zamówienia wynosi:

- wartość nettoPLN (słownie:.....)
- stawka podatku VAT%
- wartość brutto.....PLN (słownie:.....)

9) Część nr 9 –Wyroby do zaopatrzenia amputowanych części ciała

Cena/ wartość zamówienia wynosi:

- wartość nettoPLN (słownie:.....)
- stawka podatku VAT%
- wartość brutto.....PLN (słownie:.....)

10) Część nr 10 – Różne produkty medyczne

Cena/ wartość zamówienia wynosi:

- wartość nettoPLN (słownie:.....)
 - stawka podatku VAT%
 - wartość brutto.....PLN (słownie:.....)
2. Cena/ wartość oferty stanowi całkowite wynagrodzenie Wykonawcy, uwzględniająca wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zgodnie z SWZ i Opisem przedmiotu zamówienia/.

IV. Oświadczenia

Wykonawca składając ofertę oświadcza, że:

1. Zamówienie zostanie zrealizowane w terminach określonych w SWZ oraz we wzorze umowy.
2. Cena podana i zaoferowana jest niezmienna (z wyjątkiem okoliczności przewidzianych w projektowanych postanowieniach umowy, bądź w przypadkach, o których mowa w SWZ) w okresie realizacji zamówienia i obejmuje wszystkie koszty, jakie ponosi Zamawiający w związku z realizacją przedmiotowego zamówienia.
3. Wynagrodzenie będzie płatne stosownie do postanowień wzoru umowy, w terminach i sposób przewidziany w tym wzorze.
4. Zapoznał się ze Specyfikacją Warunków Zamówienia wraz z załączonymi do niej innymi dokumentami zamówienia. Przyjmujemy przekazane dokumenty bez zastrzeżeń i zobowiązujemy się do wykonania przedmiotu zamówienia, zgodnie z warunkami w nich zawartymi. Dane zawarte w ofercie, dokumentach i oświadczeniach są zgodne ze stanem faktycznym i prawnym.
5. Zapoznał się z projektowanymi postanowieniami umowy załączonymi do dokumentacji postępowania i akceptuje je bez zastrzeżeń oraz zobowiązuje się, w przypadku wyboru jego oferty, do zawarcia umowy wg wyżej wymienionych postanowień umowy, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
6. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w SWZ.
7. Oferta zawiera na stronach od do informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 85). Informacje te zawarte są i zabezpieczone stosownie do opisu znajdującego się w SWZ.
8. Oświadczam/my, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.
9. **Zgodnie z art. 225 ustawy Pzp informuję co następuje:**
 - wybór mojej/ naszej oferty nie będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2025 poz. 775 ze zm.)

Albo

- wybór mojej/ naszej oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z art. Ustawy o podatku od towarów i usług:
 - a) dotyczy rodzaju (nazwy) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego.....

b) dotyczy towaru lub usługi, objętego obowiązkiem podatkowym o wartości netto (bez podatku VAT) zł

c) zgodnie z wiedzą wykonawcy zastosowanie będzie miała stawka podatku od towarów i usług w wysokości..... % – zgodnie z art. 225 ust. 1 ustawy Pzp do celów zastosowania kryterium ceny Zamawiający dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą Zamawiający ma obowiązek rozliczyć.

.....
Podpis elektroniczny wykonawcy

NALEŻY WYPEŁNIĆ ZGODNIE Z OFEROWANĄ CZĘŚCIĄ**Część nr 1 – Sprzęt jednorazowy różny**

LP.	PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA	Zamawiana ilość na okres 12 m-cy	J.M.	Cena jednostkowa netto PLN	VAT %	Wartość zamówienia brutto PLN
1	2	3	4	5	6	7
1	Strzykawka dwuczęściowa Luer 20ml rozszerzenie max. 20%, op a 100	75	op.			
2	Strzykawka dwuczęściowa Luer 10ml, rozszerzenie max. 20%, op a 100	60	op.			
3	Strzykawka dwuczęściowa Luer 5ml, rozszerzenie max. 20%, op a 100	130	op.			
4	Strzykawka dwuczęściowa Luer 2ml, rozszerzenie max. 20%, op a 100	160	op.			
5	Strzykawka trzyczęściowa j.u. cewnikowa 100ml (z końcówką cewnikową ściętą pod kątem 45 stopni), podwójnie skalowana, wyposażona w dwa dodatkowe adaptery Luer, jednorazowego użytku, jałowa. Opakowanie papier-folia.	30	szt.			
6	Strzykawki trzyczęściowe do pompy infuzyjnej 50ml luer-lock z rozszerzoną skalą do 60ml, opakowanie jednostkowe typu blister-pack	45	szt.			
7	Igła Motylek 0,5 pomarańczowy, sterylne	600	szt.			
8	Igła Motylek 0,6 niebieski, sterylne	300	szt.			
9	Igła Motylek 0,7 czarny, sterylne	200	szt.			
10	Igła Motylek 0,8 zielony, sterylne	250	szt.			
11	Igła jednorazowego użytku sterylne 0,5x25mm, op a 100	130	op.			
12	Igła jednorazowego użytku sterylne 0,6x30mm, op a 100	20	op.			
13	Igła jednorazowego użytku sterylne 0,7x30mm, op a 100	50	op.			
14	Igła jednorazowego użytku sterylne 0,8x40mm, op a 100	210	op.			
15	Igła jednorazowego użytku sterylne 0,9x40mm, op a 100	20	op.			
16	Igła jednorazowego użytku sterylne 1,1x40mm, op a 100	20	op.			

17	Igła jednorazowego użytku sterylna 1,2x40mm, op a 100	210	op.			
18	Cewnik Foley CH16, obustronnie pokryty elastomerem silikonowym z plastikową zastawką o pojemności balonu (5-10ml), jałowy. Na opakowaniu pojedynczym oraz zbiorczym nadrukowana fabrycznie informacja o max czasie przebywania cewnika w cewce moczowej pacjenta, sterylizowane radiacyjnie lub tlenkiem etylenu.	150	szt.			
19	Cewnik Foley CH18 obustronnie pokryty elastomerem silikonowym z plastikową zastawką o pojemności balonu (30-50ml), jałowy. Na opakowaniu pojedynczym oraz zbiorczym nadrukowana fabrycznie informacja o max czasie przebywania cewnika w cewce moczowej pacjenta, sterylizowane radiacyjnie lub tlenkiem etylenu.	300	szt.			
20	Cewnik Foley CH20, obustronnie pokryty elastomerem silikonowym z plastikową zastawką o pojemności balonu (30-50ml), jałowy. Na opakowaniu pojedynczym oraz zbiorczym nadrukowana fabrycznie informacja o max czasie przebywania cewnika w cewce moczowej pacjenta, sterylizowane radiacyjnie lub tlenkiem etylenu.	100	szt.			
21	Cewnik Foley CH22, obustronnie pokryty elastomerem silikonowym z plastikową zastawką o pojemności balonu (30-50ml), jałowy. Na opakowaniu pojedynczym oraz zbiorczym nadrukowana fabrycznie informacja o max czasie przebywania cewnika w cewce moczowej pacjenta, sterylizowane radiacyjnie lub tlenkiem etylenu.	50	szt.			
22	Szyny KRAMERA 1000 x 70mm	30	szt.			
23	Szyny KRAMERA 1000 x 100mm	20	szt.			
24	Szyny KRAMERA 1500 x 100mm	20	szt.			
25	Szyny KRAMERA 1500 x 70mm	20	szt.			
26	Szyny KRAMERA 600 x 50mm	20	szt.			
27	Zatyczki do cewników Foleya z uchwytem motylkowym - konstrukcja schodkowa- jałowe	50	szt.			
28	Worek do zbiórki moczu 2L z zaworem typu T, sterylny	400	szt.			
29	Kaniula do długotrwałych wlewów dożylnych wykonana z FEP lub PTFE, bez portu bocznego, z zastawką antyzwrotną, posiadająca 4 paski radiocieniujące, ze skrzydełkami oraz dodatkowym zdejmowalnym uchwytem, nietoksyczna, niepirogenna, sterylna. Wyraźna data produkcji i ważności na opakowaniu jednostkowym gwarantującym bezpieczeństwo przed rozszczelnieniem i przypadkowym uszkodzeniem. Rozmiar 26G 0,6 x 19mm, przepływ 13ml/min.	250	szt.			
30	Kaniula do długotrwałych wlewów dożylnych wykonana z FEP lub PTFE, ze skrzydełkami, z zastawką antyzwrotną, posiadająca 4 paski radiocieniujące, sterylna, nietoksyczna, niepirogenna. Dostępna w wersji ze standardowym zaworem portu bocznego. Wyraźna data produkcji i ważności na opakowaniu jednostkowym gwarantującym bezpieczeństwo przed rozszczelnieniem i przypadkowym uszkodzeniem. Rozmiary: 22G 0,8x25mm, przepływ 31ml/min.;	5 000	szt.			
31	Kaniula do długotrwałych wlewów dożylnych wykonana z FEP lub PTFE, ze skrzydełkami, z zastawką antyzwrotną, posiadająca 4 paski radiocieniujące, sterylna, nietoksyczna, niepirogenna. Dostępna w wersji ze standardowym zaworem portu bocznego. Wyraźna data produkcji i ważności na opakowaniu jednostkowym	9 000	szt.			

	gwarantującym bezpieczeństwo przed rozszczelnieniem i przypadkowym uszkodzeniem. Rozmiary: 20G 1,0x32mm, przepływ 54ml/min.;				
32	Kaniula do długotrwałych wlewów dożylnych wykonana z FEP lub PTFE, ze skrzydełkami, z zastawką antyzwrotną, posiadająca 4 paski radiocieniujące, sterylna, nietoksyczna, niepirogenna. Dostępna w wersji ze standardowym zaworem portu bocznego. Wyraźna data produkcji i ważności na opakowaniu jednostkowym gwarantującym bezpieczeństwo przed rozszczelnieniem i przypadkowym uszkodzeniem. Rozmiary: 17G 1,4x45mm, przepływ 125ml/min.;	500	szt.		
33	Kaniula do długotrwałych wlewów dożylnych wykonana z FEP lub PTFE, ze skrzydełkami, z zastawką antyzwrotną, posiadająca 4 paski radiocieniujące, sterylna, nietoksyczna, niepirogenna. Dostępna w wersji ze standardowym zaworem portu bocznego. Wyraźna data produkcji i ważności na opakowaniu jednostkowym gwarantującym bezpieczeństwo przed rozszczelnieniem i przypadkowym uszkodzeniem. Rozmiary: 18G 1,2x32mm, przepływ 80ml/min.;	6 000	szt.		
34	Kaniula do długotrwałych wlewów dożylnych wykonana z FEP lub PTFE, ze skrzydełkami, z zastawką antyzwrotną, posiadająca 4 paski radiocieniujące, sterylna, nietoksyczna, niepirogenna. Dostępna w wersji ze standardowym zaworem portu bocznego. Wyraźna data produkcji i ważności na opakowaniu jednostkowym gwarantującym bezpieczeństwo przed rozszczelnieniem i przypadkowym uszkodzeniem. Rozmiary: 16G 1,7x45mm, przepływ 180ml/min.	500	szt.		
35	Przedłużacz tlenowy 2,0 - 2,30m, sterylny	200	szt.		
36	Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych posiadający uniwersalny, ostry, dwukanałowy kolec komory kroplowej z zatyczką. Odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym oraz zamykaną kolorową (niebieską) klapką. Wyposażony w skrzydełka ułatwiające wbicie. Komora kroplowa o długości 62mm (55mm w części przezroczystej). Kroplomierz (20 kropli = 1ml +/- 0,1ml). Filtr płynu 15µm. Precyzyjny zacisk rolkowy z miejscem na dren oraz igłę po użyciu. Logo umożliwiające identyfikację przyrządu na zaciskaczu. Łącznik luer- lock z zatyczką umożliwiającą szczelne i trwałe połączenie z kaniulą dożylną. Dren długości 150 cm. Sterylny, apirogeny, nietoksyczny, jednokrotnego użytku. Wolny od ftalanów. Opakowanie typu papier - folia lub folia z napisami w języku polskim w kolorze niebieskim umożliwiające rozróżnienie aparatów do przetaczania krwi od aparatów do infuzji.	5 000	szt.		
37	Filtr oddechowy pediatryczny elektrostatycznie - mechaniczny, bakteryjno - wirusowy, sterylny z wymiennikiem ciepła i wilgoci, z portem do kapnografii zamykanym korkiem, waga 9g, przestrzeń martwa 12ml	50	szt.		
38	Filtr oddechowy elektrostatyczny, bakteryjno-wirusowy, sterylny z portem do kapnografii zamykanym zatyczką, waga w przedziale 22-33g, przestrzeń martwa od 35ml do 45ml".	400	szt.		
39	Samoprzylepny opatrunek do mocowania kaniul, jałowy 8 cm x 6 cm	20 000	szt.		

40	Rękawice chirurgiczne, lateksowe, bezpudrowe, sterylne, z rolowanym mankietem, polimerowane obustronnie. Wewnętrzna warstwa zawierająca środek pielęgnujący dłonie - żel aloesowy – potwierdzone oświadczeniem producenta dołączonym do oferty oraz formułę ułatwiająca zakładanie rękawic na wilgotną dłoń. Odporne na przenikanie wirusów zgodnie z normą ASTM F1671 oraz EN ISO 374-5; pozbawione tiuramów, MBT - potwierdzone badaniami z jednostki niezależnej dołączonymi do oferty. Odporne na przenikanie: min 3 substancji chemicznych na min 2 poziomie zgodnie z EN ISO 374-1. Zgodne z normą EN 374-1,2,3. Zarejestrowane jako wyrób medyczny klasy IIa oraz środek ochrony indywidualnej kat. III. Grubość pojedynczej ścianki na palcu 0,18mm (+/-0,03), dłoni min 0,10 mankiecie min. 0,10mm, długość min. 280mm. AQL 0,65 -potwierdzone badaniami wg EN 455 z jednostki notyfikowanej. Pakowane podwójnie – opakowanie wewnętrzne papierowe z oznaczeniem rozmiaru rękawicy oraz rozróżnieniem lewej i prawej dłoni, opakowanie zewnętrzne foliowe. Nie składane na pół. Sterylizowane radiacyjnie. Rozmiary 7,0;	100	par			
41	Rękawice chirurgiczne, lateksowe, bezpudrowe, sterylne, z rolowanym mankietem, polimerowane obustronnie. Wewnętrzna warstwa zawierająca środek pielęgnujący dłonie - żel aloesowy – potwierdzone oświadczeniem producenta dołączonym do oferty oraz formułę ułatwiająca zakładanie rękawic na wilgotną dłoń. Odporne na przenikanie wirusów zgodnie z normą ASTM F1671 oraz EN ISO 374-5; pozbawione tiuramów, MBT - potwierdzone badaniami z jednostki niezależnej dołączonymi do oferty. Odporne na przenikanie: min 3 substancji chemicznych na min 2 poziomie zgodnie z EN ISO 374-1. Zgodne z normą EN 374-1,2,3. Zarejestrowane jako wyrób medyczny klasy IIa oraz środek ochrony indywidualnej kat. III. Grubość pojedynczej ścianki na palcu 0,18mm (+/-0,03), dłoni min 0,10 mankiecie min. 0,10mm, długość min. 280mm. AQL 0,65 -potwierdzone badaniami wg EN 455 z jednostki notyfikowanej. Pakowane podwójnie – opakowanie wewnętrzne papierowe z oznaczeniem rozmiaru rękawicy oraz rozróżnieniem lewej i prawej dłoni, opakowanie zewnętrzne foliowe. Nie składane na pół. Sterylizowane radiacyjnie. Rozmiary 7,5;	150	par			
42	Rękawice chirurgiczne, lateksowe, bezpudrowe, sterylne, z rolowanym mankietem, polimerowane obustronnie. Wewnętrzna warstwa zawierająca środek pielęgnujący dłonie - żel aloesowy – potwierdzone oświadczeniem producenta dołączonym do oferty oraz formułę ułatwiająca zakładanie rękawic na wilgotną dłoń. Odporne na przenikanie wirusów zgodnie z normą ASTM F1671 oraz EN ISO 374-5; pozbawione tiuramów, MBT - potwierdzone badaniami z jednostki niezależnej dołączonymi do oferty. Odporne na przenikanie: min 3 substancji chemicznych na min 2 poziomie zgodnie z EN ISO 374-1. Zgodne z normą EN 374-1,2,3. Zarejestrowane jako wyrób medyczny klasy IIa oraz środek ochrony indywidualnej kat. III. Grubość pojedynczej ścianki na palcu 0,18mm (+/-0,03), dłoni min 0,10 mankiecie min. 0,10mm, długość min. 280mm. AQL 0,65 -potwierdzone badaniami wg EN 455 z jednostki notyfikowanej. Pakowane podwójnie – opakowanie wewnętrzne papierowe z oznaczeniem rozmiaru rękawicy oraz rozróżnieniem lewej i prawej dłoni, opakowanie zewnętrzne foliowe. Nie składane na pół. Sterylizowane radiacyjnie. Rozmiary 8,0;	150	par			

43	Rękawice chirurgiczne, lateksowe, bezpudrowe, sterylne, z rolowanym mankietem, polimerowane obustronnie. Wewnętrzna warstwa zawierająca środek pielęgnujący dłonie - żel aloesowy – potwierdzone oświadczeniem producenta dołączonym do oferty oraz formułę ułatwiającą zakładanie rękawic na wilgotną skórę. Odporne na przenikanie wirusów zgodnie z normą ASTM F1671 oraz EN ISO 374-5; pozbawione tiuramów, MBT - potwierdzone badaniami z jednostki niezależnej dołączonymi do oferty. Odporne na przenikanie: min 3 substancji chemicznych na min 2 poziomie zgodnie z EN ISO 374-1. Zgodne z normą EN 374-1,2,3. Zarejestrowane jako wyrób medyczny klasy IIa oraz środek ochrony indywidualnej kat. III. Grubość pojedynczej ścianki na palcu 0,18mm (+/-0,03), dłoni min 0,10 mankiecie min. 0,10mm, długość min. 280mm. AQL 0,65 -potwierdzone badaniami wg EN 455 z jednostki notyfikowanej. Pakowane podwójnie – opakowanie wewnętrzne papierowe z oznaczeniem rozmiaru rękawicy oraz rozróżnieniem lewej i prawej dłoni, opakowanie zewnętrzne foliowe. Nie składane na pół. Sterylizowane radiacyjnie. Rozmiary 8,5;	50	par			
44	Szpatułka drewniana laryng. niejałowa op. x 100 szt	70	op.			
45	Cewnik do podawania tlenu przez nos sterylne min. 180 cm	2 500	szt			
46	Podkład dwie warstwy bibuły i warstwa folii, różne kolory; szerokość 51 cm perforacja co 80 cm, 25sztuk na rolce (1 opakowanie = 1 rolka)	2 200	op.			
47	Podkład dwie warstwy bibuły i warstwa folii, różne kolory; szerokość 51 cm perforacja co 80 cm, 50 sztuk na rolce (1 opakowanie = 1 rolka)	250	op.			
48	Maska medyczna mocowana na gumki, wykonana z trzech warstw niepylącej włókniny (min. 23g/m ² + 23g/m ² + 23g/m ²), wymiary maski 17,5cm x 9,5cm. Wymiary gumek 16,5 cm. Długość sztywnika do formowania maski na nosie 10,5cm. Kolor zielony lub niebieski. Zgodna z normą PN-EN 14683:2019 + AC:2019 typ II– poziom filtracji bakterii BFE 98,24%, ciśnienie różnicowe 34,67 Pa/cm ² , czystość mikrobiologiczna 1,11 cfu/g (wymagane przedstawienie raportu z jednostki niezależnej posiadającej akredytację na badania na zgodność z normą 14683).	5 000	szt.			
49	Fartuchy flizelinowe jednorazowe, z długim rękawem gramatura min. 25g/m ² rozmiar L	2 500	szt.			
	Fartuchy flizelinowe jednorazowe, z długim rękawem gramatura min. 25g/m ² rozmiar XL	2 500	szt.			
50	Pościel jednorazowa/ poszwa + poszewka/	150	szt.			
51	Pojemnik na odpady medyczne 1,0L wykonany czystego PP o wysokości 18,5cm (+/-0,3cm) z wyraźnym wskaźnikiem maksymalnego napełnienia umieszczonym na zewnątrz pojemnika oraz uchwytem do przenoszenia. Posiadający wieczko z otworem wrzutowym z wcięciem do zdejmowania igieł i otworem typu "margaretka" do zdejmowania igieł insulinowych, z zatrzaskiem utrzymującym klapkę zamykającą wieczko pojemnika w pozycji otwartej w celu łatwego napełnienia jednocześnie zapobiegającym przypadkowemu trwałemu zamknięciu oraz z dodatkowym systemem z możliwością zamknięcia tymczasowego oraz stałego. Oznakowany zgodnie z obowiązującymi przepisami. Kolor czerwony.	150	szt.			

52	Pojemnik na odpady medyczne 0,7L wykonany czystego PP o wysokości 14,5cm (+/-0,3cm) z wyraźnym wskaźnikiem maksymalnego napełnienia umieszczonym na zewnątrz pojemnika oraz uchwytem do przenoszenia. Posiadający wieczko z otworem wrzutowym z wcięciem do zdejmowania igieł i otworem typu "margaretka" do zdejmowania igieł insulinowych, z zatrzaskiem utrzymującym kłapkę zamykającą wieczko pojemnika w pozycji otwartej w celu łatwego napełnienia jednocześnie zapobiegającym przypadkowemu trwałemu zamknięciu oraz z dodatkowym systemem z możliwością zamknięcia tymczasowego oraz stałego. Oznakowany zgodnie z obowiązującymi przepisami. Kolor czerwony.	1 000	szt.			
53	Maski tlenowa dla dzieci z rezerwuarem sterylne, rozmiar M	150	szt.			
54	Maski tlenowa dla dorosłych z rezerwuarem sterylne, rozmiar L	200	szt.			
55	Maski tlenowa dla dorosłych z rezerwuarem sterylne, rozmiar XL	800	szt.			
56	Maski tlenowa dla dorosłych z drenem sterylne, rozmiar L	200	szt.			
57	Maski tlenowa dla dorosłych z drenem sterylne, rozmiar XL	700	szt.			
58	Maski tlenowa dla dzieci z drenem sterylne, rozmiar S	50	szt.			
59	Maski tlenowa dla dzieci z drenem sterylne, rozmiar M	150	szt.			
60	Maska tlenowa z nebulizatorem i drenem dla dzieci sterylne, rozmiar M	250	szt.			
61	Wskaźnik paskowy na parę wodną 5,3 min./134oC; 15min./121oC	500	szt.			
62	Kubeczki jednorazowego użytku 200ml	2 000	szt.			
63	Żel do elektrokardiografii 250g	30	szt.			
64	Maska tlenowa z nebulizatorem dla dorosłych sterylne, rozmiar XL	500	szt.			
65	Kranik trójdrożny, sterylne	30	szt.			
66	Zgłębnik żołądkowy CH16, dł. 1250mm, sterylne	10	szt.			
67	Zgłębnik żołądkowy CH18, dł. 1250mm, sterylne	15	szt.			
68	Folia izotermiczna (koc ratunkowy) o rozmiarze 1,6x2,1 m	200	szt.			
69	Rękaw papierowo-foliowy 7,5 cm x 200 mb /1 rolka	10	szt.			
70	Rękaw papierowo-foliowy 12 cm x 200 mb/1 rolka	10	szt.			
71	Rękaw papierowo-foliowy 20 cm x 200 mb/1 rolka	10	szt.			
72	Rękaw papierowo-foliowy 25 cm x 200 mb/1 rolka	10	szt.			
73	Końcówki jednorazowe douszne do termometrów Braun op a 800szt	15	op			
74	Skalpele jednorazowe 10, ostre, wykonane ze stali nierdzewnej, posiadające rozmiar oraz nazwę lub inicjały producenta wygrawerowane na ostrzu, pakowane indywidualnie.	100	szt.			

75	Rękawice diagnostyczne lateksowe bezpudrowe, z przedłużonym mankietem, przeznaczone do procedur o podwyższonym ryzyku zakażenia, obustronnie chlorowane, tekstura na całej powierzchni rękawicy z dodatkową teksturą na końcach palców, mankiet rolowany. AQL 1,0. Grubość pojedynczej ścianki: na palcu 0,36mm (+/-0,04mm), na dłoni 0,31mm (+/-0,03mm), na mankiecie 0,23mm (+/-0,03mm), długość min. 300mm. Zarejestrowane jako wyrób medyczny klasy I oraz środek ochrony indywidualnej kat. III Typ A. Zgodne z normami EN ISO 374-1*, EN ISO 374-2*, EN 16523-1*, EN ISO 374-4* oraz odporne na przenikanie bakterii, grzybów i wirusów zgodnie z EN ISO 374-5.* Odporne na przenikanie: min. 18 substancji chemicznych, w tym 10 na min. 6 poziomie. Rozmiary M, kodowane kolorystycznie na opakowaniu. Opakowanie a 50sztuk	25	op			
76	Rękawice diagnostyczne lateksowe bezpudrowe, z przedłużonym mankietem, przeznaczone do procedur o podwyższonym ryzyku zakażenia, obustronnie chlorowane, tekstura na całej powierzchni rękawicy z dodatkową teksturą na końcach palców, mankiet rolowany. AQL 1,0. Grubość pojedynczej ścianki: na palcu 0,36mm (+/-0,04mm), na dłoni 0,31mm (+/-0,03mm), na mankiecie 0,23mm (+/-0,03mm), długość min. 300mm. Zarejestrowane jako wyrób medyczny klasy I oraz środek ochrony indywidualnej kat. III Typ A. Zgodne z normami EN ISO 374-1*, EN ISO 374-2* EN 16523-1*, EN ISO 374-4* oraz odporne na przenikanie bakterii, grzybów i wirusów zgodnie z EN ISO 374-5*. Odporne na przenikanie: min. 18 substancji chemicznych, w tym 10 na min. 6 poziomie. Rozmiary L, kodowane kolorystycznie na opakowaniu. Opakowanie a 50szt	25	op			
77	Rękawice diagnostyczne nitylowe, bezpudrowe, niesterylne, chlorowane i polimeryzowane od wewnątrz, polimeryzowane na zewnątrz, mikrotekstura na całej dłoni z dodatkową teksturą na końcach palców. Długość rękawicy min. 240mm. AQL 1.0. Zgodne min. z normami: EN ISO 374-1*, EN 374-2*, EN 16523-1*, EN 374-4* oraz odporne na przenikanie bakterii, grzybów i wirusów zgodnie z EN ISO 374-5*. Odporne na min. 20 substancji chemicznych, w tym odporne na 90% alkohol izopropylowy min. na poziomie 1. Zarejestrowane jako wyrób medyczny klasy I i środek ochrony indywidualnej kat. III. Dopuszczone do kontaktu z żywnością. Pozbawione dodatków chemicznych: MBT, ZMBT, BHT, BHA, TMTD. Pakowane w opakowania 100 sztuk z kolorystycznym rozróżnieniem w zależności od rozmiaru. Rozmiary: S	400	op.			
78	Rękawice diagnostyczne nitylowe, bezpudrowe, niesterylne, chlorowane i polimeryzowane od wewnątrz, polimeryzowane na zewnątrz, mikrotekstura na całej dłoni z dodatkową teksturą na końcach palców. Długość rękawicy min. 240mm. AQL 1.0. Zgodne min. z normami: EN ISO 374-1*, EN 374-2*, EN 16523-1*, EN 374-4* oraz odporne na przenikanie bakterii, grzybów i wirusów zgodnie z EN ISO 374-5*. Odporne na min. 20 substancji chemicznych, w tym odporne na 90% alkohol izopropylowy min. na poziomie 1. Zarejestrowane jako wyrób medyczny klasy I i środek ochrony indywidualnej kat. III. Dopuszczone do kontaktu z żywnością. Pozbawione dodatków chemicznych: MBT, ZMBT, BHT, BHA, TMTD. Pakowane w opakowania 100 sztuk z kolorystycznym rozróżnieniem w zależności od rozmiaru. Rozmiary: M,	950	op.			
79	Rękawice diagnostyczne nitylowe, bezpudrowe, niesterylne, chlorowane i polimeryzowane od wewnątrz, polimeryzowane na zewnątrz, mikrotekstura na całej dłoni z dodatkową teksturą na końcach palców. Długość rękawicy min. 240mm. AQL 1.0. Zgodne min. z normami: EN ISO 374-1*, EN 374-2*, EN 16523-1*, EN 374-4* oraz odporne na przenikanie bakterii, grzybów i wirusów zgodnie z EN ISO 374-5*. Odporne na min. 20 substancji chemicznych, w tym odporne na 90% alkohol izopropylowy min. na poziomie 1. Zarejestrowane jako wyrób medyczny klasy I i środek ochrony indywidualnej kat. III. Dopuszczone do kontaktu z żywnością.	1 500	op.			

	Pozbawione dodatków chemicznych: MBT, ZMBT, BHT, BHA, TMTD. Pakowane w opakowania 100 sztuk z kolorystycznym rozróżnieniem w zależności od rozmiaru. Rozmiary: L,				
80	Rękawice diagnostyczne nitrylowe, bezpudrowe, niesterylne, chlorowane i polimeryzowane od wewnątrz, polimeryzowane na zewnątrz, mikrotekstura na całej dłoni z dodatkową teksturą na końcach palców. Długość rękawicy min. 240mm. AQL 1.0. Zgodne min. z normami: EN ISO 374-1*, EN 374-2*, EN 16523-1*, EN 374-4* oraz odporne na przenikanie bakterii, grzybów i wirusów zgodnie z EN ISO 374-5* Odporne na min. 20 substancji chemicznych, w tym odporne na 90% alkohol izopropylowy min. na poziomie 1. Zarejestrowane jako wyrób medyczny klasy I i środek ochrony indywidualnej kat. III. Dopuszczone do kontaktu z żywnością. Pozbawione dodatków chemicznych: MBT, ZMBT, BHT, BHA, TMTD. Pakowane w opakowania 100 sztuk z kolorystycznym rozróżnieniem w zależności od rozmiaru. Rozmiary: XL	450	op.		
81	Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych ch 6, dł. 40cm	40	szt		
82	Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych ch 8, dł. 40cm	40	szt		
83	Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych ch 10 dł. 40cm	50	szt		
84	Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych ch 12, dł. 50-60cm	50	szt		
85	Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych ch 14, dł. 50-60cm	60	szt		
86	Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych ch 16, dł. 50-60cm	90	szt		
87	Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych ch 18, dł. 50-60cm	100	szt		
88	Zgłębnik żołądkowy CH 6, dł. 800- 1250 mm	10	szt		
89	Zgłębnik żołądkowy CH 8, dł. 800- 1250 mm	10	szt		
90	Przedłużacz do pompy infuzyjnej 150 cm sterylny	30	szt		
91	Cewnik do karmienia CH 6 sterylne	10	szt		
92	Cewnik do karmienia CH 8 sterylne	10	szt		
93	Worek na wymiociny o pojemności 1000ml, podziałka co 50ml, od 50ml do 1000ml, skala numeryczna 50ml oraz co 100ml do 1000ml. Pomocnicza ukośna skala numeryczna co 10ml od 10ml do 100ml. Przezroczysty, wyposażony w zastawkę antyrefluksyjną uniemożliwiającą wydostanie się zapachu i treść oraz wyprofilowany tekturowy uchwyt w kształcie maski z wycięciem umożliwia zamknięcie worka	100	szt		
94	Tampon z waty celulozowej (10 warstwowej) 40mm x 50mm (2x500szt.)	20	op.		
95	Tupfer z gazy 17 nitkowej bez nitki RTG rozmiar 20x20 opakowanie 250sztu.	100	op.		
96	Wziernik j.u.do otoskopu plastikowy rozmiar 4,5mm	3 750	szt.		
97	Wziernik j.u. do otoskopu plastikowy rozmiar 2,5mm	6 250	szt.		

98	Staza j.u op. 25szt.z graficzną instrukcją na opakowaniu	100	op.			
54	Tampon donosowy - gotowy do użycia opatrunek wykonany z rozprężalnej gąbki poliwinylowej, ze sznurkiem oraz gazą hemostatyczną. Rozmiar 5,5cm x 2cm x 1,5cm. Sterylny, pakowany pojedynczo. Opakowanie 10szt.	10	op.			
55	Nakłuwacz jednorazowy -Nakłuwacz do nakłuwania palca - bezpieczny, automatyczny. Rozmiary: 1,8mm - głębokość nakłucia (igła 23G) oraz 2,4mm - głębokość nakłucia (igła 21G) z barwnym kodem określającym głębokość wkłucia (a 100szt). Sterylizowany radiacyjnie.	50	op.			
56	Strzykawką trzyczęściowa 3ml z zakończeniem luer-lock z czytelną i trwałą skalą co 0,1ml, kontrastujący tłok w kolorze zielonym, gumowa część tłoka z podwójnym uszczelnieniem, kryza ograniczająca, zabezpieczająca przed przypadkowym wysunięciem tłoka. Nazwa strzykawki oraz logo producenta umieszczone na korpusie. Bez zawartości lateksu i ftalanów. Jednorazowego użytku. Sterylna, pakowana pojedynczo. Pakowana w opakowania po 100szt.	1	op.			
57	Przyrząd do podawania leków w postaci aerozolu do błony śluzowej nosa. Miękki, stożkowy korek zapobiega wyciekaniu płynu z nozdrza. Niewielki rozmiar cząsteczek (30 - 100 µm) umożliwia szybkie wchłanianie leków przez błonę śluzową. Do stosowania wyłącznie ze strzykawką z końcówką luer-lock. Opakowanie 25 sztuk	4	op.			
58	Chusta trójkątna, włókninowa, niejałowa. Rozmiar 96 x 96 x 136cm.	100	szt			
59	Opatrunek hemostatyczny w postaci kompresu nasączonego kaolinem – naturalnie występującym minerałem nieorganicznym, który wspomaga naturalny proces krzepnięcia krwi w organizmie, powodując szybki efekt hemostatyczny. Składnik kaolinowy, który wspomaga proces hemostazy nie zawiera żadnych szkodliwych substancji i jest klinicznie bezpieczną substancją – nie powoduje gorączki, alergii, niepożądanych reakcji czy też reakcji nadwrażliwości. (10 cm x 10 cm)	60	szt			
60	Opatrunek okluzyjny typu Chest Seal przeznaczony do leczenia otwartych ran klatki piersiowej. 15cm x 15 cm	60	szt			
61	Staza taktyczna typu Cat, umożliwiająca tamowanie krwotoków w sytuacji zranienia kończyn z masywnym krwawieniem tętniczym lub żylnym. System zamknięcia zabezpieczający przed przypadkowym rozpięciem w wyniku zahaczenia opaską o elementy otoczenia. Możliwość obsługi opaski jedną ręką.	60	szt			
62	Strzykawką tuberkulinowa a' 1ml	500	szt			
63	Pokrowiec jednorazowy na nosze z gumką, wykonany z włókniny polipropylenowej foliowanej o gramaturze min. 40g/m2 o wymiarach 80x190cm, pakowany po 5 szt	10	opak			
CENA OFERTY DLA CZĘŚCI NR 1		RAZEM	x	x		

Do oceny ofert w kryterium „cena” będzie brana pod uwagę oferowana wartość zamówienia brutto w PLN (pozycja razem) - kolumna nr 7. Wykonawca dla każdej pozycji formularza cenowego wylicza wartość oferowaną brutto w PLN wg zasady:

W formularzu cenowym należy podać cenę jednostkową netto za jedną j.m. w PLN dla oferowanego produktu (kol. 5) oraz przeliczyć oferowaną wartość zamówienia brutto, która stanowi: iloczyn ilości na okres 12 miesięcy (kol.3) i ceny jednostkowej netto (kol.5), powiększonej o stawkę podatku VAT (kol. 6).

Zamawiający dopuszcza, aby określona przez Wykonawcę cena jednostkowa brutto za jedną j.m. w PLN, wartość oferowana brutto w PLN były podane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Dopuszcza się możliwość zaokrąglania cen zgodnie z zasadami matematycznymi.

WARTOŚĆ RAZEM POWINNA ZOSTAĆ WPISANA W PKT. II.1 FORMULARZA CENOWEGO (ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SWZ)

..... (miejsowość), dnia r.

.....

(podpis)

Część nr 2 – Przyrządy do udrażniania dróg oddechowych

LP.	PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA	Zamawiana ilość na okres 12 m-cy	J.M.	Cena jednostkowa netto PLN	VAT %	Wartość zamówienia brutto PLN
1	2	3	4	5	6	7
1	Jednorazowa rurka krtaniowa (dwukanałowa) wykonana z PVC, z portem do sondy żołądkowej (kanał 10-18 Fr), rurka wentylacyjna zakończona łącznikiem standardowym 15mm, znacznik poziomu zębów na rurce, dwa mankiety uszczelniające: bliższy i dalszy, jeden przewód do pompowania obu mankietów, otwory wentylacyjne pomiędzy mankietami, rozmiary 0 (dla noworodków o masie ciała poniżej 5 kg) - kodowane kolorami, bez zawartości lateksu i ftalanów. W zestawie dodatkowo skalowana do rozmiarów strzykawka. Całość sterylna. Do zestawu dołączony oddzielnie antyzgryzak oraz elastyczna tasiemka mocującą.	5	szt			
2	Jednorazowa rurka krtaniowa (dwukanałowa) wykonana z PVC, z portem do sondy żołądkowej (kanał 10-18 Fr), rurka wentylacyjna zakończona łącznikiem standardowym 15mm, znacznik poziomu zębów na rurce, dwa mankiety uszczelniające: bliższy i dalszy, jeden przewód do pompowania obu mankietów, otwory wentylacyjne pomiędzy mankietami, rozmiary 1 (dla dzieci o masie ciała 5-12 kg) - kodowane kolorami, bez zawartości lateksu i	5	szt			

	ftalanów. W zestawie dodatkowo skalowana do rozmiarów strzykawka. Całość sterylna. Do zestawu dołączony oddzielnie antyzgryzak oraz elastyczna tasiemka mocującą.					
3	Jednorazowa rurka krtaniowa (dwukanałowa) wykonana z PVC, z portem do sondy żołądkowej (kanał 10-18 Fr), rurka wentylacyjna zakończona łącznikiem standardowym 15mm, znacznik poziomu zębów na rurce, dwa mankiety uszczelniające: bliższy i dalszy, jeden przewód do pompowania obu mankietów, otwory wentylacyjne pomiędzy mankietami, rozmiary 2 (dla dzieci o wzroście 90-115 cm, masie ciała 12-25 kg) - kodowane kolorami, bez zawartości lateksu i ftalanów. W zestawie dodatkowo skalowana do rozmiarów strzykawka. Całość sterylna. Do zestawu dołączony oddzielnie antyzgryzak oraz elastyczna tasiemka mocującą.	5	szt			
4	Jednorazowa rurka krtaniowa (dwukanałowa) wykonana z PVC, z portem do sondy żołądkowej (kanał 10-18 Fr), rurka wentylacyjna zakończona łącznikiem standardowym 15mm, znacznik poziomu zębów na rurce, dwa mankiety uszczelniające: bliższy i dalszy, jeden przewód do pompowania obu mankietów, otwory wentylacyjne pomiędzy mankietami, rozmiary 3 (dla pacjentów o wzroście do 155 cm) - kodowane kolorami, bez zawartości lateksu i ftalanów. W zestawie dodatkowo skalowana do rozmiarów strzykawka. Całość sterylna. Do zestawu dołączony oddzielnie antyzgryzak oraz elastyczna tasiemka mocującą.	5	szt			
5	Jednorazowa rurka krtaniowa (dwukanałowa) wykonana z PVC, z portem do sondy żołądkowej (kanał 10-18 Fr), rurka wentylacyjna zakończona łącznikiem standardowym 15mm, znacznik poziomu zębów na rurce, dwa mankiety uszczelniające: bliższy i dalszy, jeden przewód do pompowania obu mankietów, otwory wentylacyjne pomiędzy mankietami, rozmiary 4 (dla pacjentów o wzroście do 155-180 cm) kodowane kolorami, bez zawartości lateksu i ftalanów. W zestawie dodatkowo skalowana do rozmiarów strzykawka. Całość sterylna. Do zestawu dołączony oddzielnie antyzgryzak oraz elastyczna tasiemka mocującą.	5	szt			
6	Jednorazowa rurka krtaniowa (dwukanałowa) wykonana z PVC, z portem do sondy żołądkowej (kanał 10-18 Fr), rurka wentylacyjna zakończona łącznikiem standardowym 15mm, znacznik poziomu zębów na rurce, dwa mankiety uszczelniające: bliższy i dalszy, jeden przewód do pompowania obu mankietów, otwory wentylacyjne pomiędzy mankietami, rozmiary 5 (dla pacjentów o wzroście powyżej 180 cm) - kodowane kolorami, bez zawartości lateksu i ftalanów. W zestawie dodatkowo skalowana do rozmiarów strzykawka. Całość sterylna. Do zestawu dołączony oddzielnie antyzgryzak oraz elastyczna tasiemka mocującą.	5	szt			
7	Maska Krtaniowa Żelowa I-GEL jednorazowego użytku, sterylna. Wyposażona w mankiety bez funkcji nadmuchiwania, kanał gastryczny, zintegrowany bloker zgryzu oraz stabilizator położenia. Wszystkie rozmiary masek i-gel w zależności od masy ciała pacjenta: nr 1 2-5 kg	20	szt			

8	Maska Krtaniowa Żelowa I-GEL jednorazowego użytku, sterylna. Wyposażona w mankiet bez funkcji nadmuchiwania, kanał gastryczny, zintegrowany bloker zgryzu oraz stabilizator położenia. Wszystkie rozmiary masek i-gel w zależności od masy ciała pacjenta: nr 1,5 5-12 kg	10	szt			
9	Maska Krtaniowa Żelowa I-GEL jednorazowego użytku, sterylna. Wyposażona w mankiet bez funkcji nadmuchiwania, kanał gastryczny, zintegrowany bloker zgryzu oraz stabilizator położenia. Wszystkie rozmiary masek i-gel w zależności od masy ciała pacjenta: nr 2 10-25 kg	20	szt			
10	Maska Krtaniowa Żelowa I-GEL jednorazowego użytku, sterylna. Wyposażona w mankiet bez funkcji nadmuchiwania, kanał gastryczny, zintegrowany bloker zgryzu oraz stabilizator położenia. Wszystkie rozmiary masek i-gel w zależności od masy ciała pacjenta: nr 2,5 25-35 kg	10	szt			
11	Maska Krtaniowa Żelowa I-GEL jednorazowego użytku, sterylna. Wyposażona w mankiet bez funkcji nadmuchiwania, kanał gastryczny, zintegrowany bloker zgryzu oraz stabilizator położenia. Wszystkie rozmiary masek i-gel w zależności od masy ciała pacjenta: nr 3 Small 30-60 kg	30	szt			
12	Maska Krtaniowa Żelowa I-GEL jednorazowego użytku, sterylna. Wyposażona w mankiet bez funkcji nadmuchiwania, kanał gastryczny, zintegrowany bloker zgryzu oraz stabilizator położenia. Wszystkie rozmiary masek i-gel w zależności od masy ciała pacjenta: nr 4 Medium 50-90 kg	80	szt			
13	Maska Krtaniowa Żelowa I-GEL jednorazowego użytku, sterylna. Wyposażona w mankiet bez funkcji nadmuchiwania, kanał gastryczny, zintegrowany bloker zgryzu oraz stabilizator położenia. Wszystkie rozmiary masek i-gel w zależności od masy ciała pacjenta: nr 5 Large 90+ kg	30	szt			
14	Rurka nosowo-gardłowa, jałowa, j.u. Rozm. 3	20	szt			
15	Rurka nosowo-gardłowa, jałowa, j.u. Rozm. 4	20	szt			
16	Rurka nosowo-gardłowa, jałowa, j.u. Rozm. 5	20	szt			
17	Rurka nosowo-gardłowa, jałowa, j.u. Rozm. 6	30	szt			

18	Rurka nosowo-gardłowa, jałowa, j.u. Rozm. 7	20	szt			
19	Rurka nosowo-gardłowa, jałowa, j.u. Rozm. 8	30	szt			
20	Rurka nosowo-gardłowa, jałowa, j.u. Rozm. 9	20	szt			
21	Rurki intubacyjne z mankietem niskociśnieniowym, sterylne, rozmiar 6	30	szt			
22	Rurki intubacyjne z mankietem niskociśnieniowym, sterylne, rozmiar 6,5	30	szt			
23	Rurki intubacyjne z mankietem niskociśnieniowym, sterylne, rozmiar 7	100	szt			
24	Rurki intubacyjne z mankietem niskociśnieniowym, sterylne, rozmiar 7,5	150	szt			
25	Rurki intubacyjne z mankietem niskociśnieniowym, sterylne, rozmiar 8	80	szt			
26	Rurki intubacyjne z mankietem niskociśnieniowym, sterylne, rozmiar 8,5	40	szt			
27	Rurki intubacyjne z mankietem niskociśnieniowym, sterylne, rozmiar 9	20	szt			
28	Rurki intubacyjne z mankietem niskociśnieniowym, sterylne, rozmiar 9,5	20	szt			
29	Rurki intubacyjne bez mankietu, rozmiar 2	20	szt			
30	Rurki intubacyjne bez mankietu, rozmiar 2,5	20	szt			
31	Rurki intubacyjne bez mankietu, rozmiar 3	30	szt			
32	Rurki intubacyjne bez mankietu, rozmiar 3,5	20	szt			
33	Rurki intubacyjne bez mankietu, rozmiar 4	30	szt			
34	Rurki intubacyjne bez mankietu, rozmiar 4,5	20	szt			
35	Rurki intubacyjne bez mankietu, rozmiar 5	30	szt			
36	Rurki intubacyjne bez mankietu, rozmiar 5,5	20	szt			
37	Rurki ustno-gardłowe nr 4 Guedela sterylne	20	szt			
38	Rurki ustno-gardłowe nr 5 Guedela sterylne	20	szt			
39	Rurki ustno-gardłowe nr 0 Guedela sterylne	10	szt			
40	Rurki ustno-gardłowe nr 1 Guedela sterylne	30	szt			
41	Rurki ustno-gardłowe nr 2 Guedela sterylne	70	szt			

42	Rurki ustno-gardłowe nr 3 Guedela sterylne	90	szt			
43	Prowadnica do rurek intubacyjnych Bougie roz. 10 dł. 700mm	15	szt			
44	Prowadnica do rurek intubacyjnych Bougie roz. 10 dł. 800mm	15	szt			
45	Prowadnica do rurek intubacyjnych Bougie roz. 15 dł. 700mm	15	szt			
46	Prowadnica do rurek intubacyjnych Bougie roz. 15 dł. 800mm	15	szt			
47	Prowadnica do rurek intubacyjnych Bougie roz. 6 dł. 535mm	15	szt			
48	Prowadnica do rurek intubacyjnych (różne rozm. 6 Fr - śr.2,0mm) sterylne	20	szt			
49	Prowadnica do rurek intubacyjnych (różne rozm. 10Fr - śr.3,3mm, sterylne)	20	szt			
50	Prowadnica do rurek intubacyjnych (różne rozm.14Fr - śr.4,7mm) sterylne	20	szt			
51	Stabilizator do rurek intubacyjnych wyściełany od wewnątrz miękką gąbką. Posiadający regulowany śrubą uchwyt umożliwiający stabilizację rurek, gryzak zapobiegający przygryzaniu rurki, dodatkowy otwór umożliwiający odsysanie, uniwersalne rzepy umożliwiające szybkie i skuteczne umocowanie stabilizatora wokół głowy. Jałowy. Dostępny w dwóch wersjach z mocowaniem poziomym lub pionowym [zamawiany zależnie od potrzeb Zamawiającego]	20	szt			
52	Filtr wymiennik ciepła i wilgoci do rurki tracheostomijnej	20	szt			
CENA OFERTY DLA CZĘŚCI NR 2 RAZEM		x	x			

Do oceny ofert w kryterium „cena” będzie brana pod uwagę oferowana wartość zamówienia brutto w PLN (pozycja razem) - kolumna nr 7. Wykonawca dla każdej pozycji formularza cenowego wylicza wartość oferowaną brutto w PLN wg zasady:

W formularzu cenowym należy podać cenę jednostkową netto za jedną j.m. w PLN dla oferowanego produktu (kol. 5) oraz przeliczyć oferowaną wartość zamówienia brutto, która stanowi: iloczyn ilości na okres 12 miesięcy (kol.3) i ceny jednostkowej netto (kol.5), powiększonej o stawkę podatku VAT (kol. 6).

Zamawiający dopuszcza, aby określona przez Wykonawcę cena jednostkowa brutto za jedną j.m. w PLN, wartość oferowana brutto w PLN były podane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Dopuszcza się możliwość zaokrąglania cen zgodnie z zasadami matematycznymi.

WARTOŚĆ RAZEM POWINNA ZOSTAĆ WPISANA W PKT. II.1 FORMULARZA CENOWEGO (ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SWZ)

..... (miejsowość), dnia r.

.....

(podpis)

Część nr 3 – Elektrody EKG

LP.	PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA	Zamawiana ilość na okres 12 m-cy	J.M.	Cena jednostkowa netto PLN	VAT %	Wartość zamówienia brutto PLN
1	2	3	4	5	6	7
1	Elektrody piankowe hydrożelowe pediatryczne, o wymiarach 30x24mm	3 000	szt.			
2	Elektroda EKG, jednorazowego użytku dla dorosłych, podłoże z pianki PE, żel ciekły, czujnik AgCl, o wymiarach 43x51mm,	80 000	szt.			
	CENA OFERTY DLA CZĘŚCI NR 3	RAZEM	x	x		

Do oceny ofert w kryterium „cena” będzie brana pod uwagę oferowana wartość zamówienia brutto w PLN (pozycja razem) - kolumna nr 7. Wykonawca dla każdej pozycji formularza cenowego wylicza wartość oferowaną brutto w PLN wg zasady:

W formularzu cenowym należy podać cenę jednostkową netto za jedną j.m. w PLN dla oferowanego produktu (kol. 5) oraz przeliczyć oferowaną wartość zamówienia brutto, która stanowi: iloczyn ilości na okres 12 miesięcy (kol.3) i ceny jednostkowej netto (kol.5), powiększonej o stawkę podatku VAT (kol. 6).

Zamawiający dopuszcza, aby określona przez Wykonawcę cena jednostkowa brutto za jedną j.m. w PLN, wartość oferowana brutto w PLN były podane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Dopuszcza się możliwość zaokrąglania cen zgodnie z zasadami matematycznymi.

WARTOŚĆ RAZEM POWINNA ZOSTAĆ WPISANA W PKT. II.1 FORMULARZA CENOWEGO (ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SWZ)

..... (miejscowość), dnia r.

.....

(podpis)

Część nr 4 – Zestaw do punkcji

LP.	PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA	Zamawiana ilość na okres 12 m-cy	J.M.	Cena jednostkowa netto PLN	VAT %	Wartość zamówienia brutto PLN
1	2	3	4	5	6	7
1	Zestaw do punkcji opłucnej z zastawką przeciwzrotną. W składzie: worek 2000ml z zastawką przeciwzrotną wraz z zaworem spustowym, strzykawka trzyczęściowa 60ml, dreny łączące, 3 igły (14G, 16G, 19G) O dł. 80mm. Zestaw sterylny.	6	szt			
2	Igła do odbarczania odmy prężnej 2,1 x 83mm.	45	szt			
	CENA OFERTY DLA CZĘŚCI NR 4 RAZEM	x	x			

Do oceny ofert w kryterium „cena” będzie brana pod uwagę oferowana wartość zamówienia brutto w PLN (pozycja razem) - kolumna nr 7. Wykonawca dla każdej pozycji formularza cenowego wylicza wartość oferowaną brutto w PLN wg zasady:

W formularzu cenowym należy podać cenę jednostkową netto za jedną j.m. w PLN dla oferowanego produktu (kol. 5) oraz przeliczyć oferowaną wartość zamówienia brutto, która stanowi: iloczyn ilości na okres 12 miesięcy (kol.3) i ceny jednostkowej netto (kol.5), powiększonej o stawkę podatku VAT (kol. 6).

Zamawiający dopuszcza, aby określona przez Wykonawcę cena jednostkowa brutto za jedną j.m. w PLN, wartość oferowana brutto w PLN były podane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Dopuszcza się możliwość zaokrąglania cen zgodnie z zasadami matematycznymi.

WARTOŚĆ RAZEM POWINNA ZOSTAĆ WPISANA W PKT. II.1 FORMULARZA CENOWEGO (ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SWZ)

..... (miejscowość), dnia r.

.....

(podpis)

Część nr 5 – Elektrody kompatybilne z Zoll

	PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA	Zamawiana ilość na okres 12 m-cy	J.M.	Cena jednostkowa netto PLN	VAT %	Wartość zamówienia brutto PLN
1	2	3	4	5	6	7
2	Elektroda do defibrylatora, kompatybilna z ZOLL X, kpl 2 szt (kabel na zewnątrz opakowania)	100	op.			
	CENA OFERTY DLA CZĘŚCI NR 5 RAZEM	x	x			

Do oceny ofert w kryterium „cena” będzie brana pod uwagę oferowana wartość zamówienia brutto w PLN (pozycja razem) - kolumna nr 7. Wykonawca dla każdej pozycji formularza cenowego wylicza wartość oferowaną brutto w PLN wg zasady:

W formularzu cenowym należy podać cenę jednostkową netto za jedną j.m. w PLN dla oferowanego produktu (kol. 5) oraz przeliczyć oferowaną wartość zamówienia brutto, która stanowi: iloczyn ilości na okres 12 miesięcy (kol.3) i ceny jednostkowej netto (kol.5), powiększonej o stawkę podatku VAT (kol. 6).

Zamawiający dopuszcza, aby określona przez Wykonawcę cena jednostkowa brutto za jedną j.m. w PLN, wartość oferowana brutto w PLN były podane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Dopuszcza się możliwość zaokrąglania cen zgodnie z zasadami matematycznymi.

WARTOŚĆ RAZEM POWINNA ZOSTAĆ WPISANA W PKT. II.1 FORMULARZA CENOWEGO (ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SWZ)

..... (miejscowość), dnia r.

.....

(podpis)

Część nr 6 - Elektrody kompatybilne z Lifepack

LP.	PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA	Zamawiana ilość na okres 12 m-cy	J.M.	Cena jednostkowa netto PLN	VAT %	Wartość zamówienia brutto PLN
1	2	3	4	5	6	7

1	Elektroda do defibrylatora, kompatybilna z Lifepack 15, kpl 2 szt (kabel na zewnątrz opakowania)	10	op.			
	CENA OFERTY DLA CZĘŚCI NR 6	RAZEM	x	x		

Do oceny ofert w kryterium „cena” będzie brana pod uwagę oferowana wartość zamówienia brutto w PLN (pozycja razem) - kolumna nr 7. Wykonawca dla każdej pozycji formularza cenowego wylicza wartość oferowaną brutto w PLN wg zasady:

W formularzu cenowym należy podać cenę jednostkową netto za jedną j.m. w PLN dla oferowanego produktu (kol. 5) oraz przeliczyć oferowaną wartość zamówienia brutto, która stanowi: iloczyn ilości na okres 12 miesięcy (kol.3) i ceny jednostkowej netto (kol.5), powiększonej o stawkę podatku VAT (kol. 6).

Zamawiający dopuszcza, aby określona przez Wykonawcę cena jednostkowa brutto za jedną j.m. w PLN, wartość oferowana brutto w PLN były podane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Dopuszcza się możliwość zaokrąglania cen zgodnie z zasadami matematycznymi.

WARTOŚĆ RAZEM POWINNA ZOSTAĆ WPISANA W PKT. II.1 FORMULARZA CENOWEGO (ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SWZ)

..... (miejscowość), dnia r.

.....

(podpis)

Część nr 7 – Zestaw do wentylacji oddechowej

LP.	PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA	Zamawiana ilość na okres 12 m-cy	J.M.	Cena jednostkowa netto PLN	VAT %	Wartość zamówienia brutto PLN
1	2	3	4	5	6	7

1	Wielorazowy resuscytator silikonowy W skład zestawu wchodzi: - resuscytator silikonowy - maska anestetyczna silikonowa - rezerwuuar tlenu - przewód tlenowy - walizka transportowa	20	szt			
2	Wielorazowa maska silikonowa rozm. 1	10	szt			
3	Wielorazowa maska silikonowa rozm. 2	10	szt			
4	Wielorazowa maska silikonowa rozm. 3	15	szt			
5	Wielorazowa maska silikonowa rozm. 4	25	szt			
6	Wielorazowa maska silikonowa rozm. 5	25	szt			
CENA OFERTY DLA CZĘŚCI NR 7 RAZEM		x	x			

Do oceny ofert w kryterium „cena” będzie brana pod uwagę oferowana wartość zamówienia brutto w PLN (pozycja razem) - kolumna nr 7. Wykonawca dla każdej pozycji formularza cenowego wylicza wartość oferowaną brutto w PLN wg zasady:

W formularzu cenowym należy podać cenę jednostkową netto za jedną j.m. w PLN dla oferowanego produktu (kol. 5) oraz przeliczyć oferowaną wartość zamówienia brutto, która stanowi: iloczyn ilości na okres 12 miesięcy (kol.3) i ceny jednostkowej netto (kol.5), powiększonej o stawkę podatku VAT (kol. 6).

Zamawiający dopuszcza, aby określona przez Wykonawcę cena jednostkowa brutto za jedną j.m. w PLN, wartość oferowana brutto w PLN były podane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Dopuszcza się możliwość zaokrąglania cen zgodnie z zasadami matematycznymi.

WARTOŚĆ RAZEM POWINNA ZOSTAĆ WPISANA W PKT. II.1 FORMULARZA CENOWEGO (ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SWZ)

..... (miejscowość), dnia r.

.....

(podpis)

Część nr 8 – Środki do dezynfekcji

LP.	PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA	Zamawiana ilość na okres 12 m-cy	J.M.	Cena jednostkowa netto PLN	VAT %	Wartość zamówienia brutto PLN
1	2	3	4	5	6	7
1	Chusteczki do szybkiej dezynfekcji nieinwazyjnych wyrobów medycznych, inkubatorów, oraz wyrobów medycznych Kompatybilny ze szkłem, ceramiką, silikonem, plastikiem, PCV, akrylem, polimerem, poliwęglanem, polistyrenem, HDPE, stalą nierdzewną i materiałami porcelanowymi. Na bazie nadtlenu wodoru, wykazujący spektrum bójcze B, F, V (Polio, Adeno, Noro) , Tbc, S w czasie 1 min. Przebadany zgodnie z EN w tym EN 16615* oraz EN 17126*. Postać: flow pack 200 z klipsem	100	szt.			
2	Preparat w postaci piany do szybkiej dezynfekcji nieinwazyjnych wyrobów medycznych, inkubatorów, oraz wyrobów medycznych Kompatybilny ze szkłem, ceramiką, silikonem, plastikiem, PCV, akrylem, polimerem, poliwęglanem, polistyrenem, HDPE, stalą nierdzewną i materiałami porcelanowymi. Na bazie nadtlenu wodoru, wykazujący spektrum bójcze B, F, V (Polio, Adeno, Noro) , Tbc, S w czasie 1 min. Przebadany zgodnie z EN w tym EN 16615* oraz EN 17126*. Postać: butelka 750 ml ze spryskiwaczem	50	szt.			
3	Preparat w postaci piany do szybkiej dezynfekcji nieinwazyjnych wyrobów medycznych, inkubatorów, oraz wyrobów medycznych Kompatybilny ze szkłem, ceramiką, silikonem, plastikiem, PCV, akrylem, polimerem, poliwęglanem, polistyrenem, HDPE, stalą nierdzewną i materiałami porcelanowymi. Na bazie nadtlenu wodoru, wykazujący spektrum bójcze B, F, V (Polio, Adeno, Noro) , Tbc, S w czasie 1 min. Przebadany zgodnie z EN w tym EN 16615* oraz EN 17126*. Postać: Kanister 5L	25	szt.			
4	Gotowe do użycia bezalkoholowe chusteczki, przeznaczone do mycia i dezynfekcji powierzchni oraz wyrobów medycznych wrażliwych na działanie alkoholu (w tym plexiglas, głowice USG). Na bazie chlorku didcyldodimetyloamoniowego, niezawierające w składzie alkoholu, aldehydów, związków nadtlenujących, niepozostawiające smug na powierzchniach, o szerokim spektrum działania: B, F (C. albicans) V (HIV, HBV HCV, Vaccinia, BVDV, Noro) do 1 minuty, Tbc do 2 minut. Przebadane dodatkowo wg normy 16615. Minimalny wymiar pojedynczej chusteczki 267cmx210mm. Postać: flow pack 200 z klipsem	70	szt.			
	CENA OFERTY DLA CZĘŚCI NR 8	RAZEM	x	x		

* lub równoważne rozwiązania (normy, wytyczne), które pokrywają się w zakresie wymagań z przytoczoną normą

Do oceny ofert w kryterium „cena” będzie brana pod uwagę oferowana wartość zamówienia brutto w PLN (pozycja razem) - kolumna nr 7. Wykonawca dla każdej pozycji formularza cenowego wylicza wartość oferowaną brutto w PLN wg zasady:

W formularzu cenowym należy podać cenę jednostkową netto za jedną j.m. w PLN dla oferowanego produktu (kol. 5) oraz przeliczyć oferowaną wartość zamówienia brutto, która stanowi: iloczyn ilości na okres 12 miesięcy (kol.3) i ceny jednostkowej netto (kol.5), powiększonej o stawkę podatku VAT (kol. 6).

Zamawiający dopuszcza, aby określona przez Wykonawcę cena jednostkowa brutto za jedną j.m. w PLN, wartość oferowana brutto w PLN były podane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Dopuszcza się możliwość zaokrąglania cen zgodnie z zasadami matematycznymi.

WARTOŚĆ RAZEM POWINNA ZOSTAĆ WPISANA W PKT. II.1 FORMULARZA CENOWEGO (ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SWZ)

..... (miejscowość), dnia r.

.....

(podpis)

Część nr 9 –Wyroby do zaopatrzenia amputowanych części ciała

LP.	PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA	Zamawiana ilość na okres 12 m-cy	J.M.	Cena jednostkowa netto PLN	VAT %	Wartość zamówienia brutto PLN
1	2	3	4	5	6	7
1	suchy lód woreczek/saszetka 200 g	70	szt			
2	sterylny worek do amputowanych części ciała co najmniej wymiar 1200x500 mm (+/- 100 mm) (dotyczy całej kończyny dolnej)	20	szt			
3	sterylny worek do amputowanych części ciała wymiar minimum 350x800 mm (+/-100 mm) (dotyczy całej kończyny górnej)	20	szt			

4	sterylny worek do amputowanych części ciała wymiar minimum 400x350 mm (+/- 100 mm) (dotyczy dłoni)	20	szt			
5	sterylny worek do amputowanych części ciała wymiar minimum 300x300 mm (+/- 100mm) (dotyczy palca)	20	szt			
	CENA OFERTY DLA CZĘŚCI NR 9 RAZEM	x	x			

Do oceny ofert w kryterium „cena” będzie brana pod uwagę oferowana wartość zamówienia brutto w PLN (pozycja razem) - kolumna nr 7. Wykonawca dla każdej pozycji formularza cenowego wylicza wartość oferowaną brutto w PLN wg zasady:

W formularzu cenowym należy podać cenę jednostkową netto za jedną j.m. w PLN dla oferowanego produktu (kol. 5) oraz przeliczyć oferowaną wartość zamówienia brutto, która stanowi: iloczyn ilości na okres 12 miesięcy (kol.3) i ceny jednostkowej netto (kol.5), powiększonej o stawkę podatku VAT (kol. 6).

Zamawiający dopuszcza, aby określona przez Wykonawcę cena jednostkowa brutto za jedną j.m. w PLN, wartość oferowana brutto w PLN były podane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Dopuszcza się możliwość zaokrąglania cen zgodnie z zasadami matematycznymi.

WARTOŚĆ RAZEM POWINNA ZOSTAĆ WPISANA W PKT. II.1 FORMULARZA CENOWEGO (ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SWZ)

..... (miejsowość), dnia r.

.....

(podpis)

Część nr 10 – Różne produkty medyczne

LP.	PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA	Zamawiana ilość na okres 12 m-cy	J.M.	Cena jednostkowa netto PLN	VAT %	Wartość zamówienia brutto PLN
1	2	3	4	5	6	7

1	Dren łączący do odssysania wykonany z elastycznego PCV, specjalne wzmocnienia wzdłuż drenu zapobiegające zaginaniu oraz zasysaniu drenu, zakończenie lejek-lejek, rozmiary: CH 24 oraz CH 30 długość 210 - 300 cm, jałowy, pakowany podwójnie tj. opakowanie foliowe wewnętrzne, papier-folia opakowanie zewnętrzne.	64	szt			
2	łącznik do drenów schodkowy z możliwością kontrolowanego odsysania, jednorazowy, jałowy	64	szt			
3	Staza automatyczna	40	szt			
4	Wkład workowy 1l jednorazowego użytku z trwale dołączoną pokrywą, przeznaczony do zbiórki odsysanej wydzieliny. Uszczelniany automatycznie po włączeniu ssania bez konieczności wciskania wkładu na kanister, z zastawką zapobiegającą wypływowi wydzieliny do źródła próżni, posiadający w pokrywie tylko jeden króciec łączący schodkowy.	72	szt			
CENA OFERTY DLA CZĘŚCI NR 10 RAZEM		x	x			

Do oceny ofert w kryterium „cena” będzie brana pod uwagę oferowana wartość zamówienia brutto w PLN (pozycja razem) - kolumna nr 7. Wykonawca dla każdej pozycji formularza cenowego wylicza wartość oferowaną brutto w PLN wg zasady:

W formularzu cenowym należy podać cenę jednostkową netto za jedną j.m. w PLN dla oferowanego produktu (kol. 5) oraz przeliczyć oferowaną wartość zamówienia brutto, która stanowi: iloczyn ilości na okres 12 miesięcy (kol.3) i ceny jednostkowej netto (kol.5), powiększonej o stawkę podatku VAT (kol. 6).

Zamawiający dopuszcza, aby określona przez Wykonawcę cena jednostkowa brutto za jedną j.m. w PLN, wartość oferowana brutto w PLN były podane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Dopuszcza się możliwość zaokrąglania cen zgodnie z zasadami matematycznymi.

WARTOŚĆ RAZEM POWINNA ZOSTAĆ WPISANA W PKT. II.1 FORMULARZA CENOWEGO (ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SWZ)

..... (miejscowość), dnia r.

.....

(podpis)

NALEŻY WYPEŁNIĆ ZGODNIE Z OFEROWANĄ CZĘŚCIĄ**Część nr 1 – Sprzęt jednorazowy różny**

LP.	PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA	PRODUCENT NAZWA, wielkość opakowania
1	2	3
1	Strzykawka dwuczęściowa Luer 20ml rozszerzenie max. 20%, op a 100	
2	Strzykawka dwuczęściowa Luer 10ml, rozszerzenie max. 20%, op a 100	
3	Strzykawka dwuczęściowa Luer 5ml, rozszerzenie max. 20%, op a 100	
4	Strzykawka dwuczęściowa Luer 2ml, rozszerzenie max. 20%, op a 100	
5	Strzykawka trzyczęściowa j.u. cewnikowa 100ml (z końcówką cewnikową ściętą pod kątem 45 stopni), podwójnie skalowana, wyposażona w dwa dodatkowe adaptory Luer, jednorazowego użytku, jałowa. Opakowanie papier-folia.	
6	Strzykawki trzyczęściowe do pompy infuzyjnej 50ml luer-lock z rozszerzoną skalą do 60ml, opakowanie jednostkowe typu blister-pack	
7	Igła Motylek 0,5 pomarańczowy, sterylne	
8	Igła Motylek 0,6 niebieski, sterylne	
9	Igła Motylek 0,7 czarny, sterylne	
10	Igła Motylek 0,8 zielony, sterylne	
11	Igła jednorazowego użytku sterylne 0,5x25mm, op a 100	
12	Igła jednorazowego użytku sterylne 0,6x30mm, op a 100	
13	Igła jednorazowego użytku sterylne 0,7x30mm, op a 100	
14	Igła jednorazowego użytku sterylne 0,8x40mm, op a 100	
15	Igła jednorazowego użytku sterylne 0,9x40mm, op a 100	
16	Igła jednorazowego użytku sterylne 1,1x40mm, op a 100	

17	Igła jednorazowego użytku sterylna 1,2x40mm, op a 100	
18	Cewnik Foley CH16, obustronnie pokryty elastomerem silikonowym z plastikową zastawką o pojemności balonu (5-10ml), jałowy. Na opakowaniu pojedynczym oraz zbiorczym nadrukowana fabrycznie informacja o max czasie przebywania cewnika w cewce moczowej pacjenta, sterylizowane radiacyjnie lub tlenkiem etylenu.	
19	Cewnik Foley CH18 obustronnie pokryty elastomerem silikonowym z plastikową zastawką o pojemności balonu (30-50ml), jałowy. Na opakowaniu pojedynczym oraz zbiorczym nadrukowana fabrycznie informacja o max czasie przebywania cewnika w cewce moczowej pacjenta, sterylizowane radiacyjnie lub tlenkiem etylenu.	
20	Cewnik Foley CH20, obustronnie pokryty elastomerem silikonowym z plastikową zastawką o pojemności balonu (30-50ml), jałowy. Na opakowaniu pojedynczym oraz zbiorczym nadrukowana fabrycznie informacja o max czasie przebywania cewnika w cewce moczowej pacjenta, sterylizowane radiacyjnie lub tlenkiem etylenu.	
21	Cewnik Foley CH22, obustronnie pokryty elastomerem silikonowym z plastikową zastawką o pojemności balonu (30-50ml), jałowy. Na opakowaniu pojedynczym oraz zbiorczym nadrukowana fabrycznie informacja o max czasie przebywania cewnika w cewce moczowej pacjenta, sterylizowane radiacyjnie lub tlenkiem etylenu.	
22	Szyny KRAMERA 1000 x 70mm	
23	Szyny KRAMERA 1000 x 100mm	
24	Szyny KRAMERA 1500 x 100mm	
25	Szyny KRAMERA 1500 x 70mm	
26	Szyny KRAMERA 600 x 50mm	
27	Zatyczki do cewników Foley'a z uchwytem motylkowym - konstrukcja schodkowa- jałowe	
28	Worek do zbiórki moczu 2L z zaworem typu T, sterylny	
29	Kaniula do długotrwałych wlewów dożylnych wykonana z FEP lub PTFE, bez portu bocznego, z zastawką antyzwrotną, posiadająca 4 paski radiocieniujące, ze skrzydełkami oraz dodatkowym zdejmowalnym uchwytem, nietoksyczna, niepirogenna, sterylna. Wyraźna data produkcji i ważności na opakowaniu jednostkowym gwarantującym bezpieczeństwo przed rozszczelnieniem i przypadkowym uszkodzeniem. Rozmiar 26G 0,6 x 19mm, przepływ 13ml/min.	

30	Kaniula do długotrwałych wlewów dożylnych wykonana z FEP lub PTFE, ze skrzydełkami, z zastawką antyzwrotną, posiadająca 4 paski radiocieniujące, sterylna, nietoksyczna, niepirogenna. Dostępna w wersji ze standardowym zaworem portu bocznego. Wyraźna data produkcji i ważności na opakowaniu jednostkowym gwarantującym bezpieczeństwo przed rozszczelnieniem i przypadkowym uszkodzeniem. Rozmiary: 22G 0,8x25mm, przepływ 31ml/min.;	
31	Kaniula do długotrwałych wlewów dożylnych wykonana z FEP lub PTFE, ze skrzydełkami, z zastawką antyzwrotną, posiadająca 4 paski radiocieniujące, sterylna, nietoksyczna, niepirogenna. Dostępna w wersji ze standardowym zaworem portu bocznego. Wyraźna data produkcji i ważności na opakowaniu jednostkowym gwarantującym bezpieczeństwo przed rozszczelnieniem i przypadkowym uszkodzeniem. Rozmiary: 20G 1,0x32mm, przepływ 54ml/min.;	
32	Kaniula do długotrwałych wlewów dożylnych wykonana z FEP lub PTFE, ze skrzydełkami, z zastawką antyzwrotną, posiadająca 4 paski radiocieniujące, sterylna, nietoksyczna, niepirogenna. Dostępna w wersji ze standardowym zaworem portu bocznego. Wyraźna data produkcji i ważności na opakowaniu jednostkowym gwarantującym bezpieczeństwo przed rozszczelnieniem i przypadkowym uszkodzeniem. Rozmiary: 17G 1,4x45mm, przepływ 125ml/min.;	
33	Kaniula do długotrwałych wlewów dożylnych wykonana z FEP lub PTFE, ze skrzydełkami, z zastawką antyzwrotną, posiadająca 4 paski radiocieniujące, sterylna, nietoksyczna, niepirogenna. Dostępna w wersji ze standardowym zaworem portu bocznego. Wyraźna data produkcji i ważności na opakowaniu jednostkowym gwarantującym bezpieczeństwo przed rozszczelnieniem i przypadkowym uszkodzeniem. Rozmiary: 18G 1,2x32mm, przepływ 80ml/min.;	
34	Kaniula do długotrwałych wlewów dożylnych wykonana z FEP lub PTFE, ze skrzydełkami, z zastawką antyzwrotną, posiadająca 4 paski radiocieniujące, sterylna, nietoksyczna, niepirogenna. Dostępna w wersji ze standardowym zaworem portu bocznego. Wyraźna data produkcji i ważności na opakowaniu jednostkowym gwarantującym bezpieczeństwo przed rozszczelnieniem i przypadkowym uszkodzeniem. Rozmiary: 16G 1,7x45mm, przepływ 180ml/min.	
35	Przedłużacz tlenowy 2,0 - 2,30m, sterylny	

36	Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych posiadający uniwersalny, ostry, dwukanałowy kolec komory kroplowej z zatyczką. Odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym oraz zamykaną kolorową (niebieską) klapką. Wyposażony w skrzydełka ułatwiające wbicie. Komora kroplowa o długości 62mm (55mm w części przezroczystej). Kroplomierz (20 kropli = 1ml +/- 0,1ml). Filtr płynu 15µm. Precyzyjny zacisk rolkowy z miejscem na dren oraz igłę po użyciu. Logo umożliwiające identyfikację przyrządu na zaciskaczu. Łącznik luer- lock z zatyczką umożliwiający szczelne i trwałe połączenie z kaniulą dożylną. Dren długości 150 cm. Sterylny, apirogeny, nietoksyczny, jedнокrotnego użytku. Wolny od ftalanów. Opakowanie typu papier - folia lub folia z napisami w języku polskim w kolorze niebieskim umożliwiające rozróżnienie aparatów do przetaczania krwi od aparatów do infuzji.	
37	Filtr oddechowy pediatryczny elektrostatycznie - mechaniczny, bakteryjno - wirusowy, sterylny z wymiennikiem ciepła i wilgoci, z portem do kapnografii zamykanym korkiem, waga 9g, przestrzeń martwa 12ml	
38	Filtr oddechowy elektrostatyczny, bakteryjno-wirusowy, sterylny z portem do kapnografii zamykanym zatyczką, waga w przedziale 22-33g, przestrzeń martwa od 35ml do 45ml".	
39	Samoprzylepny opatrunek do mocowania kaniul, jałowy 8 cm x 6 cm	
40	Rękawice chirurgiczne, lateksowe, bezpudrowe, sterylne, z rolowanym mankietem, polimerowane obustronnie. Wewnętrzna warstwa zawierająca środek pielęgnujący dłonie - żel aloesowy – potwierdzone oświadczeniem producenta dołączonym do oferty oraz formułę ułatwiająca zakładanie rękawic na wilgotną dłoń. Odporne na przenikanie wirusów zgodnie z normą ASTM F1671 oraz EN ISO 374-5; pozbawione tiuramów, MBT - potwierdzone badaniami z jednostki niezależnej dołączonymi do oferty. Odporne na przenikanie: min 3 substancji chemicznych na min 2 poziomie zgodnie z EN ISO 374-1. Zgodne z normą EN 374-1,2,3. Zarejestrowane jako wyrób medyczny klasy IIa oraz środek ochrony indywidualnej kat. III. Grubość pojedynczej ścianki na palcu 0,18mm (+/-0,03), dłoni min 0,10 mm, mankiecie min. 0,10mm, długość min. 280mm. AQL 0,65 -potwierdzone badaniami wg EN 455 z jednostki notyfikowanej. Pakowane podwójnie – opakowanie wewnętrzne papierowe z oznaczeniem rozmiaru rękawicy oraz rozróżnieniem lewej i prawej dłoni, opakowanie zewnętrzne foliowe. Nie składane na pół. Sterylizowane radiacyjnie. Rozmiary 7,0;	
41	Rękawice chirurgiczne, lateksowe, bezpudrowe, sterylne, z rolowanym mankietem, polimerowane obustronnie. Wewnętrzna warstwa zawierająca środek pielęgnujący dłonie - żel aloesowy – potwierdzone oświadczeniem producenta dołączonym do oferty oraz formułę ułatwiająca zakładanie rękawic na wilgotną dłoń. Odporne na przenikanie wirusów zgodnie z normą ASTM F1671 oraz EN ISO 374-5; pozbawione tiuramów, MBT - potwierdzone badaniami z jednostki niezależnej dołączonymi do oferty. Odporne na przenikanie: min 3 substancji chemicznych na min 2 poziomie zgodnie z EN ISO 374-1. Zgodne z normą EN 374-1,2,3. Zarejestrowane jako wyrób medyczny klasy IIa oraz środek ochrony indywidualnej kat. III. Grubość pojedynczej ścianki na palcu 0,18mm (+/-0,03), dłoni min 0,10 mm, mankiecie min. 0,10mm, długość min. 280mm. AQL 0,65 -potwierdzone badaniami wg EN 455 z jednostki notyfikowanej. Pakowane podwójnie – opakowanie wewnętrzne papierowe z oznaczeniem rozmiaru rękawicy oraz rozróżnieniem lewej i prawej dłoni, opakowanie zewnętrzne foliowe. Nie składane na pół. Sterylizowane radiacyjnie. Rozmiary 7,5;	

42	Rękawice chirurgiczne, lateksowe, bezpudrowe, sterylne, z rolowanym mankietem, polimerowane obustronnie. Wewnętrzna warstwa zawierająca środek pielęgnujący dłonie - żel aloesowy – potwierdzone oświadczeniem producenta dołączonym do oferty oraz formułę ułatwiającą zakładanie rękawic na wilgotną dłoń. Odporne na przenikanie wirusów zgodnie z normą ASTM F1671 oraz EN ISO 374-5; pozbawione tiuramów, MBT - potwierdzone badaniami z jednostki niezależnej dołączonymi do oferty. Odporne na przenikanie: min 3 substancji chemicznych na min 2 poziomie zgodnie z EN ISO 374-1. Zgodne z normą EN 374-1,2,3. Zarejestrowane jako wyrób medyczny klasy IIa oraz środek ochrony indywidualnej kat. III. Grubość pojedynczej ścianki na palcu 0,18mm (+/-0,03), dłoni min 0,10 mm, mankiecie min. 0,10mm, długość min. 280mm. AQL 0,65 -potwierdzone badaniami wg EN 455 z jednostki notyfikowanej. Pakowane podwójnie – opakowanie wewnętrzne papierowe z oznaczeniem rozmiaru rękawicy oraz rozróżnieniem lewej i prawej dłoni, opakowanie zewnętrzne foliowe. Nie składane na pół. Sterylizowane radiacyjnie. Rozmiary 8,0;	
43	Rękawice chirurgiczne, lateksowe, bezpudrowe, sterylne, z rolowanym mankietem, polimerowane obustronnie. Wewnętrzna warstwa zawierająca środek pielęgnujący dłonie - żel aloesowy – potwierdzone oświadczeniem producenta dołączonym do oferty oraz formułę ułatwiającą zakładanie rękawic na wilgotną dłoń. Odporne na przenikanie wirusów zgodnie z normą ASTM F1671 oraz EN ISO 374-5; pozbawione tiuramów, MBT - potwierdzone badaniami z jednostki niezależnej dołączonymi do oferty. Odporne na przenikanie: min 3 substancji chemicznych na min 2 poziomie zgodnie z EN ISO 374-1. Zgodne z normą EN 374-1,2,3. Zarejestrowane jako wyrób medyczny klasy IIa oraz środek ochrony indywidualnej kat. III. Grubość pojedynczej ścianki na palcu 0,18mm (+/-0,03), dłoni min 0,10 mm, mankiecie min. 0,10mm, długość min. 280mm. AQL 0,65 -potwierdzone badaniami wg EN 455 z jednostki notyfikowanej. Pakowane podwójnie – opakowanie wewnętrzne papierowe z oznaczeniem rozmiaru rękawicy oraz rozróżnieniem lewej i prawej dłoni, opakowanie zewnętrzne foliowe. Nie składane na pół. Sterylizowane radiacyjnie. Rozmiary 8,5;	
44	Szpatułka drewniana laryng. niejałowa op. x 100 szt	
45	Cewnik do podawania tlenu przez nos sterylny min. 180 cm	
46	Podkład dwie warstwy bibuty i warstwa folii, różne kolory; szerokość 51 cm perforacja co 80 cm, 25sztuk na rolce (1 opakowanie = 1 rolka)	
47	Podkład dwie warstwy bibuty i warstwa folii, różne kolory; szerokość 51 cm perforacja co 80 cm, 50 sztuk na rolce (1 opakowanie = 1 rolka)	
48	Maska medyczna mocowana na gumki, wykonana z trzech warstw niepylącej włókniny (min. 23g/m ² + 23g/m ² + 23g/m ²), wymiary maski 17,5cm x 9,5cm. Wymiary gumek 16,5 cm. Długość sztywnika do formowania maski na nosie 10,5cm. Kolor zielony lub niebieski. Zgodna z normą PN-EN 14683:2019 + AC:2019 typ II– poziom filtracji bakterii BFE 98,24%, ciśnienie różnicowe 34,67 Pa/cm ² , czystość mikrobiologiczna 1,11 cfu/g (wymagane przedstawienie raportu z jednostki niezależnej posiadającej akredytację na badania na zgodność z normą 14683).	
49	Fartuchy flizelinowe jednorazowe, z długim rękawem gramatura min. 25g/m ² rozmiar L	
	Fartuchy flizelinowe jednorazowe, z długim rękawem gramatura min. 25g/m ² rozmiar XL	
50	Pościel jednorazowa/ poszwa + poszewka/	

51	Pojemnik na odpady medyczne 1,0L wykonany czystego PP o wysokości 18,5cm (+/-0,3cm) z wyraźnym wskaźnikiem maksymalnego napełnienia umieszczonym na zewnątrz pojemnika oraz uchwytem do przenoszenia. Posiadający wieczko z otworem wrzutowym z wcięciem do zdejmowania igieł i otworem typu "margaretka" do zdejmowania igieł insulinowych, z zatrzaskiem utrzymującym klapkę zamykającą wieczko pojemnika w pozycji otwartej w celu łatwego napełnienia jednocześnie zapobiegającym przypadkowemu trwałemu zamknięciu oraz z dodatkowym systemem z możliwością zamknięcia tymczasowego oraz stałego. Oznakowany zgodnie z obowiązującymi przepisami. Kolor czerwony.	
52	Pojemnik na odpady medyczne 0,7L wykonany czystego PP o wysokości 14,5cm (+/-0,3cm) z wyraźnym wskaźnikiem maksymalnego napełnienia umieszczonym na zewnątrz pojemnika oraz uchwytem do przenoszenia. Posiadający wieczko z otworem wrzutowym z wcięciem do zdejmowania igieł i otworem typu "margaretka" do zdejmowania igieł insulinowych, z zatrzaskiem utrzymującym klapkę zamykającą wieczko pojemnika w pozycji otwartej w celu łatwego napełnienia jednocześnie zapobiegającym przypadkowemu trwałemu zamknięciu oraz z dodatkowym systemem z możliwością zamknięcia tymczasowego oraz stałego. Oznakowany zgodnie z obowiązującymi przepisami. Kolor czerwony.	
53	Maski tlenowa dla dzieci z rezerwuarem sterylne, rozmiar M	
54	Maski tlenowa dla dorosłych z rezerwuarem sterylne, rozmiar L	
55	Maski tlenowa dla dorosłych z rezerwuarem sterylne, rozmiar XL	
56	Maski tlenowa dla dorosłych z drenem sterylne, rozmiar L	
57	Maski tlenowa dla dorosłych z drenem sterylne, rozmiar XL	
58	Maski tlenowa dla dzieci z drenem sterylne, rozmiar S	
59	Maski tlenowa dla dzieci z drenem sterylne, rozmiar M	
60	Maska tlenowa z nebulizatorem i drenem dla dzieci sterylne, rozmiar M	
61	Wskaźnik paskowy na parę wodną 5,3 min./134oC; 15min./121oC	
62	Kubeczki jednorazowego użytku 200ml	
63	Żel do elektrokardiografii 250g	
64	Maska tlenowa z nebulizatorem dla dorosłych sterylne, rozmiar XL	
65	Kranik trójdrożny, sterylne	
66	Zgłębnik żołądkowy CH16, dł. 1250mm, sterylne	
67	Zgłębnik żołądkowy CH18, dł. 1250mm, sterylne	
68	Folia izotermiczna (koc ratunkowy) o rozmiarze 1,6x2,1 m	
69	Rękaw papierowo-foliowy 7,5 cm x 200 mb /1 rolka	

70	Rękaw papierowo-foliowy 12 cm x 200 mb/1 rolka	
71	Rękaw papierowo-foliowy 20 cm x 200 mb/1 rolka	
72	Rękaw papierowo-foliowy 25 cm x 200 mb/1 rolka	
73	Końcówki jednorazowe douszne do termometrów Braun op a 800szt	
74	Skalpele jednorazowe 10, ostre, wykonane ze stali nierdzewnej, posiadające rozmiar oraz nazwę lub inicjały producenta wygrawerowane na ostrzu, pakowane indywidualnie.	
75	Rękawice diagnostyczne lateksowe bezpydrowe, z przedłużonym mankietem, przeznaczone do procedur o podwyższonym ryzyku zakażenia, obustronnie chlorowane, tekstura na całej powierzchni rękawicy z dodatkową teksturą na końcach palców, mankiet rolowany. AQL 1,0. Grubość pojedynczej ścianki: na palcu 0,36mm (+/- 0,04mm), na dłoni 0,31mm (+/-0,03mm), na mankiecie 0,23mm (+/-0,03mm), długość min. 300mm. Zarejestrowane jako wyrób medyczny klasy I oraz środek ochrony indywidualnej kat. III Typ A. Zgodne z normami EN ISO 374-1*, EN ISO 374-2*, EN 16523-1*, EN ISO 374-4* oraz odporne na przenikanie bakterii, grzybów i wirusów zgodnie z EN ISO 374-5.* Odporne na przenikanie: min. 18 substancji chemicznych, w tym 10 na min. 6 poziomie. Rozmiary M, kodowane kolorystycznie na opakowaniu. Opakowanie a 50sztuk	
76	Rękawice diagnostyczne lateksowe bezpydrowe, z przedłużonym mankietem, przeznaczone do procedur o podwyższonym ryzyku zakażenia, obustronnie chlorowane, tekstura na całej powierzchni rękawicy z dodatkową teksturą na końcach palców, mankiet rolowany. AQL 1,0. Grubość pojedynczej ścianki: na palcu 0,36mm (+/- 0,04mm), na dłoni 0,31mm (+/-0,03mm), na mankiecie 0,23mm (+/-0,03mm), długość min. 300mm. Zarejestrowane jako wyrób medyczny klasy I oraz środek ochrony indywidualnej kat. III Typ A. Zgodne z normami EN ISO 374-1*, EN ISO 374-2* EN 16523-1*, EN ISO 374-4* oraz odporne na przenikanie bakterii, grzybów i wirusów zgodnie z EN ISO 374-5*. Odporne na przenikanie: min. 18 substancji chemicznych, w tym 10 na min. 6 poziomie. Rozmiary L, kodowane kolorystycznie na opakowaniu. Opakowanie a 50szt	
77	Rękawice diagnostyczne nitylowe, bezpydrowe, niesterylne, chlorowane i polimeryzowane od wewnątrz, polimeryzowane na zewnątrz, mikrotekstura na całej dłoni z dodatkową teksturą na końcach palców. Długość rękawicy min. 240mm. AQL 1.0. Zgodne min. z normami: EN ISO 374-1*, EN 374-2*, EN 16523-1*, EN 374-4 *oraz odporne na przenikanie bakterii, grzybów i wirusów zgodnie z EN ISO 374-5*. Odporne na min. 20 substancji chemicznych, w tym odporne na 90% alkohol izopropylowy min. na poziomie 1. Zarejestrowane jako wyrób medyczny klasy I i środek ochrony indywidualnej kat. III. Dopuszczone do kontaktu z żywnością. Pozbawione dodatków chemicznych: MBT, ZMBT, BHT, BHA, TMTD. Pakowane w opakowania 100 sztuk z kolorystycznym rozróżnieniem w zależności od rozmiaru. Rozmiary: S	

78	Rękawice diagnostyczne nitylowe, bezpudrowe, niesterylne, chlorowane i polimeryzowane od wewnątrz, polimeryzowane na zewnątrz, mikrotekstura na całej dłoni z dodatkową teksturą na końcach palców. Długość rękawicy min. 240mm. AQL 1.0. Zgodne min. z normami: EN ISO 374-1*, EN 374-2*, EN 16523-1*, EN 374-4* oraz odporne na przenikanie bakterii, grzybów i wirusów zgodnie z EN ISO 374-5*. Odporne na min. 20 substancji chemicznych, w tym odporne na 90% alkohol izopropylowy min. na poziomie 1. Zarejestrowane jako wyrób medyczny klasy I i środek ochrony indywidualnej kat. III. Dopuszczone do kontaktu z żywnością. Pozbawione dodatków chemicznych: MBT, ZMBT, BHT, BHA, TMTD. Pakowane w opakowania 100 sztuk z kolorystycznym rozróżnieniem w zależności od rozmiaru. Rozmiary: M,	
79	Rękawice diagnostyczne nitylowe, bezpudrowe, niesterylne, chlorowane i polimeryzowane od wewnątrz, polimeryzowane na zewnątrz, mikrotekstura na całej dłoni z dodatkową teksturą na końcach palców. Długość rękawicy min. 240mm. AQL 1.0. Zgodne min. z normami: EN ISO 374-1*, EN 374-2*, EN 16523-1*, EN 374-4* oraz odporne na przenikanie bakterii, grzybów i wirusów zgodnie z EN ISO 374-5*. Odporne na min. 20 substancji chemicznych, w tym odporne na 90% alkohol izopropylowy min. na poziomie 1. Zarejestrowane jako wyrób medyczny klasy I i środek ochrony indywidualnej kat. III. Dopuszczone do kontaktu z żywnością. Pozbawione dodatków chemicznych: MBT, ZMBT, BHT, BHA, TMTD. Pakowane w opakowania 100 sztuk z kolorystycznym rozróżnieniem w zależności od rozmiaru. Rozmiary: L,	
80	Rękawice diagnostyczne nitylowe, bezpudrowe, niesterylne, chlorowane i polimeryzowane od wewnątrz, polimeryzowane na zewnątrz, mikrotekstura na całej dłoni z dodatkową teksturą na końcach palców. Długość rękawicy min. 240mm. AQL 1.0. Zgodne min. z normami: EN ISO 374-1*, EN 374-2*, EN 16523-1*, EN 374-4* oraz odporne na przenikanie bakterii, grzybów i wirusów zgodnie z EN ISO 374-5* Odporne na min. 20 substancji chemicznych, w tym odporne na 90% alkohol izopropylowy min. na poziomie 1. Zarejestrowane jako wyrób medyczny klasy I i środek ochrony indywidualnej kat. III. Dopuszczone do kontaktu z żywnością. Pozbawione dodatków chemicznych: MBT, ZMBT, BHT, BHA, TMTD. Pakowane w opakowania 100 sztuk z kolorystycznym rozróżnieniem w zależności od rozmiaru. Rozmiary: XL	
81	Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych ch 6, dł. 40cm	
82	Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych ch 8, dł. 40cm	
83	Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych ch 10, dł. 40cm	
84	Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych ch 12, dł. 50-60cm	
85	Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych ch 14, dł. 50-60cm	
86	Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych ch 16, dł. 50-60cm	
87	Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych ch 18, dł. 50-60cm	
88	Zgłębnik żołądkowy CH 6, dł. 800- 1250 mm	
89	Zgłębnik żołądkowy CH 8, dł. 800- 1250 mm	
90	Przedłużacz do pompy infuzyjnej 150 cm sterylny	

91	Cewnik do karmienia CH 6 sterylne	
92	Cewnik do karmienia CH 8 sterylne	
93	Worek na wymiociny o pojemności 1000ml, podziałka co 50ml, od 50ml do 1000ml, skala numeryczna 50ml oraz co 100ml do 1000ml. Pomocnicza ukośna skala numeryczna co 10ml od 10ml do 100ml. Przezroczysty, wyposażony w zastawkę antyrefluksyjną uniemożliwiającą wydostanie się zapachu i treść oraz wyprofilowany tekturowy uchwyt w kształcie maski z wycięciem umożliwia zamknięcie worka	
94	Tampon z waty celulozowej (10 warstwowej) 40mm x 50mm (2x500szt.)	
95	Tupfer z gazy 17 nitkowej bez nitki RTG rozmiar 20x20 opakowanie 250sztu.	
96	Wziernik j.u.do otoskopu plastikowy rozmiar 4,5mm	
97	Wziernik j.u. do otoskopu plastikowy rozmiar 2,5mm	
98	Staza j.u op. 25szt.z graficzną instrukcją na opakowaniu	
54	Tampon donosowy - gotowy do użycia opatrunek wykonany z rozprężalnej gąbki poliwinylowej, ze sznurkiem oraz gazą hemostatyczną. Rozmiar 5,5cm x 2cm x 1,5cm. Sterylny, pakowany pojedynczo. Opakowanie 10szt.	
55	Nakłuwacz jednorazowy -Nakłuwacz do nakłuwania palca - bezpieczny, automatyczny. Rozmiary: 1,8mm - głębokość nakłucia (igła 23G) oraz 2,4mm - głębokość nakłucia (igła 21G) z barwnym kodem określającym głębokość wklucia (a 100szt). Sterylizowany radiacyjnie.	
56	Strzykawka trzyczęściowa 3ml z zakończeniem luer-lock z czytelną i trwałą skalą co 0,1ml, kontrastujący tłok w kolorze zielonym, gumowa część tłoka z podwójnym uszczelnieniem, kryza ograniczająca, zabezpieczająca przed przypadkowym wysunięciem tłoka. Nazwa strzykawki oraz logo producenta umieszczone na korpusie. Bez zawartości lateksu i ftalanów. Jednorazowego użytku. Sterylna, pakowana pojedynczo. Pakowana w opakowania po 100szt.	
57	Przyrząd do podawania leków w postaci aerozolu do błony śluzowej nosa. Miękki, stożkowy korek zapobiega wyciekaniu płynu z nozdrza. Niewielki rozmiar cząsteczek (30 - 100 µm) umożliwia szybkie wchłanianie leków przez błonę śluzową. Do stosowania wyłącznie ze strzykawką z końcówką luer-lock. Opakowanie 25 sztuk	
58	Chusta trójkątna, włókninowa, niejałowa. Rozmiar 96 x 96 x 136cm.	
59	Opatrunek hemostatyczny w postaci kompresu nasączonego kaolinem – naturalnie występującym minerałem nieorganicznym, który wspomagający naturalny proces krzepnięcia krwi w organizmie, powodując szybki efekt hemostatyczny. Składnik kaolinowy, który wspomaga proces hemostazy nie zawiera żadnych szkodliwych substancji i jest klinicznie bezpieczną substancją – nie powoduje gorączki, alergii, niepożądanych reakcji czy też reakcji nadwrażliwości. (10 cm x 10 cm)	

60	Opatrunek okluzyjny typu Chest Seal przeznaczony do leczenia otwartych ran klatki piersiowej. 15cm x 15 cm	
61	Staza taktyczna typu Cat, umożliwiająca tamowanie krwotoków w sytuacji zranienia kończyn z masywnym krwawieniem tętniczym lub żylnym. System zamknięcia zabezpieczający przed przypadkowym rozpięciem w wyniku zahaczenia opaską o elementy otoczenia. Możliwość obsługi opaski jedną ręką.	
62	Strzykawka tuberkulinowa a' 1ml	
63	Pokrowiec jednorazowy na nosze z gumką, wykonany z włókniny polipropylenowej foliowanej o gramaturze min. 40g/m2 o wymiarach 80x190cm, pakowany po 5 szt	

Część nr 2 – Przyrządy do udrażniania dróg oddechowych

LP.	PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA	PRODUCENT, NAZWA, wielkość opakowania
1	2	3
1	Jednorazowa rurka krtaniowa (dwukanałowa) wykonana z PVC, z portem do sondy żołądkowej (kanał 10-18 Fr), rurka wentylacyjna zakończona łącznikiem standardowym 15mm, znacznik poziomu zębów na rurce, dwa mankiety uszczelniające: bliższy i dalszy, jeden przewód do pompowania obu mankietów, otwory wentylacyjne pomiędzy mankietami, rozmiary 0 (dla noworodków o masie ciała poniżej 5 kg) - kodowane kolorami, bez zawartości lateksu i ftalanów. W zestawie dodatkowo skalowana do rozmiarów strzykawka. Całość sterylna. Do zestawu dołączony oddzielnie antyzgryzak oraz elastyczna tasiemka mocującą.	
2	Jednorazowa rurka krtaniowa (dwukanałowa) wykonana z PVC, z portem do sondy żołądkowej (kanał 10-18 Fr), rurka wentylacyjna zakończona łącznikiem standardowym 15mm, znacznik poziomu zębów na rurce, dwa mankiety uszczelniające: bliższy i dalszy, jeden przewód do pompowania obu mankietów, otwory wentylacyjne pomiędzy mankietami, rozmiary 1 (dla dzieci o masie ciała 5-12 kg) - kodowane kolorami, bez zawartości lateksu i ftalanów. W zestawie dodatkowo skalowana do rozmiarów strzykawka. Całość sterylna. Do zestawu dołączony oddzielnie antyzgryzak oraz elastyczna tasiemka mocującą.	

3	Jednorazowa rurka krtaniowa (dwukanałowa) wykonana z PVC, z portem do sondy żołądkowej (kanał 10-18 Fr), rurka wentylacyjna zakończona łącznikiem standardowym 15mm, znacznik poziomu zębów na rurce, dwa mankiety uszczelniające: bliższy i dalszy, jeden przewód do pompowania obu mankietów, otwory wentylacyjne pomiędzy mankietami, rozmiary 2 (dla dzieci o wzroście 90-115 cm, masie ciała 12-25 kg) - kodowane kolorami, bez zawartości lateksu i ftalanów. W zestawie dodatkowo skalowana do rozmiarów strzykawka. Całość sterylna. Do zestawu dołączony oddzielnie antyzgryzak oraz elastyczna tasiemka mocująca.	
4	Jednorazowa rurka krtaniowa (dwukanałowa) wykonana z PVC, z portem do sondy żołądkowej (kanał 10-18 Fr), rurka wentylacyjna zakończona łącznikiem standardowym 15mm, znacznik poziomu zębów na rurce, dwa mankiety uszczelniające: bliższy i dalszy, jeden przewód do pompowania obu mankietów, otwory wentylacyjne pomiędzy mankietami, rozmiary 3 (dla pacjentów o wzroście do 155 cm) - kodowane kolorami, bez zawartości lateksu i ftalanów. W zestawie dodatkowo skalowana do rozmiarów strzykawka. Całość sterylna. Do zestawu dołączony oddzielnie antyzgryzak oraz elastyczna tasiemka mocująca.	
5	Jednorazowa rurka krtaniowa (dwukanałowa) wykonana z PVC, z portem do sondy żołądkowej (kanał 10-18 Fr), rurka wentylacyjna zakończona łącznikiem standardowym 15mm, znacznik poziomu zębów na rurce, dwa mankiety uszczelniające: bliższy i dalszy, jeden przewód do pompowania obu mankietów, otwory wentylacyjne pomiędzy mankietami, rozmiary 4 (dla pacjentów o wzroście do 155-180 cm) kodowane kolorami, bez zawartości lateksu i ftalanów. W zestawie dodatkowo skalowana do rozmiarów strzykawka. Całość sterylna. Do zestawu dołączony oddzielnie antyzgryzak oraz elastyczna tasiemka mocująca.	
6	Jednorazowa rurka krtaniowa (dwukanałowa) wykonana z PVC, z portem do sondy żołądkowej (kanał 10-18 Fr), rurka wentylacyjna zakończona łącznikiem standardowym 15mm, znacznik poziomu zębów na rurce, dwa mankiety uszczelniające: bliższy i dalszy, jeden przewód do pompowania obu mankietów, otwory wentylacyjne pomiędzy mankietami, rozmiary 5 (dla pacjentów o wzroście powyżej 180 cm) - kodowane kolorami, bez zawartości lateksu i ftalanów. W zestawie dodatkowo skalowana do rozmiarów strzykawka. Całość sterylna. Do zestawu dołączony oddzielnie antyzgryzak oraz elastyczna tasiemka mocująca.	
7	Maska Krtaniowa Żelowa I-GEL jednorazowego użytku, sterylna. Wyposażona w mankiet bez funkcji nadmuchiwania, kanał gastryczny, zintegrowany bloker zgryzu oraz stabilizator położenia. Wszystkie rozmiary masek i-gel w zależności od masy ciała pacjenta: nr 1 2-5 kg	
8	Maska Krtaniowa Żelowa I-GEL jednorazowego użytku, sterylna. Wyposażona w mankiet bez funkcji nadmuchiwania, kanał gastryczny, zintegrowany bloker zgryzu oraz stabilizator położenia. Wszystkie rozmiary masek i-gel w zależności od masy ciała pacjenta: nr 1,5 5-12 kg	
9	Maska Krtaniowa Żelowa I-GEL jednorazowego użytku, sterylna. Wyposażona w mankiet bez funkcji nadmuchiwania, kanał gastryczny, zintegrowany bloker zgryzu oraz stabilizator położenia.	

	Wszystkie rozmiary masek i-gel w zależności od masy ciała pacjenta: nr 2 10-25 kg	
10	Maska Krtaniowa Żelowa I-GEL jednorazowego użytku, sterylna. Wyposażona w mankiet bez funkcji nadmuchiwania, kanał gastryczny, zintegrowany bloker zgryzu oraz stabilizator położenia. Wszystkie rozmiary masek i-gel w zależności od masy ciała pacjenta: nr 2,5 25-35 kg	
11	Maska Krtaniowa Żelowa I-GEL jednorazowego użytku, sterylna. Wyposażona w mankiet bez funkcji nadmuchiwania, kanał gastryczny, zintegrowany bloker zgryzu oraz stabilizator położenia. Wszystkie rozmiary masek i-gel w zależności od masy ciała pacjenta: nr 3 Small 30-60 kg	
12	Maska Krtaniowa Żelowa I-GEL jednorazowego użytku, sterylna. Wyposażona w mankiet bez funkcji nadmuchiwania, kanał gastryczny, zintegrowany bloker zgryzu oraz stabilizator położenia. Wszystkie rozmiary masek i-gel w zależności od masy ciała pacjenta: nr 4 Medium 50-90 kg	
13	Maska Krtaniowa Żelowa I-GEL jednorazowego użytku, sterylna. Wyposażona w mankiet bez funkcji nadmuchiwania, kanał gastryczny, zintegrowany bloker zgryzu oraz stabilizator położenia. Wszystkie rozmiary masek i-gel w zależności od masy ciała pacjenta: nr 5 Large 90+ kg	
14	Rurka nosowo-gardłowa, jałowa, j.u. Rozm. 3	
15	Rurka nosowo-gardłowa, jałowa, j.u. Rozm. 4	
16	Rurka nosowo-gardłowa, jałowa, j.u. Rozm. 5	
17	Rurka nosowo-gardłowa, jałowa, j.u. Rozm. 6	
18	Rurka nosowo-gardłowa, jałowa, j.u. Rozm. 7	
19	Rurka nosowo-gardłowa, jałowa, j.u. Rozm. 8	
20	Rurka nosowo-gardłowa, jałowa, j.u. Rozm. 9	
21	Rurki intubacyjne z mankiem niskociśnieniowym, sterylne, rozmiar 6	
22	Rurki intubacyjne z mankiem niskociśnieniowym, sterylne, rozmiar 6,5	

23	Rurki intubacyjne z mankietem niskociśnieniowym, sterylne, rozmiar 7	
24	Rurki intubacyjne z mankietem niskociśnieniowym, sterylne, rozmiar 7,5	
25	Rurki intubacyjne z mankietem niskociśnieniowym, sterylne, rozmiar 8	
26	Rurki intubacyjne z mankietem niskociśnieniowym, sterylne, rozmiar 8,5	
27	Rurki intubacyjne z mankietem niskociśnieniowym, sterylne, rozmiar 9	
28	Rurki intubacyjne z mankietem niskociśnieniowym, sterylne, rozmiar 9,5	
29	Rurki intubacyjne bez mankieta, rozmiar 2	
30	Rurki intubacyjne bez mankieta, rozmiar 2,5	
31	Rurki intubacyjne bez mankieta, rozmiar 3	
32	Rurki intubacyjne bez mankieta, rozmiar 3,5	
33	Rurki intubacyjne bez mankieta, rozmiar 4	
34	Rurki intubacyjne bez mankieta, rozmiar 4,5	
35	Rurki intubacyjne bez mankieta, rozmiar 5	
36	Rurki intubacyjne bez mankieta, rozmiar 5,5	
37	Rurki ustno-gardłowe nr 4 Guedela sterylne	
38	Rurki ustno-gardłowe nr 5 Guedela sterylne	
39	Rurki ustno-gardłowe nr 0 Guedela sterylne	
40	Rurki ustno-gardłowe nr 1 Guedela sterylne	
41	Rurki ustno-gardłowe nr 2 Guedela sterylne	
42	Rurki ustno-gardłowe nr 3 Guedela sterylne	
43	Prowadnica do rurek intubacyjnych Bougie roz. 10 dł. 700mm	
44	Prowadnica do rurek intubacyjnych Bougie roz. 10 dł. 800mm	
45	Prowadnica do rurek intubacyjnych Bougie roz. 15 dł. 700mm	
46	Prowadnica do rurek intubacyjnych Bougie roz. 15 dł. 800mm	
47	Prowadnica do rurek intubacyjnych Bougie roz. 6 dł. 535mm	
48	Prowadnica do rurek intubacyjnych (różne rozm. 6 Fr - śr.2,0mm) sterylne	

49	Prowadnica do rurek intubacyjnych (różne rozm. 10Fr - śr.3,3mm, sterylna	
50	Prowadnica do rurek intubacyjnych (różne rozm.14Fr - śr.4,7mm) sterylna	
51	Stabilizator do rurek intubacyjnych wyściełany od wewnątrz miękką gąbką. Posiadający regulowany śrubą uchwyt umożliwiający stabilizację rurek, gryzak zapobiegający przygryzaniu rurki, dodatkowy otwór umożliwiający odsysanie, uniwersalne rzepy umożliwiające szybkie i skuteczne umocowanie stabilizatora wokół głowy. Jałowy. Dostępny w dwóch wersjach z mocowaniem poziomym lub pionowym [zamawiany zależnie od potrzeb Zamawiającego]	
52	Filtr wymiennik ciepła i wilgoci do rurki tracheostomijnej	

Część nr 3 – Elektrody EKG

LP.	PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA	PRODUCENT, NAZWA, wielkość opakowania
1	2	3
1	Elektrody piankowe hydrożelowe pediatryczne, o wymiarach 30x24mm	
2	Elektroda EKG, jednorazowego użytku dla dorosłych, podłoże z pianki PE, żel ciekły, czujnik AgCl, o wymiarach 43x51mm,	

Część nr 4 – Zestaw do punkcji

LP.	PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA	PRODUCENT, NAZWA, wielkość opakowania
1	2	3

1	Zestaw do punkcji opłucnej z zastawką przeciwwrotną. W składzie: worek 2000ml z zastawką przeciwwrotną wraz z zaworem spustowym, strzykawką trzyczęściowa 60ml, dreny łączące, 3 igły (14G, 16G, 19G) O dł. 80mm. Zestaw sterylny.	
2	Igła do odbarczania odmy przeźnej 2,1 x 83mm.	

Część nr 5 – Elektrody kompatybilne z Zoll

	PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA	PRODUCENT, NAZWA, wielkość opakowania
1	2	3
2	Elektroda do defibrylatora, kompatybilna z ZOLL X, kpl 2 szt (kabel na zewnątrz opakowania)	

Część nr 6 - Elektrody kompatybilne z Lifepack

LP.	PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA	PRODUCENT, NAZWA, wielkość opakowania
1	2	3
1	Elektroda do defibrylatora, kompatybilna z Lifepack 15, kpl 2 szt (kabel na zewnątrz opakowania)	

Część nr 7 – Zestaw do wentylacji oddechowej

LP.	PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA	PRODUCENT, NAZWA, wielkość opakowania
1	2	3
1	<p>Wielorazowy resuscytator silikonowy W skład zestawu wchodzi: - resuscytator silikonowy - maska anestetyczna silikonowa - rezerwuar tlenu - przewód tlenowy - walizka transportowa</p>	
2	Wielorazowa maska silikonowa rozm. 1	
3	Wielorazowa maska silikonowa rozm. 2	
4	Wielorazowa maska silikonowa rozm. 3	
5	Wielorazowa maska silikonowa rozm. 4	
6	Wielorazowa maska silikonowa rozm. 5	

Część nr 8 – Środki do dezynfekcji

LP.	PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA	PRODUCENT, NAZWA, wielkość opakowania
1	2	3
1	<p>Chusteczki do szybkiej dezynfekcji nieinwazyjnych wyrobów medycznych, inkubatorów, oraz wyrobów medycznych Kompatybilny ze szkłem, ceramiką, silikonem, plastikiem, PCV, akrylem, polimerem, poliwęglanem, polistyrenem, HDPE, stalą nierdzewną i materiałami porcelanowymi. Na bazie nadtlenu wodoru, wykazujący spektrum bójcze B, F, V (Polio, Adeno, Noro), Tbc, S w czasie 1 min. Przebadany zgodnie z EN w tym EN 16615* oraz EN 17126*. Postać: flow pack 200 z klipsem</p>	

2	Preparat w postaci piany do szybkiej dezynfekcji nieinwazyjnych wyrobów medycznych, inkubatorów, oraz wyrobów medycznych Kompatybilny ze szkłem, ceramiką, silikonem, plastikiem, PCV, akrylem, polimerem, poliwęglanem, polistyrenem, HDPE, stalą nierdzewną i materiałami porcelanowymi. Na bazie nadtlenu wodoru, wykazujący spektrum bójcze B, F, V (Polio, Adeno, Noro) , Tbc, S w czasie 1 min. Przebadany zgodnie z EN w tym EN 16615* oraz EN 17126*. Postać: butelka 750 ml ze spryskiwaczem	
3	Preparat w postaci piany do szybkiej dezynfekcji nieinwazyjnych wyrobów medycznych, inkubatorów, oraz wyrobów medycznych Kompatybilny ze szkłem, ceramiką, silikonem, plastikiem, PCV, akrylem, polimerem, poliwęglanem, polistyrenem, HDPE, stalą nierdzewną i materiałami porcelanowymi. Na bazie nadtlenu wodoru, wykazujący spektrum bójcze B, F, V (Polio, Adeno, Noro) , Tbc, S w czasie 1 min. Przebadany zgodnie z EN w tym EN 16615* oraz EN 17126*. Postać: Kanister 5L	
4	Gotowe do użycia bezalkoholowe chusteczki, przeznaczone do mycia i dezynfekcji powierzchni oraz wyrobów medycznych wrażliwych na działanie alkoholu (w tym plexiglas, głowice USG). Na bazie chlorku didecyldimetyloamoniowego, niezawierające w składzie alkoholu, aldehydów, związków nadtlenujących, niepozostawiające smug na powierzchniach, o szerokim spektrum działania: B, F (C. albicans) V (HIV, HBV HCV, Vaccinia, BVDV, Noro) do 1 minuty, Tbc do 2 minut. Przebadane dodatkowo wg normy 16615. Minimalny wymiar pojedynczej chusteczki 267cmx210mm. Postać: flow pack 200 z klipsem	

* lub równoważne rozwiązania (normy, wytyczne), które pokrywają się w zakresie wymagań z przytoczoną normą

Część nr 9 –Wyroby do zaopatrzenia amputowanych części ciała

LP.	PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA	PRODUCENT, NAZWA, wielkość opakowania
1	2	3
1	suchy lód woreczek/saszetka 200 g	
2	sterylny worek do amputowanych części ciała co najmniej wymiar 1200x500 mm (+/- 100 mm) (dotyczy całej kończyny dolnej)	
3	sterylny worek do amputowanych części ciała wymiar minimum 350x800 mm (+/-100 mm) (dotyczy całej kończyny górnej)	
4	sterylny worek do amputowanych części ciała wymiar minimum 400x350 mm (+/- 100 mm) (dotyczy dłoni)	
5	sterylny worek do amputowanych części ciała wymiar minimum 300x300 mm (+/- 100mm) (dotyczy palca)	

Część nr 10 – Różne produkty medyczne

LP.	PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA	PRODUCENT, NAZWA, wielkość opakowania
1	2	3
1	Dren łączący do odssynia wykonany z elastycznego PCV, specjalne wzmocnienia wzdłuż drenu zapobiegające zaginaniu oraz zasysaniu drenu, zakończenie lejek-lejek, rozmiary: CH 24 oraz CH 30 długość 210 - 300 cm, jałowy, pakowany podwójnie tj. opakowanie foliowe wewnętrzne, papier-folia opakowanie zewnętrzne.	
2	łącznik do drenów schodkowy z możliwością kontrolowanego odsysania, jednorazowy, jałowy	
3	Staza automatyczna	
4	Wkład workowy 1l jednorazowego użytku z trwale dołączoną pokrywą, przeznaczony do zbiórki odsysanej wydzieliny. Uszczelniany automatycznie po włączeniu ssania bez konieczności wciskania wkładu na kanister, z zastawką zapobiegającą wypływowi wydzieliny do źródła próżni, posiadający w pokrywie tylko jeden króciec łączący schodkowy.	

JEDNOLITE OŚWIADCZENIE WYKONAWCY Z ART. 125 UST. 1 - (JOW)

Część I: Informacje dotyczące zamawiającego oraz postępowania o udzielenie zamówienia.

Numer ogłoszenia w BZP: 2026/BZP 00151644/01 z dnia 2026-03-12

INFORMACJE NA TEMAT POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

ZAMAWIAJĄCY	
PEŁNA Nazwa (<i>firma, adres</i>):	Radomska Stacja Pogotowia Ratunkowego w Radomiu ul. Tochtermana 1 26-600 Radom
Postępowanie o udzielenie zamówienia na: <i>(Tytuł postępowania podany w BZP)</i>	Zakup i dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla potrzeb Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Radomiu.
Numer referencyjny nadany sprawie przez zamawiającego <i>(należy się posługiwać w każdej korespondencji w danym postępowaniu):</i>	RSPR/TP/4-D/2026

Wszystkie pozostałe informacje we wszystkich sekcjach OŚWIADCZENIA z art. 125 ust. 1 wypełnia WYKONAWCA.

Część II: Informacje dotyczące wykonawcy

A: INFORMACJE NA TEMAT WYKONAWCY

Identyfikacja:	Odpowiedź:
Pełna nazwa wykonawcy; <i>(należy podać nazwę firmy)</i>	
W zależności od podmiotu: <i>NIP/PESEL, KRS/ CEiDG</i> <i>(podać właściwy numer oraz zarejestrowaną formę prawną wraz z jej numerem)</i>	
Adres siedziby:	
Osoba lub <u>osoby wyznaczone do kontaktów:</u> Telefon: Adres e-mail: Adres internetowy (adres www) <i>(jeżeli dotyczy):</i> <i>(dane osób należy powtórzyć tyle razy ile jest to konieczne)</i>	[.....] [.....] [.....] [.....]
Czy wykonawca jest: [...] mikroprzedsiębiorstwem [....] małym [...] średnim przedsiębiorstwem ¹ (...) jednoosobowa działalność [...] osoba fizyczna nieprowadząca działalności	

¹ Por. zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36). Te informacje są wymagane wyłącznie do celów statystycznych.

Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR.
Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR.
Średnie przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.

[...] inny rodzaj <i>(odpowiednie zaznaczyć „x” do celów statystycznych)</i>	
OFERTA WSPÓLNA	Odpowiedź:
Wykonawca bierze udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia wspólnie z innymi wykonawcami (<i>np. konsorcjum, spółka cywilna</i>)	[...] Tak; [...] Nie
Jeżeli tak , proszę dopilnować, aby pozostali <u>uczestnicy oferty wspólnej</u> przedstawili swoje OŚWIADCZENIA z art. 125 ust. 1 stosownie do informacji dot. części II; III oraz IV w zakresie w jakim wykazuje dany partner warunek udziału w postępowaniu.	
Jeżeli tak: a) Proszę wskazać rolę wykonawcy w grupie (<i>np. - lider, odpowiedzialny za określone zadania; partner itd.</i>): b) Proszę wskazać pozostałych wykonawców biorących wspólnie udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia (<i>firma: nazwa, adres- należy powtórzyć tyle razy ile firm wchodzi w skład konsorcjum, spółka cywilna</i>): c) W stosownych przypadkach nazwa grupy biorącej udział (<i>jeżeli wykonawcy przyjęli nazwę własną/wspólna dla tego działania</i>):	a): [.....] b): [.....] c): [.....]
Części zamówienia - ZADANIE	Odpowiedź:
Wskazanie nr zadania w odniesieniu do której (których) wykonawca zamierza złożyć ofertę.	[]

B: INFORMACJE NA TEMAT PRZEDSTAWICIELI WYKONAWCY

W stosownych przypadkach proszę podać imię i nazwisko (imiona i nazwiska) oraz adres(-y) osoby (osób) upoważnionej(-ych) do reprezentowania wykonawcy na potrzeby niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia (należy powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne i wynika z dokumentów rejestrowych firmy)

Osoby upoważnione do reprezentowania, o ile istnieją:		Odpowiedź:
1.	Imię i nazwisko,	[.....] [.....]
2	Stanowisko/Działający(-a) jako:	[.....]
3	Adres pocztowy Firmy:	[.....]
4	Telefon:	[.....]
5	Adres e-mail:	[.....]

D: INFORMACJE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCÓW, NA KTÓRYCH ZDOLNOŚCI WYKONAWCA NIE POLEGA

Podwykonawstwo:	Odpowiedź:
Czy wykonawca zamierza zlecić osobom trzecim podwykonawstwo jakiegokolwiek części zamówienia?	[...] Tak [...] Nie Jeżeli tak , należy podać wykaz proponowanych podwykonawców o ile są mu znani: [...]

Jeżeli **tak**, proszę przedstawić informację dla **każdego** z podwykonawców, każdej kategorii podwykonawców, których to dotyczy – OŚWIADCZENIEM z art. 125 ust. 1, uwzględniającym informacje na temat podwykonawcy w zakresie jakim obejmuje także wykonawcę (część II, A, B oraz część III), **jeżeli zamawiający wymagał tego w SWZ** (art. 462 ust. 5).

Część III: Obligatoryjne podstawy wykluczenia

A: PODSTAWY ZWIĄZANE Z WYROKAMI SKAZUJĄCYMI ZA PRZESTĘPSTWO

W art. 108 ust. 1 pkt 1 – 6 ustawy Prawo zamówień publicznych określono podstawy obligatoryjnego wykluczenia wykonawcy.

Podstawy wykluczenia związane z wyrokami skazującymi za przestępstwo na podstawie przepisów art. 108 ust. 1 pkt 1 od a) do h) oraz pkt 2	Odpowiedź:
<p>1) Czy wykonawcę będącego osobą fizyczną, prawomocnie skazano za przestępstwo:</p> <p>a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego,</p> <p>b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,</p> <p>c) o którym mowa w art. 228–230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2024r. poz. 1488 ze zm.) lub w art. 54 ust. 1-4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 907 ze zm.) ;</p> <p>d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego,</p> <p>e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa,</p> <p>f) powierzenie wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. u. z 2021r. poz. 1745 ze zm.),</p> <p>g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296–307 Kodeksu karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270–277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe,</p> <p>h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej</p> <p>– lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego</p> <p>2) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 1;</p>	<p>[...] Tak [...] Nie</p> <p>Czy stosowne podmiotowe środki dowodowe są dostępne w formie elektronicznej?</p> <p>[...] Tak [...] Nie</p> <p>Jeżeli tak, proszę wskazać: (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji):</p> <p>.....</p>
<p>Jeżeli tak, proszę podać (tyle razy ile to jest konieczne):</p> <p>a) datę wyroku, określić, których podstaw wykluczenia wskazanych wyżej on dotyczy, oraz podać powód(-ody) skazania;</p> <p>b) wskazać, kto został skazany [];</p> <p>c) w zakresie, w jakim zostało to bezpośrednio ustalone w wyroku:</p>	<p>a) data: [], punkt(-y): [], powód(-ody): []</p> <p>b) [.....]</p> <p>c) długość okresu wykluczenia [.....] oraz artykuł(-u) [.....], artykuł(-ów)[.....] to dotyczy.</p> <p>Czy odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej</p> <p>[...] Tak, [...] Nie</p> <p>Jeżeli tak, proszę wskazać: (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji):</p> <p>[.....][.....][.....][.....]²</p>
<p>W przypadku skazania, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu wykazania swojej rzetelności pomimo istnienia odpowiedniej podstawy wykluczenia („samooczyszczenie”)?</p>	<p>[...] Tak [...] Nie</p>
<p>Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki posiłkując się wskazanymi przykładowo walorami w art. 110 ust. 2 z uwzględnieniem art. 111</p>	<p>[.....]</p>

² Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

B: PODSTAWY ZWIĄZANE Z PŁATNOŚCIĄ PODATKÓW LUB SKŁADEK NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE

Płatność podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne wskazane w art. 108 ust. 1 pkt 3):	Odpowiedź:	
3) Czy wobec wykonawcy, wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;	<p>[...] Tak [...] Nie</p> <p><i>(wypełnienie informacji w wierszu 2- dotyczy sytuacji, gdy wykonawca nie wywiązał się z obowiązków płatności:</i></p>	
<p>Jeżeli TAK, proszę wskazać:</p> <p>a) państwo lub państwo członkowskie, którego to dotyczy;</p> <p>b) jakiej kwoty to dotyczy?</p> <p>c) w jaki sposób zostało ustalone to naruszenie obowiązków:</p> <p>1) w trybie decyzji sądowej lub administracyjnej:</p> <p align="center">Czy ta decyzja jest ostateczna i wiążąca?</p> <p>– Proszę podać datę wyroku lub decyzji.</p> <p>– W przypadku wyroku, o ile została w nim bezpośrednio określona, długość okresu wykluczenia:</p> <p>2) w inny sposób? Proszę sprecyzować, w jaki:</p> <p>d) Czy wykonawca spełnił lub spełni swoje obowiązki, dokonując płatności należnych podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne, lub też zawierając wiążące porozumienia w celu spłaty tych należności, obejmujące w stosownych przypadkach narosłe odsetki lub grzywny?</p>	<p>Podatki</p>	<p>Składki na ubezpieczenia społeczne</p>
	<p>a) [...]]</p> <p>b) [...]]</p> <p>c1) [...] Tak [...] Nie</p> <p>[...] Tak [...] Nie</p> <p>– [...]]</p> <p>– [...]]</p> <p>c2) [...]</p> <p>d) [...] Tak [...] Nie</p> <p>Jeżeli tak, proszę podać Szczegółowe informacje na ten temat: [...]</p>	<p>a) [...]]</p> <p>b) [...]]</p> <p>c1) [...] Tak [...] Nie</p> <p>[...] Tak [...] Nie</p> <p>– [...]]</p> <p>– [...]]</p> <p>c2) [...]]</p> <p>d) [...] Tak [...] Nie</p> <p>Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: [...]</p>
Podstawy wykluczenia na podstawie przepisów art. 108 ust. 1 pkt 4-6	Odpowiedź:	
4) Czy wobec wykonawcy prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publicznego;	[...] Tak [...] Nie	
<p>Jeżeli TAK, proszę podać (tyle razy ile to jest konieczne):</p> <p>a)</p>	<p>a) data: [], punkt(-y): [], powód(-ody): []</p> <p>b) [...]</p> <p>c) długość okresu wykluczenia [...] oraz artykuł(-u) [...], artykuł(-ów)[...] to dotyczy.</p> <p>Czy odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej</p> <p>[...] Tak, [...] Nie</p> <p>Jeżeli tak, proszę wskazać: (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji):</p> <p>[...][...][...][...]³</p>	
5) Czy wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w szczególności, jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu?	[...] Tak [...] Nie	

³ Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

[Wykonawca oświadcza, że powyższa przesłanka wykluczenia nie zachodzi Zaznacza „NIE” jeżeli jest w stanie wykazać, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie;]	
6) Czy wykonawca brał udział w konsultacjach rynkowych, doradzał lub w inny sposób był zaangażowany w przygotowanie postępowania o udzielenie tego zamówienia, doszło do zakłócenia konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania wykonawcy lub podmiotu, który należy z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2024r. poz. 1616 ze zm.),	[...] Tak [...] Nie
Jeżeli TAK, proszę podać	a) data: [], punkt(-y): [], powód(-ody): []

D: INNE PODSTAWY WYKLUCZENIA

Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 – o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 514) z postępowania wyklucza się:	Oświadczam, że - nie podlegam/ - podlegam wykluczeniu
1. wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;	Podlegam/ nie podlegam*
2. wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. u. z 2025r. poz. 644) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;	Podlegam/ nie podlegam*
3. wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2023 r. poz. 120, 295 i 1598 oraz z 2024 r. poz. 619, 1685 i 1863), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.	Podlegam/ nie podlegam*
Lista osób i podmiotów (lista), wobec których są stosowane środki, o których mowa w pkt 1, jest prowadzona przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych i publikowana w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej ministra właściwego do spraw wewnętrznych https://www.gov.pl/web/mswia/lista-osob-i-podmiotow-objetych-sankcjami .	

*odpowiednie skreślić

** stosowne oświadczenie zamawiający może żądać na każdym etapie realizacji zamówienia (składania ofert, przed podpisaniem umowy, w trakcie realizacji zamówienia – po podpisaniu umowy)

Część IV: warunki udziału

OGÓLNE OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE WSZYSTKICH WARUNKÓW UDZIAŁU

Wykonawca wypełnia to pole w przypadku, gdy zamawiający wskazał w ogłoszeniu lub/ i w SWZ, że wykonawca może ograniczyć się do wypełnienia tej sekcji w części IV i nie musi wypełniać żadnej z pozostałych sekcji w części IV:

Spełnienie wszystkich wymaganych warunków udziału w postępowaniu	Odpowiedź
Spełnia warunki określone w ogłoszeniu i SWZ:	[...] Tak [...] Nie

Część V: Oświadczenia końcowe

Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie oświadcza(-ją), że informacje podane powyżej w częściach II–IV są dokładne i prawidłowe oraz że zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji poważnego wprowadzenia w błąd.

Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie oświadcza(-ją), że jest (są) w stanie, na żądanie i bez zwłoki, przedstawić zaświadczenia i inne rodzaje dowodów w formie dokumentów, z wyjątkiem przypadków, w których:

- Zamawiający ma możliwość uzyskania odpowiednich dokumentów potwierdzających bezpośrednio za pomocą bezpłatnej krajowej bazy danych

Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie wyraża(-ją) zgodę na to, aby Zamawiający: Radomska Stacja Pogotowia Ratunkowego w Radomiu uzyskał(-a)(-o) dostęp do dokumentów potwierdzających informacje, które zostały przedstawione w [wskazać część/sekcję/punkt(-y), których to dotyczy] niniejszego Oświadczenie Wykonawcy, na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia [określić postępowanie o udzielenie zamówienia: **Zakup i dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla potrzeb Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Radomiu**, RSPR/TP/4-D/2026 (nazwa nadana przez zamawiającego, adres publikacyjny w BZP, numer referencyjny)].

Data, miejscowość oraz – jeżeli jest to wymagane lub konieczne – podpis(-y): [.....

Projektowane postanowienia umowy
Zakup i dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla potrzeb Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Radomiu

Zawartej w dniu2026 roku w Radomiu

Radomską Stacją Pogotowia Ratunkowego w Radomiu, ul. Tochtermana 1, 26-600 Radom, zarejestrowaną w Rejestrze Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej przez Sąd Rejonowy Lublin Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000096809, NIP: 948-166-86-43, REGON 670206286, zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez:

mgr Elżbietę Cieślak – Dyrektora Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Radomiu,
zwany dalej **Zamawiającym**,

a,
zwanym dalej **Wykonawcą**, reprezentowanym przez

.....
zwanymi dalej Stronami, na podstawie przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu unijnego określonego w art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2024 poz. 1320 ze zm.), prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie **art. 275 pkt 1** ustawy Pzp. pn. **Zakup i dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla potrzeb Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Radomiu**, strony zawierają umowę o następującej treści:

§ 1.

Przedmiot umowy, okres obowiązywania

1. Na podstawie Umowy Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu i przenieść na Zamawiającego własność towarów będących przedmiotem umowy, a Zamawiający zobowiązuje się towar odebrać i zapłacić Wykonawcy cenę za jego dostarczenie.
2. Termin realizacji umowy: przez okres 12 miesięcy od daty podpisania umowy.
3. Zamawiający będzie zamawiał towar sukcesywnie w ilościach uzależnionych od aktualnych potrzeb.
4. Nie zamówienie towaru w danym miesiącu nie jest w żadnym wypadku odstępniem od umowy w całości lub w części.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewykorzystania przedmiotu umowy w danej części do wysokości 30% wartości określonej w umowie. Niewykorzystanie przedmiotu umowy przez Zamawiającego na powyższych zasadach nie będzie traktowane jako nienależyte wykonanie umowy. Z powyższego tytułu nie będą przysługiwały Wykonawcy jakiegokolwiek roszczenia odszkodowawcze wobec Zamawiającego.
6. Stopień realizacji umowy w ramach poszczególnych pozycji uzależniony będzie od aktualnych potrzeb wynikających z działalności Zamawiającego.
7. Integralną część umowy stanowi Specyfikacja Warunków Zamówienia i wybrana oferta.

§ 2.

Warunki dostawy

1. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania dostaw częściowego przedmiotu umowy, na podstawie składanych zamówień, w ciągu 2 dni roboczych (za dzień roboczy uważa się każdy dzień tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni świątecznych oraz dni ustawowo wolnych od pracy) od

chwili otrzymania zamówienia e-mailem lub telefonicznie, złożonego ze strony Zamawiającego przez magazyn apteczny, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. W szczególnych wypadkach Zamawiający może złożyć zamówienie oznaczone jako „zamówienie pilne”. Termin dostawy takiego zamówienia wynosi 12 godzin od złożenia zamówienia e-mailem lub telefonicznie.
3. Wykonawca zobowiązuje się do ciągłego reagowania na zwiększone lub zmniejszone potrzeby Zamawiającego w zakresie dostaw poszczególnych elementów przedmiotu zamówienia.
4. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć towar i rozładować na swój koszt w siedzibie Zamawiającego, tj. magazynie aptecznym (od poniedziałku do piątku) w godz. 8.00 do 15.00. W przypadku zamówień, o których mowa w § 2 ust. 2 jeżeli dostawa wypadnie poza godzinami pracy magazynu aptecznego, Zamawiający wskaże w zamówieniu miejsce dostawy leku.
5. Wymagana jest zgodność serii, daty ważności na fakturze i w dostawie.
6. Wykonawca zobowiązuje się do powiadamiania e-mailem lub telefonicznie o realizacji zamówienia, w przypadku zamówienia częściowego do godz. 10:00 dnia następnego od dnia złożenia przez Zamawiającego zamówienia e-mailem lub telefonicznie, a w przypadku zamówienia pilnego w ciągu 1 godz. od złożenia przez Zamawiającego zamówienia e-mailem lub telefonicznie.
7. W przypadku realizacji dostawy częściowej w części tzn. kiedy Wykonawca w całości nie przyśle zamówionego towaru w ramach dostawy częściowej, Wykonawca zobowiązany jest do przekazania informacji drogą email-ową lub telefonicznie, które towary zostaną przesłane w późniejszym terminie oraz określenia terminu dostawy.
8. W przypadku wystąpienia sytuacji, o której mowa w ust. 7, gdzie zaproponowany termin dostawy częściowej jest niemożliwy do zaakceptowania przez Zamawiającego z uwagi na bezpieczeństwo pacjentów oraz w przypadku nie zrealizowania zamówienia w terminie o którym mowa w ust. 1 lub 2 lub niedostarczenia asortymentu wolnego od wad, o którym mowa w § 4 ust. 2, w terminie. Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zakupu zastępczego niedostarczonego asortymentu u innego Wykonawcy w ilości nie zrealizowanej w terminie dostawy częściowej.
9. O wdrożeniu procedury określonej w ust. 8, Zamawiający powiadomi niezwłocznie Wykonawcę drogą elektroniczną.
10. W przypadku zakupu zastępczego, o którym mowa w ust. 8, zmniejsza się wartość przedmiotu umowy o wartość tego zakupu.
11. W przypadku zakupu zastępczego, o którym mowa w ust. 8, Wykonawca zobowiązany jest do zwrotu Zamawiającemu różnicy pomiędzy ceną zakupu zastępczego i ceną wynikającą z umowy oraz innych uzasadnionych kosztów powstałych w wyniku konieczności dokonania zakupu zastępczego. Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia związane z ceną zakupu zastępczego. Powyższe nie wyłącza obowiązku zapłaty kary umownej przez Wykonawcę zgodnie z § 8 ust. 1 pkt. 1) umowy.
12. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu przedmiot zamówienia z terminami ważności nie krótszymi niż 12 miesięcy licząc od dnia dostawy. W przypadku dostarczenia przez Wykonawcę towarów o terminie ważności krótszym niż 12 m-cy bez zgody Zamawiającego, Zamawiającemu przysługuje prawo do zwrotu towaru na koszt Wykonawcy w terminie 7 dni od dnia dostawy. W przypadku konieczności zwrotu zakupionego towaru, Zamawiający udostępni kopię rejestru warunków przechowywania produktu w aptece, od dnia dostawy do dnia zwrotu towaru.
13. Wykonawca ma obowiązek przedstawienia na każde żądanie Zamawiającego aktualnych dokumentów potwierdzających dopuszczenie do obrotu i używania zgodnie z Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022 r. /t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1620/. Nie dotyczy części nr 8.
14. Osobą odpowiedzialną ze strony Zamawiającego za realizację umowy jest Elżbieta Bulińska – Magazyn Apteczny, tel. (48) 362-48-47, e-mail: apteka@pogotowie.radom.pl (w zakresie części nr 1-4), Dorota Kowalska, tel. (48) 362-48-47, e-mail: magazyn.med@pogotowie.radom.pl
15. Osobą odpowiedzialną ze strony Wykonawcy za realizację umowy jest tel.

16. W przypadku stwierdzenia braków ilościowych Zamawiający niezwłocznie powiadomi o tym Wykonawcę, który dostarczy towar w ciągu 3 dni roboczych (za dzień roboczy uważa się każdy dzień tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni świątecznych oraz dni ustawowo wolnych od pracy) od chwili powiadomienia.
17. Dostarczenie nowego przedmiotu umowy nastąpi na koszt i ryzyko Wykonawcy.

§ 3.

Wydanie towaru, ubezpieczenie i transport

1. Za dzień wydania towaru Zamawiającemu uważa się dzień, w którym towar został odebrany przez Zamawiającego.
2. Wykonawca zapewni takie opakowanie towaru, jakie jest wymagane, aby nie dopuścić do jego uszkodzenia lub pogorszenia jego jakości w trakcie transportu do Miejsca Dostawy.
3. Rodzaj i jakość wymaganego opakowania określają stosowne normy techniczne, a w przypadku braku takich norm, wszelkie znane Wykonawcy okoliczności dotyczące warunków transportu towaru do Miejsca Dostawy oraz warunków, jakich można się spodziewać w Miejscu Dostawy.
4. Do towaru Wykonawca dołączy fakturę oraz ulotkę dotyczącą magazynowania i przechowywania towaru.
5. Dostarczenie przedmiotu zamówienia winno zawierać:
 - 1) ulotkę w języku polskim, zgodnie z Ustawą o języku polskim (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 81) zawierającą wszystkie niezbędne dla bezpośredniego użytkownika informacje
 - 2) właściwe oznaczenie zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa,
 - 3) opakowanie, które chronić będzie przed ubytkiem czy uszkodzeniem. Sposób pakowania i przewozu powinien odpowiadać właściwościom towaru.
 - 4) instrukcję w języku polskim dotyczącą magazynowania i przechowywania towaru.

§ 4.

Gwarancje, reklamacje, rękojmia za wady

1. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady fizyczne dostarczanego towaru.
2. Przez wadę fizyczną rozumie się w szczególności jakąkolwiek niezgodność towaru z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SWZ, każdą usterkę lub braki, które powodują, że nie ma on właściwości, o których istnieniu Wykonawca zapewnił Zamawiającego w ofercie, a które nie są możliwe do ich stwierdzenia w chwili odbioru.
3. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady prawne dostarczonego towaru, w tym również za ewentualne roszczenia osób trzecich wynikające z naruszenia praw własności intelektualnej lub przemysłowej, w tym praw autorskich, patentów, praw ochronnych na znaki towarowe oraz praw z rejestracji na wzory użytkowe i przemysłowe, pozostające w związku z wprowadzeniem towaru do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
4. Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu, że dostarczony towar w ramach umowy jest nowy, wolny od wad fizycznych w rozumieniu § 4 ust. 2 niniejszej umowy.
5. O wszystkich stwierdzonych wadach Zamawiający zawiadomi Wykonawcę w formie pisemnej, e-mailem, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od chwili zrealizowania dostawy. W przypadku wad ukrytych towaru, ujawnionych po jego użyciu przez Zamawiającego, Wykonawca jest zobowiązany do wymiany zakupionego przedmiotu - na przedmiot wolny od wad oraz do naprawienia szkody, jaka z tego tytułu wynikła dla Zamawiającego.
6. Reklamacje Zamawiającego będą załatwiane przez Wykonawcę nie później niż w ciągu 3 dni od daty otrzymania zgłoszenia o wadzie. Dostarczenie przedmiotu zamówienia wolnego od wad nastąpi na koszt i ryzyko Wykonawcy.

7. W przypadku uznania reklamacji, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć towar wolny od wad w terminie do 48 godzin, przypadających w dni robocze.

§ 5.

Podwykonawcy

1. Zlecenie wykonania umowy Podwykonawcy nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności i zobowiązań wynikających z niniejszej umowy.
2. Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie co do zlecenia wykonania umowy podwykonawcy.
3. Wykonawca gwarantuje, że podwykonawca posiada odpowiednie uprawnienia w takim zakresie, aby wykonać prawidłowo zamówienie objęte umową.
4. Wykonawca zapewnia, że podwykonawcy będą przestrzegać wszelkich postanowień umowy.
5. Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego za wszelkie działania lub zaniechania swoich podwykonawców jak za swoje działania lub zaniechania. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za czynności, które wykonuje przy pomocy podwykonawcy.
6. Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od daty jej zawarcia.
7. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa i obowiązki Podwykonawcy w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących wypłaty wynagrodzenia w sposób dla niego mniej korzystny, niż prawa i obowiązki Wykonawcy ukształtowane postanowieniami umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.
8. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za czynności wykonane przez Podwykonawcę.

§ 6.

Wartość umowy, warunki płatności

1. Strony uzgadniają wartość przedmiotu umowy:
1) Część nr
Cena netto(słownie:.....) VAT.....(słownie:.....)
Cena brutto.....(słownie:.....)
2. Należność za faktycznie dostarczony towar wyliczana będzie według cen jednostkowych brutto określonych w formularzu cenowym (powiększonych o podatek VAT), stanowiącym zał. nr do umowy.
3. Ceny jednostkowe brutto towarów objętych niniejszą umową, wskazane w formularzu cenowym, będą niezmiennie obowiązywały przez cały okres trwania umowy z zastrzeżeniem § 10 ust. 5 pkt. 5).
4. Zamawiający zobowiązuje się dokonać zapłaty należności przelewem, w ciągu 21 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego, a w przypadku faktury wystawionej w KSeF od dnia przyjęcia faktury przez KSeF tj. nadania fakturze numeru KSeF.
5. Wszelkie płatności będą dokonywane w złotych polskich przelewem na następujący rachunek Wykonawcy: (nr rachunku musi się znajdować w wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT).
6. Za datę dokonania płatności uważa się datę obciążenia rachunku Zamawiającego.
7. Strony zgodnie postanawiają, że od chwili wejścia w życie obowiązku wystawiania faktur ustrukturyzowanych za pośrednictwem KseF, wszelkie faktury dokumentujące transakcje realizowane na podstawie niniejszej umowy będą wystawiane i doręczane w formie faktury ustrukturyzowanej w KseF, zgodnie z art.2 pkt 32a ustawy o podatku od towarów i usług. Do czasu powstania tego obowiązku faktury będą wystawiane w dotychczasowej formie (papierowej lub elektronicznej), chyba że strony uzgodnią wcześniejsze stosowanie faktur ustrukturyzowanych w KseF;

8. Strony zobowiązują się do współdziałania w zakresie niezbędnym dla prawidłowego wystawiania, otrzymywania, rozliczania faktur w KseF, w szczególności do przekazywania sobie nawzajem aktualnych danych identyfikacyjnych, numerów NIP oraz informacji wymaganych do obsługi faktur ustrukturyzowanych;
9. Każda ze Stron zobowiązana jest niezwłocznie poinformować drugą Stronę o wszelkich zmianach w zakresie danych wymaganych do prawidłowej obsługi faktur w KseF;
10. Wszelkie zmiany w sposobie fakturowania wynikające wyłącznie ze zmiany przepisów nie wymagają aneksowania niniejszej Umowy.

§ 7.

Zmiana wierzyciela

Zmiana wierzyciela może nastąpić tylko po wyrażeniu zgody przez podmiot tworzący, pod rygorem, że czynność ta będzie nieważna zgodnie z art. 54 ust. 5 ustawy z dnia 15.04.2011r. o działalności leczniczej /t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 156/.

§ 8.

Kary umowne i odstąpienie od umowy

1. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu następujące kary umowne:
 - 1) Za opóźnienie w realizacji zamówienia w terminie, o którym mowa w § 2 ust. 1 – w wysokości 50 zł za każdy rozpoczęty dzień roboczy opóźnienia;
 - 2) Za opóźnienie w realizacji zamówienia w terminie, o którym mowa w § 2 ust. 2 - w wysokości 10 zł za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia;
 - 3) Za opóźnienie w dostarczeniu asortymentu wolnego od wad w terminie, o którym mowa w § 4 ust. 6 w wysokości 50 zł za każdy rozpoczęty dzień roboczy opóźnienia;
 - 4) W przypadku wystąpienia sytuacji określonych w § 2 ust. 8 - w wysokości 200 zł za każdy przypadek zakupu zastępczego.
2. W przypadku odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy przez którąkolwiek ze stron, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości brutto niezrealizowanej Części umowy. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku co najmniej 3-krotnego opóźnienia w realizacji zamówienia w terminie.
3. W przypadku odstąpienia od umowy z winy Zamawiającego przez którąkolwiek ze stron zapłaci on Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% wartości brutto niezrealizowanej Części umowy.
4. Łączna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 30% wartości brutto umowy określonej w § 6 ust. 1.
5. Zamawiający może odstąpić od umowy:
 - 1) w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu;
 - 2) jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:
 - a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy Prawo zamówień publicznych
 - b) wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu na podstawie art. 108 ustawy prawo zamówień publicznych
 - c) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury przewidzianej w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że Rzeczpospolita Polska uchybiła zobowiązaniom, które ciążyą na niej na mocy Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, że zamawiający udzielił zamówienia z naruszeniem prawa Unii Europejskiej.

6. W przypadku, o którym mowa w ust. 5 pkt. 2 lit. a, zamawiający odstępuje od umowy w części której zmiana dotyczy.
7. W przypadkach, o których mowa w ust. 5, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.
8. Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
9. Zamawiający zastrzega sobie możliwość potrącenia naliczonych i wymagalnych kar umownych z przysługującego Wykonawcy wynagrodzenia na co Wykonawca wyraża zgodę.

§ 9.

Rozstrzygnięcie sporów

1. Zamawiający i Wykonawca podejmą starania w celu polubownego rozstrzygnięcia wszelkich sporów powstałych między nimi a wynikających z umowy lub pozostających w pośrednim bądź bezpośrednim związku z umową, na drodze bezpośrednich negocjacji.
2. Jeśli po 30 dniach od rozpoczęcia bezpośrednich negocjacji, Zamawiający i Wykonawca nie są w stanie polubownie rozstrzygnąć sporu, to każda ze Stron może poddać spór rozstrzygnięciu sądu powszechnego, właściwego dla siedziby Zamawiającego.

§ 10

Prawo właściwe, język, zmiana postanowień umowy

1. W zakresie nieuregulowanym w umowie znajdują zastosowanie przepisy regulujące kwestię udzielania zamówień publicznych, a w zakresie niesprzecznym z tymi przepisami – Kodeks cywilny.
2. Niniejsza umowa została zawarta w języku polskim.
3. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba, że zachodzą okoliczności wymienione w art. 455 ustawy Prawo zamówień publicznych.
4. Wszelkie zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnej, pod rygorem nieważności.
5. Zamawiający przewiduje następujące zmiany postanowień zawartej umowy w zakresie:
 - 1) W przypadku niewykorzystania ilości określonych w umowie - możliwość przedłużenia terminu realizacji umowy nie dłużej jednak niż o 6 miesięcy, za zgodą obu stron;
 - 2) Dopuszcza się zmianę przedmiotu umowy, tj. zastąpienie przedmiotu umowy innym równoważnym produktem o parametrach i walorach nie gorszych niż wykazane w ofercie (z zastrzeżeniem, że cena tego produktu nie ulegnie podwyższeniu) z zastrzeżeniem, iż spełnione zostaną parametry określone przez Zamawiającego w SWZ. Powyższa zmiana możliwa jest jedynie w przypadku zaprzestania wytwarzania przedmiotu umowy.
 - 3) Dopuszcza się zmianę konta bankowego podanego przez Wykonawcę w § 6 ust. 4 umowy.
 - 4) Zamawiający zastrzega sobie prawo do przesunięć asortymentowo – ilościowych polegających na zwiększeniu ilości do max. 30% wartości pozycji, której dotyczy przesunięcie, a której wartość uległa wyczerpaniu przy jednoczesnym zmniejszeniu do max. 30% wartości pozycji, z której przesunięcie następuje. Powyższa zmiana możliwa jest jedynie przy zachowaniu cen umownych określonych w formularzu cenowym stanowiącym załącznik do umowy oraz kwoty określonej w § 6 ust. 1 umowy. Zamawiający może dokonać zmiany jedynie w uzgodnieniu z wykonawcą, przy czym nie wymaga ona aneksu do umowy, jedynie udokumentowania na piśmie. Z powyższego tytułu nie będą przysługiwały Wykonawcy jakiegokolwiek roszczenia odszkodowawcze wobec Zamawiającego- nie dotyczy części nr 5,6.
 - 5) Strony dopuszczają możliwość zmiany wynagrodzenia z tytułu realizacji umowy w niżej opisanej sytuacji:
 - a) Mając na uwadze brzmienie art. 439 Pzp Zamawiający dopuszcza zmianę wysokości maksymalnego wynagrodzenia należnego Wykonawcy i/lub zmianę wysokości cen jednostkowych wskazanych w Załączniku do Umowy w przypadku zmiany cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją przedmiotu Umowy.

- b) Wynagrodzenie, o którym mowa w § 6 ust. 1 niniejszej umowy, może zostać zwaloryzowane na wniosek Strony (Zamawiający/Wykonawca), po spełnieniu poniższych przesłanek.
- c) W przypadku złożenia wniosku o waloryzację, druga Strona jest zobowiązana, w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku, do ustosunkowania się do niego w postaci wyrażenia zgody lub odmowy wyrażenia zgody na dokonanie waloryzacji.
- d) Waloryzacja (wzrost/zmniejszenie) wynagrodzenia będzie obliczana w oparciu o kwartalny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłoszony w Dzienniku Urzędowym „Monitor Polski” przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego („Wskaźnik”), przy odpowiednio wzroście lub spadku przedmiotowego Wskaźnika w stosunku do poprzedniego kwartału o co najmniej 5% za ostatnie dwa kwartały poprzedzające złożenie wniosku o waloryzację. Ustalenie poziomu wzrostu lub spadku Wskaźnika dokonuje się poprzez dodanie procentowych Wskaźników (wzrostu lub spadku) z ostatnich dwóch kwartałów a następnie ich podzielenie przez 2. Otrzymany wynik będzie wskazywał, czy osiągnięto co najmniej poziom 5% uzasadniający waloryzację wynagrodzenia należnego Wykonawcy, z zastrzeżeniem ust. 5 pkt. 5) lit. g) niniejszego paragrafu.
- e) Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy przewidywana jest po upływie 6 miesięcy należytej realizacji Przedmiotu Umowy, licząc od pierwszego dnia terminu realizacji umowy. Zamawiający przewiduje waloryzację wynagrodzenia należnego Wykonawcy z zastrzeżeniem, iż przedmiot Umowy realizowany był należyście, zgodnie z warunkami ustalonymi Umową. Brak wystąpienia wzrostu/spadku procentowego Wskaźnika o wskazany powyżej poziom procentowy w oznaczonym okresie czasu i/lub brak należytej realizacji zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i postanowieniami Umowy, wyklucza uwzględnienie wniosku Stron o zmianę wynagrodzenia.
- f) Maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia, jaką dopuszcza Zamawiający w efekcie zastosowania powyższych postanowień o zasadach wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia, w całym okresie obowiązywania umowy wynosi do 10% ogólnego wynagrodzenia wskazanego w § 6 ust. 1 umowy.
- g) Każda ze stron poniesie wyłącznie połowę kwoty waloryzacji wynagrodzenia, chyba, że Strony zgodnie ustalą zastosowanie mniejszej waloryzacji niż wynikająca z procentowego wskaźnika (wzrostu/spadku).
- h) Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie zwaloryzowane, zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym paragrafie, począwszy od kolejnego miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym Zamawiający otrzymał wniosek o waloryzację, a w przypadku gdy wniosek składa Zamawiający, następującego po przesłaniu wniosku Zamawiającego do Wykonawcy.

§ 11.

Egzemplarze umowy

1. Umowa została sporządzona w trzech egzemplarzach, z czego jeden egzemplarz dla Wykonawcy oraz dwa egzemplarze dla Zamawiającego.
2. Integralną częścią umowy jest oferta Wykonawcy.

Załączniki do umowy:

Załącznik nr 1 – Formularz cenowy – część nr

WYKONAWCA

.....

ZAMAWIAJĄCY

.....

Wykonawca:

.....

OŚWIADCZENIE

Wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 108 ust. 1 pkt. 5 oraz o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. (Tekst jednolity: Dz. U. z 2024r. poz. 1320 ze zm.)

Na potrzebę postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: **Zakup i dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla potrzeb Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Radomiu, Znak sprawy RSPR/TP/4-D/2026**, oświadczam, co następuje:

I. Oświadczenie Wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 108 ust. 1 pkt. 5:

1. **Przynależę/ nie przynależę*** do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1714) z innymi wykonawcami, którzy złożyli odrębne oferty.

2. Wykaz wykonawców należących do tej samej grupy kapitałowej, którzy złożyli oferty:

..... *

3. Oświadczam, że w przypadku przynależenia do tej samej grupy kapitałowej oferta została przygotowana niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej. *

W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca składa wraz z niniejszym oświadczeniem dokumenty lub informacje, potwierdzające przygotowanie oferty niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej;

II. Oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego w SWZ W Rozdziale XV pkt. 1:

Oświadczam że **podlegam/nie podlegam*** wykluczeniu z postępowania w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanym przez Zamawiającego, o których mowa w:

a) art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy,

b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,

c) art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, dotyczących zawarcia z innymi Wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,

d) art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy,

III. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

.....

..... dnia
podpis Wykonawcy/Wykonawców