



WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania pn. Zakup wraz z dostawą zamrażarek i chłodziarek

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1320 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, zamieszcza treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie 1

Dotyczy części 3 – zakup z dostawą zamrażarek laboratoryjnych

Czy Zamawiający dopuści zamrażarkę o wymiarach zewnętrznych 920x952x1970 mm (SzxGxW) i wewnętrznych 740x730x1310 mm (SzxGxW) ?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ z uwagi na ograniczoną przestrzeń w miejscu instalacji urządzenia.

Pytanie 2

Dotyczy części 3 – zakup z dostawą zamrażarek laboratoryjnych

Czy Zamawiający dopuści poziom hałasu 57 dB?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 3

Dotyczy części 2 – zakup z dostawą chłodziarek laboratoryjnych

Z punktu 7 wynika iż chłodziarka powinna posiadać system grzania. Prosimy o odstąpienia od wymogu utrzymania zadanej temperatury niezależnie od temperatury otoczenia, również w sytuacji gdy temperatura otoczenia jest niższa niż temperatura zadana i dopuszczenie chłodziarki laboratoryjnej bez funkcji grzania regulującej temperaturę w komorze w wartościach poniżej temperatury otoczenia.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ z uwagi na panujące warunki eksploatacyjne w pomieszczeniach laboratoryjnych, gdzie temperatura otoczenia może ulegać istotnym wahaniom w ciągu roku, w szczególności w okresie zimowym, kiedy w niektórych strefach budynku notowane są spadki nawet do poziomu 13–15 °C. Jednocześnie Zamawiający zgodnie z pkt 6 załącznika nr 2B do SWZ wymaga możliwości stabilnej pracy urządzenia w pełnym zadanym zakresie roboczym (m.in. do +23 °C), niezależnie od tych zmian.

Pytanie 4

Dotyczy części 2 – zakup z dostawą chłodziarek laboratoryjnych

Czy zamawiający dopuści wymiary zewnętrzne: 1358 x 856 x 2037 mm (szer. x gł. x wys.) ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza wymiary zewnętrzne: 1358 x 856 x 2037 mm(szer. x gł. x wys.).

Pytanie 5

Dotyczy części 2 – zakup z dostawą chłodziarek laboratoryjnych



**UNIwersYTET
MIKOŁAJA KOPERNIKA
W TORUNIU**

Collegium Medicum
im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy

Czy zamawiający dopuści wymiary wewnętrzne: 1203 x 680 x 1510 mm (szer. x gł. x wys.)?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. Z obliczeń wynika, że przekłada się to na pojemność znacznie mniejszą niż zakładane 1300-1400 l.

Pytanie 6

Dotyczy części 2 – zakup z dostawą chłodziarek laboratoryjnych

Czy zamawiający dopuści chłodziarkę laboratoryjną o mocy chłodniczej 436 W ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza chłodziarkę laboratoryjną o mocy chłodniczej 436 W przy zachowaniu warunków SWZ w pkt 28, pkt. 29 oraz pkt 42 załącznika nr 2B do SWZ.

Pytanie 7

Dotyczy części 2 – zakup z dostawą chłodziarek laboratoryjnych

Czy zamawiający dopuści chłodziarkę laboratoryjną z klasą klimatyczną 4 ?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ ze względu na wymóg pracy do 35 st C.

Pytanie 8

Dotyczy części 2 – zakup z dostawą chłodziarek laboratoryjnych

Czy zamawiający dopuści chłodziarkę laboratoryjną z fabrycznie wykonanym jednym portem kablowym o średnicy 15 mm ?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 9

Dotyczy części 2 – zakup z dostawą chłodziarek laboratoryjnych

Czy zamawiający dopuści chłodziarkę portem RS485 dla centralnych, zewnętrznych systemów monitorowania zamiast COM ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza taką możliwość jeżeli umożliwi on pełną funkcjonalność.

Pytanie 10

Dotyczy części 2 – zakup z dostawą chłodziarek laboratoryjnych

Czy zamawiający dopuści chłodziarkę o głośność 49,6 dB ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza chłodziarkę o głośność 49,6 dB.

Pytanie 11

Dotyczy części 3 – zakup z dostawą zamrażarek laboratoryjnych

Czy zamawiający dopuści zamrażarki o pojemności użytkowej 775 litrów ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zamrażarkę o pojemności użytkowej 775 litrów przy zachowaniu warunków wymiarów zewnętrznych pkt 6 załącznika nr 2C do SWZ oraz wymiarów wewnętrznych pkt 7 załącznika nr 2C do SWZ.

Pytanie 12

Dotyczy części 3 – zakup z dostawą zamrażarek laboratoryjnych

Czy zamawiający dopuści wymiary zewnętrzne: 1205 x 1025 x 1955 mm (szer. x gł. x wys.) ?



Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ z uwagi na ograniczoną przestrzeń w miejscu instalacji urządzenia.

Pytanie 13

Dotyczy części 3 – zakup z dostawą zamrażarek laboratoryjnych

Czy zamawiający dopuści wymiary wewnętrzne: 865 x 696 x 1286 mm (szer. x gł. x wys.) ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza wymiary wewnętrzne: 865 x 696 x 1286 mm (szer. x gł. x wys.) przy zachowaniu warunków wymiarów zewnętrznych pkt 6 załącznika nr 2C do SWZ.

Pytanie 14

Dotyczy części 3 – zakup z dostawą zamrażarek laboratoryjnych

Czy zamawiający dopuści półki pełne ze stali nierdzewnej 4szt. w tym 3 z regulacją wysokości ?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. Półki ażurowe zapewniają lepszą cyrkulację powietrza, bardziej równomierny rozkład temperatury w komorze oraz szybsze chłodzenie przechowywanych próbek w porównaniu do półek pełnych.

Pytanie 15

Dotyczy części 3 – zakup z dostawą zamrażarek laboratoryjnych

Czy zamawiający dopuści zamrażarkę z wnętrzem ze stali nierdzewnej ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zamrażarkę z wnętrzem ze stali nierdzewnej, jeśli będzie odporna na powstawanie zacieków i plam po kontakcie z różnymi odczynnikami stosowanymi w laboratorium naukowym, a utrzymanie powierzchni w czystości nie będzie wymagało stosowania specjalistycznych środków czystości.

Pytanie 16

Dotyczy części 3 – zakup z dostawą zamrażarek laboratoryjnych

Czy zamawiający dopuści chłodziarkę laboratoryjną z 2 fabrycznie wykonanymi portami kablowymi o średnicy 25 mm ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza chłodziarkę laboratoryjną z 2 fabrycznie wykonanymi portami kablowymi o średnicy 25 mm.

Koordinator
ds. technicznych CM

mgr inż. Iwona Dąbrowska-Marzec

